



## Prefeitura de Joinville

---

### MEMORANDO SEI N° 0012375832/2022 - SES.GTO

Joinville, 25 de março de 2022.

**À SAP.UPR**

Ao Sr. Marcio Haverroth

Pregoeiro

**Assunto:** Resposta a Análise de Amostras - Pregão Eletrônico **028/2022**

**Objeto:** Aquisição de Periféricos e Instrumentais Odontológicos para atendimento de demanda das unidades de saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville/SC.

Prezado Senhor,

De acordo com a Convocação SEI nº 0012156758, a empresa convocada apresentou as amostras para a Gerência Técnica de Odontologia conforme Edital.

Assim sendo, foram anexados ao processo licitatório a Relação de Amostras e apresentada a análise técnica e apresentou-se relatório 0012375980 com o resultado da análise das amostras.

Sem mais, a Gerência Técnica de Odontologia, encontra-se à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Laura Gomes, Servidor(a) Público(a)**, em 25/03/2022, às 14:44, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0012375832** e o código CRC **87A5BEA0**.

---

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -  
[www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

---

21.0.267650-6

0012375832v6

## FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 028/2022

ITEM: 08

19152 - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, ROTAÇÃO ENTRE 330.000 A 380.000 ROTAÇÕES POR MINUTO, SISTEMA DE CONEXÃO DOIS FUROS (ENCAIXE BORDEN), SISTEMA PUSH BOTTON DE SUBSTITUIÇÃO DE BROCA, QUE NÃO TRAVE DURANTE O PROCEDIMENTO, SPRAY TRIPLO OU QUADRUPLO, CONTROLE DE ROTAÇÃO ATRAVÉS DO PEDAL DE COMANDO, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, BAIXO CONSUMO DE AR (30 a 35 LITROS/MIN.), PRESSÃO DE TRABALHO 32 A 35 LIBRAS (PSI), SISTEMA ANTIRREFLUXO E MICROFILTRO PARA ÁGUA DO SPRAY ROLAMENTOS DE ESFERAS CERÂMICA E BUCHA GUIA DE METAL DURO. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR REGISTRO ANVISA, CERTIFICAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LOCAL. FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CONTENDO GRAVAÇÃO ELETROQUÍMICA OU A LASER EM CADA PEÇA CONSTANDO A INSCRIÇÃO (FMS-SS).

FORNECEDOR: DX

MARCA: DX MODELO Mega Button

LOTE:

REGISTRO (ANVISA): 80055110002

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 01 UNIDADE

### AVALIAÇÃO TÉCNICA

#### EMBALAGEM

Apontamentos: \_\_\_\_\_

Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

#### ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: \_\_\_\_\_

Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

#### FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: \_\_\_\_\_

Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

#### CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO:  SIM ( ) NÃO

JUSTIFICATIVA: Apto para aquisição, por atender aos itens do edital

DATA: 24/3/21

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA DO PROFISSIONAL / CARIMBO

Christine B. Costa  
CRO 3295

Julio Antonio Manoel Sbirri  
CRO 12357

## FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 028/2022

ITEM: 09

17638 - CONTRA ÂNGULO: ENCAIXE UNIVERSAL; CABEÇA FIXA; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE ATÉ 135°C. FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CONTENDO GRAVAÇÃO ELETROQUÍMICA OU A LASER EM CADA PEÇA CONSTANDO A INSCRIÇÃO (FMS-SS).

FORNECEDOR: DX

MARCA: Contra Angulo Intra Refrigerado

LOTE:

REGISTRO (ANVISA): 80055110014

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 01 UNIDADE

### AVALIAÇÃO TÉCNICA

#### EMBALAGEM

Apontamentos: \_\_\_\_\_

Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

#### ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: \_\_\_\_\_

Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

#### FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: \_\_\_\_\_

Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

#### CONCLUSÃO


APROVA O PRODUTO:  SIM ( ) NÃO

JUSTIFICATIVA: Apto para aquisições por cumprir os requisitos do edital

DATA: 24/03/2022

  
ASSINATURA DO PROFISSIONAL CARIMBO

Cristine B. Costa  
CR0 3295

  
Julio Antônio Marcos Salvi  
CR0 12357

## FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 028/2022

ITEM: 12

19126 - MICRO MOTOR BAIXA ROTAÇÃO MICROMOTOR : MICRO MOTOR COM SPRAY, ENCAIXE BORDEN 2 FUROS; SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE ATÉ 135°C .FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CONTENDO GRAVAÇÃO ELETROQUÍMICA OU A LASER EM CADA PEÇA CONSTANDO A INSCRIÇÃO (FMS-SS).

FORNECEDOR: DX

MARCA: Micro Motor Intra Refrigerado

LOTE:

REGISTRO (ANVISA): 80055110003

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 01 UNIDADE

### AVALIAÇÃO TÉCNICA

#### EMBALAGEM

Apontamentos: \_\_\_\_\_

Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

#### ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: \_\_\_\_\_

Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

#### FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: \_\_\_\_\_

Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

#### CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO:  SIM ( ) NÃO

JUSTIFICATIVA: Apto para aquisição por atender os requisitos de edital.

DATA: 24/03/2022

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

Christine B. Gsk  
CRO 3295

Julio Antonio Mangal Silve  
CRO 12.357