



MEMORANDO SEI Nº 0023575175/2024 - SES.UAD.ACM

Joinville, 18 de novembro de 2024.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 453/2024.
Objeto: Aquisição de Materiais de Enfermagem (Insumos para punção, infusão e monitoração).

Em atenção ao documento SEI nº 0023575003, segue a análise solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Proposta de acordo com o edital	8.10.1- Registro Anvisa	8.10.2- Técnica Prospecto/ Ficha	Amostra	Parecer
29	25582 - BOMBA ELASTOMÉRICA DE INFUSÃO 2 ML/H, PRA INFUSÃO DE ATÉ 2 DIAS SISTEMA DE INFUSÃO ELASTOMÉRICO POR PRESSÃO POSITIVA PARA TERAPIA DE INFUSÃO A CURTO E LONGO PRAZO, DESCARTÁVEL, PORTÁTIL, NÃO	Unidade	DEALERMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	EXACT EX-E100002002	De acordo	81472680002 - Registro Ativo, Confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	EXIGE	Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar as amostras.

	ELÉTRICO, LIVRE DE LÁTEX E DHEP NO EQUIPO, COM CAPACIDADE DE 100 ML, QUE GARANTA O FLUXO CORRETO E TENHA FORMATO QUE GARANTA A COMODIDADE DO PACIENTE. COM CONECTORES REFORÇADOS E LINHAS ANTIDOBRAS. COM PORTA DE ENCHIMENTO COM TAMPA E SISTEMA OCLUSOR, DISPOSITIVO LIMITADOR DE FLUXO, COM ACESSÓRIOS PARA SISTEMA FECHADO, TUBO EXTENSOR, FILTRO DE AR RESIDUAL, GRADUAÇÃO DE VOLUME, CLAMP, TAMPA. ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, LOTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS EMISSÃO DA NF. Cota Reservada até 25%								
51	13214 - COBERTURA PARA FIXAÇÃO DE CATETER CURATIVO AUTOADESIVO DE	Unidade	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	CRAL Copertina mod.copeiv67 6x7cm	De acordo	10379860145 - Registro Ativo, Confirmado no	Apresentou, porém não especifica todas as exigências do edital.	-----	Aprovação condicionada a empresa confirmar que item atende as exigências do edital: 1. Deve possuir tiras extras para estabilização do cateter e fixação

	POLIURETANO, TRANSPARENTE QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO SÍTIO DE INSERÇÃO, SEMIPERMEAVEL AS TROCAS GASOSAS, HIPOALERGENICO. RESISTENTE A UMIDADE INTERNA. FLEXIVEL. UTILIZADO EM ESTABILIZACAO DE CATETERES. APRESENTAR FENDA PARA SAÍDA DE EQUIPOS E TUBULAÇÕES. DEVE POSSUIR TIRAS EXTRAS PARA ESTABILIZAÇÃO DO CATETER E FIXAÇÃO ADEQUADA E ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO. MEDIDAS APROXIMADAS ENTRE 6 A 9 CM DE LARGURA E 7 A 10CM DE COMPRIMENTO. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO: Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, RESP. TECNICO E REG. NA ANVISA. Cota Principal					Portal ANVISA.			adequada e etiqueta para identificação.
52	13214 - COBERTURA PARA FIXAÇÃO DE CATETER CURATIVO AUTOADESIVO DE	Unidade	MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	VITALDERME/ ZHEJIANG	De acordo	10296900073 - Registro Ativo, Confirmado no	Apresentou ficha técnica para diversos produtos, porém não apresentou a documentação referente ao produto com com Registro ANVISA 10296900073.	-----	Apresentou ficha técnica para diversos produtos, porém não apresentou a documentação referente ao produto com com Registro ANVISA 10296900073.

	POLIURETANO, TRANSPARENTE QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO SÍTIO DE INSERÇÃO, SEMIPERMEAVEL AS TROCAS GASOSAS, HIPOALERGENICO. RESISTENTE A UMIDADE INTERNA. FLEXIVEL. UTILIZADO EM ESTABILIZACAO DE CATETERES. APRESENTAR FENDA PARA SAÍDA DE EQUIPOS E TUBULAÇÕES. DEVE POSSUIR TIRAS EXTRAS PARA ESTABILIZAÇÃO DO CATETER E FIXAÇÃO ADEQUADA E ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO. MEDIDAS APROXIMADAS ENTRE 6 A 9 CM DE LARGURA E 7 A 10CM DE COMPRIMENTO. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO: Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, RESP. TECNICO E REG. NA ANVISA. Cota Reservada até 25%					Portal ANVISA.			Proposta Desclassificada por não atende ao item 8.10.2 do edital.
62	44207 - EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL PARA ADMINISTRAÇÃO	Unidade	WISDOM FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TKL MODELO: F-EMA05	De acordo	80288090094 - Registro Ativo, Confirmado no	Apresentou	EXIGE	Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar as amostras.

DE SOLUÇÕES PARENTERAIS; ISENTO DE PONTOS DE VAZAMENTOS; BICO PERFURANTE COM TAMPA DE PROTEÇÃO, CAPAZ DE PERFURAR E PENETRAR FRASCO/ BOLSA DE SORO SEM A NECESSIDADE DE PERFURAÇÃO PRÉVIA OU USO DE FORÇA EXTRA E SEM DEFORMAR OU QUEBRAR; COM CÂMARA DE GOTEJAMENTO TRANSPARENTE E FLEXÍVEL, COM FILTRO DE PARTÍCULAS DE 15 MICRAS EM SEU INTERIOR, COM GOTEJADOR PRECISO OBEDECENDO A RELAÇÃO 1 ML=20 GOTAS; COM ENTRADA DE AR COM FILTRO HIDRÓFobo E TAMPA REVERSÍVEL; TUBO DE PVC TRANSPARENTE DE NO MÍNIMO 1,50 METROS DE COMPRIMENTO, QUE NÃO APRESENTE MEMÓRIA APÓS USO DA PINÇA ROLETE; INJETOR LATERAL ISENTO DE LATEX, QUE NÃO APRESENTE VAZAMENTO APÓS O USO; PINÇA ROLETE					Portal ANVISA.				
---	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--

(REGULADOR DE FLUXO) DE ALTA PRECISÃO, COM AJUSTE PROGRESSIVO DA VAZÃO (DEVE PERMITIR AO PROFISSIONAL REGULAR O FLUXO DE GOTAS/MINUTO DA INFUSÃO ENTRE O ZERO E VAZÃO LIVRE, SEM VARIAÇÃO ABRUPTA DO FLUXO); CONECTOR DISTAL LUER LOCK COM TAMPA PROTETORA, QUE ENCAIXE-SE AO CATÉTER OU CONEXÃO DUAS VIAS SEM VAZAMENTOS, SEM A NECESSIDADE DE USO DE FORÇA EXTRA E QUE PERMITA A DESCONEXÃO AO FINAL DA INFUSÃO SEM EXIGIR FORÇA EXTRA; EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, ESTERILIZADO A OXIDO DE ETILENO OU RAO GAMA; COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NA ANVISA, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	INMETRO 502 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011 E SUAS ATUALIZAÇÕES. Cota Reservada até 25%								
68	909130 - EXTENSOR PARA INFUSAO DE 1 VIA COM 60CM COM OS CONECTORES LUER LOCK EXTENSOR PARA INFUSÃO DE 1 VIA COM 60 CM COM OS CONECTORES LUER LOCK. ESTÉRIL, APIROGÊNICO, ATÓXICO, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	PC	METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Embramed/ Cremer	De acordo	80245210278 - Registro Ativo, Confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou.	-----	Proposta de acordo com o edital. Classificada.
72	25698 - INFUSOR 2 VIAS COM CLAMP COM TAMPAS SOBRESSALENTES POSSUIR 2 CONECTORES LUER-LOCK FEMEA UNIVERSAIS COM TAMPAS E TAMPAS SOBRESSALENTES (4 NO TOTAL), TUBO FLEXIVEL E TRANSPARENTE EM PVC DE NO MINIMO 6 CM DE	Unidade	LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	ADVANTIVE	Não especifica todas as exigências do edital.	10296900190 - Registro Ativo, Confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou.	EXIGE	O edital exige infusor com tampas sobressalentes (4 no total); 2 conectores luer-lock fêmea universais e um conector luer-lock macho universal, e na ficha técnica não consta esta informação. Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item possui 4 tampas, 2 conectores luer-lock fêmea universais e um conector luer-lock macho universal. Caso confirme a

	COMPRIMENTO; 2 CLAMPS CORTA FLUXO, UM CONECTOR LUER-LOCK MACHO UNIVERSAL COM PROTETOR. ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO, CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICACAO, LOTE DATA DE FABRICACAO VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. Cota Principal							informação, haverá a necessidade de apresentar amostras.	
73	25698 - INFUSOR 2 VIAS COM CLAMP COM TAMPAS SOBRESSALENTES POSSUIR 2 CONECTORES LUER-LOCK FEMEA UNIVERSAIS COM TAMPAS E TAMPAS SOBRESSALENTES (4 NO TOTAL), TUBO FLEXIVEL E TRANSPARENTE EM PVC DE NO MINIMO 6 CM DE COMPRIMENTO; 2 CLAMPS CORTA FLUXO, UM CONECTOR LUER-LOCK MACHO UNIVERSAL COM PROTETOR. ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO,	Unidade	MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	VITALGOLD	De acordo	10296900113 - Registro Ativo, Confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou.	EXIGE	O edital exige infusor com tampas sobressalentes (4 no total); 2 conectores luer-lock fêmea universais e um conector luer-lock macho universal, e na ficha técnica não consta esta informação. Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item possui 4 tampas, 2 conectores luer-lock fêmea universais e um conector luer-lock macho universal. Caso confirme a informação, haverá a necessidade de apresentar amostras.

	CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICACAO, LOTE DATA DE FABRICACAO VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. Cota Reservada até 25%								
79	917215 - SERINGA DESCARTAVEL DE INSULINA 1CC COM AGULHA EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE U-100 INSULINA, BICO UNIVERSAL, COM AGULHA 8 X 0,30 MM, 5/16, FIXA COM BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADO SEM REBARBAS, SEM ESPACO MORTO, SILICONIZADA, GRADUACAO EXATA DE 2 EM 2 UNIDADES, NITIDA E PERMANENTE, EMBOLO DE CORTE RETO COM BORRACHA DE AJUSTE E VEDACAO, DESLIZANTE, CORPO TRANSLUCIDO, ESTERIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, FABRICACAO, LOTE, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.	PC	BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	VENPER	De acordo, porém, a documentação técnica é referente a diversos produtos e a empresa não indicou o modelo do item ofertado.	81840549016 - Registro Ativo, Confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou, referente a diversos modelos	-----	A documentação técnicas apresentada pela empresa é referente a diversos modelos. Aprovação condicionada a empresa confirmar que o modelo ofertado é o modelo ISY-7103008-100, que possui especificações de acordo com o exigido no edital.

	EMBALAGEM SEGURA PARA ARMAZENAMENTO. Cota Principal								
83	913322 - SERINGA DESCARTAVEL COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA ARTICULADO SEM AGULHA 3ML SERINGA DESCARTAVEL COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA ARTICULADO SEM AGULHA 3ML,FABRICADA EM PLASTICO ATOXICO, ESTERILIZADA E EMBALADA INDIVIDUALMENTE (EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRURGICO QUE GARANTA SUA ESTERILIZACAO E DE FACIL ABERTURA). ENCAIXE TIPO LUER LOCK. TRACOS E NUMEROS DE INSCRICAO CLAROS, LEGIVEIS E ISENTOS DE FALHAS ATE O MOMENTO DA UTILIZACAO. SENDO A ESCALA NUMERADA EM TRACOS LONGOS. EMBOLO NO FINAL DA SERINGA COM ANEL DE RETENCAO, DISPOSITIVO DE SEGURANCA QUE MANTENHA A AGULHA PRESA NO	PC	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	SR	De acordo	81391540010 - Registro Ativo, Confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou.	-----	Proposta de acordo com o edital, Classificada.

	INTERIOR DO PROTETOR ATIVADO EM ATENDIMENTO A NR 32. EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DE NUMERO DE LOTE , DATA DE FABRICACAO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA E RESPONSAVEL TECNICO. Cota Reservada até 25%								
95	913584 - SERINGA PARA COLETA DE GASOMETRIA SERINGA PARA COLETA DE GASOMETRIA: SERINGA DESCARTAVEL DE USO EXCLUSIVO PARA COLETA DE SANGUE PARA GASOMETRIA, COM VOLUME DE 0,5 A 03 ML, CONTENDO HEPARINA LITICA, COM TAMPA ADAPTAVEL A SERINGA PARA VEDACAO DE ENTRADA DE AR. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERIL. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, RESPONSAVEL TECNICO E REGISTRO NA ANVISA. Cota Principal	PC	SETMED INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA	Set Medikal Sanayi Veticaret A.S. Ref.: 21HP0203000003	De acordo	10301160236 - Registro Ativo, Confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou.	-----	Proposta de acordo com o edital, Classificada.
97	13182 - TAMPA PROTETORA DE DISPOSITIVO DE	Peças	SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS	DESCARPACK	Não especifica todas as	10330660271 - Registro Ativo,	Apresentou	-----	Na análise preliminar, a aprovação foi condicionada a empresa confirmar que modelo

	INFUSÃO TAMPA PROTETORA DE CONECTOR LUER LOCK MACHO/FÊMEA PARA VEDAÇÃO DE DISPOSITIVOS EM SISTEMA DE INFUSÃO (SERINGAS, EQUIPO ETC). DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.		MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		exigências do edital, porém, apresentou documentação com a descrição completa do produto ofertado.	confirmado no Portal ANVISA.			ofertado é o modelo Macho/Fêmea, código 0720301, constante na página 58 da proposta. No retorno, a empresa informou "o código do produto na ficha tecnica é 0720301". Proposta classificada.
100	909155 - TORNEIRINHA PVC 3 VIAS DESCARTAVEL TORNEIRINHA 3 VIAS - TORNEIRINHA COMPOSTA DE MANIPULO, BASE OU CORPO E TAMPAS PROTETORAS, BICO LUER-LOCK PARA CONEXOES EM CATETERES E EQUIPO, BICO LUER-LOCK, COM CONEXAO ROTATIVA ALTA RESISTENCIA A PRESSOES. MANIPULO GIRATORIO, COM INDICACAO DE FLUXO. CORPO TRANSLUCIDO. EMBALAGEM INDIVIDUAL.PAPEL GRAU-CIRURGICO	PC	CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA	DESCARPACK	Não especifica todas as exigências do edital.	10330660036 - Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	EXIGE	Na documentação constam dois modelos, Luer Lock e Luer Slip. Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado é o modelo Luer Lock. Haverá a necessidade de apresentar amostras.

	CONTENDO LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA E METODO DE ESTERILIZACAO.							
101	32947 - EQUIPO MACROGOTAS LIVRE DE PVC COM FILTRO EM LINHA 0,2 MICRA PONTA PERFURANTE PADRÃO ISO; PADRÃO MACROGOTAS (1 ML= 20 GOTAS); CÂMARA GOTEJADORA COM FILTRO DE PARTÍCULAS DE 15 MM; ENTRADA DE AR COM FILTRO HIDRÓFOTO 0,22 E TAMPA REVERSÍVEL; TUBO TRANSPARENTE, LIVRE DE PVC, EM POLIURETANO, COM NO MÍNIMO 150 CM DE COMPRIMENTO; INJETOR LATERAL COM MEMBRANA AUTO - CICATRIZANTE (MODELOS CONVENCIONAIS) OU VÁLVULA NEEDLE-FREE COMO PONTO DE INJEÇÃO; FILTRO 0,2 MM EM LINHA, RETÉM: BACTÉRIAS, FUNGOS E PARTÍCULAS; PINÇA ROLETE; LÁTEX FREE; CONECTOR	Unidade	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA	LABOR IMPORT SHANDONG WEIGAO /	Não especifica todas as exigências do edital.	10369460065 - Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou. Ficha técnica descreve "Câmera de gotejamento em PVC; Injetor lateral: ABS e PVC" e o edital exige "livre de PVC".	----- Ficha técnica descreve "Câmera de gotejamento em PVC; Injetor lateral: ABS e PVC" e o edital exige "livre de PVC". Proposta desclassificada por não atender ao descritivo exigido em edital.

LUER LOCK REVERSÍVEL COM O PACIENTE, COM FILTRO HIDRÓFOBOS PARA ELIMINAÇÃO DO AR DURANTE A REALIZAÇÃO DO PREENCHIMENTO; EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS : NBR ISO 8536-8 (2004) E NBR ISO 594-2 (2003) E SUAS ATUALIZAÇÕES; EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA INMETRO 502 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011 E SUAS ATUALIZAÇÕES; USO ÚNICO, ATÓXICO, APIROGÊNICO; EMBALAGEM ESTÉRIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NA ANVISA.								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 18/11/2024, às 14:06, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0023575175** e o código CRC **1ACF3C84**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.187346-0

0023575175v31