



Prefeitura de Joinville

MEMORANDO SEI N° 0018389913/2023 - HMSJ.UAD.AOPM

Joinville, 15 de setembro de 2023.

À
SAP.LCT

Assunto: Parecer Técnico das amostras

Pregão Eletrônico 117/2023 - Aquisição de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, em regime de consignação, para atendimento aos pacientes com patologias vasculares do sistema nervoso central do Hospital Municipal São José.

EMPRESA	DOCUMENTO SEI N°
UNIT - itens 1 e 2	UNIT - item 1 - 0018385273 - APROVADO UNIT - item 2 - 0018385296 - APROVADO
MAX CIRÚRGICA - item 14	MAX CIRÚRGICA - item 14 - 0018385361 - REPROVADO

Protocolo de amostra:

UNIT - 0018385256

MAX CIRÚRGICA - 0018385327

Atenciosamente



Documento assinado eletronicamente por **Claudio Alberto Gaspar, Servidor(a)**



Público(a), em 18/09/2023, às 13:44, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0018389913** e o código CRC **0A17A9B0**.

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro Bucarein - CEP 89202-000 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

23.0.052824-4


0018389913v10

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME – Ramal: 6656.


ITEM	MATERIAL
1	30203 - AGULHA INTRODUTOR COAXIAL NOS TAMANHOS 15 A 20 G X 10 A 20 CM AGULHA INTRODUTOR COAXIAL, CONEXÃO PARA SERINGA, CÂNULA EXTERNA CENTIMETRADA, MARCADOR DE PROFUNDIDADE, TOTALMENTE DESCARTÁVEL, NOS TAMANHOS DE 15 A 20G X 10 A 20CM EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. O TAMANHO SERÁ DEFINIDO PELA EQUIPE ASSISTENTE DENTRE OS DISPONÍVEIS NO PROSPECTO (DENTRO DA FAIXA DE MEDIDAS EXIGIDAS NO EDITAL). A EMPRESA NÃO PODERÁ ALEGAR A INDISPONIBILIDADE DE UM OU OUTRO TAMANHO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO. Quantidade Consignada: 10
AVALIAÇÃO TÉCNICA PREGÃO ELETRÔNICO: P.E. 117/2023 SEI: 23.0.052824-4 SETOR TESTE: CENTRO CIRÚRGICO MARCA: UNIT FORNECEDOR: UNIT -Industria Comércio, Importação e Exportação LTDA Nº MS/ REGISTRO ANVISA: 10287070077 LOTE: 06301130062023-0 FABRICANTE: UNIT -Industria Comércio, Importação e Exportação LTDA QUANTIDADE AVALIADA: 01 EMBALAGEM: <input checked="" type="checkbox"/> Adequada () Inadequada () Não se aplica FUNCIONALIDADE: _____ _____ _____ _____	
CONCLUSÃO APROVA O MATERIAL? <input checked="" type="checkbox"/> SIM () NÃO MOTIVO: _____ <i>obs: Tamanhos de agulha e Introduções precisam ser iguais para uso.</i> _____ _____ _____ _____ _____	

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO
 DATA: 15/09/2023



FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME – Ramal: 6656.

ITEM	MATERIAL
2	30204 - AGULHA DE BIÓPSIA SEMI AUTOMÁTICA DE 14 A 20 G X 9 A 20 CM AGULHA DE BIÓPSIA SEMI-AUTOMÁTICA, MANDRIL COM GAVETA PARA ARMAZENAMENTO, MARCAÇÃO CENTIMETRADA, TOTALMENTE DESCARTÁVEL, COM REGULAGEM CONTROLADA DE ABERTURA, INDICADA PARA BIÓPSIAS DE LESÕES DE PARTES MOLES ORIENTADAS POR IMAGEM, NOS TAMANHOS DE 14 A 20 G X 9 A 20 CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. O TAMANHO SERÁ DEFINIDO PELA EQUIPE ASSISTENTE DENTRE OS DISPONÍVEIS NO PROSPECTO (DENTRO DA FAIXA DE MEDIDAS EXIGIDAS NO EDITAL). A EMPRESA NÃO PODERÁ ALEGAR A INDISPONIBILIDADE DE UM OU OUTRO TAMANHO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO. Quantidade Consignada: 10
AVALIAÇÃO TÉCNICA PREGÃO ELETRÔNICO: P.E. 117/2023 SEI: 23.0.052824-4 SETOR TESTE: CENTRO CIRÚRGICO MARCA: UNIT FORNECEDOR: UNIT -Industria Comércio, Importação e Exportação LTDA Nº MS/ REGISTRO ANVISA: 10287070058 LOTE: 06301130062023-0 FABRICANTE: UNIT -Industria Comércio, Importação e Exportação LTDA QUANTIDADE AVALIADA: 01 EMBALAGEM: <input checked="" type="checkbox"/> Adequada () Inadequada () Não se aplica FUNCIONALIDADE:	
<p style="font-size: 1.2em; color: blue;"> P embalagem de 10 unidades + agulha de introdução. </p>	
CONCLUSÃO APROVA O MATERIAL? <input checked="" type="checkbox"/> SIM sr. a usm () NÃO MOTIVO:	
<div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  </div>	

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO

DATA: 15 / 08 / 2023

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME – Ramal: 6656.

ITEM	MATERIAL
14	30111 - INTRODUTOR RADIAL 5FR INTRODUTOR PERCUTÂNEO RADIAL COM CALIBRE DE 5FR, COMPOSTO POR BAINHA COM COMPRIMENTO DE 10 À 12 CM, DILATADOR INTERNO CORRESPONDENTE AO TAMANHO DA BAINHA, PARA FIO 0,035". CONTENDO VÁLVULA HEMOSTÁTICA E INFUSOR LATERAL COM TORNEIRINHA, AGULHA DE MICRO PUNÇÃO COMPATÍVEL COM CALIBRE DO INTRODUTOR E MINI GUIA RETORCIDO DE PONTA RETA. EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL (CÓD. SUS 0702050342 – INTRODUTOR VALVULADO). Quantidade Consignada: 10

AVALIAÇÃO TÉCNICA

PREGÃO ELETRÔNICO: P.E. 117/2023 SEI: 23.0.052824-4

SETOR TESTE: CENTRO CIRÚRGICO

MARCA: ARROW/ TELEFLEX

FORNECEDOR: MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Nº MS/ REGISTRO ANVISA: 80117580533

LOTE: 14F21A0029

FABRICANTE: ARROW INTERNATIONAL LLC (SUBSIDIARY OF TELEFLEX, INCORPORATED) - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

QUANTIDADE AVALIADA: 01

EMBALAGEM: Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE: _____

CONCLUSÃO

APROVA O MATERIAL? () SIM

NÃO MOTIVO: _____


INTRODUTOR ARTERIAL NÃO É DESTINADO

AO ACESSO RADIAL, NÃO SERVE PARA A

FINALIDADE PROPOSTA

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO

DATA: 18/09/23


 D. Pedreira Magalhães
 CRM 12558
 Inscrição Profissional RQE 9542
 Inscrição Profissional RQE 15757