



## MEMORANDO SEI Nº 27800172/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 09 de dezembro de 2025.

À

**SAP.LCT**

**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico **436/2025**.

**Objeto:** Registro de Preços, visando a futura e eventual **Aquisição de Insumos para Infusão**.

Em atenção ao documento SEI nº 27799935, segue análise solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca Registrada	Modelo (Proposta)	Descritivo de acordo com o edital?	8.10.1 - ANVISA	8.10.2 - Prospecto, ficha técnica, imagem de site	11 - Amostras	Parecer
10	44203 - CATETER PERIFERICO Nº 20 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA CALIBRE 20 G; IDENTIFICADO NAS CORES PADRÃO UNIVERSAL, COM PROTETOR DE AGULHA; AGULHA EM AÇO, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, SEM	Unidade	GTMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	GLO MED	GLO MED	De acordo	80273459008, Consulta no Portal ANVISA dia 09/12/2025 - Registro com medida cautelar vigente: Suspensão: Distribuição,	Apresento	Exige	Na análise preliminar, foi solicitado a confirmação de que os itens a serem fornecidos para o presente

<p>REBARBAS OU ASPEREZAS, QUE POSSIBILITE PUNÇÃO SEM RESISTÊNCIA, SEM NECESSIDADE DE USO DE FORÇA EXTRA E QUE NÃO CAUSE DEFORMIDADE NO TECIDO DO PACIENTE. CÂNULA DE POLIURETANO OU TEFLON, FLEXÍVEL, ISENTA DE REBARBAS E QUE NÃO PERMITA COLABAMENTO OU ACOTOVELAMENTO; DEVE POSSIBILITAR PROGRESSÃO SUAVE NO PACIENTE, SEM RESISTÊNCIA, SEM NECESSIDADE DE USO DE FORÇA EXTRA, SEM CAUSAR DEFORMAÇÕES NO TECIDO; DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONFORME NR 32; DEVE SER ALCIONADO SEM A NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE FORÇA EXTRA E SEM A NECESSIDADE DE MOVIMENTOS DE ROTAÇÃO; CAMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO; CONECTOR LUER ADAPTAVEL EM QUALQUER EQUIPO E SERINGA, COM PROTETOR DE AGULHA; O DISPOSITIVO DEVE FUNCIONAR SEM A NECESSIDADE DE NENHUM MOVIMENTO DE ROTAÇÃO EM NENHUM MOMENTO DO PROCEDIMENTO DE PUNÇÃO; PRODUTO ATOXICO, ESTERIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE</p>			<p>Importação, Uso, Propaganda, Comercialização</p> <p>Cateter Intravenoso com sistema de segurança – GLOMED</p> <p>- Registro: 80273450028 (Lotes a partir de 06/03/2025)</p>		<p>certame, serão sob o <b>Registro ANVIS</b> <b>A nº 8027345</b> <b>9008</b>, com lotes sem restrição para uso pela Anvisa durante toda a vigência da ATA.</p> <p>No retorno, a empresa manifestou-se:</p> <p><i>"Confirmo, que serão fornecidos lotes fora da restrição da medida cautelar, em nossos estoques não temos nenhum dos lotes que se incluem em medida cautelar".</i></p> <p>Proposta classificada.</p> <p>É necessário apresentar</p>
---	--	--	--	--	--

	DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. Cota Principal							ação de amostras conforme exigência do edital.	
1 2	44204 - CATETER PERIFERICO Nº 22 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA CALIBRE 22 G; IDENTIFICADO NAS CORES PADRÃO UNIVERSAL, COM PROTETOR DE AGULHA; AGULHA EM AÇO, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, SEM REBARBAS OU ASPEREZAS, QUE POSSIBILITE PUNÇÃO SEM RESISTÊNCIA, SEM NECESSIDADE DE USO DE FORÇA EXTRA E QUE NÃO CAUSE DEFORMIDADE NO TECIDO DO PACIENTE. CÂNULA DE POLIURETANO OU TEFLON, FLEXÍVEL, ISENTA DE REBARBAS E QUE NÃO PERMITA COLABAMENTO OU ACOTOVELAMENTO; DEVE POSSIBILITAR PROGRESSÃO SUAVE NO PACIENTE, SEM RESISTÊNCIA, SEM NECESSIDADE DE USO DE FORÇA EXTRA, SEM CAUSAR DEFORMAÇÕES NO TECIDO; DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONFORME NR 32; DEVE SER ALCIONADO SEM A NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE FORÇA EXTRA E SEM A NECESSIDADE DE	Unida de	GTMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	GLO MED	GLO MED	De acordo	80273459008, Consulta no Portal ANVISA dia 09/12/2025 - Registro com medida cautelar vigente: Suspensão: Distribuição, Importação, Uso, Propaganda, Comercialização  Cateter Intravenoso com sistema de segurança – GLOMED - Registro: 80273450028 (Lotes a partir de 06/03/2025)	Apresento u	Exige Na análise preliminar, foi solicitado a confirmação de que os itens a serem fornecidos para o presente certame, serão sob o Registro ANVIS A nº 80273459008, com lotes sem restrição para uso pela Anvisa durante toda a vigência da ATA.  No retorno, a empresa manifestou-se: "Confirmo, que serão fornecidos lotes fora da

MOVIMENTOS DE ROTAÇÃO; CAMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO; CONECTOR LUER ADAPTAVEL EM QUALQUER EQUIPO E SERINGA, COM PROTETOR DE AGULHA; O DISPOSITIVO DEVE FUNCIONAR SEM A NECESSIDADE DE NENHUM MOVIMENTO DE ROTAÇÃO EM NENHUM MOMENTO DO PROCEDIMENTO DE PUNÇÃO; PRODUTO ATOXICO, ESTERIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. Cota Principal						<i>restrição da medida cautelar; em nossos estoques não temos nenhum dos lotes que se incluem em medida cautelar ".</i>
						Proposta classificada.  É necessári o apresent ação de amostras conform e exigênci a do edital.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno**,  
**Coordenador(a)**, em 09/12/2025, às 14:39, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,  
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº  
21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/>  
informando o código verificador **27800172** e o código CRC **93305AAD**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -  
[www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

10/12/2025, 08:45

SEI/PMJ - 27800172 - Memorando

25.0.200744-0

27800172v3