

**ANÁLISE SEI Nº 0024361936/2025 - SES.UAD.ACM**

Joinville, 03 de fevereiro de 2025.

ANÁLISE DE AMOSTRA**PREGÃO ELETRÔNICO: 547/2024****ITEM 3 - CÓDIGO 9422 - AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL TAMANHO PEQUENO PARA USO EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS**

DESCRIÇÃO	9422 - AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL TAMANHO PEQUENO PARA USO EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM SMS 100% POLIPROPILENO, COR BRANCO OU AZUL, HIDRORREPELENTE, GRAMATURA IGUAL OU SUPERIOR A 40G/M², ACABAMENTO COM COSTURA REFORÇADA NOS DECOTES, TIRAS E BORDAS, MANGAS COMPRIDAS, PUNHO COM ELÁSTICO OU MALHA SANFONADA, DOBRA CIRÚRGICA, ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, TAMANHO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE ENTREGA.
FORNECEDOR	FERNANDO UNIFORMES LTDA
MARCA	SPK AVENTAL
REGISTRO ANVISA	82053500011 PROPOSTA 82053500005 AMOSTRA
LOTE	NÃO
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	04 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA**EMBALAGEM**

Apontamentos:

() Adequada (X) inadequada () Não se aplica

EDITAL EXIGE: EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, TAMANHO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.

AMOSTRA APRESENTADA NÃO POSSUI DADOS DE IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos:

() Adequada (X) inadequada () Não se aplica

EDITAL EXIGE: AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL

AMOSTRA APRESENTADA NÃO É ESTÉRIL.

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos:

() Adequada (X) inadequada () Não se aplica

EDITAL EXIGE: PARA USO EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ESTÉRIL.

AMOSTRA APRESENTADA NÃO É ESTÉRIL E NÃO PODE SER UTILIZADA EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS.

CONCLUSÃO: AMOSTRA REPROVADA

Documento assinado eletronicamente por **Janice de Souza de Borba, Servidor(a) Público(a)**, em 03/02/2025, às 09:00, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0024361936** e o código CRC **A1387F7C**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

24.0.247443-7

0024361936v8