



MEMORANDO SEI Nº 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 28 de março de 2025.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 149/2025
Objeto: Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos)

Em atenção ao documento SEI nº 0024975968 segue análise técnica solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com o edital?	8.10 - Registro ANVISA	8.10.2 - Prospecto/Ficha técnica/Print de tela	Amostras?	Parecer
1	5770 - AGULHA DE CORTE AUTOMATICO PARA BIOPSIA MAMARIA - 14 G X 10 CM AGULHA DE CORTE AUTOMÁTICO PARA PROMAG ULTRA E 2,5 - 14 G X 10 CM	PC	UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA	UNIT MODELO/VERSÃO: TC-22P 14/10	De acordo	10287070051, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	EXIGE	Proposta de acordo com o edital. Não há necessidade de apresentar amostra, item já utilizado e aprovado anteriormente.
5	25087 - BOTTON PARA GASTROSTOMIA 20 FR CONFECCIONADO EM SILICONE, COM BALÃO E SISTEMA ANTIREFLUXO. MEDIDAS: 20	Unidade	MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MAX NUTRIFLOW/ HANGHZOU FUSHAN REFERÊNCIA: GTM-2015 E GTM-	De acordo	80050829003, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Prospecto não especifica todas as exigências do edital:	-----	Prospecto não especifica todas as exigências do edital.

	FR, COMPRIMENTO DO ESTOMA ENTRE 1,5 CM E 2 CM. ACOMPANHA EXTENSOR PARA ALIMENTAÇÃO VIA GASTROSTOMIA, COM ÂNGULO RETO, 2 VIAS, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 20 CM. EMBALAGEM ESTERIL CONTENDO NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REG. NA ANVISA.			2020			1. Comprimento do estoma entre 1,5 cm e 2 cm; 2. Extensor para alimentação via gastrostomia, com ângulo reto, 2 vias; 3. Com comprimento mínimo de 20 cm.		Classificação condicionada a empresa confirmar que item atende na íntegra as exigências do edital: 1. Comprimento do estoma entre 1,5 cm e 2 cm; 2. Extensor para alimentação via gastrostomia, com ângulo reto, 2 vias; 3. Com comprimento mínimo de 20 cm.
6	24869 - BOTTON PARA GASTROSTOMIA 16 FR CONFECCIONADO EM SILICONE, COM BALÃO E SISTEMA ANTIREFLUXO. MEDIDAS: 16 FR, COMPRIMENTO DO ESTOMA ENTRE 1,5 CM E 2 CM. ACOMPANHA EXTENSOR PARA ALIMENTAÇÃO VIA GASTROSTOMIA, COM ÂNGULO RETO, 2 VIAS, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 20 CM. EMBALAGEM ESTERIL CONTENDO NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REG. NA ANVISA.	Unidade	MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MAX NUTRIFLOW/ HANGHZOU FUSHAN REFERÊNCIA: GTM-1615 E GTM-1620	De acordo	80050829003, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou. Prospecto não especifica todas as exigências do edital: 1. Comprimento do estoma entre 1,5 cm e 2 cm; 2. Extensor para alimentação via gastrostomia, com ângulo reto, 2 vias; 3. Com comprimento mínimo de 20 cm.	-----	Prospecto não especifica todas as exigências do edital. Classificação condicionada a empresa confirmar que item atende na íntegra as exigências do edital: 1. Comprimento do estoma entre 1,5 cm e 2 cm; 2. Extensor para alimentação via gastrostomia, com ângulo reto, 2 vias; 3. Com comprimento mínimo de 20 cm.
7	25243 - BOTTON PARA GASTROSTOMIA 18 FR CONFECCIONADO EM SILICONE, COM BALÃO E SISTEMA ANTIREFLUXO. MEDIDAS: 18 FR, COMPRIMENTO DO ESTOMA ENTRE 1,5 CM E 2,0 CM. ACOMPANHA EXTENSOR PARA ALIMENTAÇÃO VIA GASTROSTOMIA, COM ÂNGULO RETO, 2 VIAS, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 20	Unidade	MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MAX NUTRIFLOW/ HANGHZOU FUSHAN REFERÊNCIA: GTM-1815 E GTM-1820	De acordo	80050829003, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou. Prospecto não especifica todas as exigências do edital: 1. Comprimento do estoma entre 1,5 cm e 2 cm; 2. Extensor para alimentação via	-----	Prospecto não especifica todas as exigências do edital. Classificação condicionada a empresa confirmar que item atende na íntegra as exigências do edital: 1. Comprimento do estoma entre 1,5 cm e 2 cm;

	CM. EMBALAGEM ESTERIL CONTENDO NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E REG. NA ANVISA.						gastrostomia, com angulo reto, 2 vias; 3. Com comprimento mínimo de 20 cm.		2. Extensor para alimentação via gastrostomia, com angulo reto, 2 vias; 3. Com comprimento mínimo de 20 cm.
8	25244 - BOTTON PARA GASTROSTOMIA 20 FR CONFECCIONADO EM SILICONE, COM BALÃO E SISTEMA ANTIREFLUXO. MEDIDAS: 20 FR, COMPRIMENTO DO ESTOMA 3,0 CM. ACOMPANHA EXTENSOR PARA ALIMENTAÇÃO VIA GASTROSTOMIA, COM ANGULO RETO, 2 VIAS, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 20 CM. EMBALAGEM ESTERIL CONTENDO NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E REG. NA ANVISA.	Unidade	MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MAX NUTRIFLOW/ HANGHZOU FUSHAN REFERÊNCIA: GTM-2020 E GTM- 2030	De acordo	80050829003, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou. Prospecto não especifica todas as exigências do edital: 1. Comprimento do estoma 3 cm; 2. Extensor para alimentação via gastrostomia, com angulo reto, 2 vias; 3. Com comprimento mínimo de 20 cm.	-----	Prospecto não especifica todas as exigências do edital. Classificação condicionada a empresa confirmar que item atende na íntegra as exigências do edital: 1. Comprimento do estoma 3 cm; 2. Extensor para alimentação via gastrostomia, com angulo reto, 2 vias; 3. Com comprimento mínimo de 20 cm.
9	911078 - CADARCO VASCULAR SILICONE CADARCO VASCULAR SILICONE, COR VERMELHA, TAMANHO 1,0 MM X 406 MM. ENVELOPE ESTERIL COM 02 UNIDADES CADA. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, Nº LOTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO.	Envelope	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	CADARÇO VASCULAR / IMPACTO MEDICAL CVVMMX16	De acordo	80358740023, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou.	-----	Proposta de acordo com o edital, classificada.

10	912478 - CAMPO CIRURGICO ADESIVO TRANSPARENTE TAMANHO MINIMO DE 60 CM X 40 CM CAMPO CIRURGICO ADESIVO TRANSPARENTE QUE PERMITA A TRANSPIRAÇÃO DA PELE E A VISUALIZAÇÃO DA ÁREA DE INCISÃO SEM REFLETIR LUZ; RESISTENTE A TRAÇÃO, MAS QUE POSSA SER FACILMENTE CORTADO COM BISTURI; FLEXIVEL, QUE SE ADAPTE AS ÁREAS DE CONTO RNO DO CORPO, CAPAZ DE MANTER-SE ADERIDO EM CIRURGIAS DE LONGA DURAÇÃO.TAMANHO MINIMO DE 60 CM X 40 CM.	PC	TOTAL SUPRI COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Incifilm FABRICANTE: PHARMAPLAST, AMRIA FREE ZONE ALEXANDRIA EGYPT – EGITO	Proposta descreve "tamanho ofertado 55 cm x 45 cm"; edital exige "tamanho mínimo de 60 cm x 40 cm"	82705399003, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	EXIGE	Na ficha técnica constam vários tamanhos de campos, inclusive com medidas que atendem o edital, porém, a empresa indicou na proposta "TAMANHO OFERTADO 55 CM X 45 CM". Tal medida não atende as exigências do edital, que solicita tamanho mínimo de 60 cm X 40 cm. Proposta reprovada.
11	21475 - Cânula p/ biópsia de medula óssea Cânula p/ biópsia de medula óssea 11g x 13 a 15 cm cânula para biopsia de medula óssea , descartável, cânula, mandril e extrator em aço inoxidável, alta eficiência no corte, empunhadura anatômica, estéril, apirogênica. embalagem individual contendo método de esterilização, nº lote e validade, responsável técnico e registro na Anvisa.	Peças	UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA	UNIT MODELO/VERSÃO: AM-2 11/15	De acordo	10287079003, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou.	-----	Proposta de acordo com o edital, classificada.
12	911737 - CANULA P/ BIOPSIA DE MEDULA OSSEA 11GX10CM CANULA PARA BIOPSIA DE MEDULA OSSEA 11GX10CM ADULTO, DESCARTAVEL, CANULA, MANDRIL E EXTRATOR EM ACO INOXIDAVEL, ALTA EFICIENCIA NO CORTE, EMPUNHADURA ANATOMICA, ESTERIL, APIROGENICA. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO METODO DE ESTERILIZACAO, Nº LOTE E VALIDADE, RESPONSAVEL TECNICO E REGISTRO NA ANVISA.	PC	CRUZEL COMERCIAL LTDA	MEDAX MODELO: NX 11 100-00	De acordo	80634880042, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	-----	Proposta de acordo com o edital, classificada.
13	909438 - CAPA P/VIDEO ASSEPTICA 12,5 CM X2,5 M CAPA PARA VIDEOLAPAROSCOPIA DESCARTAVEL, ESTERIL MEDINDO 12,5 CM DE LARGURA	PC	MINAS IMPORT LTDA	PROTECT CAM / MINAS IMPORT Modelo: PC0CN	De acordo	80302210008, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou.	-----	Proposta de acordo com o edital, classificada.

	X 2,5 M DE COMPRIMENTO, EM POLIETILENO TRANSPARENTE. EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO, INDIVIDUAL. COM DADOS DE IDENTIFICACAO, NUMERO DE LOTE, METODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZACAO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.								
14	910549 - CAPA PLASTICA PARA MICROSCOPIO C/VISOR 95X220CM CAPA PLASTICA PARA MICROSCOPIO, COM VISOR DE VIDRO, TAMANHO APROXIMADO DE 95X220 CM, DESCARTAVEL, ATOXICA E APIROGENICA. EMBALAGEM ESTERIL INDIVIDUAL. DADOS DE IDENTIFICACAO, NUMERO DO LOTE, METODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZACAO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	PC	MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	HealtQualitty ref. 204069	Proposta descreve "tamanho aproximado 90x200cm"; edital exige "tamanho aproximado 95x220cm".	80166330011, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou. Prospecto descreve vários tamanhos de saco plástico, mas não descreve o tamanho ofertado "90x200cm", nem o tamanho exigido no descritivo "95x200cm".	-----	Na proposta, a empresa indicou o tamanho 90 X 200 cm; a ficha apresentada não consta nem a medida exigida no edital nem a medida informada pela empresa. Para continuidade na análise, solicitamos: 1- Que a empresa confirme a medida do item ofertado; 2- Que a empresa apresente documentação técnica referente a medida ofertada.
15	909309 - CATETER DUPLO J ADULTO 6 FR CATETER DUPLO J 6FR COMPRIMENTO 28 CM, BIOCOMPATÍVEL, RADIOPACO E FABRICADO EM POLIURETANO A PROVA DE DOBRAS. REVESTIMENTO HIDROFÍLICO. MARCAÇÃO NO CORPO DO CATETER, VÁRIOS ORIFÍCIOS E EXTREMIDADES ABERTAS. FIO GUIA HIDROFÍLICO COM COMPRIMENTO SUPERIOR A 130 CM. EMBALAGEM ESTÉRIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, REGISTRO ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO	Pç.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	BCI MARCA: BCI CX C/5	De acordo	10297020026, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	-----	EXIGE	Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras.

16	912700 - COMPRESSA NEURO CIRURGICA 13MM X 13MM COMPRESSA NEURO CIRURGICA, FABRICADA EM FIBRA DE POLIESTER / RAYON DE EXTREMA PUREZA E COM PROCESSO ESPECIAL DE ENTRELACAMENTO. POSSUIR FIO DE SUTURA FIXADO AO TECIDO E EMPREGNADO COM SULFATO DE BARIO. DEVERA SER ACONDICIONADO EM SUPORTE DE PAPEL CARTAO, CONTENDO 10 UNIDADES ESTEREIS. TAMANHO APROXIMADO 13MM X 13MM. EMBALAGEM CONTENDO AS IDENTIFICAÇÕES, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NA ANVISA.	PCT	BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	HEALTH QUALITY	Apresentou descrição resumida do item.	80166330030, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	EXIGE	Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras.
17	912701 - COMPRESSA NEURO CIRURGICA 13MM X 25MM COMPRESSA NEURO CIRURGICA, FABRICADA EM FIBRA DE POLIESTER / RAYON DE EXTREMA PUREZA E COM PROCESSO ESPECIAL DE ENTRELACAMENTO. POSSUIR FIO DE SUTURA FIXADO AO TECIDO E EMPREGNADO COM SULFATO DE BARIO. DEVERA SER ACONDICIONADO EM SUPORTE DE PAPEL CARTAO, CONTENDO 10 UNIDADES ESTEREIS. TAMANHO APROXIMADO 13MM X 25MM. EMBALAGEM CONTENDO AS IDENTIFICAÇÕES, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NA ANVISA.	PCT	BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	HEALTH QUALITY	Apresentou descrição resumida do item.	80166330030, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	EXIGE	Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras.
18	912702 - COMPRESSA NEURO CIRURGICA 13MM X 38MM COMPRESSA NEURO CIRURGICA, FABRICADA EM FIBRA DE POLIESTER / RAYON DE EXTREMA PUREZA E COM PROCESSO ESPECIAL DE ENTRELACAMENTO. POSSUIR FIO DE SUTURA FIXADO AO TECIDO E EMPREGNADO COM	PCT	BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	HEALTH QUALITY	Apresentou descrição resumida do item.	80166330030, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	EXIGE	Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras.

	SULFATO DE BARIO. DEVERA SER ACONDICIONADO EM SUPORTE DE PAPEL CARTAO, CONTENDO 10 UNIDADES ESTEREIS. TAMANHO APROXIMADO 13MMX 38MM. EMBALAGEM CONTENDO AS IDENTIFICAÇÕES, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NA ANVISA.							
19	25053 - DRENO DE TORAX Nº 12 C /1000 ML (KIT COMPLETO) COMPOSTO DE FRASCO COM CAPACIDADE PARA 1000 ML, PVC, ESCALA GRADUADA A CADA 50 ML, TAMPA ROSQUEADA, EXTENSOR EM PVC COM PINÇA TIPO CLAMP E ALÇA. DRENO COM MATERIAL ATÓXICO, RADIOPACO. ESTÉRIL. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	KIT	SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	SERODREN / SEROPLAST IND E COM DE PROD HOSP LTDA MODELO: SERODREN 1.000ML C/ 12FR	De acordo.	81479119009, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou.	----- Proposta de acordo com o edital, classificada.
20	25054 - DRENO DE TORAX Nº 14 COM 1000 ML (KIT COMPLETO) COMPOSTO DE FRASCO COM CAPACIDADE PARA 1000 ML, PVC, ESCALA GRADUADA A CADA 50 ML, TAMPA ROSQUEADA, EXTENSOR EM PVC COM PINÇA TIPO CLAMP E ALÇA. DRENO COM MATERIAL ATÓXICO, RADIOPACO. ESTÉRIL. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	KIT	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	SEROPLAST 81479119009	Apresentou descrição resumida do item.	81479119009, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou.	----- Proposta de acordo com o edital, classificada.
21	910587 - DRENO DE TORAX 16 C/1000 ML (KIT COMPLETO) KIT ESTÉRIL, COMPOSTO DE FRASCO COM CAPACIDADE PARA 1000 ML, EM PVC, ESCALA GRADUADA A CADA 50 ML,	KIT	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO	SEROPLAST 81479119009	Apresentou descrição resumida do item.	81479119009, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou.	----- Proposta de acordo com o edital, classificada.

	TAMPA ROSQUEADA, EXTENSOR EM PVC COM PONTA RÍGIDA PARA CONEXÃO AO DRENO SEM RISCOS DE SOLTAR, COM PINÇA TIPO CLAMP E ALÇA. DRENO Nº 16, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, RADIOPACO; EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.		HOSPITALARES S/A						
22	910588 - DRENO DE TORAX 18 C/1000 ML (KIT COMPLETO) KIT ESTÉRIL, COMPOSTO DE FRASCO COM CAPACIDADE PARA 1000 ML, EM PVC, ESCALA GRADUADA A CADA 50 ML, TAMPA ROSQUEADA, EXTENSOR EM PVC COM PONTA RÍGIDA PARA CONEXÃO AO DRENO SEM RISCOS DE SOLTAR, COM PINÇA TIPO CLAMP E ALÇA. DRENO Nº 18, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, RADIOPACO; EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	KIT	BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	HEALTH QUALITY	Apresentou descrição resumida do item.	80166330075 80166330078, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	-----	Proposta de acordo com o edital, classificada.
23	910562 - DRENO DE TORAX 28 C/2000 ML (KIT COMPLETO) KIT ESTÉRIL, COMPOSTO DE FRASCO COM CAPACIDADE PARA 2000 ML, EM PVC, ESCALA GRADUADA A CADA 50 ML, TAMPA ROSQUEADA, EXTENSOR EM PVC COM PONTA RÍGIDA PARA CONEXÃO AO DRENO SEM RISCOS DE SOLTAR, COM PINÇA TIPO CLAMP E ALÇA. DRENO Nº 28, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO,	KIT	BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	HEALTH QUALITY	Apresentou descrição resumida do item.	80166330075 80166330078, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	-----	Proposta de acordo com o edital, classificada.

	RADIOPACO; EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.							
24	910563 - DRENO DE TORAX 30 C/2000 ML (KIT COMPLETO) KIT ESTÉRIL, COMPOSTO DE FRASCO COM CAPACIDADE PARA 2000 ML, EM PVC, ESCALA GRADUADA A CADA 50 ML, TAMPA ROSQUEADA, EXTENSOR EM PVC COM PONTA RÍGIDA PARA CONEXÃO AO DRENO SEM RISCOS DE SOLTAR, COM PINÇA TIPO CLAMP E ALÇA. DRENO Nº 30, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, RADIOPACO; EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	KIT	BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	HEALTH QUALITY	Apresentou descrição resumida do item.	80166330075 80166330078, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	----- Proposta de acordo com o edital, classificada.
25	910565 - DRENO DE TORAX 32 C/2000 ML (KIT COMPLETO) KIT ESTÉRIL, COMPOSTO DE FRASCO COM CAPACIDADE PARA 2000 ML, EM PVC, ESCALA GRADUADA A CADA 50 ML, TAMPA ROSQUEADA, EXTENSOR EM PVC COM PONTA RÍGIDA PARA CONEXÃO AO DRENO SEM RISCOS DE SOLTAR, COM PINÇA TIPO CLAMP E ALÇA. DRENO Nº 32, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, RADIOPACO; EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	KIT	BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	HEALTH QUALITY	Apresentou descrição resumida do item.	80166330075 80166330078, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	----- Proposta de acordo com o edital, classificada.

26	910564 - DRENO DE TORAX 34 C/2000 ML (KIT COMPLETO) KIT ESTÉRIL, COMPOSTO DE FRASCO COM CAPACIDADE PARA 2000 ML, EM PVC, ESCALA GRADUADA A CADA 50 ML, TAMPA ROSQUEADA, EXTENSOR EM PVC COM PONTA RÍGIDA PARA CONEXÃO AO DRENO SEM RISCOS DE SOLTAR, COM PINÇA TIPO CLAMP E ALÇA. DRENO Nº 34, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, RADIOPACO; EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	KIT	BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	HEALTH QUALITY	Apresentou descrição resumida do item.	80166330075 80166330078, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	-----	Proposta de acordo com o edital, classificada.
27	910566 - DRENO DE TORAX 36 C/2000 ML (KIT COMPLETO) KIT ESTÉRIL, COMPOSTO DE FRASCO COM CAPACIDADE PARA 2000 ML, EM PVC, ESCALA GRADUADA A CADA 50 ML, TAMPA ROSQUEADA, EXTENSOR EM PVC COM PONTA RÍGIDA PARA CONEXÃO AO DRENO SEM RISCOS DE SOLTAR, COM PINÇA TIPO CLAMP E ALÇA. DRENO Nº 36, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, RADIOPACO; EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	KIT	BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	HEALTH QUALITY	Apresentou descrição resumida do item.	80166330075 80166330078, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	-----	Proposta de acordo com o edital, classificada.
28	910567 - DRENO DE TORAX 38 C/2000 ML (KIT COMPLETO) KIT ESTÉRIL, COMPOSTO DE FRASCO COM CAPACIDADE PARA 2000 ML, EM PVC, ESCALA GRADUADA A CADA 50 ML, TAMPA ROSQUEADA, EXTENSOR EM PVC COM PONTA	KIT	BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	HEALTH QUALITY	Apresentou descrição resumida do item.	80166330075 80166330078, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	-----	Proposta de acordo com o edital, classificada.

	RÍGIDA PARA CONEXÃO AO DRENO SEM RISCOS DE SOLTAR, COM PINÇA TIPO CLAMP E ALÇA. DRENO Nº 38, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, RADIOPACO; EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.							
29	911859 - DRENO DE TORAX Nº 32 EM SILICONE INDIVIDUAL DRENO DE TORAX Nº 32 EM SILICONE - ATÓXICO, RADIOPACO, COM CONECTOR UNIVERSAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	PC	TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	DRENOFLEX	De acordo	81479110007, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	----- Proposta de acordo com o edital, classificada.
30	10837 - DRENO DE PENROSE Nº 01 CONFECCIONADO EM LÁTEX, FLEXÍVEL, LUBRIFICADO COM PÓ BIOABSORVÍVEL, TAMANHO DE APROXIMADAMENTE 6 MM, CONTÉM LINHA RADIOPACA EM TODA A SUA EXTENSÃO PARA IDENTIFICAÇÃO E POSICIONAMENTO ATRAVÉS DE RX, ANTIALÉRGICO, ANTIADERENTE, HIDROFÓBICO, ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, PROCEDÊNCIA, REGISTRO NO M.S./ ANVISA E ATENDER OS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELAS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS.	Unidade	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	CIRURGICA BRASIL WALTEX MOD.0110SG	De acordo	10229650009, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	----- Proposta de acordo com o edital, classificada.
31	10836 - DRENO DE PENROSE Nº 02 CONFECCIONADO EM	Unidade	ALTERMED MATERIAL	CIRURGICA BRASIL	De acordo	10229650009, registro ativo,	Apresentou	----- Proposta de acordo com o edital, classificada.

	LÁTEX, FLEXÍVEL, LUBRIFICADO COM PÓ BIOABSORVÍVEL, TAMANHO DE APROXIMADAMENTE 6 MM, CONTÉM LINHA RADIOPACA EM TODA A SUA EXTENSÃO PARA IDENTIFICAÇÃO E POSICIONAMENTO ATRAVÉS DE RX, ANTIALÉRGICO, ANTIADERENTE, HIDROFÓBICO, ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, PROCEDÊNCIA, REGISTRO NO M.S./ ANVISA E ATENDER OS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELAS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS.		MEDICO HOSPITALAR LTDA	WALTEX MOD.0111SG		confirmado no Portal ANVISA.			
32	909765 - DRENO DE PENROSE Nº 03 SEM GAZE DRENO DE PENROSE Nº 03, SEM GAZE, LATEX NATURAL, FLEXÍVEL, FORMATO TUBULAR UNIFORME EM TODA SUA EXTENSÃO, PAREDES FINAS E MALEÁVEIS. ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.	PC	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	WALTEX - CIRURGICA BRASIL	De acordo	Na proposta consta o registro Anvisa 10229659022 , porém, na ficha técnica apresentada consta o registro Anvisa 10229650009 .	Apresentou	-----	Para continuidade na análise, solicitamos: 1- Que a empresa confirme o número do registro Anvisa do produto ofertado;
33	909766 - DRENO DE PENROSE Nº04 SEM GAZE DRENO DE PENROSE Nº 04, SEM GAZE, LATEX NATURAL, FLEXÍVEL, FORMATO TUBULAR UNIFORME EM TODA SUA EXTENSÃO, PAREDES FINAS E MALEÁVEIS. ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.	PC	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	INOVATAX 80950310006	Apresentou descrição resumida do item.	80950310006, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	-----	Proposta de acordo com o edital, classificada.
34	910559 - DRENO SUCTOR 3.2 MM DRENO SUCTOR CALIBRE 3.2 MM. SISTEMA FECHADO, ESTÉRIL, COM RESERVATÓRIO TIPO FOLE, TRANSPARENTE, TAMPA CENTRAL ACOPLADA AO FRASCO, E CAPACIDADE APROXIMADA DE 500 ML, EXTENSÃO INTERMEDIÁRIA EM PVC TRANSPARENTE	PC	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	GLOMED	De acordo	80273459007, registro com medida cautelar ativa desde 17/03/2025 para todos os lotes a partir de 06/03/2025.	Não apresentou	EXIGE	O produto ofertado está com restrição na Anvisa para uso de todos os lotes fabricados a partir de 06/03/2025. Considerando que a ATA será assinada futuramente e que não há previsão de

	CONTENDO CLAMP CORTA FLUXO E CONECTOR INTERMEDIÁRIO COM 3 VIAS, CATÉTER COM APROXIMADAMENTE 1 M EM PVC, SILICONIZADO, FLEXÍVEL, RADIOPACO, COM FENESTRAS ASSIMÉTRICAS, ACOMPANHADO DE AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL E PONTA BISELADA DE 10 CM. ALÇA DE SUSTENTAÇÃO DE PREFERÊNCIA EM PVC. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.							quando será solicitado os itens, solicitamos ao fornecedor que manifeste-se acerca de: 1- Como a empresa garante que no momento da solicitação terá produtos de lote liberado para uso pela Anvisa? 2- A empresa também não apresentou ficha técnica, prospecto ou print de tela do item ofertado.
35	910560 - DRENO SUCTOR 4,8 MM DRENO SUCTOR CALIBRE 4.8 MM. SISTEMA FECHADO, ESTÉRIL, COM RESERVATÓRIO TIPO FOLE, TRANSPARENTE, TAMPA CENTRAL ACOPLADA AO FRASCO, E CAPACIDADE APROXIMADA DE 500 ML, EXTENSÃO INTERMEDIÁRIA EM PVC TRANSPARENTE CONTENDO CLAMP CORTA FLUXO E CONECTOR INTERMEDIÁRIO COM 3 VIAS, CATÉTER COM APROXIMADAMENTE 1 M EM PVC, SILICONIZADO, FLEXÍVEL, RADIOPACO, COM FENESTRAS ASSIMÉTRICAS, ACOMPANHADO DE AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL E PONTA BISELADA DE 10 CM. ALÇA DE SUSTENTAÇÃO DE PREFERÊNCIA EM PVC. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	PC	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	GLOMED	De acordo	80273459007, registro com medida cautelar ativa desde 17/03/2025 para todos os lotes a partir de 06/03/2025.	Não apresentou	EXIGE O produto ofertado está com restrição na Anvisa para uso de todos os lotes fabricados a partir de 06/03/2025. Considerando que a ATA será assinada futuramente e que não há previsão de quando será solicitado os itens, solicitamos ao fornecedor que manifeste-se acerca de: 1- Como a empresa garante que no momento da solicitação terá produtos de lote liberado para uso pela Anvisa? 2- A empresa também não apresentou ficha técnica, prospecto ou print de tela do item ofertado.

36	910561 - DRENO SUCTOR 6,4 MM DRENO SUCTOR CALIBRE 6.4 MM. SISTEMA FECHADO, ESTÉRIL, COM RESERVATÓRIO TIPO FOLE, TRANSPARENTE, TAMPA CENTRAL ACOPLADA AO FRASCO, E CAPACIDADE APROXIMADA DE 500 ML, EXTENSÃO INTERMEDIÁRIA EM PVC TRANSPARENTE CONTENDO CLAMP CORTA FLUXO E CONECTOR INTERMEDIÁRIO COM 3 VIAS, CATÉTER COM APROXIMADAMENTE 1 M EM PVC, SILICONIZADO, FLEXÍVEL, RADIOPACO, COM FENESTRAS ASSIMÉTRICAS, ACOMPANHADO DE AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL E PONTA BISELADA DE 10 CM. ALÇA DE SUSTENTAÇÃO DE PREFERÊNCIA EM PVC. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	PC	BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	SEROPLAST	Apresentou descrição resumida do item.	81479110029, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou.	EXIGE	Proposta de acordo com edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra.
37	909502 - EQUIPO 4 VIAS PARA ARTROSCOPIA OU IRRIGACAO CONTINUA EQUIPO 4 VIAS PARA ARTROSCOPIA OU IRRIGAÇÃO VESICAL CONTÍNUA NO TRANSOPERATÓRIO, TUBO DE PVC CRISTAL, 4 PONTAS INTRODUTORAS PERFUROCORTANTES PARA ADAPTAÇÃO AOS FRASCOS DE SORO, TAMPA PROTETORA, PINÇA PLÁSTICA CORTA FLUXO, UNIÃO EM PVC ANELADO. EMBALAGEM ESTÉRIL INDIVIDUAL. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	PC	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	SEROPLAST INDUSTRIA 81479110009	Apresentou descrição resumida do item.	81479110009, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou.	EXIGE	Proposta de acordo com edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra.

38	910271 - ESPONJA HEMOSTATICA DE GELATINA ABSORVIVEL ESPONJA HEMOSTÁTICA, ESTÉRIL, MEDINDO NO MÍNIMO 7 X 5 X 1 CM, POROSA, PREPARADA COM GELATINA PURIFICADA E ABSORVÍVEL, FACILMENTE ABSORVÍVEL, SEM FORMAR CICATRIZAÇÃO EXCESSIVA OU REAÇÃO CELULAR COLOCADA NOS TECIDOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	ENV	ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	SURGISPON/AEGIS SSP-705010	De acordo	80320680090, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou.	EXIGE	Proposta de acordo com o edital, classificada. Não há necessidade de apresentar amostra, item já utilizado e aprovado anteriormente conforme SEI 0020141476.
40	911132 - DRENO EM T SILICONE 10 (KEHR)	PC	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Taylor	De acordo	10229650027, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou.	-----	Proposta de acordo com edital, classificada.
41	911134 - DRENO EM T SILICONE 14 (KEHR)	PC	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Taylor	De acordo	10229650027, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou.	-----	Proposta de acordo com edital, classificada.
42	911135 - DRENO EM T SILICONE 16 (KEHR)	PC	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Taylor	De acordo	10229650027, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou.	-----	Proposta de acordo com edital, classificada.
43	911136 - DRENO EM T SILICONE 18 (KEHR)	PC	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Taylor	De acordo	10229650027, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou.	-----	Proposta de acordo com edital, classificada.
44	912284 - DRENO EM T SILICONE 20 (KEHR)	PC	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Taylor	De acordo	10229650027, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou.	-----	Proposta de acordo com edital, classificada.

45	21432 - HEMOSTATICO ABSORVIVEL 5X7,5 CM ESTÉRIL HEMOSTÁTICO A BASE DE CELULOSE, 5 X 7,5 CM, (PODENDO VARIAR 0,5 CM +/-), ESTÉRIL, PRONTO PARA USO, EMBALAGEM UNITÁRIA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, REGISTRO NA ANVISA.	ENV	ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	SURGI ORC/AEGIS MODELO: SOO-0203	Proposta descreve "5,1 x 7,6cm".	80320680098, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou.	EXIGE	Proposta de acordo com o edital, classificada. Não há necessidade de apresentar amostra, item já utilizado e aprovado anteriormente conforme SEI 0020065024.
47	909433 - LAMINA DE DERMATOMO A BATERIA LAMINA DE DERMATOMO COMPATIVEL COM A MARCA AESCULAP MODELO ACULAN 6A643, LAMINA REF. GB 228R.	PC	DLM HOSPITALAR LTDA	DLM Modelo: DLM-B-81	De acordo	82059269018, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou. Prospecto não deixa claro exigência do edital "COMPATIVEL COM A MARCA AESCULAP MODELO ACULAN 6A643, LAMINA REF. GB 228R"	-----	Classificação condicionada a empresa confirmar que item atende na íntegra as exigências do edital: 1- COMPATÍVEL COM A MARCA AESCULAP MODELO ACULAN 6A643, LAMINA REF. GB 228R.
48	909493 - LAMINA OFTALMO 15 GRAUS LAMINA OFTALMO 15 GRAUS CONFECCIONADA EM ACO INOX E HASTE EM MATERIAL PLASTICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NUMERO DO LOTE, VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO ANVISA.	PC	AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	ACUTE SURGICAL / INDIA R4 15 SBU	De acordo	80320680064, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	EXIGE	Proposta de acordo com edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra.
49	909488 - LAMINA OFTALMO 2,75GRAUS LAMINA OFTALMO 2,75 GRAUS CONFECCIONADA EM ACO INOX E HASTE EM MATERIAL PLASTICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NUMERO DO LOTE, VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO ANVISA.	PC	AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	ACUTE SURGICAL / INDIA R1 27 SBU	De acordo	80320680064, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	EXIGE	Proposta de acordo com edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra.
50	910684 - LAMINA OFTALMO CRESCENTE LAMINA OFTALMO CRESCENTE, CONFECCIONADA EM ACO INOX E HASTE EM MATERIAL PLASTICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL, CONTENDO DADOS DE	PC	AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	ACUTE SURGICAL / INDIA R3 02 SBU	De acordo	80320680064, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	EXIGE	Proposta de acordo com edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra.

	IDENTIFICAÇÃO, NUMERO DO LOTE, VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO ANVISA.							
52	917056 - LAMINA PARA BISTURI Nº 10 EM AÇO CARBONADO, PARA PROCEDIMENTOS VASCULARES E ARTERIAIS, QUE PERMITA A REALIZAÇÃO DE CORTES SUAVES, FÁCIL IDENTIFICAÇÃO DE SUA ÁREA DE CORTE, ATRAVÉS DA DIFERENÇA DE TONALIDADE DA LAMINA, ESTERILIZADA A RÁIO GAMA, CORTE PERFEITO, QUE NÃO OCORRA RISCO DE OCLUSÃO ARTERIAL, QUE NÃO GEREM BORDAS IRREGULARES, LAMINA COM PONTA DELICADA, COM 1,9 MM DE LAMINA CORTANTE, COM PEQUENO DECLIVE NA PARTE SUPERIOR, DESCARTÁVEL, ESTERIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHE, COM INIBIDOR DE CORROSIVO, QUE NÃO PERMITA A PERFURAÇÃO, GARANTINDO A ESTERILIZAÇÃO E PREVENINDO CONTRA ACIDENTES, A EMBALAGEM DEVE PERMITIR A RETIRADA FÁCIL DA LAMINA, COM ABERTURA ASÉPTICA, EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 100 UNIDADES CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MÍNIMA 20 MESES APÓS EMISSÃO DA NF DE ENTREGA.	UNID	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DESCARPACK	De acordo	10330660276, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	----- Proposta de acordo com o edital, classificada.
56	917064 - LAMINA PARA BISTURI Nº 21 EM AÇO CARBONADO, PARA PROCEDIMENTOS VASCULARES E ARTERIAIS, QUE PERMITA A REALIZAÇÃO DE CORTES SUAVES, FÁCIL	UNID	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DESCARPACK CX C/100	De acordo	10330660276, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	----- Proposta de acordo com o edital, classificada.

	IDENTIFICACAO DE SUA AREA DE CORTE, ATRAVES DA DIFERENCA DE TONALIDADE DA LAMINA, ESTERILIZADA A RAIO GAMA, CORTE PERFEITO, QUE NAO OCORRA RISCO DE OCLUSAO ARTERIAL, QUE NAO GEREM BORDAS IRREGULARES, LAMINA COM PONTA DELICADA, COM 1,9 MM DE LAMINA CORTANTE, COM PEQUENO DECLIVE NA PARTE SUPERIOR, DESCARTAVEL, ESTERIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHE, COM INIBIDOR DE CORROSIVO, QUE NAO PERMITA A PERFURACAO, GARANTINDO A ESTERILIZACAO E PREVENINDO CONTRA ACIDENTES, A EMBALAGEM DEVE PERMITIR A RETIRADA FACIL DA LAMINA, COM ABERTURA ASSEPTICA, EMBALAGEM COM NO MAXIMO 100 UNIDADES CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, DATA DE ESTERILIZACAO, PROCEDENCIA, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.							
59	913396 - PLÁSTICO ESTÉRIL DESCARTÁVEL 90CMX120CM PLÁSTICO ESTÉRIL DESCARTÁVEL PARA COBERTURA DE MESA CIRÚRGICA, EM POLIETILENO TRANSPARENTE, NO MÍNIMO 90 CM DE LARGURA + 120 CM DE COMPRIMENTO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, PERMITINDO ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO DA ANVISA.	PC	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ESTERILIMED PCT C/1000	De acordo	10417460002, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou, porém, não rás informações da medida do item ofertado	----- Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item atende as exigências do edital: 1- Medidas mínimas 90 cm X 120 cm;

60	909832 - SERRA GIGLI 0,50CM SERRA DE GIGLI, FORMADA DE ARRAME EM ACO CORRUGADO, CONFECCIONADO EM ACO INOXIDAVEL. TAMANHO DE 0,50 CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL.	PC	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	STYLLE - CIRURGICA BRASIL	De acordo	10229650018, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	-----	Proposta de acordo com o edital, classificada.
61	31166 - EQUIPO DE IRRIGAÇÃO DE ALTO FLUXO COM 2 VIAS PARA PROCEDIMENTO DE UROLOGIA, GINECOLOGIA E ORTOPEDIA TUBO CONFECCIONADO EM PVC CRISTAL. APRESENTA PERFURADOR COM TAMPA, PINÇA CORTA-FLUXO EM TODAS AS EXTENSÕES, ACOPLAMENTO EM Y, CONECTORES DO EQUIPO EM DUAS CONFIGURAÇÕES. GRADUADO, COM COMPRIMENTO DE 2 METROS E VIAS COM DIÂMETRO DE 1/4". USO ÚNICO, ATÓXICO, APIROGÊNICO, ISENTO DE LÁTEX. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MÍNIMA 20 MESES APOS EMISSÃO DA NF DE ENTREGA.	Unidade	TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	SEROAR	De acordo	81479110009, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou, porém, não trás todas as informações exigidas no edital.	-----	Solciitamos que a empresa apresente documentação complementar, comprovando que o item atende as seguines exigências do edital (aceita-se declaração do fabricante): 1. Alto fluxo; 2. Acoplamento em Y; 3. Conectores do equipo em duas configurações; 4. Graduado; 5. Com comprimento de 2 metros; 6. Vias com diâmetro de 1/4".
63	910870 - CANETA P/ CAUTERIO AZUL CANETA PARA ELETROCAUTÉRIO DESCARTÁVEL, COM PONTEIRA, COM COMANDO DE FÁCIL MANEJO, COM DISPOSITIVO PARA CORTE E COAGULAÇÃO, COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO WEM MOD SS 501 E SS 500, VALLEYLAB E FORCE 2 EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL.	PC	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Bluepad/DBI	De acordo	80722800019, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou. Prospecto não deixa claro a exigência do edital: COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO WEM MOD SS 501 E SS 500, VALLEYLAB E FORCE 2	-----	Classificação condicionada a empresa confirmar que item atende na íntegra as exigências do edital: 1- Compatível com equipamento WEM MOD SS 501 e SS 500, VALLEYLAB e FORCE 2.

	REGISTRO NA ANVISA, RESPONSÁVEL TÉCNICO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.								
64	912972 - CONDUTOR PARA EXPANSOR DE PELE 1:3 CONDUTOR PARA EXPANSOR DE PELE, 1MM DE EXPESSURA, COM RANHURAS EM V, EVITANDO DESLIZAMENTO LATERAL DO ENXERTO,COMPATIVEL PARA EXPANSOR TIPO ZIMMER MODELO MESHGRAFT 2195, ESPANSÃO 1:3 TAMANHO 28 X 7,88CM, CAIXA COM 10 UNIDADES.	CX	UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	AYGUN M11-605	De acordo	81965549001, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou Prospecto não deixa claro as exigências do edital: 1. Compatível para expansor tipo Zimmer modelo Meshgraft 2195; 2. Tamanho 28 x 7,88cm.	-----	Classificação condicionada a empresa confirmar que item atende as exigências do edital: 1. Compatível para expansor tipo Zimmer modelo Meshgraft 2195; 2. Tamanho 28 x 7,88cm.
65	910248 - AGULHA PARA BIOPSIA DE TECIDOS MOLES 16G X 16CM PARA DISPARADOR AUTOMATICO AGULHA PARA BIOPSIA DE TECIDOS MOLES 16G X 16 CM PARA DISPARADOR AUTOMÁTICO - (QUE DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO). AGULHA PARA BIOPSIA DE ASPIRAÇÃO HISTOLÓGICA E CITOLOGICA EM TECIDOS MOLES COMO FÍGADO E RIM, TAMANHO 16G X 16 CM. ATRAUMATICA. USO UNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGENICO. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO COMO: LOTE, DATA DE VALIDADE, RESPONSÁVEL TECNICO E REGISTRO NA ANVISA.	PC	HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES Modelo: HRAB 16X16	HRA	De acordo	82112329015, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	EXIGE	Aprovação condicionada a empresa confirmar que fornecerá em regime de comodato 02 (dois) estimuladores de plexo. Haverá a necessidade de apresentar amostra.
66	910249 - AGULHA PARA BIOPSIA DE TECIDOS MOLES 18G X 20CM PARA DISPARADOR AUTOMATICO AGULHA PARA BIOPSIA DE TECIDOS MOLES 18G X 20CM PARA DISPARADOR AUTOMÁTICO - (QUE DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO). AGULHA PARA BIOPSIA DE ASPIRAÇÃO HISTOLÓGICA E CITOLOGICA	PC	HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES Modelo: HRAB 18X20	HRA	De acordo	82112329015, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	EXIGE	Aprovação condicionada a empresa confirmar que fornecerá em regime de comodato 02 (dois) estimuladores de plexo. Haverá a necessidade de apresentar amostra.

	EM TECIDOS MOLES COMO FÍGADO E RIM, TAMANHO 18G X 20 CM. ATRAUMÁTICA. USO ÚNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO COMO: LOTE, DATA DE VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NA ANVISA.								
67	910969 - AGULHA BIÓPSIA P/EXAME MIELOGRAMA 15G X 4,3 A 5CM DESC. AGULHA PARA MIELOGRAMA (ASPIRADO DE MEDULA ÓSSEA), 15G x 4,3 A 5CM DESCARTÁVEL, ATÓXICA, APIROGÊNICA. EMBALAGEM ESTÉRIL INDIVIDUAL. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	PC	HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES Modelo: AMO 15G X 5	HRA	De acordo	82112329028, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	EXIGE	Proposta de acordo om o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra.

Ainda conforme solicitado, informamos que as amostras devem ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Dr. João Colin, 2719, Bairro Santo Antônio - Joinville/SC, no horário das 08:30 às 11:45 e das 13:30 às 16:30, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 08/04/2025, às 11:22, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0024993325** e o código CRC **976F65CA**.

