



MEMORANDO SEI N° 0019909471/2024 - SES.UFL.LAB

Joinville, 25 de janeiro de 2024.

À SAP.LCT

Sra. Luciana Klitzke

À SES.UAD.ACM

Sr. Ivosney João Leite Bueno

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico **542/2023**.

Objeto: Aquisição de materiais para a realização de coleta laboratorial (Agulhas/Tubos/Coletores de resíduos), para atender a demanda da Secretaria de Saúde de Joinville e do Hospital Municipal São José.

Prezados,

Em atenção ao MEMORANDO SEI N° 0019896504 - SAP.LCT, encaminhamos análise técnica dos Documentos de Habilitação e Propostas Comerciais apresentadas pelas empresas arrematantes do Pregão Eletrônico **542/2023**.

Item	Material/Serviço	Fornecedor	Marca	Descritivo (a)	Registro ANVISA 8.10.1	Prospecto/Ficha técnica/Imagem do site 8.10.2	Parecer
2	5156 - Agulha para coleta múltipla de sangue a vácuo (21G) Agulha para coleta múltipla de sangue a vácuo medindo 32x0,8mm ou 25x0,8mm (21G), com dispositivo de segurança que após a coleta de sangue será acionado e recobrirá completamente a agulha, bisel trifacetado, siliconizada, estéril. O adaptador deve ser fixo na agulha ou separado (caso separado enviar no mínimo 1 adaptador para cada 100 agulhas, o adaptador deve possuir mecanismo automático de descarte da agulha). Embalagem unitária em plástico com lacre de segurança em papel, contendo calibre da agulha, número do lote e validade. Apresentação: caixas em papelão com 40 a 100 unidades cada.	INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA	MEDIX	Descritivo não informa com precisão qual produto está oferecendo	80495519055 SIM - confirmado no portal da ANVISA	SIM	Solicitamos diligência para esclarecimento aos questionamentos: <ul style="list-style-type: none"> O adaptador é fixo na agulha ou o adaptador é separado? Neste caso, ele possui mecanismo automático de descarte da agulha?

b) Considerando o Edital 0019628279, que define que "*Será convocado pelo Pregoeiro, o proponente classificado e habilitado para o(s) item(s) para apresentar obrigatoriamente amostra, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital,*" as amostras deverão ser apresentadas conforme quantitativos a seguir:

- Para o item 02, no mínimo 20 (vinte) unidades.

Sendo o que tínhamos para o momento, ficamos à disposição para esclarecimentos.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenador(a)**, em 25/01/2024, às 15:37, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Cibely Schipitoski, Coordenador(a)**, em 25/01/2024, às 15:44, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0019909471** e o código CRC **06F70EFD**.

Rua Itajaí, 268 - Bairro Centro - CEP 89201-090 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

23.0.255210-0

0019909471v6