



MEMORANDO SEI Nº 0024885809/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 19 de março de 2025.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 012/2025.

Objeto: Aquisição de Materiais Gerais de Uso Hospitalar.

Em atenção ao documento SEI nº 0024885752, segue a análise solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Empresa	Marca	Descritivo de acordo com o edital?	8.10.1 - Registro ANVISA	8.10.2 . Prospecto, ficha técnica ou print de tela	Parecer
28	909598 - TRAQUEIA EM SILICONE 22 X 1600MM COMPRIMENTO TRAQUEIA 22 X 1600MM COMPRIMENTO 100% SILICONE AUTOCLAVAVEL COM CONECTOR LONGO NAO SEGMENTADO	PC	TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MJV/ Modelo H0087.00.60	De acordo	80568900012- registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	Na análise preliminar foi solicitado que a empresa confirmasse que o item ofertado possui as medidas 22 X 1600 mm e que ajustasse a proposta, para que conste em todos os documentos o mesmo número do registro Anvisa. No retorno, a empresa ajustou a proposta indicando o registro Anvisa 80568900012, sendo o mesmo registro Anvisa constante na página 7 da proposta. A empresa complementou a proposta indincando o modelo H0087.00.60, que conforme verifica-se na página 14, atende as medidas exigidas no edital. A empresa informou ainda que a

								ficha cosntante nas páginas 13 e 14 são referentes a toda a família de tubos da fabricante.
--	--	--	--	--	--	--	--	---

								Proposta classificada.
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 19/03/2025, às 14:55, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0024885809** e o código CRC **5BCBDD0A**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.279266-8

0024885809v4