Prefeitura de Joinville

ANÁLISE SEI Nº 26442678/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 14 de agosto de 2025.

ANÁLISE DE AMOSTRA

PREGÃO ELETRÔNICO: 71/2025

ITEM 55 - 912413 - COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL 7.5 X 7.5CM 13 FIOS PCT.C/10 UNIDADES

DESCRIÇÃO	912413 - COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL 7.5 X 7.5CM 13 FIOS PCT.C/10 UNIDADES COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL MEDINDO 7.5 X 7.5 CM FECHADA, DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM2 CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODAO EM TECIDO TIPO TELA. 08 CAMADAS E CINCO DOBRAS, ALVEJADAS,ISENTOS DE IMPUREZA, SUBSTANCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES OPTICOS. POSSUIR DOBRAS UNIFORMES E PARA DENTRO EM TODA A SUA EXTENSAO PARA EVITAR O DESFIAMENTO.EMBALAGENS EM PACOTES COM 10 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE E VALIDADE, RESPONSAVEL TECNICO E REGISTRO NA ANVISA. - Cota Principal
FORNECEDOR	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A
MARCA	AMED
REGISTRO ANVISA	81481900001
LOTE	D26-1 PRODUTO 11616F
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	04 pacotes

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos:

(X) Adequada ( ) inadequada ( ) Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos:

(X) Adequada ( ) inadequada ( ) Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos:

(X) Adequada ( ) inadequada ( ) Não se aplica

CONCLUSÃO: AMOSTRA APROVADA.

Documento assinado eletronicamente por **Janice de Souza de Borba**, **Servidor(a) Público(a)**, em 14/08/2025, às 10:12, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador **26442678** e o código CRC **275EC4EA**.

Prefeitura de Joinville

ANÁLISE SEI Nº 26443548/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 14 de agosto de 2025.

ANÁLISE DE AMOSTRA

PREGÃO ELETRÔNICO: 71/2025

ITEM - 26 - 9423 - AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL TAMANHO MÉDIO

DESCRIÇÃO	9423 - AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL TAMANHO MÉDIO PARA USO EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM SMS 100% POLIPROPILENO, COR BRANCO OU AZUL, HIDRORREPELENTE, GRAMATURA IGUAL OU SUPERIOR A 40G/M², ACABAMENTO COM COSTURA REFORÇADA NOS DECOTES, TIRAS E BORDAS, MANGAS COMPRIDAS, PUNHO COM ELÁSTICO OU MALHA SANFONADA, DOBRA CIRÚRGICA, ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, TAMANHO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE ENTREGA. - Cota Principal
FORNECEDOR	WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA
MARCA	WINNER
REGISTRO ANVISA	80201960184
LOTE	W269007125
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	04 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: O edital exige produto em embalagem constando dados de identificação, fabricação, tamanho, lote, isenção/registro no Ministério da Saúde/Anvisa; conforme verifica-se nas páginas 1 e 2 do anexo SEI nº 26444857, a única identificação existente é a etiqueta de identificação da amostra.

( ) Adequada (X) Inadequada ( ) Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: A embalagem não traz as informações exigidas no edital. Acerca da esterilidade do produto, consta apenas uma pequena etiqueta colada na embalagem, porém, esta etiqueta solta facilmente; na embalagem não consta também informações sobre a data da esterilização.

( ) Adequada (X) Inadequada ( ) Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos:

( ) Adequada (X) Inadequada ( ) Não se aplica

CONCLUSÃO: AMOSTRA REPROVADA.

Documento assinado eletronicamente por **Janice de Souza de Borba**, **Servidor(a) Público(a)**, em 14/08/2025, às 10:13, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador **26443548** e o código CRC **3CD59B7A**.

Prefeitura de Joinville

ANÁLISE SEI Nº 26445190/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 14 de agosto de 2025.

ANÁLISE DE AMOSTRA

PREGÃO ELETRÔNICO: **71/2025**

ITEM 34 - 12903 - AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL CONFECCIONADO EM TNT

DESCRIÇÃO	12903 - AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL CONFECCIONADO EM TNT AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO, GRAMATURA MÍNIMA DE 30 G/M2, COR CLARA. HIPOALERGÊNICO. MANGA LONGA COM PUNHO EM ELÁSTICO, DECOTE COM VIÉS S NO ACABAMENTO, SISTEMA DE AJUSTE E FIXAÇÃO ATRAVÉS DE DOIS PARES DE AMARRILHOS (NAS COSTAS E NA CINTURA), ACABAMENTO COM COSTURA OVERLOCK . EMBALAGEM INDIVIDUAL. TAMANHO GRANDE, MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA 110 CM X LARGURA 140 CM. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO. - Cota Reservada até 25%
FORNECEDOR	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
MARCA	HEALTH QUALITY
REGISTRO ANVISA	80166330038
LOTE	0866250101
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	01 PACOTE COM 10 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos:

(X) Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos:

EDITAL EXIGE: GRAMATURA MÍNIMA DE 30 G/M2.

AMOSTRA APRESENTOU GRAMATURA DE 24 G/M2.

( ) Adequada (X) Inadequada ( ) Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos:

( ) Adequada (X) Inadequada ( ) Não se aplica

CONCLUSÃO: AMOSTRA REPROVADA.

Documento assinado eletronicamente por **Janice de Souza de Borba**, **Servidor(a) Público(a)**, em 14/08/2025, às 10:14, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador **26445190** e o código CRC **A678A5CA**.