



## Prefeitura de Joinville

### RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SAP.GAB/SAP.LCT

#### PREGÃO ELETRÔNICO nº 607/2022

**Objeto:** Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville.

#### ESCLARECIMENTOS:

**Recebido em 12 de agosto de 2022 às 11h 05min (documento SEI 0013911439).**

**1º Questionamento:** "O descritivo do item 40 é o mesmo do 121, o descritivo do item 44 é o mesmo do item 122; são dois editais com os mesmos itens e com estimados diferentes. Somente edital 583/2022 o estimado está de acordo com os valores do mercado. Está correto, serão licitados os mesmos itens em dois editais e com valores estimados diferentes?".

**Resposta:** Conforme manifestação da Área de Cadastro da Unidade Administrativa e Financeira da Secretaria da Saúde, unidade requisitante do processo, através do Memorando SEI nº 0013038164/2022 - SES.UAF.ACM:

Em atendimento ao pedido de esclarecimento apresentado pela empresa Parcomed, onde esta questiona a presença dos itens hemostáticos absorvíveis em dois pregões diferentes - Pregões Eletrônicos 583/2022 e 607/2022 - conforme documento SEI nº 0013911439, seguem as informações desta Secretaria da Saúde:

Inicialmente, para analisarmos o questionamento há a necessidade de expormos o objetivo e a tramitação de cada um dos pregões supracitados:

- O Pregão Eletrônico 583/2022, composto por itens que restaram desertos e fracassados do Pregão Eletrônico 384/2021, foi iniciado em 06/01/2022 e teve o aviso de licitação publicado em 10/08/2022, resultando em torno de 7 meses do início do processo de requisição de compras até a publicação do Edital.

- O Pregão Eletrônico 607/2022, trata-se do processo anual para a aquisição dos itens cirúrgicos, com as atuais atas de registro de preços com vigência até 01/2023, foi iniciado em 05/05/2022 e previa-se a publicação deste em meados de dezembro, inclusive pelo histórico dos prazos para tramitação dos processos anteriores, porém, antecipando o prazo previsto inicialmente, foi possível a publicação do edital em 09/08/2022, cerca de 3 meses após o início do processo de requisição de compras;

Frente ao exposto, justificamos a tramitação dos processos simultâneos com os mesmos itens.

Sendo assim, com o intuito de sanar a duplicidade de itens nos processos licitatórios supracitados, solicitamos a anulação dos itens, conforme relação abaixo:

#### **Do Pregão Eletrônico 607/2022:**

Item	Material/Serviço
1	25886 - AGULHA DE BIOPSIA PARA FIBROBRONCOSCOPIA AGULHA DE BIOPSIA PA FIBROBRONCOSCOPIA- AGULHA PARA BIOPSIA POR ASPIRACAO PA FIBROBRONCOSCOPIA, MATERIAL BIOCOMPATIVEL, MEDINDO 21G/13MM. U ÚNICO, ESTERIL, EMBALAGEM UNITARIA, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAC/ LOTE, PROCEDENCIA, ESTERILIZACAO, VALIDADE E ISENCAO/REGIST M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 12 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.
5	910466 - ANEIS DE BORRACHA PARA LIGADURA ELASTICA PARA HEMORROI ANEIS DE BORRACHA PARA LIGADURA ELASTICA. PARA HEMORROIDA ENVELC COM 100 UNIDADES.
11	912478 - CAMPO CIRURGICO ADESIVO TRANSPARENTE TAMANHO MINIMO DE 60 C X 40 CM CAMPO CIRURGICO ADESIVO TRANSPARENTE QUE PERMITA TRANSPIRAÇÃO DA PELE E A VISUALIZAÇÃO DA ÁREA DE INCISÃO SEM REFLE LUZ; RESISTENTE A TRAÇÃO, MAS QUE POSSA SER FACILMENTE CORTADO C BISTURI; FLEXIVEL, QUE SE ADAPTE AS ÁREAS DE CONTO RNO DO CORPO, CAPAZ MANTER-SE ADERIDO EM CIRURGIAS DE LONGA DURAÇÃO.TAMANHO MINIMO DE CM X 40 CM.
20	910587 - DRENO DE TORAX 16 C/1000 ML ( KIT COMPLETO) KIT ESTÉRIL, COMPOS DE FRASCO COM CAPACIDADE PARA 1000 ML, EM PVC, ESCALA GRADUADA A CA 50 ML, TAMPA ROSQUEADA, EXTENSOR EM PVC COM PONTA RÍGIDA PARA CONEX AO DRENO SEM RISCOS DE SOLTAR, COM PINÇA TIPO CLAMP E ALÇA. DRENO Nº CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, RADIOPACO; EMBALAGEM CONTEN DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇ/ PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
21	910588 - DRENO DE TORAX 18 C/1000 ML (KIT COMPLETO) KIT ESTÉRIL, COMPOS DE FRASCO COM CAPACIDADE PARA 1000 ML, EM PVC, ESCALA GRADUADA A CA 50 ML, TAMPA ROSQUEADA, EXTENSOR EM PVC COM PONTA RÍGIDA PARA CONEX AO DRENO SEM RISCOS DE SOLTAR, COM PINÇA TIPO CLAMP E ALÇA. DRENO Nº CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, RADIOPACO; EMBALAGEM CONTEN DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇ/ PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
22	910562 - DRENO DE TORAX 28 C/2000 ML (KIT COMPLETO) KIT ESTÉRIL, COMPOS DE FRASCO COM CAPACIDADE PARA 2000 ML, EM PVC, ESCALA GRADUADA A CA 50 ML, TAMPA ROSQUEADA, EXTENSOR EM PVC COM PONTA RÍGIDA PARA CONEX AO DRENO SEM RISCOS DE SOLTAR, COM PINÇA TIPO CLAMP E ALÇA. DRENO Nº CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, RADIOPACO; EMBALAGEM CONTEN DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇ/ PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
23	910563 - DRENO DE TORAX 30 C/2000 ML (KIT COMPLETO) KIT ESTÉRIL, COMPOS DE FRASCO COM CAPACIDADE PARA 2000 ML, EM PVC, ESCALA GRADUADA A CA 50 ML, TAMPA ROSQUEADA, EXTENSOR EM PVC COM PONTA RÍGIDA PARA CONEX AO DRENO SEM RISCOS DE SOLTAR, COM PINÇA TIPO CLAMP E ALÇA. DRENO Nº CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, RADIOPACO; EMBALAGEM CONTEN DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇ/ PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
24	910565 - DRENO DE TORAX 32 C/2000 ML (KIT COMPLETO) KIT ESTÉRIL, COMPOS DE FRASCO COM CAPACIDADE PARA 2000 ML, EM PVC, ESCALA GRADUADA A CA 50 ML, TAMPA ROSQUEADA, EXTENSOR EM PVC COM PONTA RÍGIDA PARA CONEX AO DRENO SEM RISCOS DE SOLTAR, COM PINÇA TIPO CLAMP E ALÇA. DRENO Nº CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, RADIOPACO; EMBALAGEM CONTEN DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇ/ PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

25	910564 - DRENO DE TORAX 34 C/2000 ML (KIT COMPLETO) KIT ESTÉRIL, COMPOSTO DE FRASCO COM CAPACIDADE PARA 2000 ML, EM PVC, ESCALA GRADUADA A CA 50 ML, TAMPA ROSQUEADA, EXTENSOR EM PVC COM PONTA RÍGIDA PARA CONEXÃO AO DRENO SEM RISCOS DE SOLTAR, COM PINÇA TIPO CLAMP E ALÇA. DRENO Nº CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, RADIOPACO; EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
26	910566 - DRENO DE TORAX 36 C/2000 ML (KIT COMPLETO) KIT ESTÉRIL, COMPOSTO DE FRASCO COM CAPACIDADE PARA 2000 ML, EM PVC, ESCALA GRADUADA A CA 50 ML, TAMPA ROSQUEADA, EXTENSOR EM PVC COM PONTA RÍGIDA PARA CONEXÃO AO DRENO SEM RISCOS DE SOLTAR, COM PINÇA TIPO CLAMP E ALÇA. DRENO Nº CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, RADIOPACO; EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
28	911859 - DRENO DE TORAX Nº 32 EM SILICONE INDIVIDUAL DRENO DE TORAX Nº EM SILICONE - ATÓXICO, RADIOPACO, COM CONECTOR UNIVERSAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
37	909502 - EQUIPO 4 VIAS PARA ARTROSCOPIA OU IRRIGACAO CONTINUA EQUIPO 4 VIAS PARA ARTROSCOPIA OU IRRIGAÇÃO VESICAL CONTÍNUA TRANSOPERATÓRIO, TUBO DE PVC CRISTAL, 4 PONTAS INTRODUTORAS, PERFURO-CORTANTES PARA ADAPTAÇÃO AOS FRASCOS DE SORO, TAMPA PROTETORA, PINÇA PLÁSTICA CORTA FLUXO, UNIÃO EM PVC ANELADA. EMBALAGEM ESTÉRIL INDIVIDUAL. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
42	911134 - DRENO EM T SILICONE 14 (KEHR)
44	911136 - DRENO EM T SILICONE 18 (KEHR)
65	911259 - FIO CIR. MONOFILAM. DE POLIPROPILENO AZUL 3-0 FIO CIRURGICO MONOFILAMENTAR DE POLIPROPILENO COR AZUL, ESPESSURA 3-0, COM 75CM DE COMPRIMENTO, COM 02 AGULHAS 1/2 CIRCULO, PONTA CILINDRICA, MEDINDO DE 2,5CM, ESTERIL, EMBALAGEM UNITARIA CONFORME NBR 14990 E SUAS ATUALIZAÇÕES.
72	909781 - FIO CIRURGICO CROMADO (TIPO CATGUT) 0 S/AG FIO CIRURGICO CROMADO (TIPO CATGUT) 0 SEM AGULHA. EMBALAGEM UNITARIA CONFORME NBR 14990 E SUAS ATUALIZAÇÕES.
74	910539 - FIO CIRURGICO DE AÇO INOX 0 S/AG FIO CIRURGICO DE AÇO INOX 0, COM 3X60 CM DE COMPRIMENTO SEM AGULHA, ESTÉRIL, EMBALAGEM UNITARIA CONFORME NBR 14990 E SUAS ATUALIZAÇÕES.
83	909777 - FIO CIRURGICO SIMPLES (TIPO CATGUT) 0 AG DE 3CM A 3,1CM GASTRO-cirurgico simples (tipo catgut), espessura 0, com 70cm de comprimento, com agulha, ponta cilíndrica medindo de 3,0cm a 3,1cm, 1/2 círculo, gastr.,esteril, embalagem unitaria.
84	909787 - FIO CIRURGICO SIMPLES (TIPO CATGUT) 2-0 AG DE 3CM A 3,1CM GAS-cirurgico simples (tipo catgut), espessura 2-0, com 70cm de comprimento, com agulha 1/2 círculo, ponta cilíndrica, medindo de 3,0cm a 3,1cm, esteril, gastro, embalagem unitaria conforme NBR 14990 e suas atualizações.
121	21432 - HEMOSTATICO ABSORVIVEL 5X7,5 CM ESTÉRIL HEMOSTÁTICO A BASE DE CELULOSE, 5 X 7,5 CM, (PODENDO VARIAR 0,5 CM +/-), ESTÉRIL, PRONTO PARA USO. EMBALAGEM UNITÁRIA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, REGISTRO NA ANVISA.

122	909053 - HEMOSTATICO ABSORVIVEL 7,5X10CM ESTERIL HEMOSTATICO A BASE CELULOSE, MEDINDO 7,5X10CM (PODENDO VARIAR 0,5 CM +/-), ESTER EMBALAGEM UNITARIA E DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME NBR 14990 E SU ATUALIZAÇÕES.
-----	--

(...)

Diante ao exposto, os itens 1, 5, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 37, 42, 44, 65, 72, 74, 83, 84, 121 e 122 foram **anulados**, mediante publicação do Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI nº 0013940593/2022 - SAPLCT.

Atenciosamente,

Pregoeira,  
**Portaria nº 112/2022 - SEI nº 0013359372**



Documento assinado eletronicamente por **Ana Luiza Baumer, Servidor(a) Público(a)**, em 16/08/2022, às 11:15, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0013940415** e o código CRC **0AEAE01C**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguauçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

22.0.241966-1

0013940415v5