

**MEMORANDO SEI N° 0025011884/2025 - SES.UAD.ACM**

Joinville, 31 de março de 2025.

**À**  
**SAP.LCT****Assunto:** Análise de amostras- Pregão Eletrônico **071/2025**.**Objeto:** Aquisição de insumos de enfermagem da linha têxtil.

Encaminhamos as informações das amostra sjá analisadas nesta Secretaria da Saúde:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Parecer
28	9422 - AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL TAMANHO PEQUENO	Unidade	CIRURGICA BIOMEDICA LTDA	SPK	<p>Conforme Análise SEI nº 0025010871, a embalagem não tem nenhuma informação do produto, apenas uma etiqueta indicando que trata-se de amostra do item 28 do pregão 071/2025.</p> <p>O edital exige estéril, a amostra apresentada não é estéril. Contém apenas uma informação "avental estéril" na etiqueta de identificação da amostra. A embalagem não possui marcações indicando a esterelidade do produto. Na proposta a empresa indicou o registro Anvisa 82053500011 e a amostra é do registro Anvisa 82053500005.</p> <p><b>Amostra reprovada.</b></p>

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 31/03/2025, às 12:42, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0025011884** e o código CRC **C3A30ED6**.

Rua Doutor João Colín, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -  
[www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

24.0.254207-6

0025011884v4

**ANÁLISE SEI Nº 0025010871/2025 - SES.UAD.ACM**

Joinville, 31 de março de 2025.

**ANÁLISE DE AMOSTRA****PREGÃO ELETRÔNICO: 071/2025****ITEM 28- 9422 - AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL TAMANHO PEQUENO**

DESCRIÇÃO	9422 - AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL TAMANHO PEQUENO PARA USO EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM SMS 100% POLIPROPILENO, COR BRANCO OU AZUL, HIDRORREPELENTE, GRAMATURA IGUAL OU SUPERIOR A 40G/M <sup>2</sup> , ACABAMENTO COM COSTURA REFORÇADA NOS DECOTES, TIRAS E BORDAS, MANGAS COMPRIDAS, PUNHO COM ELÁSTICO OU MALHA SANFONADA, DOBRA CIRÚRGICA, ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, TAMANHO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE ENTREGA. - Cota Principal
FORNECEDOR	CIRURGICA BIOMEDICA LTDA
MARCA	SPK
REGISTRO ANVISA	Registro da proposta 82053500011 Registro da amostra 82053500005
LOTE	NÃO TEM
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	04 unidades

## AVALIAÇÃO TÉCNICA

### EMBALAGEM

Apontamentos: embalagem não tem nenhuma informação do produto, apenas uma etiqueta indicando que trata-se de amostra do item 28 do pregão 071/2025.

Adequada  inadequada  Não se aplica

### ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: O edital exige estéril, a amostra apresentada não é estéril. Contém apenas uma informação "avental estéril" na etiqueta de identificação da amostra. A embalagem não possui marcações indicando a esterilidade do produto. Na proposta a empresa indicou o registro Anvisa 82053500011 e a amostra é do registro Anvisa 82053500005

Adequada  inadequada  Não se aplica

### FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos:

Adequada  inadequada  Não se aplica

**CONCLUSÃO: AMOSTRA REPROVADA.**



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 31/03/2025, às 12:05, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0025010871** e o código CRC **37E67C7F**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -  
[www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

24.0.254207-6

0025010871v3