

MEMORANDO SEI Nº 25663164/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 02 de junho de 2025.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico **141/2025**.

Objeto: Aquisição de Materiais Hospitalares (Insumos para Suporte Ventilatório, Acessórios para equipamentos e Materiais para Radioterapia).

Em atenção ao documento SEI nº 25663067, seguem as análises solicitadas:

Item	Material/Serviço	Unid · medi da	Fornecedor	Marca	Descri tivo da propos ta de acordo com o edital?	8.10 a- Registro ANVISA	8.10.1- Prospec to/ Ficha Técnica/ Print de tela	Amo stra	Parecer
54	25612 - ESPACADOR ADULTO PARA USO EM TRATAMENTOS RESPIRATORIOS; VALVULA DE SILICONE, BOCAL ENCAIXE UNIVERSAL; VOLUME 200 A 250 ML; ACOMPANHA MASCARA ADULTO MACIA; TODAS AS PEÇAS DEVEM SUPORTAR DESINFECÇÃO EM ALTAS TEMPERATURAS (TERMODESINFECTORA); FORNECIDO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL E SEGURA PARA ARMAZENAMENTO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, REG. M/SAUDE E INSTRUÇÕES DE USO.	Unid ade	MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	AEROW AY	De acordo	1038717 0052, registro ativo, confirma do no Portal ANVISA.	Apresen tou. O prospec to apresen tado indica "não ferva as peças".	EXIGE	O edital exige que todas as peças devem suportar desinfecção em altas temperaturas; a ficha técnica apresentada indica "não ferva as peças". Verifica-se também que o item ofertado possui o registro Anvisa e marca de amostra que já foi avaliada e reprovada no presente processo por não tolerar desinfecção em altas temperaturas. Para continuidade na análise questionamos: 1- O item ofertado suporta

								desinfecção em altas temperaturas?
55	44875 - ESPAÇADOR ADULTO PARA USO EM TRATAMENTOS RESPIRATÓRIOS; VÁLVULA DE SILICONE, BOCAL COM ENCAIXE UNIVERSAL; VOLUME 200 A 250 ML; ACOMPANHA MÁSCARA ADULTO MACIA COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 12 X 8 CM; TODAS AS PEÇAS DEVEM SUPORTAR DESINFECÇÃO QUÍMICA; FORNECIDO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL E SEGURA PARA ARMAZENAMENTO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, REG. M/SAÚDE E INSTRUÇÕES DE USO.	Unidade	COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3B INDUSTRIAL	De acordo	81372000008, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou.	EXIGE Na proposta a empresa indicou descritivo de acordo com o edital, porém, a ficha técnica não trás todas as informações do edital. Para continuidade na análise, solicitamos que a empresa confirme que o item atende as seguintes exigências do edital: 1- Válvula de silicone; 2- Volume de 200 a 250 ml; 3- Acompanha máscara adulto macia com medidas mínimas de 12 X 8 cm; 4- Todas as peças suportam desinfecção química;
56	917520 - ESPACADOR INFANTIL PARA USO EM TRATAMENTO RESPIRATÓRIOS, VÁLVULA DE SILICONE, BOCAL COM ENCAIXE UNIVERSAL; VOLUME 150 A 250 ML; ACOMPANHA MÁSCARA INFANTIL EM PVC ATÓXICA E MACIA; TODAS AS PEÇAS DEVEM SUPORTAR DESINFECÇÃO QUÍMICA; EMBALAGEM INDIVIDUAL E SEGURA PARA ARMAZENAMENTO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, REG. M/SAÚDE E INSTRUÇÕES DE USO	UNID	COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3B INDUSTRIAL	De acordo	81372000008, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou.	EXIGE Na proposta a empresa indicou descritivo de acordo com o edital, porém, a ficha técnica não trás todas as informações do edital. Para continuidade na análise, solicitamos que a empresa confirme que o item atende as seguintes exigências do edital: 1- Válvula de silicone; 2- Volume de 150 a 250 ml; 3- Acompanha máscara infantil em PVC; 3- Todas as peças suportam

									desinfecção química;
57	13079 - FILTRO BACTERIANO E VIRAL COM UMIDIFICADOR FILTRO ESTÉRIL, BACTERIANO E VIRAL COM UMIDIFICADOR COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: PESO: MÁXIMO DE 30 GRAMAS, CONEXÃO: 15 MM FÊMEA/22 MACHO, CONEXÃO PARA LINHA DE AMOSTRA DE GASES: LUER LOCK, EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO: BACTERIANA: (%)1=99,9999, VIRAL (%)1=99,99. RETENÇÃO DE PARTÍCULAS DE ATÉ 0,04 MICRA, VOLUME CORRENTE ENTRE 150 A 1500ML, DEVERÁ ACOMPANHAR TRAQUÉIA DE 15CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, REGISTRO NA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO.	Peças	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	GMI	De acordo	80423540059, registro ativo, confirmação no Portal ANVISA.	Apresentou	EXIGE	Proposta de acordo com o edital, classificada. Não há necessidade de apresentar amostras, item já utilizado e aprovado anteriormente conforme SEI nº 7238659.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 03/06/2025, às 13:58, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **25663164** e o código CRC **FA13E9D1**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.018249-0

25663164v6