



MEMORANDO SEI Nº 0025044555/2025 - SES.UFL.LAB

Joinville, 02 de abril de 2025.

À SAP .LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 139/2025.

Objeto: Aquisição de materiais para a realização de coleta laboratorial (Tubos) para atender a demanda da Secretaria de Saúde de Joinville e do Hospital Municipal São José.

Prezados,

Em atenção à Convocação 0024886105, seguem os Pareceres Técnicos:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Parecer Técnico
2	Tubo para coleta de sangue a vácuo Fluoreto 4ml	Unidade	Biosul Produtos Diagnósticos Ltda	GT GROUP	APROVADO Parecer Técnico 0025045007
4	Tubo para coleta de sangue a vácuo c/ gel separador 5ml	Unidade	Greiner Bio-One Brasil Produtos Médicos Hospitalares Ltda	Vacurette	APROVADO Parecer Técnico 0025045024
5	Tubo para coleta de sangue a vácuo Citrato 2,7ml a 3,5ml	Unidade	Seven Produtos Laboratoriais para Diagnóstico Ltda	INJEX	APROVADO Parecer Técnico 0025045038
11	Tubo para Coleta de Sangue a Vácuo Com gel Separador 3,5ml	Unidade	Greiner Bio-One Brasil Produtos Médicos Hospitalares Ltda	Vacurette	APROVADO Parecer Técnico 0025045053
12	Tubo para Coleta de Sangue a Vácuo Citrato 1,8ml	Unidade	Biosul Produtos Diagnósticos Ltda	GT GROUP	REPROVADO O volume aspirado chega a 2,5 ml, ultrapassando a marca de orientação impressa na etiqueta.

Sendo o que tínhamos para o momento, ficamos à disposição.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenador(a)**, em 02/04/2025, às 15:10, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0025044555** e o código CRC **3189406A**.

Rua Itajaí, 268 - Bairro Centro - CEP 89201-090 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.018247-3

0025044555v7