



MEMORANDO SEI Nº 28048600/2026 - SES.UAD.ACM

Joinville, 13 de janeiro de 2026.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico **436/2025**.

Objeto: Registro de Preços, visando a futura e eventual **Aquisição de Insumos para Infusão**.

Em atenção ao memorando SEI nº 28046463 e 28046996, seguem as análises solicitadas:

Fornecedor		9.6 k- Alvará Sanitário	9.6 l- AFE			Parecer		
VITAL & LS HOSPITALAR LTDA		Válido até 12/07/2026- De acordo	AFE de produtos para saúde ativa, confirmado no portal da Anvisa			Documentação técnica aprovada.		

Item	Tratamento	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca Registrada	Modelo (Proposta)	Descrição de acordo com o edital?	8.10.1 - ANVISA	8.10.2 - Projeto, ficha técnica, imagem de site	11 - Amostras	Parecer
38	Exclusivo	909155 - TORNEIRINHA PVC 3 VIAS DESCARTA VEL TORNEIRINHA 3 VIAS -	PC	MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDI X	M P SET POLIV IAS 2 REVERE RSIVEL	De acordo.	049551 0035 / 804955 10050 / 804955 10105	Apresentou (páginas 4 à 6)	Exige	O edital exige bico luer-lock, porém, na ficha técnica

	<p>TORNEIRINHA COMPOSTA DE MANIPULO, BASE OU CORPO E TAMPAS PROTETORAS, BICO LUER-LOCK PARA CONEXOES EM CATETERES E EQUIPO, BICO LUER-LOCK, COM CONEXAO ROTATIVA ALTA RESISTENCIA A PRESSOES. MANIPULO GIRATORIO, COM INDICACAO DE FLUXO. CORPO TRANSLUCIDO. EMBALAGEM INDIVIDUAL.PAPEL GRAU-CIRURGICO CONTENDO LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA E METODO DE ESTERILIZACAO.</p>		<p>LUER LOCK</p>		<p>apresentada consta conexão slip. Para continuidade, solicitações que a empresa apresente documento comprobatória de que o produto ofertado possui conexão luer-lock.</p> <p>É necessário a apresentação de amostra, conforme exigência do edital.</p>
--	--	--	------------------	--	--

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno**,
Coordenador(a), em 13/01/2026, às 10:56, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/>
informando o código verificador **28048600** e o código CRC **8A8F7DEE**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

25.0.200744-0

28048600v6