

MEMORANDO SEI Nº 30599776/2026 - SES.UCO.ACM

Joinville, 19 de agosto de 2026.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico **112/2026**.

Objeto: Aquisição de Materiais de Enfermagem - Fios cirúrgicos.

Prezado(a) Senhor(a),

Em atenção aos documentos SEI nº 30599402 e 30599402 segue a análise solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com o edital	8.10.1 - Registro ANVISA	8.10.2 - Prospecto, Ficha técnica, Imagem de site (print de tela)	11 - Amostras	Parecer final
									Análise anterior: para continuidade da análise é necessário que a empresa comprove que o produto ofertado atende as especificações constantes no edital. Para comprovação, aceita-se ficha técnica complementar ou imagem da embalagem (do envelope ou da caixa) do fio ofertado, com indicação do modelo que será ofertado e que deverá ser analisado. Resposta da diligência: a empresa PL & BR Distribuidora de Produtos e Materiais encaminhou o documento apresentado no SEI nº 30567658.

74	18367 - FIO DE SEDA 3.0 COM AGULHA 2,0 CM FIO PARA SUTURA DE SEDA ESPESSURA N º 3.0, 45 CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 1/2, CIRCULAR, PONTA TRIANGULAR DE 2,0 CM, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADO EM SACHÊ TIPO ENVELOPE, ABERTURA FÁCIL E ASSÉPTICA.	Envelope	PL & BR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	SHALON	De Acordo	10243410013, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA, com medida cautelar vigente para o lote 2391124290, com Suspensão de distribuição, uso e comercialização.	Apresentou	-----	Parecer prévio: classificação condicionada à confirmação da empresa de que não fornecerá itens do lote com medida cautelar vigente (ANVISA). Resposta da nova diligência: a empresa PL & BR Distribuidora de Produtos e Materiais encaminhou o documento apresentado no SEI nº 30581833, que refere-se ao lote 1070222138 do registro ANVISA 10243410009. Porém, para este item, o registro ANVISA é o 10243410013, com medida cautelar vigente para o lote 2391124290. Para continuidade da análise solicitamos novamente a confirmação da empresa de que não fornecerá itens do lote com medida cautelar vigente: registro ANVISA 10243410013 lote 2391124290 ou a proposta estará desclassificada. A empresa se manifestou no chat da plataforma Compras.gov conforme segue: <i>Sr. pregoeiro foi constata pelo fabricante, que o lote com medida cautelar não existe mais, dessa forma não será e não haverá como fornecer o mesmo ao órgão. Ocorreu em 2022 o fato e o mesmo está fora de</i>
----	---	----------	--	--------	-----------	---	------------	-------	--

								<i>circulação e apresentou o documento SEI nº 30599400.</i> Parecer final: proposta de acordo com o edital, classificada.
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Janice de Souza de Borba, Servidor(a) Público(a)**, em 19/08/2026, às 09:44, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **30599776** e o código CRC **79F99EDD**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

26.0.040569-5

30599776v5