

## MEMORANDO SEI Nº 0024600293/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 21 de fevereiro de 2025.

À  
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 071/2025.

Objeto: Aquisição de insumos de enfermagem da linha têxtil.

Em atenção ao documento SEI nº 0024598144 segue análise solicitada:

Item	Tratamento	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com o edital?	8.10 - Registro ANVISA	8.10 b) Para os itens 38, 39/40, 41 - Apresentar Laudos BFE (eficiência de filtração bacteriana) de acordo com a NBR 16064:2016 e suas atualizações; os laudos devem ser emitidos por Laboratório Analítico que realiza ensaios de controle de qualidade - ECQ.	8.10 c) Prospeto, Ficha Técnica/ Print de Tela	11 - Amostra	Parecer
38	Exclusivo	275 - CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL DESCARTÁVEL GRAMATURA IGUAL OU MAIOR DE 40G/M², TAMANHO MÍNIMO 50 X 50 CM. NA COR AZUL OU BRANCO, ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM SMS 100% POLIPROPILENO TRILAMINADO, IMPERMEÁVEL, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, NÃO INFLAMÁVEL, RESISTENTE A RASGO E TRAÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM PROTEÇÃO DUPLA, SENDO QUE UMA DEVERÁ SER EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, TAMANHO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE ENTREGA.	Unidade	HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	598274/pion g	De acordo	Apresentou o registro 80342069001, de acordo.	Apresentou	Apresentou.	EXIGE	Na análise preliminar foi solicitada a apresentação do Laudo BFE. No retorno, a empresa apresentou o Laudo BFE (eficiência de filtração bacteriana).  O edital exige campo impermeável, na ficha técnica apresentada não consta tal informação. Para finalização da análise, solicitamos que a empresa confirme:  1- O item ofertado é impermeável?
41	Exclusivo	910838 - CAMPO OFTÁLMICO MÍNIMO 80 X 80 CM ESTÉRIL CAMPO CIRÚRGICO OFTÁLMICO TAMANHO MÍNIMO 80X80CM. GRAMATURA DE 45 G/M2, COM BOLSA PLÁSTICA COLETORA DE FLUIDOS E PELÍCULA INCISIONAL, ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM SMS 100% POLIPROPILENO TRILAMINADO, IMPERMEÁVEL, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, NÃO INFLAMÁVEL, RESISTENTE A RASGO E TRAÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE ENTREGA.	Unidade	HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Ingamed/Ingamed	De acordo	Apresentou o registro 80086720041, de acordo.	EXIGE.	Apresentou.	EXIGE	Na análise preliminar foi solicitada a apresentação do Laudo BFE. No retorno, a empresa apresentou a ficha técnica, já apresentada anteriormente. Para finalização da análise, solicitamos que a empresa confirme:  1- O item ofertado possui Laudo BFE?  2- O edital exige campo impermeável, na ficha consta a informação "hidrorrepelente". O item ofertado é hidrorrepelente ou impermeável?

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 21/02/2025, às 14:44, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0024600293** e o código CRC **DD0CDA5B**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

24.0.254207-6

0024600293v19