

MEMORANDO SEI Nº 0022621879/2024 - SES.UAD.ACM

Joinville, 30 de agosto de 2024.

À
SAP.LCT**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico nº 188/2024.**Objeto:** Aquisição de Eletrodos para Desfibrilador Externo Automático e Materiais para atendimento pré-hospitalar.

Em atenção ao documento SEI nº 0022607616 segue análise técnica solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. Medida	Fornecedor	Marca/Fabricante	Modelo/Versão	Descritivo de acordo com o edital?	8.10.1 - Registro ANVISA	8.10.4 - Prospecto/ Ficha Técnica/ Imagem de site	Parecer
1	23523 - ELETRODO PAS DESCARTÁVEL PARA DEA LIFE 400- FUTURA/ CMOS DRAKE MODELO ADULTO JOGO DE 2 ELETRODOS PARA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, COM PRÉ-CONEXÃO DOS ELETRODOS SEM VIOLAÇÃO DA EMBALAGEM, DESCARTÁVEIS, COM INDICAÇÃO DO LOCAL CORRETO DE POSICIONAMENTO DAS PÁS NO TÓRAX DO PACIENTE, COM CONECTOR PRETO (MODELO NOVO), COM CABO DE NO MÍNIMO 120 CM, COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO DESFIBRILADOR LIFE 400- FUTURA/ CMOS DRAKE. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE, LOTE, CONFORME A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE PERTINENTE AO PRODUTO.	Jogo	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	CMOS DRAKE	LIFE 400 FUTURA	De acordo	80058130030, Registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	Proposta de acordo com o classificada.
2	23524 - ELETRODO DESCARTÁVEL PARA DEA LIFE 400- FUTURA/ CMOS DRAKE MODELO INFANTIL JOGO DE 2 ELETRODOS PARA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, COM PRÉ-CONEXÃO DOS ELETRODOS SEM VIOLAÇÃO DA EMBALAGEM, DESCARTÁVEIS, COM DESENHO INDICANDO O LOCAL DE POSICIONAMENTO DAS PÁS NO TÓRAX DO PACIENTE, COM CONECTOR PRETO (MODELO NOVO), COM CABO DE NO MÍNIMO 120 CM, COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO DESFIBRILADOR LIFE 400- FUTURA/ CMOS	Jogo	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	CMOS DRAKE	LIFE 400 FUTURA	De acordo	80058130030, Registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	Proposta de acordo com o classificada.

	DRAKE. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE, LOTE, CONFORME A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE PERTINENTE AO PRODUTO.								
3	23568 - ELETRODO PAS DESCARTÁVEL PARA DEA LIFE 400- FUTURA PLUS/ CMOS DRAKE MODELO ADULTO JOGO DE 2 ELETRODOS PARA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, COM PRÉ-CONEXÃO DOS ELETRODOS SEM VIOLAÇÃO DA EMBALAGEM, DESCARTÁVEIS, COM INDICAÇÃO DO LOCAL CORRETO DE POSICIONAMENTO DAS PÁS NO TÓRAX DO PACIENTE, COM CABO DE NO MÍNIMO 120 CM, COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO DESFIBRILADOR LIFE 400- FUTURA PLUS/ CMOS DRAKE- CONECTOR AZUL/ BRANCO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE, LOTE, CONFORME A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE PERTINENTE AO PRODUTO.	Jogo	CSE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	FIAB	F7959W	Não descreve todas as exigências do edital.	80443690017, Registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou, porém não especifica todas as exigências do edital; não constatou-se informações acerca do comprimento do cabo; acerca da compatibilidade, só é indicado Cmos Drake, porém, não consta a informação acerca do modelo Life 400- Futura Plus.	A documentação técnica não deixa claro que item atende as exigências do edital. Classificação condic a empresa confirmar que it ofertado atende as seguinte exigências: 1. Com cabo de no mínimo cm; 2. Compatível com o equipamento desfibrilador 400- FUTURA PLUS/ CM DRAKE.
4	23181 - ELETRODO DESCARTÁVEL MULTIFUNCIONAL ADULTO JOGO DE 2 ELETRODOS MULTIFUNCIONAIS ADULTO, PARA MARCAPASSO TRANSCUTÂNEO E DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, PRÉ- CONECTADOS, DESCARTÁVEIS, COM DESENHO INDICANDO O LOCAL DE POSICIONAMENTO DAS PÁS NO TÓRAX DO PACIENTE, COM CABO DE NO MÍNIMO 180 CM, COMPATÍVEL COM OS EQUIPAMENTOS CARDIOMAX 8 E ISIS MARCA INSTRAMED.	Jogo	INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	DBI	DE - NK1	De acordo	80722800022, Registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou. Na documentação técnica apresentada (SEI 0022607558, pág. 3), refere que o modelo ofertado DE-NK1 é compatível com equipamento Nihon Kohden e Instramed, porém, não consta a informação de compatibilidade com o modelo Cardiomax 8 e Isis.	Aprovação condicionada a empresa confirmar que o it ofertado é compatível com equipamentos CARDIOM/ ISIS marca INSTRAMED.
5	23182 - ELETRODO DESCARTÁVEL MULTIFUNCIONAL INFANTIL JOGO DE 2 ELETRODOS MULTIFUNCIONAIS INFANTIL, PARA MARCAPASSO TRANSCUTÂNEO E DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, PRÉ- CONECTADOS, DESCARTÁVEIS, COM DESENHO INDICANDO O LOCAL DE POSICIONAMENTO DAS PÁS NO TÓRAX DO PACIENTE, COM CABO DE NO MÍNIMO 180 CM, COMPATÍVEL COM OS EQUIPAMENTOS CARDIOMAX 8 E ISIS MARCA INSTRAMED	Jogo	MERCANTEX COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Bluepad	DE-NK1	De acordo	80722800022, Registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	Proposta de acordo com o classificada.
6	2815 - PAS DE ELETRODOS MULTIFUNCIONAIS	Jogo	CSE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	FIAB	F7952W	Não descreve todas as	80443690017, Registro ativo,	Apresentou, porém não especifica todas as exigências	Empresa apresentou prosp porém não deixa claro que

	ADULTO PAS DE ELETRODOS MULTIFUNCIONAIS ADULTO PARA USO EM PROCEDIMENTOS DE MARCAPASSO EXTERNO E DEA COMPATIVEL COM CARDIOVERSOR MINDRAY BENEHEART D3.					exigências do edital.	confirmado no Portal ANVISA.	do edital; acerca da compatibilidade, só é indicado Mindray, porém, não consta a informação acerca do modelo Beneheart D3.	atenda todas as exigências edital. Classificação condicionada empresa confirmar que iter ofertado atende na íntegra : exigências do edital: 1. COMPATIVEL COM CARDIOVERSOR MIND BENEHEART D3.
7	15006 - MANTA TÉRMICA METALIZADA ALUMINIZADA. ISOLANTE, DE BAIXO PESO, À PROVA D'ÁGUA E VENTO, RESISTENTE AO ATRITO COM SOLO; QUE MANTENHA O CALOR INTERNO OU REFLITA O EXTERNO; DEVE TER AS SEGUINTES MEDIDAS MÍNIMAS: 200 CM X 130 CM DE LARGURA.	Unidade	TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA COMERCIO LTDA E	PROPRIA	PROPRIA	De acordo	Item isento de registro.	Apresentou.	Proposta de acordo com o classificada.
9	43072 - TALA ARAMADA MOLDÁVEL EM EVA KIT CONTENDO QUATRO TALAS ARAMADAS MOLDÁVEIS NOS TAMANHOS: PP, P, M E G; CONFECCIONADAS EM EVA, REVESTIDAS COM MATERIAL EMBORRACHADO E COM COR PADRÃO PARA RESGATE, FACILITANDO A IDENTIFICAÇÃO DOS TAMANHOS. DEVE POSSUIR POSSIBILIDADE DE USO COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE, SER LAVÁVEL E REUTILIZÁVEL. DEVE POSSUIR REGISTRO/ISENÇÃO NO MS/ANVISA.	KIT	TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA COMERCIO LTDA E	PROTMED	PROTMED	De acordo	81100920007, Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou.	Proposta de acordo com o classificada.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 30/08/2024, às 13:10, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0022621879** e o código CRC **1E818009**.