

MEMORANDO SEI Nº 31037898/2026 - SES.UCO.ACM

Joinville, 25 de setembro de 2026.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico **279/2026** e Portal de Compras do Governo Federal nº **38/2026**.

Objeto: Aquisição de Materiais de Enfermagem (Insumos para Suporte Ventilatório).

Prezado(a) Senhor(a),

Em atenção aos documentos SEI nº 31037336 segue as análises solicitadas:

Lo te	Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com o edital ?	8.10 - Registro ANVISA	8.10.2 - Prospe cto, Ficha técnica, Imagem de site (print de tela)	11 - Am ost ras ?	Parecer
	36	44875 - ESPAÇADOR ADULTO PARA USO EM TRATAMENTOS RESPIRATÓRIOS (RESISTENTE À DESINFECÇÃO QUÍMICA) VÁLVULA DE SILICONE, BOCAL COM ENCAIXE UNIVERSAL; VOLUME 200 A 250 ML; ACOMPANHA MÁSCARA ADULTO MACIA COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 12 X 8 CM; TODAS AS PEÇAS DEVEM SUPOSTAR REPROCESSAMENTO E DESINFECÇÃO QUÍMICA; FORNECIDO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL E SEGURA PARA ARMAZENAMENTO CONSTANDO DADOS	UNID	JF COMERCIO DE MATERIALE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	3B	DE ACORDO	81372000008, Registro Ativo Vigente confirmado no Portal ANVISA em 25/09/2026	Apresento, porém no prospecto apresenta do deixa claro: " Não utilize álcool ou abrasivos ". O material ofertado não atende a seguinte exigência do edital: 1-Todas as peças devem suportar reprocess	EXIGE	No prospecto apresentado o material ofertado não atende a seguinte exigência do edital: 1-Todas as peças devem suportar reprocessamento e desinfecção química; Proposta não atende ao descritivo solicitado no edital. Desclassificada.

		DE IDENTIFICAÇÃO, REG. M/SAÚDE E INSTRUÇÕES DE USO.					amento e desinfecção química;		
37		917520 - ESPAÇADOR INFANTIL PARA USO EM TRATAMENTOS RESPIRATÓRIOS (RESISTENTE À DESINFECÇÃO QUÍMICA) VÁLVULA DE SILICONE, BOCAL COM ENCAIXE UNIVERSAL; VOLUME 150 A 250 ML; ACOMPANHA MÁSCARA INFANTIL EM PVC ATÓXICA E MACIA; TODAS AS PEÇAS DEVEM SUPORTAR REPROCESSAMENTO E DESINFECÇÃO QUÍMICA; EMBALAGEM INDIVIDUAL E SEGURA PARA ARMAZENAMENTO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, REG. M/SAÚDE E INSTRUÇÕES DE USO.	UNID	JF COMERCIO DE MATERIA L E MEDICAMENTOS HOSPITA LARES LTDA	3B	DE ACORDO	81372000008, Registro Ativo Vigente confirmado no Portal ANVISA em 25/09/2026 .	Apresento u, porem no prospecto apresenta do deixa claro: " Não utilize álcool ou abrasivos ". O material ofertado não atende a seguinte exigência do edital: 1-Todas as peças devem suportar reprocessamento e desinfecção química;	EXIGE No prospecto apresentado o material ofertado não atende a seguinte exigência do edital: 1-Todas as peças devem suportar reprocessamento e desinfecção química; Proposta não atende ao descritivo solicitado no edital. Desclassificada.

Atenciosamente.



Documento assinado eletronicamente por **Analise Schmidt Nicacio, Servidor(a) Público(a)**, em 25/09/2026, às 11:12, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **31037898** e o código CRC **CED508EE**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

26.0.123700-1

31037898v7