



## Prefeitura de Joinville

### MEMORANDO SEI Nº 0018147088/2023 - SES.UAF.ACM

Joinville, 25 de agosto de 2023.

À  
SAP.LCT

**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico 347/2023

**Objeto:** Aquisição de Materiais de Enfermagem para Exames e Monitorização para atender a demanda das unidades da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville, e do Hospital Municipal São José.

Em atendimento ao memorando SEI nº 0018125497/2023 SAP.LCT, segue análise técnica dos itens 17, 25, 30, 33 e 37:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo atende ao edital?	8.10.1 Registro ANVISA	8.11 Prospecto, Ficha técnica, Imagem de Site	Parecer
17	918309 - FILME PARA ULTRASON 110MM X 20M FILME TERMOSENSIVEL FOSCO, UPP110	UNID	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	ULSTAR/DURICO	De acordo	Isento.	Prospecto não deixa claro que o item proposta atende a exigência do edital: Filme termossensível fosco, porém, tem-se conhecimento que o modelo 1100S atende tal requisito, sendo homologado no P.E. 606/2022, SEI 0015240614.	A empresa indicou na proposta produto da marca Ulstar/Durico; na ficha técnica apresentada constam vários modelos "Durico" (1100S, 1100HG, 1100HD e 2100HD). Solicitamos que a empresa confirme o item que está ofertando; Caso seja o modelo Durico 1100S a proposta está aprovada; Outros códigos haverá a necessidade de reanálise.
25	917576 - LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL 70CM X 50M COR BRANCA PAPEL EM TEXTURA FIRME E RESISTENTE, COM 100% CELULOSE VIRGEM, DE COR BRANCA, NAO RECICLADO, SEM FUROS OU PIGMENTACAO, ROLO MEDINDO MINIMO 70 CM X 50 M, INVOLUCRO INDIVIDUAL EM PLASTICO ATOXICO. CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO. LOTE, FABRICACAO, VALIDADE, INSENCÃO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA N.F.	Rolo	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	ORTOM	De acordo	Apresentou comprovação de que o item deixou de ser regulado pela Anvisa	De acordo.	Proposta de acordo com o edital. Proposta Classificada.

	ENTREGA.							
30	910922 - PASTA CONDUTORA P/ EEG 1KG PASTA CONDUTORA EEG-PASTA CONDUTORA DE ELETROENCEFALOGRAMA DESENVOLVIDA COM MATÉRIAS PRIMAS ESPECIAIS QUE AJUDAM NA CONDUTIVIDADE DE SINAIS E IMPULSOS ELÉTRICOS E FIXAÇÃO DOS ELETRODOS AO PACIENTE EM EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAFIA . APRESENTAÇÃO POTE DE 1KG REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E TÉCNICO RESPONSÁVEL.	Pote	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	CARBOGEL Carbofix	De acordo	Indicou na proposta que o item não é regulado, porém, o item em questão é regulado pela Anvisa	De acordo.	Proposta desclassificada por não atender ao item 8.10.1 do edital.
33	917210 - RECIPIENTE DE URINA ESTERIL 80 ML PARA UROCULTURA EM PLASTICO TRANSPARENTE, COM GRADUACAO, TAMPA VERMELHA COM ROSCA E TRAVA, ESTERIL, EMBALAGEM UNITARIA , CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, FABRICACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. EMBALAGEM SEGURA PARA ARMAZENAMENTO.	PC	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	CRAL	De acordo	10379860094, Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	De acordo	Proposta de acordo com o edital. Proposta Classificada.
37	19960 - TIRA DE PH TIRA COM FAIXAS DE DIFERENTES CORES PARA MAIOR PRECISÃO, COMPOSTA POR 5 INDICADORES ÁCIDO-BASE; FAIXA DE MEDIÇÃO: 0-14, APRESENTANDO MEDIÇÃO PRÁTICA E COM RESULTADO EM NO MÁXIMO 5 SEGUNDOS. PARTE SUPERIOR EM PLÁSTICO EVITANDO A CONTAMINAÇÃO CRUZADA ENTRE USUÁRIO E AMOSTRA. ACONDICIONADO EM CAIXA COM 100 TIRAS;	Caixa	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	CRAL Sensitive	De acordo	Isento, SEI 0018111956 pág. 19.	Apresentou. A ficha técnica apresentada indica resultado em 15 segundos e o edital exige resultado em no máximo 5 segundos	Proposta reprovada por ofertar item com tempo de resultado divergente do edital. Exige-se resultado em no máximo 5 segundos e o item ofertado possui resultado em 15 segundos. Proposta reprovada.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 25/08/2023, às 12:00, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0018147088** e o código CRC **7C1D5F8B**.