

MEMORANDO SEI Nº 27234435/2025 - SES.UME.APA

Joinville, 21 de outubro de 2025.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 308/2025**

Objeto: Aquisição de Aparelhos e Equipamentos de Odontologia

Prezado(a) Senhor(a),

Em resposta ao memorando SEI 27218470 encaminhamos nossa análise conforme os critérios estabelecidos no Processo Licitatório SEI nº 25.0.114879-1, quanto:

a) ao descritivo das propostas de preços, se estão de acordo com os Anexos I e VI do Edital (SEI nº 26312666) para as empresas arrematantes, ou seja, comparando-se o descritivo da proposta com o respectivo item dos Anexos I e VI do Edital, bem como, de possíveis prospectos (ou assemelhados) apresentados, conforme:

8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

(...)

8.4.4 - a identificação da marca e do modelo do objeto ofertado;

8.4.4.1 - A marca indicada na proposta atualizada deverá ser a mesma cadastrada na proposta no sistema eletrônico, conforme exigência do item 6 do Edital.

(...)

8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:

a) Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde.

a.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.

a.2) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.

b) Para todos os itens as proponentes deverão apresentar, juntamente às propostas, uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica:

b.1) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

b.2) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado. Se o item for importado, a ficha técnica deverá ser apresentada com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

b.3) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.

Segue a lista de item por empresa para análise técnica da proposta, constituída com o descritivo do Anexo I do Edital:

Item	Material/ Serviço	Un id. me did a	Fornece dor	Ma rca (Co mp ras net)	Mod elo (Pro post a)	Descr itivo de acord o com o edital ?	Pros pecto / Ficha Tecnica	Regist ro Anvisa	Amo stras?	Parecer
01	COD. 17611 APARELHO AMALGAM ADOR	UND	Dentemed Equipamen tos Odontológi cos Ltda.	DEN TEM ED	DENT MIX	SIM	DE ACOR DO COM O EDIT AL	ISENT O	NÃO	APROVAD O
02	COD. 920915 - ULTRASSO M PNEUMÁTI CO ULTRASSO M PNEUMÁTI CO ENCAIXE BORDEN	UND	K2 Industria, Comércio, Importação e Exportação Ltda	KHAL KOS	Model o SK1	SIM	DE ACOR DO COM O EDIT AL	817453 30002 VIGEN TE CONF ORME CONS ULTA AO PORTA L ANVIS A EM 21/10/ 2025	NÃO	APROVAD O
03	COD.19126 MICRO MOTOR COM SPRAY	UND	Dentemed Equipamen tos Odontológi cos Ltda.	DEN TEM ED	Prime SE CX235 -3F	SIM	DE ACOR DO COM O EDIT AL	803496 09011, VIGEN TE CONF ORME CONS ULTA AO PORTA L ANVIS A 21/10/ 2025	SIM	ÁPTO A APRESEN TAR AMOSTRA S
										REPROVA DO CONFOR ME TRANSCR IÇÃO DO TERMO DE GARANTIA , ITEM 11 SUB ITEM C., A EMPRESA IMPÕE AO CONSUMI DOR A DESPESA DE TRANSPOR TE ATÉ A FABRICA OU ASSISTÊN CIA TECNICA AUTORIZA

04	COD. 41417 - BOMBA DE VÁCUO	UND	PIETRA ODONTO	KON DEN TEC H	Konde n- Pump 4 com 1 Kit Sucça o	SIM	ISENT O	NÃO	DA EM CASO DE NECESSIDADE DE REPARO DURANTE A VIGENCIA DA GARANTIA , CONTRARIANDO O PRINCIPIO DA VANTAJOSIDADE E DA ECONOMIXIDADE DA LICITAÇÃO, PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. SEGUE A TRANSCRIÇÃO: C. LOCAL DA GARANTIA - O reparo e/ou substituição de peças será realizado por técnico da KONDENTECH (Assistência Técnica Autorizada), ou credenciado pela mesma. - Quando constatado que o reparo do equipamento se faça necessário somente nas instalações da fábrica ou em Assistências Técnicas autorizadas, o frete
----	-----------------------------------	-----	------------------	------------------------	---	-----	------------	-----	---

										do transporte (ida e volta) correrá por conta do adquirente usuário
05	COD. 45486 COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO	UND	Dentemed Equipamentos Odontológicos Ltda.	DENTEMED	PRIMEAIR 40 - 220V	SIM	EM DESACORDO COM O EDITAL	ISENTO	NÃO	REPROVADO. PROPOSTA APRESENTA MODELO COM MOTOR DE 1,5HP DE POTÊNCIA, ENQUANTO NO EDITAL É SOLICITADO MOTOR COM 2HP
06	COD. 17711 Fotopolimerizador de resinas	UND	Dentemed Equipamentos Odontológicos Ltda.	DENTEMED	PRIMELED	SIM	DEACORDO COM O EDITAL	80349609018 VIGENTE CONFORME CONSULTA AO PORTAL ANVISA 21/10/2025	NÃO	APROVADO
07	COD. 45487 Mesa auxiliar odontológica com 5 gavetas	UND	STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	METALIC MEDICAL	MT2822	SIM	DEACORDO COM O EDITAL	ISENTO	NÃO	APROVADO
08	COD. 17765 - MOCHO ODONTOLÓGICO MOCHO ODONTOLÓGICO	UND	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	RENAFLEX	MOCHO	SIM	DEACORDO COM O EDITAL	ISENTO	NÃO	APROVADO
09	COD. 17638 Contra-ângulo-	UND	Dentemed Equipamentos Odontológicos Ltda.	DENTEMED	Prime LT SE CX235 C1	SIM	DEACORDO COM O EDITAL	80349609014 VIGENTE CONFORME CONSULTA AO PORTAL ANVISA 21/10/2025	SIM	ÁPTO A APRESENTAR AMOSTRAS

								ANVISA 21/10/ 2025		
10	COD. 41126 CANETA DE ALTAROTA ÇÃO	UND	Dentemed Equipamen tos Odontológi cos Ltda.	DEN TEM ED	Prime PB S3 CX207 -W	SIM	EM DESA CORD O COM O EDIT AL	803496 09015 VIGEN TE CONF ORME CONS ULTA AO PORTA L ANVISA, 21/10/ 2025	SIM	REPROVA DO. PROPOST A APRESEN TA MODELO COM ROTAÇÃO DE 280.000 RPM, (CONFOR ME DISPOSTO NO ITEM 14, NA PAG 14 MANUAL DO EQUIPAM ENTO DISPONIV EL JUNTO A PAGINA DO REGISTRO DO EQUIPAM ENTO NA ANVISA), ENQUAN TO O EDITAL EXIGE ROTAÇÃO ENTRE 335.000 E 420.000 RPM

Sem mais, a Secretaria da Saúde , através da Unidade de Patrimônio, encontra-se à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Sergio Augusto Ruiz Bombonato, Servidor(a) Público(a)**, em 21/10/2025, às 12:45, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **27234435** e o código CRC **6544C83E**.

