

MEMORANDO SEI Nº 0019867447/2024 - SES.UAD.ACM

Joinville, 23 de janeiro de 2024.

À
SAPLCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico nº 472/2023.

Objeto: Aquisição de materiais para a Agência Transfusional do Hospital São José.

Em atendimento ao Memorando SAPLCT (SEI nº 0019856380), segue a análise técnica solicitada:

Lote	Item	Material/Serviço	Unid. Medida	Fornecedor	Marca/Fabricante	Modelo/Versão	Descritivo da proposta de acordo com o edital?	8.10.1- Registro Anvisa	10.13- Comodato (itens 3 e 6)	Parecer	
1	1	24724 - REAGENTE - SORO ANTI D BLEND (IGM+IGG) SORO UTILIZADO EM IMUNO-HEMATOLOGIA; TESTE COM ANTICORPOS ANTI-D DUOCLONE MONOCLONAL REAGENTE DE BAIXA CONCENTRAÇÃO PROTEICA, CONTENDO IGM E IGG ANTI D MONOCLONAIS DILUÍDOS EM TAMPÃO FOSFATO, CONTENDO CLORETO DE SÓDIO 0,9%, ALBUMINA BOVINA 3% E POTENCIALIZADORES MACROMOLECULARES, PARA DETERMINAÇÃO DE GRUPO SANGUÍNEO RH EM TUBO; DEVERÁ SER CAPAZ DE DETECTAR O ANTÍGENO D PARCIAL E VARIANTE DA CATEGORIA VI (DVI+ / POSITIVO)*; SORO INCOLOR E REATIVIDADE DE 3 +, NO MÍNIMO; FORNECIDO EM FRASCOS COM 10 ML, CONFECCIONADO EM MATERIAL TRANSPARENTE, PERMITINDO A ANÁLISE DO CONTEÚDO E DOTADO DE CONTA-GOTAS; VALIDADE MÍNIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; POSSUIR RÓTULO, INSTRUÇÕES DE USO E EMBALAGEM SEGUNDO DETERMINAÇÃO DO MS. ACOMPANHA BULA EM PORTUGUÊS; DEVERÁ SER DO MESMO FABRICANTE QUE O SORO CONTROLE RH **. *PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017/ ART. 177, § 15; **PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017/ ART. 177, § 8º.	Frasco	XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Imunoscan		frasco com 10 ml - conta gotas	De acordo.	81034870006- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	----	Proposta classificada.
1	2	24725 - REAGENTE SORO CONTROLE RH SORO UTILIZADO EM IMUNO-HEMATOLOGIA; PARA CONTROLE NEGATIVO DO REAGENTE ANTI RHD, PARA TESTES EM TUBO; SORO INCOLOR; FORNECIDO EM	Frasco	XLAB - SUPRIMENTOS PARA	Imunoscan		frasco com 10 ml - conta gotas	De acordo.	81034870002- Registro vigente,	----	Proposta classificada.

		FRASCOS COM 10 ML, CONFECCIONADO EM MATERIAL TRANSPARENTE, PERMITINDO A ANÁLISE DO CONTEÚDO E DOTADO DE CONTA-GOTAS; VALIDADE MÍNIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; POSSUIR RÓTULO, INSTRUÇÕES DE USO E EMBALAGEM SEGUNDO DETERMINAÇÃO DO MS; ACOMPANHA BULA EM PORTUGUÊS; DEVERÁ SER DO MESMO FABRICANTE QUE O REAGENTE - SORO ANTI D BLEND (IGM+IGG), CONFORME RECOMENDAÇÃO PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017/ ART. 177, § 8º		LABORATORIO LTDA				confirmado no portal da Anvisa		
2	3	27911 - CARTÃO COM TECNOLOGIA DE AGLUTINAÇÃO EM COLUNA (CAT) - CARTÃO ABO/RH ADULTOS CARTÃO ABO/RH ADULTOS PARA DETERMINAÇÃO DOS ANTÍGENOS DO SISTEMA ABO, RH(D) E PROVA ABO REVERSA, POR AGLUTINAÇÃO EM COLUNA – CARTÃO PARA DETERMINAÇÃO DE GRUPO SANGUÍNEO ABO/RH E PROVA REVERSA ABO, DEVE CONTER NO MÍNIMO 6 COLUNAS POR CARTÃO, E NO MÍNIMO OS SEGUINTE ANTICORPOS MONOCLONAIS: ANTI-A, ANTI-B, ANTI-D, CONTROLE, PROVA REVERSA A E PROVA REVERSA B. PARA REALIZAÇÃO DESTES TESTES DEVEM SER FORNECIDOS TODOS OS ACESSÓRIOS E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO CONFORME ESTABELECIDO PELO FABRICANTE.	Unidade	GRIFOLS BRASIL LTDA	Grifols/Diagnostic	DG GEL ABO/Rh (2D) (RT)+ SERIGRUP DIANA A1/B	De acordo.	80134860259/ 80134860084- Registros vigentes, confirmado no portal da Anvisa	De acordo	Proposta classificada.
2	4	27912 - CARTÃO COM TECNOLOGIA DE AGLUTINAÇÃO EM COLUNA (CAT) - CARTÃO ANTI-IgG/C3D Cartão anti-IgG e C3D para realização dos testes de Antiglobulina Humana Direto e Indireto. Cartão com Antiglobulina Humana anti-IgG e frações do complemento C3D, para realização do teste da Antiglobulina Humana Direto (TAD) - coombs direto, e para realização de pesquisa de Anticorpos Irregulares (PAI) através do teste de Antiglobulina Humana Indireto (TAI) - coombs indireto, Auto Prova e Prova Cruzada. Para realização destes testes devem ser fornecidos todos os acessórios e insumos necessários para a execução conforme estabelecido pelo fabricante.	Unidade	GRIFOLS BRASIL LTDA	Grifols/Diagnostic	DG GEL COOMBS+ SERASCAN DIANA 2+ SERASCAN DIANA Dia	De acordo.	80134860092/ 10364120066/ 80134860123- - Registros vigentes, confirmado no portal da Anvisa	De acordo	Proposta classificada.
2	5	27913 - CARTÃO COM TECNOLOGIA DE AGLUTINAÇÃO EM COLUNA (CAT) - CARTÃO DE ABO CARTÃO DE ABO PARA DETERMINAÇÃO DOS ANTÍGENOS DO SISTEMA ABO, RH(D), POR AGLUTINAÇÃO EM COLUNA – CARTÃO PARA DETERMINAÇÃO DE GRUPO SANGUÍNEO ABO/RH, DEVE CONTER NO MÍNIMO 6 COLUNAS POR CARTÃO, PARA REALIZAÇÃO DESTES TESTES DEVEM SER FORNECIDOS TODOS OS ACESSÓRIOS E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO CONFORME ESTABELECIDO PELO FABRICANTE.	Unidade	GRIFOLS BRASIL LTDA	Grifols/Diagnostic	DG GEL CONFIRM	De acordo.	80134860090- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	De acordo	Proposta classificada.
2	6	27914 - CARTÃO COM TECNOLOGIA DE AGLUTINAÇÃO EM COLUNA (CAT) - CARTÃO PESQUISA D VARIANTE CARTÃO PESQUISA D VARIANTE PARA PESQUISA E CONFIRMAÇÃO DO ANTÍGENO D FRACO E PARCIAL, POR AGLUTINAÇÃO EM COLUNA. CARTÃO COM ANTI-D MONOCLONAL (IGG+IGM) PARA PESQUISA DAS VARIANTES DO ANTÍGENO D. PARA REALIZAÇÃO DESTES TESTES DEVEM SER FORNECIDOS TODOS OS ACESSÓRIOS E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO CONFORME ESTABELECIDO PELO FABRICANTE.	Unidade	GRIFOLS BRASIL LTDA	Grifols/Diagnostic+Medion	ANTI-D IgG MONOTYPE+ DG GEL COOMBS	De acordo.	80134860246- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	De acordo	Proposta classificada.

7	2664 - REAGENTE - SORO ANTI A SORO TESTE COM ANTICORPOS ANTI-A MONOCLONAIS MURINOS DE CLASSE IGM, PARA DETERMINAÇÃO DE GRUPO SANGUÍNEO ABO EM TUBO, REATIVIDADE DE 3 +, NO MÍNIMO, COM HEMÁCIAS A' E A' B. SORO UTILIZADO EM IMUNO-HEMATOLOGIA, SORO DE COR AZUL BRILHANTE, VALIDADE MÍNIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. O PRODUTO DEVERA SER FORNECIDO EM FRASCOS DE VIDRO TRANSPARENTE COM CONTA-GOTAS, FRASCO COM 10 ML APRESENTAR BULA EM PORTUGUÊS, TER ROTULO, INSTRUÇÕES DE USO E EMBALAGENS SEGUNDO DETERMINAÇÃO MS.	Frasco	XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Imunoscan	frasco com 10 ml	De acordo.	81034870004-Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	---	Proposta classificada.
8	2665 - REAGENTE - SORO ANTI B SORO TESTE COM ANTICORPOS ANTI-B MONOCLONAIS MURINOS DE CLASSE IGM, PARA DETERMINAÇÃO DE GRUPO SANGUÍNEO ABO EM TUBO, REATIVIDADE DE 3 +, NO MÍNIMO, COM HEMÁCIAS B E A1 B. SORO UTILIZADO EM IMUNO-HEMATOLOGIA, SORO DE COR AMARELA DE TARTRAZINA, VALIDADE MÍNIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. O PRODUTO DEVERA SER FORNECIDO EM FRASCOS TRANSPARENTES PERMITINDO ANALISE VISUAL RIGOROSA DO CONTEÚDO, COM CONTA-GOTAS, FRASCO COM 10 ML APRESENTAR BULA EM PORTUGUÊS, TER ROTULO, INSTRUÇÕES DE USO E EMBALAGENS SEGUNDO DETERMINAÇÃO MS.	Frasco	XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Imunoscan	frasco com 10 ml	De acordo.	81034870004-Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	----	Proposta classificada.
9	2666 - REAGENTE - SORO ANTI AB SORO TESTE COM ANTICORPOS ANTI-AB MONOCLONAIS MURINOS DE CLASSE IGM, PARA DETERMINAÇÃO DE GRUPO SANGUÍNEO ABO EM TUBO, REATIVIDADE DE 3 +, NO MÍNIMO, COM HEMÁCIAS A1 B E A1 B. SORO UTILIZADO EM IMUNO-HEMATOLOGIA, SORO E INCOLOR, VALIDADE MÍNIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. O PRODUTO DEVERA SER FORNECIDO EM FRASCOS DE VIDRO TRANSPARENTE COM CONTA-GOTAS, FRASCO COM 10 ML APRESENTAR BULA EM PORTUGUES, TER ROTULO, INSTRUCOES DE USO E EMBALAGENS SEGUNDO DETERMINAÇÃO MS.	Frasco	SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA	IMUNOSCAN - 81034870004	IMUNOSCAN	De acordo.	81034870004-Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	-----	Proposta classificada.
10	24723 - REAGENTE - SORO ANTI D MONOCLONAL IGM SORO UTILIZADO EM IMUNO-HEMATOLOGIA; TESTE COM ANTICORPOS ANTI-D MONOCLONAL IGM; O REAGENTE DEVE IDENTIFICAR OS ANTÍGENOS D INCLUINDO A MAIORIA DE VARIANTES PARA DETERMINAÇÃO DE GRUPO SANGUÍNEO RH EM TUBO; O REAGENTE NÃO DEVERÁ SER CAPAZ DE DETECTAR O ANTÍGENO D PARCIAL E VARIANTE DA CATEGORIA VI - DVI- / NEGATIVO*; SORO INCOLOR E REATIVIDADE DE 3 +, NO MÍNIMO; FORNECIDO EM FRASCOS COM 10 ML, CONFECCIONADO EM MATERIAL TRANSPARENTE, PERMITINDO A ANÁLISE DO CONTEÚDO E DOTADO DE CONTA-GOTAS; VALIDADE MÍNIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; POSSUIR RÓTULO, INSTRUÇÕES DE USO E EMBALAGEM SEGUNDO DETERMINAÇÃO DO MS; ACOMPANHA BULA EM PORTUGUÊS. * PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017/ ART. 177, § 15	Frasco	SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA	IMUNOSCAN - 81034870004	IMUNOSCAN	De acordo.	81034870006-Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	-----	Proposta classificada.

11	19096 - REAGENTE – KIT DE SUSPENSÃO DE HEMACIAS PARA PROVA REVERSA A' e B REAGENTE DE HEMÁCIAS A1 EM CONCENTRAÇÃO DE 3% UTILIZADAS NA TÉCNICA EM TUBO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS REGULARES. VALIDADE MÍNIMA DE 28 DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. O PRODUTO DEVERA SER FORNECIDO EM FRASCOS DE VIDRO TRANSPARENTE COM CONTA-GOTAS, FRASCO COM 10 ML APRESENTAR BULA EM PORTUGUÊS, TER ROTULO, INSTRUÇÕES DE USO E EMBALAGENS SEGUNDO DETERMINAÇÃO MS. REAGENTE DE HEMÁCIAS B EM CONCENTRAÇÃO DE 3% UTILIZADAS NA TÉCNICA EM TUBO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS REGULARES. VALIDADE MÍNIMA DE 28 DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. O PRODUTO DEVERA SER FORNECIDO EM FRASCOS DE VIDRO TRANSPARENTE COM CONTA-GOTAS, FRASCO COM 10 ML APRESENTAR BULA EM PORTUGUÊS, TER ROTULO, INSTRUÇÕES DE USO E EMBALAGENS SEGUNDO DETERMINAÇÃO MS..	KIT	XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Imunoscan	conjunto de hemacias	De acordo.	81034870003-Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	-----	Proposta classificada.
12	2714 - CONJUNTO DE REAGENTE - SUSPENSAO DE HEMACIAS O I E O II PARA PESQUISA DE ANTICORPOS IRREGULARES (PAI): REAGENTE DE HEMACIAS COM NO MINIMO 02 (DUAS) CELULAS, HEMACIAS O I E HEMACIAS O II, EM CONCENTRAÇÃO DE 3% PARA ANTIGENOS SIGNIFICANTES AO SISTEMA - RH, KELL, DUFFY, LEWIS, M-N-S, S, DESTINADOS A PESQUISA DE ANTICORPOS IRREGULARES PELA EM TECNICA EM TUBO. VALIDADE MINIMA DE 21 OU 28 DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	Conjunto	XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Imunoscan	conjunto	De acordo.	81034870003-Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	-----	Proposta classificada.
13	2716 - REAGENTE - SORO COOMBS ANTI IgG MONOCLONAL SORO ANTIGLOBULINA HUMANA ANTI-IGG UTILIZADO NA TECNICA EM TUBO EM TESTES DA ANTIGLOBULINA HUMANA. SORO UTILIZADO EM IMUNO-HEMATOLOGIA, SORO E INCOLOR, VALIDADE MINIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.. O PRODUTO DEVERA SER FORNECIDO EM FRASCOS DE VIDRO TRANSPARENTE COM CONTA-GOTAS, FRASCO COM 10 ML APRESENTAR BULA EM PORTUGUES, TER ROTULO, INSTRUCOES DE USO E EMBALAGENS SEGUNDO DETERMINACAO MS.	Frasco	XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Imunoscan	frasco de 10 ml - coombs mono - transparente	De acordo.	81034870008-Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	-----	Proposta classificada.
14	2717 - REAGENTE - COOMBS SERUM ANTI IGG E C³D POLICLONAL: SORO ANTIGLOBULINA HUMANA ANTI-IGG (COELHO/RABBIT) + ANTI-C3D (MONOCLONAL) UTILIZADO NA TECNICA EM TUBO EM TESTES DA ANTIGLOBULINA HUMANA. SORO UTILIZADO EM IMUNO-HEMATOLOGIA, SORO NA COR VERDE, VALIDADE MINIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. . O PRODUTO DEVERA SER FORNECIDO EM FRASCOS DE VIDRO TRANSPARENTE COM CONTA-GOTAS, FRASCO COM 10 ML APRESENTAR BULA EM PORTUGUES, TER ROTULO, INSTRUCOES DE USO E EMBALAGENS SEGUNDO DETERMINACAO MS.	Frasco	XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Imunoscan	frasco de 10 ml	De acordo.	81034870009-Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	-----	Proposta classificada.
15	25621 - REAGENTE - HEMÁCIAS PARA CONTROLE DE COOMBS REAGENTE DE HEMÁCIAS EM CONCENTRAÇÃO DE 3-5% UTILIZADAS NA TÉCNICA EM TUBO PARA CONTROLE DOS TESTES DE COOMBS (TESTES DA ANTIGLOBULINA HUMANA). FORNECIDO	Frasco	XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Imunoscan	frasco 10 ml - coombs control hemacia	De acordo.	81034870003-Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	-----	Proposta classificada.

	EM FRASCO DE 10ML, TRANSPARENTE, QUE PERMITA RIGOROSA INSPEÇÃO VISUAL; COM CONTA GOTAS. BULA, RÓTULO E INSTRUÇÃO DE USO EM PORTUGUÊS. EMBALAGEM CONFORME DETERMINAÇÃO DO MS.								
16	2719 - REAGENTE - SOLUCAO POLIETILENOGLICOL (PEG) 15%: POLIETILENOGLICOL A 15% E POTENCIALIZADOR EM MEIO DE BAIXA FORCA IONICA PARA A REALIZACAO DE EXAMES IMUNO - HEMATOLOGICOS . ESTA SOLUCAO LEVA AO AUMENTO DA SENSIBILIDADE NA DETECCAO DE ANTICORPOS IRREGULARES IGG.. O POLIETILENOGLICOL OU PEG E UM POTENCIALIZADOR DAS REACOES ANTIGENO-ANTICORPO. SOLUCAO UTILIZADA EM IMUNO-HEMATOLOGIA, SOLUCAO INCOLOR, EM SUA COMPOSICAO DEVERA CONTER AZIDA SODICA COMO PRESERVANTE COM CONCENTRACAO FINAL 0,1%. VALIDADE MINIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. O PRODUTO DEVERA SER FORNECIDO EM FRASCOS DE VIDRO TRANSPARENTE COM CONTA-GOTAS, FRASCO COM 10 ML APRESENTAR BULA EM PORTUGUES, TER ROTULO, INSTRUCOES DE USO E EMBALAGENS SEGUNDO DETERMINACAO MS.	Frasco	XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Imunoscan	frasco 10 ml	De acordo.	81034870002-Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	-----	Proposta classificada.
17	2721 - REAGENTE - SOLUCAO ALBUMINA BOVINA 22 %: REAGENTE DE ALBUMINA BOVINA A 22%, ESTE REAGENTE FOI OBTIDO ATRAVES DE PLASMA BOVINO. CONTEM 0,1% DE AZIDA SODICA COMO CONSERVANTE. SAO REAGENTES DE DIAGNOSTICOS PARA USO EM TESTE EM TUBO. SOLUCAO UTILIZADA EM IMUNO-HEMATOLOGIA. LIQUIDO DE COR AMARELADO.VALIDADE DE 02 (DOIS) ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. O PRODUTO DEVERA SER FORNECIDO EM FRASCOS DE VIDRO TRANSPARENTE COM CONTA-GOTAS, FRASCO COM 10 ML APRESENTAR BULA EM PORTUGUES, TER ROTULO, INSTRUCOES DE USO E EMBALAGENS SEGUNDO DETERMINACAO MS.	Frasco	SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA	IMUNOSCAN - 81034870007	IMUNOSCAN - 81034870007	De acordo.	81034870007-Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	-----	Proposta classificada.
18	913466 - PIPETA DE PASTEUR DESCARTAVEL PIPETA UTILIZADA NAS TECNICAS DE IMUNOHEMATOLOGIA. APRESENTADA EM CAIXAS COM 500 UNIDADES, GRADUADAS DE 3 ML. FABRICADA EM POLIETILENO (PECA UNICA), COM CAPACIDADE DE 3ML (77 GOTAS) COMPRIMENTO 10CM.UTILIZADO EM LABORATORIO DE IMUNOHEMATOLOGIA	PC	XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	neoplast	3 ml nao esteril tamanho 16cm padrao pct c/500un	De acordo.	ISENTO	-----	Proposta classificada.
19	5157 - ESCALPE DE SEGURANÇA COM TRAVA DE PROTEÇÃO (23G) ESCALPE DE SEGURANÇA COM TRAVA DE PROTEÇÃO QUE RECOBRE A AGULHA APÓS A PUNÇÃO, ESPECIAL PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, COM ADAPTADOR FIXO NA AGULHA OU SEPARADO (CASO SEPARADO ENVIAR NO MÍNIMO 1 ADAPTADOR PARA CADA 100 AGULHAS, O ADAPTADOR DEVE POSSUIR MECANISMO AUTOMÁTICO DE DESCARTE DA AGULHA), PARA COLETAS MÚLTIPLAS. TUBO EM VINIL FLEXÍVEL, COM 17 A 19 CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 23G, ASAS FLEXÍVEIS, ESTÉRIL. APRESENTAÇÃO: CAIXAS COM 50 A 100 UNIDADES CADA..	Unidade	NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE	DESCARPACK	Cateter Periférico Venoso	Apresentou na proposta descrição parcial e referente ao escalpe calibre 27 G.	10330660246, porém, não é referente a escalpe especial para coleta de sangue a vácuo. A marca em questão possui outro item específico para este fim (registro Anvisa 10330669153)	-----	Proposta reprovada por ofertar item que não atende as exigências do edital. A marca ofertada possui modelo específico para a coleta de sangue a vácuo, com outro registro na Anvisa.
20	913469 - EQUIPO PARA TRANSFUSAO DE SANGUE E HEMODERIVADOS DISPOSITIVO PARA INFUSAO E	PC	CM HOSPITALAR	Embramed/Cremer S.A	Embramed	Apresentou descrição resumida.	80245210242-Registro	-----	Aprovação condicionada a

		CONTROLE DO SANGUE COM LANCETA PERFURANTE PARA A CONEXAO AO RECIPIENTE SANGUE, CAMARA DUPLA FLEXIVEL SENDO A PRIMEIRA DOTADA DE FILTRO DE SANGUE PARA RETENCAO DE COAGULOS E A SEGUNDA PARA VISUALIZACAO E CONTROLE DO GOTEJAMENTO , CONTROLADOR DE FLUXO (GOTEJAMENTO) TIPO PINCA ROLETE CONECCAO SPIN LOCK PARA DISPOSITIVO DE ACESSO VENOSO. ESTERILIZADO, ATOXICO E APIROGENICO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO DE POLIETILENO. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL.	S.A.				vigente, confirmado no portal da Anvisa	empresa confirmar o atendimento as seguintes exigências do edital: 1- CAMARA DUPLA FLEXIVEL SENDO A PRIMEIRA DOTADA DE FILTRO DE SANGUE PARA RETENCAO DE COAGULOS E A SEGUNDA PARA VISUALIZACAO E CONTROLE DO GOTEJAMENTO; 2 - CONTROLADOR DE FLUXO (GOTEJAMENTO) TIPO PINCA ROLETE;	
22	918697 - TUBO DE ENSAIO 5ML 12X75MM (VIDRO)	UNID	A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	PRECISION	TUBO	De acordo.	ISENTO	----	Proposta classificada.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 23/01/2024, às 14:27, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Cibely Schipitoski, Coordenador(a)**, em 23/01/2024, às 14:27, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0019867447** e o código CRC **3A2D4261**.