

MEMORANDO SEI Nº 0012061918/2022 - HMSJ.UAD.AOPM

Joinville, 23 de fevereiro de 2022.

À

Área de Suprimentos

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico SRP nº. 428/2021 - Aquisição de Órteses, Próteses e Materiais Especiais, em regime de consignação, aos usuários do Sistema Único de Saúde, acolhidos no Hospital Municipal São José, que necessitem de procedimentos cirúrgicos de alta complexidade nas especialidades de Cirurgia Neurológica, Cirurgia Bucomaxilofacial e Cirurgia de Traumatismo-Ortopedia. Os itens foram avaliados de acordo com o Anexo I do Edital (SEI0011459518).

ORTOIMPLANTES COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITA:

Lote	Item	Material/Serviço	Fornecedor	Avaliação Técnica
1	1	16217 - Placa bloqueada distal de clavícula Placa bloqueada distal de clavícula, em titânio, de 3 à 5 furos, nos lados direito e esquerdo. Quant. mínima/tamanho/caixa: 2	ORTOIMPLANTES	<p><u>APROVADO</u> AMOSTRA APROVADA, CONFORME <u>PARECER TÉCNICO</u> Nº 0012004331</p>
	2	16223 - Parafuso de bloqueio 2.7mm Parafuso de bloqueio 2.7mm, auto rosqueante, de 10 à 55mm de comprimento. Quant. mínima/tamanho/caixa: 4		
	3	16219 - Parafuso de bloqueio 3,5mm Parafuso de bloqueio 3,5mm, auto rosqueante, de 10 à 60mm de comprimento. Quant. mínima/tamanho/caixa: 4		
	4	16220 - Parafuso cortical 3,5mm Parafuso cortical 3,5mm, auto rosqueante, de 10 à 50mm de comprimento. Quant. mínima/tamanho/caixa: 4		
2	5	12875 - PLACA BLOQUADA DE DIÁFISE CLAVÍCULA PLACA BLOQUADA DE DIÁFISE CLAVÍCULA, DIREITA/ESQUERDA, COM NO MÍNIMO 7 À 9 FUROS, EM TITÂNIO. Quant. mínima/tamanho/caixa: 2	ORTOIMPLANTES	<p><u>APROVADO</u> AMOSTRA APROVADA, CONFORME <u>PARECER TÉCNICO</u> Nº 0012004342</p>
	6	16223 - Parafuso de bloqueio 2.7mm Parafuso de bloqueio 2.7mm, auto rosqueante, de 10 à 55mm de comprimento. Quant. mínima/tamanho/caixa: 4		
	7	16219 - Parafuso de bloqueio 3,5mm Parafuso de bloqueio 3,5mm, auto rosqueante, de 10 à 60mm de comprimento. Quant. mínima/tamanho/caixa: 4		
3	8	12933 - PLACA BLOQUEADA DE ÚMERO PROXIMAL CURTA PLACA BLOQUEADA DE ÚMERO PROXIMAL CURTA - com no mínimo 3 À 9 FUROS, direita / esquerda, em aço cirúrgico ou titânio. Quant. mínima/tamanho/caixa: 2	ORTOIMPLANTES	<p><u>APROVADO</u> AMOSTRA APROVADA, CONFORME <u>PARECER TÉCNICO</u> Nº 0012004351</p>
	9	16223 - Parafuso de bloqueio 2.7mm Parafuso de bloqueio 2.7mm, auto rosqueante, de 10 à 55mm de comprimento. Quant. mínima/tamanho/caixa: 3		
	10	16219 - Parafuso de bloqueio 3,5mm Parafuso de bloqueio 3,5mm, auto rosqueante, de 10 à 60mm de comprimento. Quant. mínima/tamanho/caixa: 3		
	11	16224 - Parafuso cortical 3,5mm, rosca parcial Parafuso cortical auto rosqueante diâmetro 3,5 nos tamanhos de 10 à 40mm, rosca parcial. Quant. mínima/tamanho/caixa: 4		

	12	16225 - Parafuso cortical 3.5mm, rosca total Parafuso cortical auto rosqueante diâmetro 3,5 nos tamanhos de 10 à 60mm, rosca total. Quant. mínima/tamanho/caixa: 4		
	13	16227 - Parafuso esponjoso 4.0 rosca parcial Parafuso esponjoso auto rosqueante diâmetro 4.0 nos tamanhos de 10 à 50mm, rosca parcial. Quant. mínima/tamanho/caixa: 4		
	14	16226 - Parafuso esponjoso 4.0 rosca total Parafuso esponjoso auto rosqueante diâmetro 4.0 nos tamanhos de 10 à 60mm, rosca total. Quant. mínima/tamanho/caixa: 4		
4	15	16228 - Placa bloqueada de úmero proximal longa Placa bloqueada de úmero proximal longa em titânio, de 10 à 14 furos, nos lados direito e esquerdo. Quant. mínima/tamanho/caixa: 2	ORTOIMPLANTES	<u>APROVADO</u> AMOSTRA APROVADA, CONFORME <u>PARECER TÉCNICO</u> N° 0012004368
	16	16223 - Parafuso de bloqueio 2.7mm Parafuso de bloqueio 2.7mm, auto rosqueante, de 10 à 55mm de comprimento. Quant. mínima/tamanho/caixa: 3		
	17	16219 - Parafuso de bloqueio 3,5mm Parafuso de bloqueio 3,5mm, auto rosqueante, de 10 à 60mm de comprimento. Quant. mínima/tamanho/caixa: 3		
	18	16224 - Parafuso cortical 3.5mm, rosca parcial Parafuso cortical auto rosqueante diâmetro 3,5 nos tamanhos de 10 à 40mm, rosca parcial. Quant. mínima/tamanho/caixa: 4		
	19	16225 - Parafuso cortical 3.5mm, rosca total Parafuso cortical auto rosqueante diâmetro 3,5 nos tamanhos de 10 à 60mm, rosca total. Quant. mínima/tamanho/caixa: 4		
	20	16227 - Parafuso esponjoso 4.0 rosca parcial Parafuso esponjoso auto rosqueante diâmetro 4.0 nos tamanhos de 10 à 50mm, rosca parcial. Quant. mínima/tamanho/caixa: 4		
	21	16226 - Parafuso esponjoso 4.0 rosca total Parafuso esponjoso auto rosqueante diâmetro 4.0 nos tamanhos de 10 à 60mm, rosca total. Quant. mínima/tamanho/caixa: 4		
5	22	16229 - Placa bloqueada de úmero distal Placa bloqueada de úmero distal em titânio, de 04 à 07 furos, nos lados direito e esquerdo. Quant. mínima/tamanho/caixa: 2	ORTOIMPLANTES	<u>APROVADO</u> AMOSTRA APROVADA, CONFORME <u>PARECER TÉCNICO</u> N° 0012004382
	23	16223 - Parafuso de bloqueio 2.7mm Parafuso de bloqueio 2.7mm, auto rosqueante, de 10 à 55mm de comprimento. Quant. mínima/tamanho/caixa: 6		
	24	16219 - Parafuso de bloqueio 3,5mm Parafuso de bloqueio 3,5mm, auto rosqueante, de 10 à 60mm de comprimento. Quant. mínima/tamanho/caixa: 6		
	25	16225 - Parafuso cortical 3.5mm, rosca total Parafuso cortical auto rosqueante diâmetro 3,5 nos tamanhos de 10 à 60mm, rosca total. Quant. mínima/tamanho/caixa: 6		
6	26	16230 - Placa bloqueada de Olécrano Placa bloqueada de Olécrano em aço cirúrgico ou titânio, de 05 à 09 furos, nos lados direito e esquerdo. Quant. mínima/tamanho/caixa: 2	ORTOIMPLANTES	<u>APROVADO</u> AMOSTRA APROVADA, CONFORME <u>PARECER TÉCNICO</u> N° 0012004393
	27	12615 - PARAFUSO CORTICAL 2.7MM, AUTO ROSQUEANTE PARAFUSO CORTICAL 2.7MM, AUTO ROSQUEANTE, com variações entre 10 e 60MM de comprimento. Quant. mínima/tamanho/caixa: 4		
		16219 - Parafuso de bloqueio 3,5mm Parafuso de bloqueio		

	28	3,5mm, auto rosqueante, de 10 à 60mm de comprimento. Quant. mínima/tamanho/caixa: 4		
7	29	16233 - Placa bloqueada de rádio distal Placa bloqueada de rádio distal em titânio, nos tamanhos de 02 à 04 furos, nos lados direito e esquerdo. Quant. mínima/tamanho/caixa: 2	ORTOIMPLANTES	<p style="text-align: center;"><u>APROVADO</u> AMOSTRA APROVADA, CONFORME <i>PARECER TÉCNICO</i> N° 0012004407</p>
	30	16223 - Parafuso de bloqueio 2.7mm Parafuso de bloqueio 2.7mm, auto rosqueante, de 10 à 55mm de comprimento. Quant. mínima/tamanho/caixa: 6		
	31	16219 - Parafuso de bloqueio 3,5mm Parafuso de bloqueio 3,5mm, auto rosqueante, de 10 à 60mm de comprimento. Quant. mínima/tamanho/caixa: 6		
	32	16224 - Parafuso cortical 3.5mm, rosca parcial Parafuso cortical auto rosqueante diâmetro 3,5 nos tamanhos de 10 à 40mm, rosca parcial. Quant. mínima/tamanho/caixa: 4		
	33	16225 - Parafuso cortical 3.5mm, rosca total Parafuso cortical auto rosqueante diâmetro 3,5 nos tamanhos de 10 à 60mm, rosca total. Quant. mínima/tamanho/caixa: 6		
	34	16227 - Parafuso esponjoso 4.0 rosca parcial Parafuso esponjoso auto rosqueante diâmetro 4.0 nos tamanhos de 10 à 50mm, rosca parcial. Quant. mínima/tamanho/caixa: 4		
	35	16226 - Parafuso esponjoso 4.0 rosca total Parafuso esponjoso auto rosqueante diâmetro 4.0 nos tamanhos de 10 à 60mm, rosca total. Quant. mínima/tamanho/caixa: 4		
8	36	16232 - Placa bloqueada PFI para reconstrução pélvica Placa bloqueada PFI para reconstrução pélvica em aço cirúrgico ou titânio, nos tamanhos de 05 à 10 furos. Quant. mínima/tamanho/caixa: 2	ORTOIMPLANTES	<p style="text-align: center;"><u>APROVADO</u> AMOSTRA APROVADA, CONFORME <i>PARECER TÉCNICO</i> N° 0012004443</p>
	37	16170 - Parafuso Cortical 2,7mm Parafuso Cortical 2,7mm , tamanhos de 6 mm a 30mm. Cód. SUS: 0702030686 Quant. mínima/tamanho/caixa: 4		
	38	16219 - Parafuso de bloqueio 3,5mm Parafuso de bloqueio 3,5mm, auto rosqueante, de 10 à 60mm de comprimento. Quant. mínima/tamanho/caixa: 4		
	39	16227 - Parafuso esponjoso 4.0 rosca parcial Parafuso esponjoso auto rosqueante diâmetro 4.0 nos tamanhos de 10 à 50mm, rosca parcial. Quant. mínima/tamanho/caixa: 4		
	40	16226 - Parafuso esponjoso 4.0 rosca total Parafuso esponjoso auto rosqueante diâmetro 4.0 nos tamanhos de 10 à 60mm, rosca total. Quant. mínima/tamanho/caixa: 4		
9	41	16202 - Placa bloqueada de Fêmur distal Placa bloqueada de Fêmur distal minimamente invasiva, em titânio, nos tamanhos de 04 à 12 furos, nos lados direito e esquerdo. Quant. mínima/tamanho/caixa: 2	ORTOIMPLANTES	<p style="text-align: center;"><u>APROVADO</u> AMOSTRA APROVADA, CONFORME <i>PARECER TÉCNICO</i> N° 0012004467</p>
	42	16297 - PARAFUSO AUTO ROSQUEANTE PARAFUSO AUTO ROSQUEANTE DIÂMETRO 5.0mm, NOS TAMANHOS DE 18 À 90mm Quant. mínima/tamanho/caixa: 6		
	43	13800 - Parafuso cortical Auto Rosqueante 4,5mm Parafuso cortical Auto Rosqueante 4,5mm de 14 à 60mm Quant. mínima/tamanho/caixa: 6		
		16296 - PLACA BLOQUEADA DE TIBIA DISTAL PLACA		

10	44	BLOQUEADA DE TIBIA DISTAL DIREITA E ESQUERDA, DE 4,6,8,10 e 12 FUROS, EM AÇO CIRÚRGICO OU TITÂNIO. Quant. mínima/tamanho/caixa: 2	ORTOIMPLANTES	<i>APROVADO</i> AMOSTRA APROVADA, CONFORME <i>PARECER TÉCNICO</i> N° 0012004487
	45	16231 - Parafuso cortical 2,7 mm Parafuso cortical auto rosqueante no diâmetro 2,7 mm nos tamanhos de 10 à 60mm. Quant. mínima/tamanho/caixa: 3		
	46	16219 - Parafuso de bloqueio 3,5mm Parafuso de bloqueio 3,5mm, auto rosqueante, de 10 à 60mm de comprimento. Quant. mínima/tamanho/caixa: 4		
	47	16227 - Parafuso esponjoso 4.0 rosca parcial Parafuso esponjoso auto rosqueante diâmetro 4.0 nos tamanhos de 10 à 50mm, rosca parcial. Quant. mínima/tamanho/caixa: 4		
	48	16226 - Parafuso esponjoso 4.0 rosca total Parafuso esponjoso auto rosqueante diâmetro 4.0 nos tamanhos de 10 à 60mm, rosca total. Quant. mínima/tamanho/caixa: 4		
11	49	16218 - Placa bloqueada DCP 4.5 Placa bloqueada DCP 4.5, em aço cirúrgico ou titânio, nos tamanhos de 02 x 04 à 08 furos. Quant. mínima/tamanho/caixa: 2	ORTOIMPLANTES	<i>APROVADO</i> AMOSTRA APROVADA, CONFORME <i>PARECER TÉCNICO</i> N° 0012004504
	50	12620 - PARAFUSO DE BLOQUEIO 5MM PARAFUSO DE BLOQUEIO 5MM, com variações entre 14 e 60MM Quant. mínima/tamanho/caixa: 4		
	51	13800 - Parafuso cortical Auto Rosqueante 4,5mm Parafuso cortical Auto Rosqueante 4,5mm de 14 à 60mm Quant. mínima/tamanho/caixa: 4		
	52	16235 - Parafuso esponjoso 6.5mm Parafuso esponjoso auto rosqueante diâmetro 6.5mm, no tamanhos de 25x100mm, rosca parcial. Quant. mínima/tamanho/caixa: 2		
	53	12621 - PARAFUSO ESPONJOSO 6.5MM, AUTO ROSQUEANTE, ROSCA TOTAL PARAFUSO ESPONJOSO 6.5MM, AUTO ROSQUEANTE, ROSCA TOTAL, com variações entre 25 e 100MM. Quant. mínima/tamanho/caixa: 2		
	86	910659 - HASTE FLEXIVEL DE TITÂNIO Quant. mínima/tamanho/caixa: 10	ORTOIMPLANTES	<i>APROVADO</i> Com algumas considerações do Especialista: " Material já bastante desgastado. Podemos usar e gostaria que a empresa fornecedora fosse repondo os instrumentais assim que possível." Drº Alvaro R. N. Carneiro. AMOSTRA APROVADA, CONFORME <i>PARECER TÉCNICO</i> N°0012004569
	87	10442 - CIMENTO COM ANTIBIÓTICO CIMENTO ÓSSEO COM ANTIBIÓTICO Quant. mínima/tamanho/caixa: 10	ORTOIMPLANTES	<i>APROVADO</i> AMOSTRA APROVADA, CONFORME <i>PARECER TÉCNICO</i> N° 0012004652

ORTHOFORTE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA:

12	54	12622 - CONJUNTO COM PONDO FIXADOR LRS PARA ALONGAMENTO DE OSSOS. CONJUNTO COM PONDO FIXADOR LRS PARA ALONGAMENTO DE OSSOS. Quant. mínima/tamanho/caixa: 2	ORTHOFORTE	<i>APROVADO</i> AMOSTRA APROVADA, CONFORME <i>PARECER TÉCNICO</i> N° 0012004683 e 0012004523
	55	12623 - PINOS CÔNICOS AUTOPERFURANTES COM ROSCA DE 30 À 70MM. PINOS CÔNICOS AUTOPERFURANTES COM ROSCA DE 30 À 70MM. Quant. mínima/tamanho/caixa: 8		
		10808 - PINO COM HIDROXIAPATITA PINO		

88	CÔNICO AUTOPERFORANTE COM REVESTIMENTO EM HIDROXIAPATITA COM ROSCAS DE TAMANHOS VARIÁVEIS Quant. mínima/tamanho/caixa: 8		
----	--	--	--

PROTECNO - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA:

15	77	11140 - HASTE UMERAL HASTE UMERAL PARA PRÓTESE REVERSA DE OMBRO Quant. mínima/tamanho/caixa: 2	PROTECNO	<p><i>APROVADO</i> AMOSTRA APROVADA, CONFORME <i>PARECER TÉCNICO</i> N° 0012004548</p>
	78	12624 - COMPONENTE PROXIMAL REVERSO COMPONENTE PROXIMAL REVERSO - para utilização em prótese reversa de ombro. Quant. mínima/tamanho/caixa: 2		
	79	12625 - COMPONENTE MODULAR REVERSO COMPONENTE MODULAR REVERSO- para utilização em prótese reversa de ombro. Quant. mínima/tamanho/caixa: 2		
	80	12626 - CABEÇA REVERSA CABEÇA REVERSA - para utilização em prótese reversa de ombro. Quant. mínima/tamanho/caixa: 2		
	81	12627 - PLACA DA GLENÓIDE PLACA DA GLENÓIDE - para utilização em prótese reversa de ombro. Quant. mínima/tamanho/caixa: 2		
	82	16239 - Parafuso da glenóide Parafuso da glenóide, parafuso esponjoso para prótese de ombro reversa, diâmetro 6.0, nos tamanhos de 20 à 40mm Quant. mínima/tamanho/caixa: 2		

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Rosimere Barbosa Gomes**, **Servidor(a) Público(a)**, em 23/02/2022, às 17:21, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0012061918** e o código CRC **AE198D08**.

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro Bucarein - CEP 89202-000 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

21.0.166065-7

0012061918v18

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME – Ramal: 6656.

LOTE 1	
ITEM	MATERIAL
1	16217 - Placa bloqueada distal de clavícula Placa bloqueada distal de clavícula, em titânio, de 3 à 5 furos, nos lados direito e esquerdo. Quant. mínima/tamanho/caixa: 2
2	16223 - Parafuso de bloqueio 2.7mm Parafuso de bloqueio 2.7mm, auto rosqueante, de 10 à 55mm de comprimento. Quant. mínima/tamanho/caixa: 4
3	16219 - Parafuso de bloqueio 3,5mm Parafuso de bloqueio 3,5mm, auto rosqueante, de 10 à 60mm de comprimento. Quant. mínima/tamanho/caixa: 4
4	16220 - Parafuso cortical 3,5mm Parafuso cortical 3,5mm, auto rosqueante, de 10 à 50mm de comprimento. Quant. mínima/tamanho/caixa: 4

AVALIAÇÃO TÉCNICA

PREGÃO ELETRÔNICO: 428/2021

SETOR TESTE: CENTRO CIRÚRGICO

MARCA: ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO

FORNECEDOR: ORTOIMPLANTES

Nº MS/ REGISTRO ANVISA: 10223710112

LOTE: LOTES VARIADOS

FABRICANTE: ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO

QUANTIDADE AVALIADA: LOTE 1

 EMBALAGEM: Adequada () Inadequada () Não se aplica

 FUNCIONALIDADE: _____

CONCLUSÃO

 APROVA O MATERIAL? SIM

 () NÃO MOTIVO: _____

ASS. PROFISSIONAL CARIMBO

 DATA: 21/02/2022

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME – Ramal: 6656.

LOTE 3	
ITEM	MATERIAL
8	12933 - PLACA BLOQUEADA DE ÚMERO PROXIMAL CURTA PLACA BLOQUEADA DE ÚMERO PROXIMAL CURTA - com no mínimo 3 À 9 FUIROS, direita / esquerda, em aço cirúrgico ou titânio.
9	16223 - Parafuso de bloqueio 2.7mm Parafuso de bloqueio 2.7mm, auto rosqueante, de 10 á 55mm de comprimento.
10	16219 - Parafuso de bloqueio 3,5mm Parafuso de bloqueio 3,5mm, auto rosqueante, de 10 á 60mm de comprimento.
11	16224 - Parafuso cortical 3.5mm, rosca parcial Parafuso cortical auto rosqueante diâmetro 3,5 nos tamanhos de 10 á 40mm, rosca parcial
12	16225 - Parafuso cortical 3.5mm, rosca total Parafuso cortical auto rosqueante diâmetro 3,5 nos tamanhos de 10 á 60mm, rosca total.
13	16227 - Parafuso esponjoso 4.0 rosca parcial Parafuso esponjoso auto rosqueante diâmetro 4.0 nos tamanhos de 10 á 50mm, rosca parcial.
14	16226 - Parafuso esponjoso 4.0 rosca total Parafuso esponjoso auto rosqueante diâmetro 4.0 nos tamanhos de 10 á 60mm, rosca total.

AVALIAÇÃO TÉCNICA

PREGÃO ELETRÔNICO: 428/2021

SETOR TESTE: CENTRO CIRÚRGICO

MARCA: ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO

FORNECEDOR: ORTOIMPLANTES

Nº MS/ REGISTRO ANVISA: 1022371011/ 10223710098

LOTE: LOTES VARIADOS

FABRICANTE: ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO

QUANTIDADE AVALIADA: LOTE 3

EMBALAGEM: Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE: _____

CONCLUSÃO

APROVA O MATERIAL? SIM

() NÃO MOTIVO: _____


 ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO

DATA: 21/04/2022

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME – Ramal: 6656.

LOTE 4	
ITEM	MATERIAL
15	16228 - Placa bloqueada de úmero proximal longa Placa bloqueada de úmero proximal longa em titânio, de 10 á 14 furos, nos lados direito e esquerdo.
16	16223 - Parafuso de bloqueio 2.7mm Parafuso de bloqueio 2.7mm, auto rosqueante, de 10 á 55mm de comprimento.
17	16219 - Parafuso de bloqueio 3,5mm Parafuso de bloqueio 3,5mm, auto rosqueante, de 10 á 60mm de comprimento.
18	16224 - Parafuso cortical 3.5mm, rosca parcial Parafuso cortical auto rosqueante diâmetro 3,5 nos tamanhos de 10 á 40mm, rosca parcial.
19	16225 - Parafuso cortical 3.5mm, rosca total Parafuso cortical auto rosqueante diâmetro 3,5 nos tamanhos de 10 á 60mm, rosca total.
20	16227 - Parafuso esponjoso 4.0 rosca parcial Parafuso esponjoso auto rosqueante diâmetro 4.0 nos tamanhos de 10 á 50mm, rosca parcial
21	16226 - Parafuso esponjoso 4.0 rosca total Parafuso esponjoso auto rosqueante diâmetro 4.0 nos tamanhos de 10 á 60mm, rosca total.

AVALIAÇÃO TÉCNICA

PREGÃO ELETRÔNICO: 428/2021

SETOR TESTE: CENTRO CIRÚRGICO

MARCA: ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO

FORNECEDOR: ORTOIMPLANTES

Nº MS/ REGISTRO ANVISA: 1022371011 / 10223710098

LOTE: LOTES VARIADOS

FABRICANTE: ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO

QUANTIDADE AVALIADA: LOTE 4

EMBALAGEM: Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE: _____

CONCLUSÃO

APROVA O MATERIAL? SIM

() NÃO MOTIVO: _____

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO

DATA: 10/01/2022

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME – Ramal: 6656.

LOTE 5	
ITEM	MATERIAL
22	16229 - Placa bloqueada de úmero distal Placa bloqueada de úmero distal em titânio, de 04 á 07 furos, nos lados direito e esquerdo
23	16223 - Parafuso de bloqueio 2.7mm Parafuso de bloqueio 2.7mm, auto rosqueante, de 10 á 55mm de comprimento.
24	16219 - Parafuso de bloqueio 3,5mm Parafuso de bloqueio 3,5mm, auto rosqueante, de 10 á 60mm de comprimento
25	16225 - Parafuso cortical 3.5mm, rosca total Parafuso cortical auto rosqueante diâmetro 3,5 nos tamanhos de 10 á 60mm, rosca total

AVALIAÇÃO TÉCNICA

PREGÃO ELETRÔNICO: 428/2021

SETOR TESTE: CENTRO CIRÚRGICO

MARCA: ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO

FORNECEDOR: ORTOIMPLANTES

Nº MS/ REGISTRO ANVISA: 1022371112 / 10223710098

LOTE: LOTES VARIADOS

FABRICANTE: ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO

QUANTIDADE AVALIADA: LOTE 5


EMBALAGEM: Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE: _____

CONCLUSÃO

APROVA O MATERIAL? SIM

() NÃO MOTIVO: _____



ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO


DATA: 10/02/2022

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME – Ramal: 6656.

	LOTE 6
ITEM	MATERIAL
26	16230 - Placa bloqueada de Olécrano Placa bloqueada de Olécrano em aço cirúrgico ou titânio, de 05 á 09 furos, nos lados direito e esquerdo
27	12615 - PARAFUSO CORTICAL 2.7MM, AUTO ROSQUEANTE PARAFUSO CORTICAL 2.7MM, AUTO ROSQUEANTE, com variações entre 10 e 60MM de comprimento.
28	16219 - Parafuso de bloqueio 3,5mm Parafuso de bloqueio 3,5mm, auto rosqueante, de 10 á 60mm de comprimento.
AVALIAÇÃO TÉCNICA	
PREGÃO ELETRÔNICO: 428/2021	
SETOR TESTE: CENTRO CIRÚRGICO	
MARCA: ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO	
FORNECEDOR: ORTOIMPLANTES	
Nº MS/ REGISTRO ANVISA: 1022371112 / 10223710098	
LOTE: LOTES VARIADOS	
FABRICANTE: ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO	
QUANTIDADE AVALIADA: LOTE 6	
EMBALAGEM: <input checked="" type="checkbox"/> Adequada () Inadequada () Não se aplica	
FUNCIONALIDADE: _____	

CONCLUSÃO	
APROVA O MATERIAL? <input checked="" type="checkbox"/> SIM	
() NÃO MOTIVO: _____	

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO
 DATA: 21/02/2022

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME – Ramal: 6656.

LOTE 7	
ITEM	MATERIAL
29	16233 - Placa bloqueada de rádio distal Placa bloqueada de rádio distal em titânio, nos tamanhos de 02 á 04 furos, nos lados direito e esquerdo.
30	16223 - Parafuso de bloqueio 2.7mm Parafuso de bloqueio 2.7mm, auto rosqueante, de 10 á 55mm de comprimento.
31	16219 - Parafuso de bloqueio 3,5mm Parafuso de bloqueio 3,5mm, auto rosqueante, de 10 á 60mm de comprimento
32	16224 - Parafuso cortical 3.5mm, rosca parcial Parafuso cortical auto rosqueante diâmetro 3,5 nos tamanhos de 10 á 40mm, rosca parcial.
33	16225 - Parafuso cortical 3.5mm, rosca total Parafuso cortical auto rosqueante diâmetro 3,5 nos tamanhos de 10 á 60mm, rosca total.
34	16227 - Parafuso esponjoso 4.0 rosca parcial Parafuso esponjoso auto rosqueante diâmetro 4.0 nos tamanhos de 10 á 50mm, rosca parcial
35	16226 - Parafuso esponjoso 4.0 rosca total Parafuso esponjoso auto rosqueante diâmetro 4.0 nos tamanhos de 10 á 60mm, rosca total

AVALIAÇÃO TÉCNICA

PREGÃO ELETRÔNICO: 428/2021

SETOR TESTE: CENTRO CIRÚRGICO

MARCA: ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO

FORNECEDOR: ORTOIMPLANTES

Nº MS/ REGISTRO ANVISA: 10223710118 / 10223710098

LOTE: LOTES VARIADOS

FABRICANTE: ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO

QUANTIDADE AVALIADA: LOTE 7

 EMBALAGEM: Adequada () Inadequada () Não se aplica

 FUNCIONALIDADE: _____

CONCLUSÃO

APROVA O MATERIAL? SIM() NÃO MOTIVO: _____

 ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO
 DATA: 21/02/2022

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME – Ramal: 6656.

LOTE 8	
ITEM	MATERIAL
36	16232 - Placa bloqueada PFI para reconstrução pélvica Placa bloqueada PFI para reconstrução pélvica em aço cirúrgico ou titânio, nos tamanhos de 05 á 10 furos.
37	16170 - Parafuso Cortical 2,7mm Parafuso Cortical 2,7mm , tamanhos de 6 mm a 30mm. Cód. SUS: 0702030686
38	16219 - Parafuso de bloqueio 3,5mm Parafuso de bloqueio 3,5mm, auto rosqueante, de 10 á 60mm de comprimento
39	16227 - Parafuso esponjoso 4.0 rosca parcial Parafuso esponjoso auto rosqueante diâmetro 4.0 nos tamanhos de 10 á 50mm, rosca parcial.
40	16226 - Parafuso esponjoso 4.0 rosca total Parafuso esponjoso auto rosqueante diâmetro 4.0 nos tamanhos de 10 á 60mm, rosca total.

AVALIAÇÃO TÉCNICA

PREGÃO ELETRÔNICO: 428/2021

SETOR TESTE: CENTRO CIRÚRGICO

MARCA: ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO

FORNECEDOR: ORTOIMPLANTES

Nº MS/ REGISTRO ANVISA: 10223710098 / 10223710098

LOTE: LOTES VARIADOS

FABRICANTE: ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO

QUANTIDADE AVALIADA: LOTE 8

 EMBALAGEM: Adequada () Inadequada () Não se aplica

 FUNCIONALIDADE: _____

CONCLUSÃO

APROVA O MATERIAL? SIM() NÃO MOTIVO: _____




 ASS. PROFISSIONAL CARIMBO

DATA: 21/02/2022

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME – Ramal: 6656.

LOTE 9	
ITEM	MATERIAL
41	16202 - Placa bloqueada de Fêmur distal Placa bloqueada de Fêmur distal minimamente invasiva, em titânio, nos tamanhos de 04 á 12 furos, nos lados direito e esquerdo.
42	16297 - PARAFUSO AUTO ROSQUEANTE PARAFUSO AUTO ROSQUEANTE DIÂMETRO 5.0mm, NOS TAMANHOS DE 18 Á 90mm
43	13800 - Parafuso cortical Auto Rosqueante 4,5mm Parafuso cortical Auto Rosqueante 4,5mm de 14 à 60mm
AVALIAÇÃO TÉCNICA PREGÃO ELETRÔNICO: 428/2021 SETOR TESTE: CENTRO CIRÚRGICO MARCA: ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO FORNECEDOR: ORTOIMPLANTES Nº MS/ REGISTRO ANVISA: 10223710094 / 10223710094 / 10223710098 LOTE: LOTES VARIADOS FABRICANTE: ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO QUANTIDADE AVALIADA: LOTE 9 EMBALAGEM: <input checked="" type="checkbox"/> Adequada () Inadequada () Não se aplica FUNCIONALIDADE: _____ _____ _____ _____	
CONCLUSÃO APROVA O MATERIAL? <input checked="" type="checkbox"/> SIM () NÃO MOTIVO: _____ _____ _____ _____ _____ _____ <div style="text-align: center;">  Marcelo Eduardo Baisini Técnico - CF nº 123456789 Conselho Profissional de Engenharia </div>	

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO
 DATA: 12 / 02 / 2022

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME – Ramal: 6656.

LOTE 10	
ITEM	MATERIAL
44	16296 - PLACA BLOQUEADA DE TIBIA DISTAL PLACA BLOQUEADA DE TIBIA DISTAL DIREITA E ESQUERDA, DE 4,6,8,10 e 12 FUROS, EM AÇO CIRÚRGICO OU TITÂNIO.
45	16231 - Parafuso cortical 2,7 mm Parafuso cortical auto rosqueante no diâmetro 2,7 mm nos tamanhos de 10 á 60mm.
46	16219 - Parafuso de bloqueio 3,5mm Parafuso de bloqueio 3,5mm, auto rosqueante, de 10 á 60mm de comprimento
47	16227 - Parafuso esponjoso 4.0 rosca parcial Parafuso esponjoso auto rosqueante diâmetro 4.0 nos tamanhos de 10 á 50mm, rosca parcial.
48	16226 - Parafuso esponjoso 4.0 rosca total Parafuso esponjoso auto rosqueante diâmetro 4.0 nos tamanhos de 10 á 60mm, rosca total.

AVALIAÇÃO TÉCNICA

PREGÃO ELETRÔNICO: 428/2021

SETOR TESTE: CENTRO CIRÚRGICO

MARCA: ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO

FORNECEDOR: ORTOIMPLANTES

Nº MS/ REGISTRO ANVISA: 10223710074 / 10223710098

LOTE: LOTES VARIADOS

FABRICANTE: ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO

QUANTIDADE AVALIADA: LOTE 10


EMBALAGEM: Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE: BOA

CONCLUSÃO

APROVA O MATERIAL? SIM

() NÃO MOTIVO: André B. Demore



 Dr. André B. Demore

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO

DATA: 14/2/22

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME – Ramal: 6656.

LOTE 11	
ITEM	MATERIAL
49	16218 - Placa bloqueada DCP 4.5 Placa bloqueada DCP 4.5, em aço cirúrgico ou titânio, nos tamanhos de 02 x 04 a 08 furos. Quant. mínima/tamanho/caixa: 2
50	12620 - PARAFUSO DE BLOQUEIO 5MM PARAFUSO DE BLOQUEIO 5MM, com variações entre 14 e 60MM Quant. mínima/tamanho/caixa: 4
51	113800 - Parafuso cortical Auto Rosqueante 4,5mm Parafuso cortical Auto Rosqueante 4,5mm de 14 à 60mm Quant. mínima/tamanho/caixa: 4
52	16235 - Parafuso esponjoso 6.5mm Parafuso esponjoso auto rosqueante diâmetro 6.5mm, no tamanhos de 25x100mm, rosca parcial. Quant. mínima/tamanho/caixa: 2 .
53	12621 - PARAFUSO ESPONJOSO 6.5MM, AUTO ROSQUEANTE, ROSCA TOTAL PARAFUSO ESPONJOSO 6.5MM, AUTO ROSQUEANTE, ROSCA TOTAL, com variações entre 25 e 100MM. Quant. mínima/tamanho/caixa: 2

AVALIAÇÃO TÉCNICA

PREGÃO ELETRÔNICO: 428/2021

SETOR TESTE: CENTRO CIRÚRGICO

MARCA: ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO

FORNECEDOR: ORTOIMPLANTES

Nº MS/ REGISTRO ANVISA: 10223710118 / 10223710098

LOTE: LOTES VARIADOS

FABRICANTE: ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO

QUANTIDADE AVALIADA: LOTE 7


EMBALAGEM: Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE: _____

CONCLUSÃO

APROVA O MATERIAL? SIM

() NÃO MOTIVO: _____


 Mico Eduardo Baicini
 Profissional - CF nº 3
 Hospital Municipal de Joinville

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO

DATA: 11/02/2022

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME – Ramal: 6656.

ITEM	MATERIAL
54	12622 - CONJUNTO COMPODO FIXADOR LRS PARA ALONGAMENTO DE OSSOS. CONJUNTO COMPODO FIXADOR LRS PARA ALONGAMENTO DE OSSOS.

AVALIAÇÃO TÉCNICA

PREGÃO ELETRÔNICO: 428/2021

SETOR TESTE: CENTRO CIRÚRGICO

MARCA: ADJ IND E COM DE FIX ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA - BRASIL

FORNECEDOR: ORTHOFORTE

Nº MS/ REGISTRO ANVISA: 80100020017

LOTE:

FABRICANTE: ADJ IND E COM DE FIX ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA - BRASIL

QUANTIDADE AVALIADA: 01


EMBALAGEM: () Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE: _____

CONCLUSÃO

APROVA O MATERIAL? SIM

() NÃO MOTIVO: _____



 Dr. Carlos Henrique Maçaneiro Junior
 CRM-SC 17596
 TEOT 14986 RQE 16739
 ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO

DATA: 09/02/22

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME – Ramal: 6656.

ITEM	MATERIAL
55	12623 - PINOS CÔNICOS AUTOPERFURANTES COM ROSCA DE 30 À 70MM. PINOS CÔNICOS AUTOPERFURANTES COM ROSCA DE 30 À 70MM

AVALIAÇÃO TÉCNICA

PREGÃO ELETRÔNICO: 428/2021

SETOR TESTE: CENTRO CIRÚRGICO

MARCA: LUIZ GUILHERME SARTORI & CIA LTDA EPP - BRASIL

FORNECEDOR: ORTHOFORTE

Nº MS/ REGISTRO ANVISA: 80083650064

LOTE:

FABRICANTE: LUIZ GUILHERME SARTORI & CIA LTDA EPP - BRASIL

QUANTIDADE AVALIADA: 05


EMBALAGEM: () Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE: _____

CONCLUSÃO

APROVA O MATERIAL? () SIM

() NÃO MOTIVO: _____


 Dr. Carlos Henrique Maçaneiro Junior
 CRM-SC 17596
 TEOT 14986 RQE 16739
 ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO

DATA: 09/02/2022

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME – Ramal: 6656.

LOTE 15	
ITEM	MATERIAL
77	11140 - HASTE UMERAL HASTE UMERAL PARA PRÓTESE REVERSA DE OMBRO Quant. mínima/tamanho/caixa: 2
78	12624 - COMPONENTE PROXIMAL REVERSO COMPONENTE PROXIMAL REVERSO - para utilização em prótese reversa de ombro. Quant. mínima/tamanho/caixa: 2
79	12625 - COMPONENTE MODULAR REVERSO COMPONENTE MODULAR REVERSO- para utilização em prótese reversa de ombro. Quant. mínima/tamanho/caixa: 2
80	12626 - CABEÇA REVERSA CABEÇA REVERSA - para utilização em prótese reversa de ombro. Quant. mínima/tamanho/caixa: 2
81	12627 - PLACA DA GLENÓIDE PLACA DA GLENÓIDE - para utilização em prótese reversa de ombro. Quant. mínima/tamanho/caixa: 2
82	16239 - Parafuso da glenóide Parafuso da glenóide, parafuso esponjoso para prótese de ombro reversa, diâmetro 6.0, nos tamanhos de 20 à 40mm Quant. mínima/tamanho/caixa: 2

AVALIAÇÃO TÉCNICA

PREGÃO ELETRÔNICO: 428/2021

SETOR TESTE: CENTRO CIRÚRGICO

MARCA: EXACTECH

FORNECEDOR: PROTECNO

Nº MS/ REGISTRO ANVISA: 80102512455

LOTE: 7050628 / 2645308

FABRICANTE: EXACTECH

QUANTIDADE AVALIADA: 01 CONJUNTO

 EMBALAGEM: Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE: _____





Dr. Marlon Araujo Ramos
 Ortopedista - CRM 17066
 CLÍNICA DO OMBRO, JOELHO E ESPORTE
 Rua XV de Novembro, 1156 - Tel. 3433-3835

CONCLUSÃO

 APROVA O MATERIAL? SIM

() NÃO MOTIVO: _____

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO


 DATA: 15/02/2022





Dr. Marlon Araujo Ramos
 Ortopedista - CRM 17066
 CLÍNICA DO OMBRO, JOELHO E ESPORTE
 Rua XV de Novembro, 1156 - Tel. 3433-3835

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME – Ramal: 6656.

ITEM	MATERIAL
86	910659 - HASTE FLEXIVEL DE TITÂNIO Quant. mínima/tamanho/caixa: 10
<p>AVALIAÇÃO TÉCNICA</p> <p>PREGÃO ELETRÔNICO: 428/2021</p> <p>SETOR TESTE: CENTRO CIRÚRGICO</p> <p>MARCA: ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO</p> <p>FORNECEDOR: ORTOIMPLANTES</p> <p>Nº MS/ REGISTRO ANVISA: 10223710110</p> <p>LOTE: LOTES VARIADOS</p> <p>FABRICANTE: ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO</p> <p>QUANTIDADE AVALIADA: tamanhos variados</p> <p>EMBALAGEM: <input checked="" type="checkbox"/> Adequada () Inadequada () Não se aplica</p> <p>FUNCIONALIDADE: _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	
<p>CONCLUSÃO</p> <p>APROVA O MATERIAL? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO COM RESSALVAS → material já bastante desgastado. Pedem-se mais e melhores preços e empresa fornecedora forneça respondendo as instrumentais e sem prazo prazo</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: right;">  Dr. Alvaro R. N. Canciro CRM 5778 TEOT 5964 RQE 7492 Ortopedia e Traumatologia </p>	
<p>ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO</p> <p>DATA: <u>23/07/22</u></p>	



ORTO IMPLANTES MATERIAL CIRÚRGICO

Ortoimplantes Comercio e Importação de Produtos Hospitalares Eirele - ME
Orleans de Bragança 48 Boa Vista CEP: 89205220
CNPJ: 05.818.520/0001-20

Relação das Amostras Pregão número 428/2021

Ao
Hospital Municipal São José
Área de Órteses, Próteses e Materiais especiais
Joinvile, 22 de fevereiro de 2022


Item: 86 Haste flexível de titânio

Instrumental					
Item	Descrição	Lote	Qtd	Anvisa	Marca/Modelo
86	Cabo em T para haste flexível	1	1	10223710110	Ortosintese
86	Container + 2 bandejas (haste flexível em titânio)	1	1	10223710110	Ortosintese
86	Cortador frontal 4,7mm para haste flexível	1	1	10223710110	Ortosintese
86	Cortador para haste flexível 220mm	1	1	10223710110	Ortosintese
86	Extrator de haste flex com cremalheira	1	1	10223710110	Ortosintese
86	Impactor oblíquo para haste até 2,5	10061333	1	10223710110	Ortosintese
86	Impactor oblíquo para haste até 3,0	1	1	10223710110	Ortosintese
86	Impactor canulado	20K003463	1	10223710110	Ortosintese
86	Impactor para haste flexível com 2 luvas	10080946	1	10223710110	Ortosintese
86	Martelo canulado para haste flexível	6900-02177	1	10223710110	Ortosintese
86	Trocar com luva para haste 1,5 a 3mm (2 peças)	1	1	10223710110	Ortosintese
86	Trocar com luva para haste 3,5 a 5mm (2 peças)	1	1	10223710110	Ortosintese
Implantes					
Item	Descrição	Lote	Qtde	Anvisa	Marca Modelo
86	Haste flexível 2,0x450mm - verde	21A000019	2	102237101110	Ortosintese
86	Haste flexível 2,5x450mm - vermelha	19G004539	2	102237101110	Ortosintese
86	Haste flexível 3,0x450mm - amarela	19F000763	1	102237101110	Ortosintese
86	Haste flexível 3,0x450mm - amarela	18E001976	1	102237101110	Ortosintese
86	Haste flexível 3,5x450mm - azul	21C002413	2	10223710098	Ortosintese
86	Haste flexível 4,0x450mm - violeta	21B001534	2	10223710098	Ortosintese
total:			22		

Recebimento



Camila Marlon Pinter Feliciano
CPF: 004.037.529-30
Representante Legal



Titânio
 Titanium
 Ti 6AL 7Nb
 ASTM. F. 1295

HASTE FIN Fin Stem			
REF. Ref.	Ø mm	Tamanho Size	COR Color
5049/01	2,0	450mm	Verde- Green
/02	2,5	450mm	Rosa- Pink
/03	3,0	450mm	Dourado- Gold
/04	3,5	450mm	Azul- Blue
/05	4,0	450mm	Violeta - Purple
1828	BROCA Ø 3,2 X 195 mm Drill		
1829	BROCA 4,5 C/ ENGATE RÁPIDO Drill		
1835	CABO T "T" Handle		
1995	BROCA C/ ENGATE RÁPIDO 2,8 x 140 mm Drill		
2256	CORTADOR DE HASTE FIN Stem Cutter		
2360	MARTELO 500 g Mallet		
2606	GUIA BROCA Ø 3,2 / Ø 4,5 Drill Guide		

2908	MARTELO DESLIZANTE Sliding Mallet
7009	CHAVE CURVA Curved Wrench
7100	PINÇA EXTRATORA DE HASTE Stem Extractor Forceps
7101	INTRODUTOR ANGULAR DE HASTE Angular Introducer Stem
7102	INTRODUTOR PADRÃO DE HASTE Stem Introducer
7104	REDUTOR DE FRATURA Fracture Reductor
7105	IMPACTOR Impactor
7106	GUIA DO IMPACTOR CANULADO Cannulated Impactor Guide
7107	IMPACTOR CANULADO Cannulated Impactor

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME – Ramal: 6656.

	ITEM 88
ITEM	MATERIAL
88	10808 - PINO COM HIDROXIAPATITA PINO CÔNICO AUTOPERFORANTE COM REVESTIMENTO EM HIDROXIAPATITA COM ROSCAS DE TAMANHOS VARIÁVEIS Quant. mínima/tamanho/caixa: 8

AVALIAÇÃO TÉCNICA

PREGÃO ELETRÔNICO: 428/2021

SETOR TESTE: CENTRO CIRÚRGICO

MARCA: SARTORI

FORNECEDOR: ORTHOFORT

Nº MS/ REGISTRO ANVISA: 80083650077

LOTE:

FABRICANTE: ADJ / SARTORI

QUANTIDADE AVALIADA: 01 CONJUNTO


EMBALAGEM: Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE: _____

CONCLUSÃO

APROVA O MATERIAL? SIM

() NÃO MOTIVO: _____


 ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO

DATA: 16 / 02 / 2022

Dr Carlos Henrique Maçaneiro Junior
 CRM-SC 17596
 TEOT 14986 RQE 16739
 ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA