

MEMORANDO SEI Nº 0023937894/2024 - SES.UAD.ACM

Joinville, 16 de dezembro de 2024.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 456/2024.

Objeto: Aquisição de Curativos Especiais e Insumos para Ostomizados.

Em atenção à Convocação SAP.LCT (SEI nº 0023414673), encaminhamos as informações acerca das análises da amostra apresentada para o item 21:]

Item	Material/Serviço	Empresa	Informação
21	918202 - CURATIVO FILME TRANSPARENTE	MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA	O produto ofertado não atende as necessidades assistenciais da Administração. Conforme documento SEI nº 0023862966, o papel de proteção do dorso do adesivo é bastante rígido, dificultando a aplicação da pele do paciente, baixa adesividade. Também foi apontado o desprendimento precoce da pele do paciente, apresentando saturação somente com suor próprio da pele; manuseio dificultoso por rigidez do protetor de dorso e falta de sinalização, como flechas indicativas de sentido para aplicação do material. Amostra reprovada.

As demais amostras permanecem em análise e os pareceres serão encaminhados posteriormente.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno**,
Coordenador(a), em 16/12/2024, às 11:15, conforme a Medida Provisória nº 2.200-
2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/>
informando o código verificador **0023937894** e o código CRC **7DB5C2DC**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

24.0.182965-7

0023937894v3

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 456/2024.

ITEM: 21

918202 - CURATIVO FILME TRANSPARENTE COMPOSTO DE POLIURETANO EM ROLO, NAO ESTERIL, TAMANHO MÍNIMO 10 CM X 10 M, ADESIVO HIPOALERGENICO, PERMITINDO TROCA GASOSA, IMPEDINDO A CONTAMINAÇÃO EXTERNA. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM BULA CONTENDO DADOS DE FABRICAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, VALIDADE, LOTE, REGISTRO MS/ANVISA. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES APARTIR DA N.F DE ENTREGA.

FORNECEDOR: MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA

Marca: PHARMAFIX

LOTE: 15F24

REGISTRO (ANVISA): 10150470696

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 02 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: *atende requisitos do descritivo*

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos:

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: *papel de proteção do verso do adesivo bastante rígido, dificultando a aplicação na pele do paciente, bula adesiva*

() Adequada ☒ Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: () SIM ☒ NÃO

JUSTIFICATIVA: *desprende muito pouco da pele do paciente, apresentando entupimento severo com suor impedindo a pele; manuseio dificultoso por rigidez do material de*

DATA: *03/12/24* *verso e falta de sinalização como flechas*

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

indicativos de sentido para aplicação do material;

Andressa Soares Seer
Enfermeira
COREN/SC 440275