

MEMORANDO SEI Nº 26395071/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 11 de agosto de 2025.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 071/2025.**Objeto:** Aquisição de insumos de enfermagem da linha têxtil.

Encaminhamos as informações das amostras já analisadas nesta Secretaria da Saúde:

Nº	Material	Fornecedor	Marca	Parecer
14	916911 - ATADURA DE CREPOM TAMANHO 15 CM	COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA	ERIMAX/ TIPO 1	Conforme Análise SEI nº 26382193, o produto não possui elasticidade adequada, desfia ao passar pelo gesso e não tem compressão. Amostra reprovada.
33	12903 - AVENTAL DE PROCEDIMENTO	NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	BLUECARE	Amostra aprovada conforme Análise SEI nº 26378916.
79	30346 - FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA 10CM X10M	ATLÂNTICO BC PRODUTOS PARA SAÚDE	CRAL/ COPERTIN A	Amostra aprovada conforme Análise SEI nº 26382215.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 11/08/2025, às 08:32, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **26395071** e o código CRC **50751B7F**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.254207-6

26395071v5

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 71/2025

ITEM: 14

916911 - ATADURA DE CREPOM TAMANHO 15 CM 13 FIOS/CM², FIOS DUPLOS, MINIMO DE 80% ALGODAO, COR NATURAL, MEDINDO 15 CM DE LARGURA POR 1,80 M EM REPOUSO DE COMPRIMENTO, ALTA TORCAO, BOA ELASTICIDADE, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, SEM DESFIAMENTO, UNIFORMEMENTE ENROLADA, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS C/ PESO MINIMO 32,50 GR POR UNIDADE, EMBALAGEM UNITARIA, ACONDICIONADOS EM RECIPIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, ATENDER NA INTEGRA NBR 14056 E PORTARIA 106/203 INMETRO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, PROCEDENCIA, ESTERILIZACAO, VALIDADE E ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. - Cota Principal

FORNECEDOR: COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA

MARCA: ERIMAX/ TIPO 1

LOTE: 40340725

REGISTRO (ANVISA): 80698130001

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 06 unidades

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: Bom.

Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: Bom.

Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: Sem elasticidade, defica ao passar no gesso

() Adequada Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: () SIM NÃO

JUSTIFICATIVA: Produto de manuseio com problemas na elasticidade e o mesmo defica ao passar pelo gesso, não tem compressão.

DATA: 04/08/25

Maycon J. Zelindro
COREN-SC-1064207-TE

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

ANÁLISE SEI Nº 26378916/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 08 de agosto de 2025.

ANÁLISE DE AMOSTRA

PREGÃO ELETRÔNICO: 71/2025

ITEM 33 - 12903 - AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL CONFECCIONADO EM TNT

DESCRIÇÃO	12903 - AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL CONFECCIONADO EM TNT AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO, GRAMATURA MÍNIMA DE 30 G/M2, COR CLARA. HIPOALERGÊNICO. MANGA LONGA COM PUNHO EM ELÁSTICO, DECOTE COM VIÉS S NO ACABAMENTO, SISTEMA DE AJUSTE E FIXAÇÃO ATRAVÉS DE DOIS PARES DE AMARRILHOS (NAS COSTAS E NA CINTURA), ACABAMENTO COM COSTURA OVERLOCK . EMBALAGEM INDIVIDUAL. TAMANHO GRANDE, MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA 110 CM X LARGURA 140 CM. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO. - Cota Reservada até 25%
FORNECEDOR	NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.
MARCA	BLUECARE
REGISTRO ANVISA	82473080020
LOTE	AVPRL040825
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	04

AVALIAÇÃO TÉCNICA**EMBALAGEM**

Apontamentos:

 Adequada () inadequada () Não se aplica**ATENDIMENTO AO DESCRITIVO**

Apontamentos:

 Adequada () inadequada () Não se aplica**FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA**

Apontamentos:

 Adequada () inadequada () Não se aplica



Documento assinado eletronicamente por **Janice de Souza de Borba, Servidor(a) Público(a)**, em 08/08/2025, às 07:39, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **26378916** e o código CRC **742CA17A**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.254207-6

26378916v5

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 71/2025

ITEM: 79

30346 - FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA 10CM X10M FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA COR BRANCA, NÃO TECIDO COM ADESIVO UNIFORME ACRÍLICO E HIPOALERGÊNICO, LIVRE DE LÁTEX, AQUOREPELENTE, QUE PERMITE A TRANSPIRAÇÃO DA PELE. COMPOSTA POR CARRETEL E TAMPA. DEVE APRESENTAR NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, VALIDADE, PROCEDÊNCIA, REGISTRO NO M.S./ ANVISA.

FORNECEDOR: ATLÂNTICO BC PRODUTOS PARA SAÚDE

MARCA: CRAL/COPERTINAQ

LOTE: 902241060

REGISTRO (ANVISA): 10379860276

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 02 unidades

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: _____

Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: _____

Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: a ausência do latex, dificulta um pouco o manuseio

Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA: _____

DATA: 05/08/2025

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO / CARIMBO


DIÁGORIS DA SILVA
Enfermeiro
COREN/SC 394715