

MEMORANDO SEI Nº 0020202543/2024 - SES.UFL.LAB

Joinville, 20 de fevereiro de 2024.

À SAP - LCT

Sra. Pregoeira Luciana Klitzke

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico **542/2023**

Objeto: Aquisição de materiais para a realização de coleta laboratorial (Aglhas/Tubos/Coletores de resíduos), para atender a demanda da Secretaria de Saúde de Joinville e do Hospital Municipal São José.

Prezada,

Em atenção à Convocação 0020183285, referente aos **itens 5 e 9**, informamos que as amostras foram recebidas e testadas pelas equipes técnicas do Laboratório Municipal.

Sendo assim, segue Pareceres Técnicos:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Parecer Técnico
5	5162 - Tubo para coleta de sangue a vácuo Fluoreto 4ml Tubo para coleta de sangue a vácuo em plástico P.E.T., transparente, incolor, estéril, medindo 13x75mm, aspiração de 4ml, com anticoagulante Fluoreto de Sódio + EDTA . Com tampa plástica protetora na cor cinza e fechamento com tampa de borracha sob	Unidade	BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	GT GROUP	REPROVADO Parecer Técnico 0020202905

	pressão.				
9	5166 - Tubo para coleta de sangue a vácuo EDTA K2 ou k3, 2ml Tubo para coleta de sangue a vácuo, plástico P.E.T., incolor, estéril, medindo 13x75mm, aspiração de 2ml, com anticoagulante EDTA K2 ou K3. Com tampa plástica na cor roxa e fechamento com tampa de borracha sob pressão.	Unidade	BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	GT GROUP	REPROVADO Parecer Técnico 0020203202

Sendo o que tínhamos para o momento, ficamos à disposição.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenador(a)**, em 20/02/2024, às 09:26, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0020202543** e o código CRC **6229D772**.

Rua Itajaí, 268 - Bairro Centro - CEP 89201-090 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

23.0.255210-0

0020202543v8

PARECER TÉCNICO Nº 02/2024

Material: **Tubo para coleta de sangue a vácuo Fluoreto 4ml**
Quantidade Enviada: 100 unidades
Marca: GT GROUP VACUUM
Lote: 231043
Validade: 01/2025
Setor Avaliador: Coleta e Hematologia
Período da Avaliação: Fevereiro 2024

Descritivo do Edital para avaliação:

Tubo para coleta de sangue a vácuo Fluoreto 4ml Tubo para coleta de sangue a vácuo em plástico P.E.T., transparente, incolor, estéril, medindo 13x75mm, aspiração de 4ml, com anticoagulante Fluoreto de Sódio + EDTA . Com tampa plástica protetora na cor cinza e fechamento com tampa de borracha sob pressão.

1. As características físicas do material estão de acordo com o descritivo do edital?

(x) SIM () NÃO

2. A tampa veda bem?

(x) SIM () NÃO () NÃO SE APLICA

3. Tamanho da boca do Tubo facilita o ato de desprezar o material?

(x) SIM () NÃO () NÃO SE APLICA

4. Recipiente tem marca para orientar o volume mínimo e máximo de preenchimento?

(x) SIM () NÃO () NÃO SE APLICA

Obs.: o quantidade de sangue aspirado ultrapassa a marca do volume do tubo.

5. Boa visualização do material?

(x) SIM () NÃO

6. É de material resistente?

(x) SIM () NÃO

Avaliação: () APROVADO

(x) REPROVADO

7. Boa segurança no manuseio?

(x) SIM () NÃO




Michelle Regine Anversí Cordeiro
Técnico em Análises Clínicas – CRF 0178AU
Matrícula 44.143



Márcia Cristina dos Santos Pereira
Técnico em Análises Clínicas – CRF 0046AU
Matrícula 37.064



Tássia Regina Selinke
Analista Clínico – CRF/SC 6122
Matrícula 56.504



Carolina Simone de Souza de Oliveira
Responsável Técnica - CRF/SC 8600
Coordenação
LABORATÓRIO MUNICIPAL DE JOINVILLE

CAROLINA SIMONE DE SOUZA DE OLIVEIRA
Coordenação e Responsável Técnica
CRF SC 8600
Matrícula 40.412

PARECER TÉCNICO Nº 03/2024

Material: **Tubo para coleta de sangue a vácuo EDTA K2 ou k3, 2ml**
Quantidade Enviada: 100 unidades
Marca: GT GROUP VACUUM
Lote: G10007
Validade: 05/2025
Setor Avaliador: Coleta e Hematologia
Período da Avaliação: Fevereiro 2024

Descritivo do Edital para avaliação:

Tubo para coleta de sangue a vácuo, plástico P.E.T., incolor, estéril, medindo 13x75mm, aspiração de 2ml, com anticoagulante EDTA K2 ou K3. Com tampa plástica na cor roxa e fechamento com tampa de borracha sob pressão.

1. As características físicas do material estão de acordo com o descritivo do edital?
(x) SIM () NÃO
2. A tampa veda bem?
(x) SIM () NÃO () NÃO SE APLICA
3. Tamanho da boca do Tubo facilita o ato de desprezar o material?
(x) SIM () NÃO () NÃO SE APLICA
4. Recipiente tem marca para orientar o volume mínimo e máximo de preenchimento?
(x) SIM () NÃO () NÃO SE APLICA


Obs.: o quantidade de sangue aspirado ultrapassa a marca do volume do tubo.


5. Boa visualização do material?
(x) SIM () NÃO
6. É de material resistente?
(x) SIM () NÃO
7. Boa segurança no manuseio?
(x) SIM () NÃO

**Avaliação: () APROVADO
(x) REPROVADO**


Michelle Regine Anversí Cordeiro
Técnico em Análises Clínicas – CRF 0178AU
Matrícula 44.143


Márcia Cristina dos Santos Pereira
Técnico em Análises Clínicas – CRF 0046AU
Matrícula 37.064


Tássia Regina Selinke
Analista Clínico – CRF/SC 6122
Matrícula 56.504


Carolina Simone de Souza de Oliveira
Responsável Técnica - CRF/SC 8600
Coordenação
LABORATÓRIO MUNICIPAL DE JOINVILLE

CAROLINA SIMONE DE SOUZA DE OLIVEIRA
Coordenação e Responsável Técnica
CRF SC 8600
Matrícula 40.412