



## Prefeitura de Joinville

### EDITAL SEI Nº 5868028/2020 - SES.UCC.ASU

Joinville, 11 de março de 2020.

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2020

O Município de Joinville, com sede na Avenida Hermann August Lepper, nº 10, Centro, Joinville/SC – CEP: 89.221-005, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde de Joinville, inscrito no CNPJ sob nº 08.184.821/0001-37, torna público que fará realizar licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO** do tipo **MENOR PREÇO**, cujo critério de julgamento será **UNITÁRIO POR ITEM**, para o **Registro de Preços**, visando a futura e eventual **Aquisição de bens móveis e equipamentos médicos hospitalares e de enfermagem, a serem utilizados no Hospital Municipal São José de Joinville e na Secretaria da Saúde**, conforme especificações deste edital e seus anexos, a ser regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, a Lei Municipal nº 4.832, de 22 de setembro de 2003, Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Decreto Municipal nº 28.024, de 09 de dezembro de 2016, Instrução Normativa SEGES/MP nº 3, de 26 de abril de 2018, Decreto Municipal nº 27.082, de 28 de junho de 2016, com aplicação subsidiária da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores e demais normas legais federais, estaduais e municipais vigentes.

Os documentos relacionados a seguir fazem parte integrante deste Pregão:

Anexo I - Quadro de Quantitativo e Especificações Mínimas do(s) Item(ns), e Valores Estimados/Máximos;

Anexo II - Modelo de Proposta de Preços;

Anexo III - Modelo de Declaração - subitem 10.2 - de que os documentos apresentados pelo proponente conferem com o original, conforme art. 3º, § 2º da Lei Federal nº 13.726/2018;

Anexo IV - Modelo sugerido de Atestado de Capacidade Técnica;

Anexo V - Minuta da Ata de Registros de Preços;

Anexo VI - Minuta do Contrato - Secretaria Municipal da Saúde;

Anexo VII - Minuta do Contrato - Hospital Municipal São José;

Anexo VIII - Minuta da Autorização de Fornecimento (AF) - Secretaria Municipal da Saúde;

Anexo IX - Minuta da Autorização de Fornecimento (AF) - Hospital Municipal São José; e

Anexo X - Termo de Referência.

## 1 - DA LICITAÇÃO

### 1.1 - Do Objeto do Pregão

**1.1.1** - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual **Aquisição de bens móveis e equipamentos médicos hospitalares e de enfermagem, a serem utilizados no Hospital Municipal São José de Joinville e na Secretaria da Saúde**, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e X, e nas condições previstas neste Edital.

**1.1.2** - O valor estimado total para a aquisição do objeto deste pregão é de **R\$ 7.331.572,30 (sete milhões, trezentos e trinta e um mil, quinhentos e setenta e dois reais e trinta centavos)**, fixos e irredutíveis, conforme disposto no Anexo I deste Edital.

**1.2 - Local:** Portal de Compras do Governo Federal - [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br), UASG 460027.

**1.3 - Referência de Tempo:** Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão obrigatoriamente o horário de Brasília - DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

**1.4 - Data e horário para início da entrega de propostas:** 16/03/2020 às 08:00 horas.

**1.5 - Data e horário limites para entrega de propostas e início da sessão pública:** 26/03/2020 até às 09:00 horas.

**1.6 - Modo de disputa:** Aberto, nos termos do art. 31, inciso I e art. 32 do Decreto Federal nº 10.024/2019. O intervalo mínimo de diferença de valores entre lances será de 1% (um por cento).

**1.7 - Término da Sessão Principal:** 10 (dez) minutos após o início da sessão de disputa.

**1.8 - Período Adicional:** A sessão será prorrogada automaticamente e sucessivamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada automaticamente.

**1.9 - Da Execução da Licitação:** O Fundo Municipal de Saúde de Joinville, na qualidade de interveniente **Promotor**, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto a **Secretaria Municipal da Saúde** e ao **Hospital Municipal São José**.

**1.10 - O Edital e seus Anexos encontram-se disponíveis no endereço eletrônico identificado no subitem 1.2 e no portal eletrônico da Prefeitura Municipal de Joinville, na página [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br).**

**1.11 - Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no endereço eletrônico [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br) e as especificações técnicas constantes deste edital, prevalecerão as constantes do Edital.**

## **2 - DOS RECURSOS FINANCEIROS**

**2.1 -** As despesas provenientes do objeto desta licitação correrão pelas seguintes dotações orçamentárias:

544 - 3 . 47001 . 10 . 302 . 6 . 2.2304 . 0 . 449000 - Fonte de Recurso 238

729 - 2 . 46001 . 10 . 302 . 14 . 1.2082 . 0 . 449000 - Fonte de Recurso 238

521 - 2 . 46001 . 10 . 305 . 6 . 2.2295 . 0 . 449000 - Fonte de Recurso 238

733 - 2 . 46001 . 10 . 304 . 14 . 1.2083 . 0 . 449000 - Fonte de Recurso 238

723 - 2 . 46001 . 10 . 301 . 14 . 1.2081 . 0 . 449000 - Fonte de Recurso 238

## **3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO**

**3.1 -** Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.

**3.2 - Não será admitida a participação de proponente:**

**3.2.1 -** Em falência ou concordata, que se encontre em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

**3.2.2 -** Punido com suspensão do direito de licitar ou contratar com a Administração, inscritos ou não no Cadastro Central de Fornecedores do Município de Joinville, durante o prazo estabelecido para a penalidade;

**3.2.3 -** Que tenha sido declarado inidôneo por qualquer órgão da Administração direta ou indireta, com qualquer órgão PÚBLICO FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL ou do DISTRITO FEDERAL;

**3.2.4 -** Cujos diretores, gerentes, sócios e empregados sejam servidores ou dirigentes da Administração Pública Municipal;

**3.2.5 -** Em consórcio;

**3.2.6 -** Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado.

## **4 - DO CREDENCIAMENTO PARA PARTICIPAR DO CERTAME**

**4.1 -** O credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

**4.2 -** O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br), por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

**4.3 -** O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do proponente ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

**4.4 -** O proponente responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

**4.5 -** É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

**4.5.1 -** A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar na inabilitação no momento do julgamento.

**4.6 -** Para participação no Pregão, o proponente deverá assinalar em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações, sob pena de inabilitação/desclassificação:

**4.6.1 -** Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, se for o caso;

**4.6.2 -** Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

**4.6.3 -** Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

**4.6.4 -** Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

**4.6.5 -** Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

**4.7 -** A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o proponente às sanções previstas em lei e neste Edital.

**4.8 -** Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma empresa no(s) mesmo(s) item(ns)/lote(s) deste processo, sob pena de exclusão sumária de ambos os proponentes representados

## **5 - DA PARTICIPAÇÃO NO CERTAME**

**5.1 -** A participação no certame se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado, e subsequente encaminhamento da proposta de preços e dos documentos de habilitação, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico através do site [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br), observando a data e o horário limite estabelecido no item 1 deste Edital.

**5.2 -** Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3,

de 2018.

**5.3** - Caberá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

**5.4** - No caso de desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos proponentes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

**5.5** - Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa e terá reinício somente decorridas 24 (vinte e quatro) horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

## **6 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA ELETRÔNICO**

**6.1** - Os proponentes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

**6.2** - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

**6.3** - Os proponentes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais proponente o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

**6.4** - Incumbirá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

**6.5** - Até a abertura da sessão pública, os proponentes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

**6.6** - Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do proponente melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

## **7 - DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO**

**7.1** - Ao enviar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá necessariamente postar apenas o **VALOR UNITÁRIO POR ITEM** licitado.

**7.2** - O encaminhamento da proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital e seus Anexos.

**7.3** - O proponente será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

**7.4** - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.

**7.5** - O proponente deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

**7.5.1** - descrição detalhada do objeto, no que for aplicável;

**7.5.2** - valor unitário e total do item.

**7.5.3** - marca.

**7.5.4** - modelo.

**7.6** - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.

**7.7** - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a proponente.

**7.8** - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

**7.9** - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

**7.10** - O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

## **8 - DA FORMA DE ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS**

**8.1** - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.

**8.2** - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 01 (um) dia útil após a convocação do pregoeiro.

**8.3** - Não serão aceitas propostas sem a assinatura do representante legal do proponente devidamente identificado.

**8.4** - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do **Anexo II** deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

**8.4.1** - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;

**8.4.2** - o **preço unitário** deverá ser cotado em reais, com no máximo **03 (três) algarismos decimais após a vírgula e preço total** deverá ser cotados em reais, com no máximo **02 (dois) algarismos decimais após a vírgula**, e neles estarem inclusas todas e quaisquer despesas, tais como, transportes, seguros, tributos diretos e indiretos incidentes, encargos sociais, remuneração e outros pertinentes ao objeto licitado;

**8.4.3** - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.

**8.4.4** - a identificação da marca e do modelo do objeto ofertado;

**8.5** - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do **Anexo I** deste Edital, com suas respectivas quantidades.

**8.6** - Havendo divergência entre o valor unitário e total, prevalecerá o valor unitário.

**8.7** - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.

**8.8** - Se a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse do Município, este poderá solicitar a prorrogação da validade da proposta por igual prazo.

**8.9 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta:**

**8.9.1** - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente, para os itens do Anexo I listados abaixo:

Item 02 - ASPIRADOR CIRURGICO;

Item 03 - AUTOCLAVE 54 LITROS COM BOMBA VACUO;

Item 04 - AUTOCLAVE TIPO HORIZONTAL 21 LITROS;

Item 06 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL PARA OBESOS;

Item 07 - BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL ADULTO;

Item 08 - BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL INFANTIL;

Item 15 - CADEIRA DE BANHO;

Item 16 - CADEIRA DE BANHO 46 CM;

Item 17 - CADEIRA DE BANHO 55 CM;

Item 18 - CADEIRA DE RODAS;

Item 19 - CADEIRA DE RODAS PARA PESSOA OBESA;

Item 20 - CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA;

Item 21 - CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE;

Item 23 - CAMA HOSPITALAR;

Item 25 - CARRO MACA SIMPLES;

Item 28 - DERMATOSCÓPIO;

Item 30 - DETECTOR FETAL DE MESA;

Item 31 - DETECTOR FETAL PORTÁTIL;

Item 33 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO;

Item 34 - ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL;

Item 35 - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO;

Item 36 - ESTETOSCÓPIO ADULTO;

Item 37 - ESTETOSCÓPIO INFANTIL;

Item 39 - LARINGOSCÓPIO;

Item 40 - LARINGOSCÓPIO INFANTIL;

Item 54 - OFTALMOSCÓPIO;

Item 55 - OTOSCÓPIO;

Item 56 - OXÍMETRO DE PULSO;

Item 58 - REANIMADOR MANUAL ADULTO DE SILICONE;

Item 59 - REANIMADOR MANUAL PEDIÁTRICO DE SILICONE.

**8.9.1.1** – Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;

**8.9.1.2** – Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.

**8.9.2** - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

**8.9.2.1** - Os prospectos dos itens cotados pelos proponentes neste instrumento, deverão conter todas as informações das características técnicas. As especificações técnicas definidas neste Termo de Referência deverão ser igualadas, como poderão ser superadas - como a potência, espessura da estrutura dos móveis e capacidade de armazenamento, indicados no item 2-Especificações técnicas - desde que sejam mantidas as exigências conceituais de padrão, desempenho e funcionalidades da solução. Para tal, a licitante deverá, obrigatoriamente, sob pena de desclassificação, registrar este fato em sua proposta. A licitante deverá encaminhar toda a documentação técnica e explicações que permitam a manifestação fundada e conclusiva sobre a equivalência ou superioridade da solução divergente. Os produtos cotados deverão preencher todas as especificações técnicas previstas no Anexo X - Termo de Referência.

## **9 - DA ABERTURA DA SESSÃO ELETRÔNICA E DA FORMULAÇÃO DE LANCES**

**9.1** - O modo de disputa se dará na forma prevista no subitem 1.6 do edital.

**9.2** - A partir do horário previsto no sistema, terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas pelo *site* já indicado no item 1 deste Edital, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas.

**9.3** - Aberta a etapa competitiva, os representantes dos proponentes deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances, que ocorrerá exclusivamente por meio do sistema eletrônico. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento

e respectivo horário de registro e valor.

**9.3.1** - Só serão aceitos lances, do mesmo proponente, cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido anteriormente registrado no sistema, em consonância ao art. 30, 3º do Decreto 10.024.

**9.3.2** - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

**9.3.3** - Não serão admitidos lances que contiverem qualquer elemento que possibilite a identificação do proponente.

**9.4** - Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado. O sistema não divulgará o autor dos lances aos demais participantes.

**9.5** - Após o encerramento da etapa de lances, o sistema identificará a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Nesse caso, o pregoeiro convocará a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.

**9.5.1** - Não passando para a condição de arrematante a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada, na forma do item anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem nessas categorias e cujas propostas estejam dentro do limite estabelecido no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

**9.5.2** - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

**9.5.3** - O disposto no subitem 9.5 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.

## **10 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

**10.1** - Os documentos de habilitação deverão ser enviados **exclusivamente via sistema eletrônico**, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, nos termos do disposto no art. 26 do Decreto Federal nº 10.024/2019, e de forma legível, no sentido de que ofereçam condições de análise por parte do Pregoeiro.

**10.2** - O proponente deverá apresentar declaração de que os documentos apresentados de origem não eletrônica conferem com os seus respectivos originais, conforme modelo sugerido no Anexo III deste Edital. Em caso de declaração falsa, o proponente ficará sujeito às sanções administrativas, civis e penais aplicáveis, nos termos do que dispõe o art. 3º, § 2º da Lei Federal nº 13.726/2018.

**10.3** - Serão aceitos comprovantes obtidos na rede internet, desde que os mesmos tenham sua validade confirmada pelo Pregoeiro, na fase de habilitação.

**10.4** - Deverão ser apresentadas Certidões Negativas ou Positivas com efeito de negativa;

**10.5** - Para fins de aplicação dos procedimentos definidos na Lei Complementar nº 123/06, o proponente deverá comprovar a condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, através de declaração em campo próprio do sistema, no momento do cadastro da proposta, nos termos dos subitens 4.6 e 4.7 deste edital.

**10.6** - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

**10.7** - A documentação para fins de habilitação é constituída de:

- a) Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais, à Dívida Ativa da União e às contribuições previdenciárias e de terceiros;
- b) Certidão Negativa de Débitos Estaduais, da sede do proponente;
- c) Certidão Negativa de Débitos Municipais, da sede do proponente;
- d) Certificado de Regularidade do FGTS;
- e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011;
- f) Declaração de que o proponente cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, através de declaração em campo próprio do sistema, no momento do cadastro da proposta, nos termos dos subitens 4.6 e 4.7 deste edital;
- g) Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Recuperação Extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do proponente;
  - g.1) Considerando a implantação do sistema eproc do Poder Judiciário de Santa Catarina, as empresas participantes sediadas neste estado deverão apresentar a certidão do modelo "Falência, Concordata e Recuperação Judicial" emitida no SAJ juntamente com a respectiva "Certidão de Registros Cadastrados no sistema eproc", para que tenham validade;
  - g.2) Na hipótese de outras Unidades Federativas com situação similar, as empresas participantes deverão apresentar a Certidão complementar nos mesmos termos.
- h) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
  - h.1) As empresas que adotam o Livro Diário, na forma física, deverão apresentar o Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social extraído do próprio Livro Diário, acompanhados dos respectivos termos de abertura e encerramento do mesmo, contendo a assinatura do contador e do titular ou representante legal da empresa e ainda, registrado ou o requerimento de autenticação na Junta Comercial ou registrado no Cartório de Registro;
  - h.2) As empresas que adotam o SPED (Sistema Público Escrituração Digital) deverão apresentar Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, extraídos do próprio sistema digital (SPED), acompanhados dos respectivos termos de abertura e encerramento do mesmo e termo de autenticação ou recibo de entrega de escrituração contábil digital (conforme Decreto Federal nº 8.683/16), preferencialmente vistados em todas as páginas pelo representante legal da empresa;
  - h.3) O proponente poderá apresentar balanço patrimonial intermediário a fim de demonstrar alteração relevante em sua capacidade econômico-financeira em relação aos dados contidos no balanço patrimonial anterior, tais como eventos supervenientes (fusão, incorporação, cisão etc.);
  - h.4) Os interessados terão a faculdade de apresentar parecer de empresa de auditoria, o que dispensará a Administração de outras investigações;

**h.5)** O Balanço Patrimonial referente ao último exercício social será aceito somente até 30 de abril do ano subsequente;

**i)** Para avaliar a situação financeira do proponente serão considerados os **índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC)**, superiores a 1 (um), apurados pelas fórmulas abaixo, cujo cálculo poderá ser demonstrado em documento próprio, devidamente assinado pelo representante legal da empresa;

$$LG = \frac{(\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO})}{(\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE})}$$

**cujo resultado deverá ser superior a 1,00**

$$SG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{(\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE})}$$

**cujo resultado deverá ser superior a 1,00**

$$LC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

**cujo resultado deverá ser superior a 1,00**

**OBS:** Índices justificados de acordo com o § 5º do art. 31 da Lei nº 8.666/93.

**j)** Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com 25% do quantitativo do(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. Para fins de comprovação o atestado deverá conter descritivo do(s) item(ns) e quantidade;

**j.1)** Será permitido o somatório de atestados para fins de atendimento do quantitativo exigido;

**j.2)** Para comprovação do requisito previsto na alínea “j”, o proponente poderá juntar à sua habilitação documento hábil a comprovar as informações, como contrato de fornecimento a que se refere o atestado, notas fiscais ou outros documentos que eventualmente possam demonstrar com precisão maiores especificações das informações.

**k)** Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente).

**l)** Comprovação da autorização de funcionamento de empresa (AFE), expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do Ministério da Saúde, publicada no DOU, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento), para os itens do Anexo I listados abaixo:

Item 02 - ASPIRADOR CIRURGICO;

Item 03 - AUTOCLAVE 54 LITROS COM BOMBA VACUO;

Item 04 - AUTOCLAVE TIPO HORIZONTAL 21 LITROS;

Item 06 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL PARA OBESOS;

Item 07 - BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL ADULTO;

Item 08 - BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL INFANTIL;

Item 15 - CADEIRA DE BANHO;

Item 16 - CADEIRA DE BANHO 46 CM;

Item 17 - CADEIRA DE BANHO 55 CM;

Item 18 - CADEIRA DE RODAS;

Item 19 - CADEIRA DE RODAS PARA PESSOA OBESA;

Item 20 - CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA;

Item 21 - CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE;

Item 23 - CAMA HOSPITALAR;

Item 25 - CARRO MACA SIMPLES;

Item 28 - DERMATOSCÓPIO;

Item 30 - DETECTOR FETAL DE MESA;

Item 31 - DETECTOR FETAL PORTÁTIL;

Item 33 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO;

Item 34 - ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL;

Item 35 - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO;

Item 36 - ESTETOSCÓPIO ADULTO;

Item 37 - ESTETOSCÓPIO INFANTIL;

Item 39 - LARINGOSCÓPIO;

Item 40 - LARINGOSCÓPIO INFANTIL;

Item 54 - OFTALMOSCÓPIO;

Item 55 - OTOSCÓPIO;

Item 56 - OXÍMETRO DE PULSO;

Item 58 - REANIMADOR MANUAL ADULTO DE SILICONE;

Item 59 - REANIMADOR MANUAL PEDIÁTRICO DE SILICONE.

**10.7.1 - Os proponentes inscritos** no Cadastro Geral de Fornecedores do Município de Joinville deverão apresentar **Certificado de Registro Cadastral-CRC**, válido na data limite fixada para a apresentação dos documentos neste pregão emitido pela Unidade de Suprimentos, da Secretaria de Administração e Planejamento.

**10.7.2 - Os proponentes não cadastrados**, além dos documentos referidos no subitem 10.7, deverão apresentar os seguintes, válidos na data de abertura de sessão pública do pregão:

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, com a comprovação da publicação na imprensa da ata arquivada, bem como das respectivas alterações, caso existam.

**10.8** - Os comprovantes exigidos, quando for o caso, deverão apresentar prazo de validade até a data limite fixada para a apresentação das propostas, nos termos do subitem 6.1 deste Edital. Não constando a vigência, será considerado o prazo de 90 (noventa) dias da data da emissão.

**10.9** - Sob pena de inabilitação, nos documentos a que se refere o subitem 10.7 deste edital deverão constar o nome/razão social do proponente, o número do CNPJ e o respectivo endereço, observado que se o proponente for:

a) matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;

b) filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;

c) a matriz, e o fornecimento for realizado pela filial, os documentos exigidos neste Edital deverão ser apresentados em nome da matriz e da filial, simultaneamente com exceção dos documentos conjuntos ou consolidados, desde que devidamente comprovada a centralização.

**10.10** - O proponente poderá apresentar os comprovantes de regularidade relativa à Seguridade Social – INSS e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS centralizados junto à matriz, desde que apresente comprovante da centralização do recolhimento das contribuições e a certidão em que consta o CNPJ da entidade centralizadora.

**10.11** - A Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição e, uma vez sendo declarada vencedora do certame, terá prazo de **05 (cinco) dias úteis**, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

**10.11.1** - A não regularização da documentação, no prazo fixado, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

## 11 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E HABILITAÇÃO

**11.1** - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de **MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM**.

**11.2** - A licitação será processada e julgada em consonância com a legislação constante no preâmbulo deste Edital e com os procedimentos previstos na Lei Complementar nº 123/06 e alterações posteriores.

**11.3** - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.

**11.3.1** - O proponente deverá se manifestar até o prazo para apresentação da proposta, nos termos do subitem 8.2 do edital.

**11.4** - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

**11.5** - O Pregoeiro irá decidir sobre a aceitação da proposta, observados prazos para fornecimento, especificações técnicas e demais condições definidas neste Edital, e verificará a habilitação do proponente.

**11.6** - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme o **subitem 6.1**, será considerado como desistência do lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no **item 24** do Edital.

**11.7** - Se a proposta não atender às especificações técnicas, e às condições mínimas de habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor.

**11.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.**

**11.8.1 - Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma empresa no(s) mesmo(s) item(ns)/lote(s) deste processo, sob pena de exclusão sumária de ambos os proponentes representados.**

**11.9** - Serão desclassificadas as propostas:

a) que não atenderem às especificações/descrição do objeto desta licitação;

b) que forem omissas ou se apresentarem incompletas ou não informarem as características do bem cotado, impedindo sua identificação com o item licitado;

c) que conflitem com a legislação em vigor;

d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos no item 6 deste Edital;

e) com valores unitários ou globais superiores ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrado sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato.

**11.10** - Havendo divergência entre o valor unitário e total, prevalecerá o valor unitário.

**11.11** - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços, marca/modelo ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.

**11.12** - Se o proponente vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não apresentar situação regular, estará sujeito às penalidades previstas no **item 24** deste Edital. Neste caso, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, e a habilitação dos proponentes, observada a ordem de classificação, até a apuração de uma que atenda ao Edital, sendo o respectivo proponente convocado para negociar redução do preço ofertado.

**11.13** - Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para a contratação, ficam os proponentes liberados dos compromissos assumidos.

**11.14** - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.

**11.15** - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 10.7, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.

**11.15.1** - No momento da verificação se o sistema estiver indisponível ficará o(s) proponente(s) com o ônus de não terem apresentado o documento ou ter (em) apresentado com restrição.

## **12 - DAS IMPUGNAÇÕES E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS**

**12.1** - Qualquer pessoa poderá, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, impugnar os termos do Edital do Pregão.

**12.1.1** - As impugnações deverão ser protocolizadas através do e-mail [suprimentos.saude@joinville.sc.gov.br](mailto:suprimentos.saude@joinville.sc.gov.br), em documento digitalizado (PDF, JPG) devidamente assinado, até às 14:00hs do dia do vencimento do prazo, acompanhado da respectiva representatividade e, quando for o caso, de procuração.

**12.2** - Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente.

**12.3** - Caberá a autoridade superior, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do edital, decidir sobre as eventuais impugnações.

**12.4** - Acolhida a impugnação contra o presente Edital, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando a alteração não afetar a formulação das propostas.

**12.5** - As respostas às impugnações serão disponibilizadas no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data de recebimento da impugnação e ficarão disponíveis para todos os interessados nos endereços eletrônicos: [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br) e [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br).

### **12.6 - Do Recurso**

**12.6.1** - Após declarado o vencedor, será concedido o prazo de 30 (trinta) minutos, para que qualquer proponente manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

**12.6.2** - A falta de manifestação motivada do proponente quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

**12.6.3** - Quando será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões de recurso, ficando os demais proponentes, desde logo, intimados para apresentarem contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurado vista imediata dos autos.

**12.6.4** - As razões de recursos e contrarrazões deverão ser protocolizadas através do e-mail [suprimentos.saude@joinville.sc.gov.br](mailto:suprimentos.saude@joinville.sc.gov.br), em documento digitalizado (PDF, JPG) devidamente assinado, até as 14:00hs do dia do vencimento do prazo, acompanhado da respectiva representatividade e, quando for o caso, de procuração.

**12.6.5** - O proponente desclassificado antes da fase de disputa, também, poderá manifestar sua intenção de interpor recurso na forma do subitem anterior.

**12.6.6** - A falta de manifestação, imediata e motivada, importará a decadência do direito de recurso, e não será admitida inovação na motivação dos recursos propostos.

**12.6.7** - O Pregoeiro fará juízo de admissibilidade da intenção de recorrer manifestada, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, inclusive quando a pretensão for meramente protelatória.

## **13 - DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO**

**13.1** - Caberá ao Pregoeiro deliberar sobre a adjudicação do objeto ao vencedor do Pregão, quando não houver recurso.

**13.2** - Quando houver recurso, a adjudicação do objeto ao vencedor do Pregão será realizada pela autoridade competente.

**13.3** - A homologação será realizada pela autoridade competente.

## **14 - DO REGISTRO DE PREÇOS**

**14.1** - O Sistema de Registro de Preços (SRP) é um conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à prestação de serviços e/ou aquisição de materiais, para contratações futuras da Administração Pública.

**14.2** - A Ata de Registro de Preços (ARP) é um documento vinculativo, obrigacional com as condições de compromisso para a futura contratação, inclusive com preços, especificações técnicas, fornecedores e órgãos participantes, conforme as disposições contidas neste instrumento convocatório e nas respectivas propostas aduzidas.

**14.3** - Órgão Gerenciador é o órgão ou entidade da Administração Pública responsável pela condução do conjunto de procedimentos do presente certame licitatório, bem como pelo gerenciamento da futura Ata de Registro de Preços.

**14.4** - Órgão Participante é todo órgão ou entidade da Administração Pública que participa da presente licitação especial para Registro de Preços, bem como integre a futura Ata de Registro de Preços.

**14.5** - O Órgão Gerenciador do presente SRP será o Fundo Municipal de Saúde de Joinville.

**14.6** - A existência de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de procedimento específico para a contratação pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições.

**14.7** - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer **no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).**

**14.7.1** - O(s) representante(s) legal(is) do(s) vencedor(es) receberá(ão) um e-mail no endereço cadastrado informando a disponibilização do documento para assinatura eletrônica, o qual indicará o *link* para acesso.

**14.7.2** - É de responsabilidade exclusiva do usuário a consulta acerca da disponibilização do documento para assinatura no seu ambiente virtual.

**14.8** - A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo Órgão Gerenciador, por intermédio de instrumento contratual.

## **15 - DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**15.1** - Homologada a licitação, será formalizada a Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com características de compromisso para a futura contratação, com o fornecedor primeiro classificado e, se for o caso, com os demais classificados, obedecendo à ordem de classificação e aos preços propostos.

**15.2** - No caso do fornecedor primeiro classificado, após convocado não comparecer ou se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços e o Contrato, sem prejuízo das cominações a ele previstas neste Edital, o Município de Joinville convocará os demais proponentes, na ordem de classificação.

## **16 - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**16.1** - A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses contados da data de sua publicação.

## **17 - DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**17.1** - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bem registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.

**17.2** - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o Órgão Gerenciador deverá:

- a) convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
- b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;
- c) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

**17.3** - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador poderá:

- a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento.
- b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

**17.4** - A alteração da Ata de Registro de Preços dependerá em qualquer caso da comprovação das condições de habilitação atualizadas do fornecedor convocado.

**17.5** - Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

## **18 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS**

**18.1** - O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

- a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
- b) não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- d) presentes razões de interesse público.

**18.2** - O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.

**18.3** - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.

## **19 - DA CONTRATAÇÃO**

**19.1** - A contratação do(s) proponente(s) vencedor(es) do presente Pregão será representada pela expedição do Termo de Contrato/Autorização de Fornecimento (AF), da qual constará, no mínimo, identificação da licitação, especificações resumidas do produto licitado, quantitativo, preço unitário e total, fornecedor, local e prazo para entrega dos produtos conforme solicitação do Contratante.

**19.2** - Convocação para assinatura eletrônica do contrato:

**19.2.1** - Homologado o resultado da licitação, os vencedores serão convocados para assinatura eletrônica do contrato, que deverá ocorrer **no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).**

**19.2.2** - O(s) representante(s) legal(is) do(s) vencedor(s) receberá(ão) um e-mail no endereço cadastrado informando a disponibilização do documento para assinatura eletrônica, o qual indicará o *link* para acesso.

**19.2.3** - É de responsabilidade exclusiva do usuário a consulta acerca da disponibilização do documento para assinatura no seu ambiente virtual.

**19.3** - Se o vencedor não apresentar situação de habilitação regular ou, dentro do prazo de validade de sua proposta, se recusar a assinar o contrato, poderá ser convocado outro proponente. Neste caso, será observada a ordem de classificação, averiguada a aceitabilidade de sua oferta, procedendo à sua habilitação e, sucessivamente, até a apuração de um que atenda ao Edital que será declarado o vencedor do certame, podendo o Pregoeiro negociar diretamente com o proponente para que seja obtido melhor preço.

**19.3.1** - Se o vencedor se recusar a assinar o contrato no prazo estabelecido, apresentar justificativa por escrito não aceita pela Administração ou deixar de fazê-lo, além de decair do direito, sujeitar-se-á das sanções previstas neste Edital.

**19.4** - Para assinatura eletrônica do contrato o vencedor deverá:

**19.4.1** - Apresentar certidões atualizadas de regularidade fiscal junto aos seguintes órgãos: **Fazenda Federal (conjunta com a contribuição previdenciária), Fazenda Estadual, Fazenda Municipal**, do domicílio ou sede do proponente, e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, em atendimento ao art. 55, inciso XIII, da Lei nº 8.666/93 e a **Certidão de Negativas Débitos Trabalhistas**, conforme Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011.

**19.4.2** - Caso a assinatura do termo contratual seja realizada por um procurador designado pelo proponente, deverá ser apresentada a procuração pública ou particular, com poderes específicos para representar o interessado.

## 20 - DA ASSINATURA ELETRÔNICA

**20.1** - A assinatura da Ata de Registro de Preço/Contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, serão realizadas eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica externa, de acordo com Instrução Normativa nº 006/2016, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 27.082/2016.

**20.1.1** - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar a solicitação de usuário externo certificado para assinatura eletrônica de acordo com o que estabelece o "Manual do Usuário Externo" disponível no seguinte link: <https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/cadastrar-usuario-em-autoservico> e <https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/certificar-usuario-para-autoservico>

**20.2** - **Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para fins de efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto nº 27.082/2016, sob pena de decair do direito de assinar o(a) Ata de Registro de Preços/Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.**

**20.2.1** - **É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a solicitação da criação da assinatura eletrônica.**

**20.3** - A criação e a redefinição da assinatura eletrônica dependem da solicitação de assinatura eletrônica com o envio do Termo de Responsabilidade devidamente assinado e com o envio de documento com foto e assinatura do requerente.

**20.3.1** - Serão aceitos como documentos de identidade para fins de assinatura eletrônica externa: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte; certificado de reservista; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade; carteira de trabalho; carteira de identidade do trabalhador e carteira nacional de habilitação (somente modelo com foto).

**20.3.2** - Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, CPF, títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo sem foto), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade ou documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados.

**20.3.3** - O termo de responsabilidade terá sua assinatura comparada com o documento apresentado.

**20.4** - O servidor público autorizado procederá com a avaliação da documentação recebida e realizará a concessão de acesso ao usuário externo.

**20.5** - A assinatura eletrônica é de uso pessoal e intransferível e sua divulgação é vedada sob qualquer hipótese.

**20.6** - O usuário é o responsável pela exatidão das informações prestadas, quando de seu credenciamento, assim como pela guarda, sigilo e utilização da assinatura eletrônica, não sendo oponente, em qualquer hipótese, alegação de uso indevido, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e do Decreto nº 21.863, de 30 de janeiro de 2014.

## 21 - DO PRAZO E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO

**21.1** - A vigência do futuro contrato estará adstrita ao tempo necessário à entrega, ao pagamento do objeto licitado e à vigência do crédito orçamentário, que será estabelecida expressamente no termo contratual.

**21.2** - O objeto deverá ser entregue de forma parcelada em até 30 (trinta) dias consecutivos, após cada solicitação.

**21.2.1** - No caso de expedição de Autorização de Fornecimento (AF), a forma de entrega será única e em até 30 (trinta) dias consecutivos, a partir da data da solicitação.

**21.3** - O local para entrega será:

**a)** Para os itens do **Hospital Municipal São José**: na Coordenação de Administração de Materiais e Equipamentos - CAME, no setor de Patrimônio, sito à Travessa São José, nº 540, próxima à Associação Catarinense de Ensino - ACE, Centro, Joinville/SC, telefone 3441-6633/6611. A entrega deverá acontecer de segundas as sextas-feiras, exceto feriados e pontos facultativos das 08h às 16h. Para horários diferenciados o setor deverá ser previamente consultado da disponibilidade.

**b)** Para os itens da **Secretaria Municipal da Saúde**: na Coordenação de Administração de Materiais e Equipamentos - CAME, no setor de Patrimônio, sito à Rua Presidente Gaspar Dutra, nº 298, Bairro Itaum, Joinville/SC, telefone 3466-2690. A entrega deverá acontecer de segundas as sextas-feiras, exceto feriados e pontos facultativos das 08h às 16h. Para horários diferenciados o setor deverá ser previamente consultado da disponibilidade.

**21.4** - Para fins de contagem dos prazos previstos será considerado como data de assinatura do contrato a data da última assinatura (dia/mês/ano) dos signatários referenciados no preâmbulo do referido instrumento.

## 22 - DA GESTÃO DO CONTRATO

**22.1** - A gestão do contrato será realizada pela **Secretaria Municipal de Saúde**, gestora do Fundo Municipal de Saúde de Joinville, e pelo **Hospital Municipal São José**, sendo os mesmos responsáveis pelo recebimento e fiscalização do objeto licitado, devendo ser observado o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93.

### **23 - DO PAGAMENTO DOS BENS CONTRATADOS**

**23.1** - O pagamento será efetivado de acordo com a(s) proposta(s) de preços apresentada(s) pelo(s) vencedor(s) da licitação, observado o que consta neste Edital e seus Anexos, inclusive quanto à forma e condições de pagamento.

**23.1.1** - O Município responsabilizar-se-á pelo pagamento resultantes de modificações contratuais sempre que devidamente autorizados pela Secretaria Gestora do Contrato, observados os limites do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

**23.2** - O pagamento será efetivado mediante apresentação da nota fiscal/fatura que deverá ser emitida em nome do Município, da qual deverá constar o número desta licitação, empenho e das negativas fiscais regularizadas (Federal (conjunta com a contribuição previdenciária), Estadual, Municipal, FGTS e a Certidão de Negativa de Débitos Trabalhistas), conforme Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011.

**23.3** - As retenções tributárias serão aplicadas de acordo com as legislações federais, estaduais e municipais vigentes.

**23.4** - O pagamento da Nota Fiscal será efetuado em até 30 (trinta) dias após o aceite da medição/produto, de acordo com o Processo SEI de Gestão-Certificação de Documento Fiscal.

**23.5** - Em caso de atraso dos pagamentos por culpa exclusiva da Administração, será aplicado como índice de atualização monetária o IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo.

### **24 - DAS SANÇÕES**

**24.1** - As sanções e penalidades que poderão ser aplicadas ao **PROPONENTE/CONTRATADO** são as previstas na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei Municipal nº 4.832, de 22 de setembro de 2003 e alterações posteriores, neste Pregão e no Contrato.

**24.2** - Penalidades que poderão ser cominadas ao **PROPONENTE/CONTRATADO**, garantida a prévia defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis:  
I - **Multa**, que será deduzida dos respectivos créditos, ou cobrados administrativamente ou judicialmente, nos casos:

a) Nos casos de desistência de proposta ou deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, não celebrar contrato, correspondente ao valor total da proposta de:

**a.1) 15% (quinze por cento) para os itens com valores de até R\$ 10.000,00;**

**a.2) 10% (dez por cento) para os itens com valores de R\$ 10.000,01 a 50.000,00;**

**a.3) 5% (cinco por cento) para os itens com valores acima de R\$ 50.000,01.**

b) 0,2% (zero vírgula dois por cento) do valor da proposta por dia que exceder ao prazo para entrega do objeto, até o limite de 15% (quinze por cento);

c) Nos casos de inexecução contratual total, por parte do proponente vencedor, sem prejuízo da apuração e reparação do dano que a exceder, correspondente ao valor total da proposta de:

**c.1) 15% (quinze por cento) para os itens com valores de até R\$ 10.000,00;**

**c.2) 10% (dez por cento) para os itens com valores de R\$ 10.000,01 a 50.000,00;**

**c.3) 5% (cinco por cento) para os itens com valores acima de R\$ 50.000,01.**

d) De até 10% (dez por cento) em caso de inexecução parcial sobre o valor total do contrato, sem prejuízo da apuração e reparação do dano que a exceder.

II - **Impedimento de licitar e contratar** com o Município de Joinville, Administração Direta e Indireta, nas hipóteses abaixo e o **descredenciamento** do Cadastro de Fornecedor do Município de Joinville e do SICAF **pelo prazo de até 05 (cinco) anos**, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, de acordo com o art. 7º, da Lei Federal nº 10.520/2002, e art. 49, do Decreto Federal nº 10.024/2019:

a) recusar-se a retirar a Autorização de Fornecimento (AF) ou assinar o contrato ou assinar ata de registro de preços, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

b) deixar de apresentar os documentos discriminados no Edital, tendo declarado que cumpria os requisitos de habilitação;

c) apresentar documentação falsa para participar no certame, conforme registrado em ata, ou demonstrado em procedimento administrativo, mesmo que posterior ao encerramento do certame;

d) retardar a execução do certame por conduta reprovável do proponente, registrada em ata;

e) causar o atraso na execução do objeto;

f) não manter a proposta;

g) desistir de lance realizado na fase de competição;

h) comportar-se de modo inidôneo durante a realização do certame, registrado em ata;

i) cometer fraude fiscal demonstrada durante ou após a realização do certame;

j) fraudar a execução do contrato;

k) falhar na execução do contrato;

l) declarar informações falsas;

m) descumprir as obrigações decorrentes do contrato.

**24.3** - As multas deverão ser pagas junto à Tesouraria da Secretaria de Fazenda do Município até o dia de pagamento que o **PROPONENTE/CONTRATADO** tiver direito ou poderão ser cobradas judicialmente após 30 (trinta) dias da notificação.

**24.4** - Nas penalidades previstas neste edital, a Administração considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do **PROPONENTE/CONTRATADO**, graduando-as e podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as justificativas do **PROPONENTE/CONTRATADO**, nos termos do que dispõe o art. 7º, da Lei nº 10.520/2002.

**24.5** - As penalidades aplicadas serão registradas no cadastro do **PROPONENTE/CONTRATADO**.

**24.6** - Nenhum pagamento será realizado ao **PROPONENTE/CONTRATADO** enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

## 25 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

**25.1** - Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, pelo e-mail: [suprimentos.saude@joinville.sc.gov.br](mailto:suprimentos.saude@joinville.sc.gov.br), durante o horário de expediente das 08:00 às 14:00 horas, conforme estabelece o art. 23 do Decreto Federal nº 10.024/2019.

**25.1.1** - O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 02 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e ficarão disponíveis para todos os interessados nos endereços eletrônicos: [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br) e [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br).

**25.2** - Os pedidos de vistas acerca da presente licitação para os participantes do processo deverão ser realizados pelo e-mail [suprimentos.saude@joinville.sc.gov.br](mailto:suprimentos.saude@joinville.sc.gov.br).

**25.3** - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.

**25.3.1** - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.

**25.3.2** - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os participantes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

**25.4** - O proponente que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões sobre o valor inicial do contrato que se fizerem necessários, por conveniência do Contratante, dentro do limite permitido pelo artigo 65, §1º, da Lei nº 8.666/93.

**25.5** - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.

**25.6** - O Fundo Municipal de Saúde de Joinville poderá revogar o presente Pregão por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar o ato, ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

**25.7** - O presente Edital e seus Anexos poderão ser alterados pela Administração antes de aberta a licitação, no interesse público, por sua iniciativa ou decorrente de provocação de terceiros, atendido o que estabelece o art. 4º, inciso I, da Lei nº 10.520/02, bem como adiar ou prorrogar o prazo para recebimento e/ou a abertura das Propostas e Documentos de Habilitação.

**25.8** - O Município não se responsabiliza pelo conteúdo e autenticidade de cópias deste Pregão, senão aquelas que estiverem rubricadas pela autoridade competente, ou sua cópia fiel.

**25.9** - Ficam vinculados a este Edital e seus anexos as propostas de preços e demais documentos constantes dos presentes autos, dele não podendo se afastar durante a sua vigência.

**25.10** - Serão aplicadas, em caso de vício ou defeito, além da Lei de Licitações, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor – Lei nº 8.078/90, inclusive no que concerne a garantia, prazo para atendimento da assistência técnica e demais normas disciplinadoras da matéria.

**25.11** - Nenhuma indenização será devida aos proponentes pela elaboração ou pela apresentação de documentação referente ao presente Edital.

**25.12** - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.

**25.13** - **Todas as informações/alterações relativas ao presente certame serão postadas nos endereços eletrônicos: [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br) e [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br), sendo de exclusiva responsabilidade do interessado o seu acompanhamento.**

**25.14** - Conforme previsto no art. 1º, do Decreto Municipal nº 13.011, de 29 de junho de 2006, o horário de expediente das repartições públicas municipais é das 8:00 às 14:00 horas, de segunda a sexta-feira.

## ANEXO I

### Quadro de Quantitativos e Especificações Mínimas do(s) Item(ns), e Valores Estimados/Máximos:

| Item | Material/Serviço   | Unid. medida | Qtd licitada | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
|------|--|--------------|--------------|----------------------|-------------------|
| 1    | 917234 - ARMARIO DE VIDRO TIPO VITRINE COM 1 PORTA Porta com fechadura cilíndrica e 02 chaves, 03 prateleiras internas de vidro incolor com 4 mm de espessura, com 01 porta e 02 laterais em vidro incolor de 3 mm de espessura, com fundo, tampo superior e inferior em chapa de aço esmaltado na cor branca, sendo o corpo do armário medindo aproximadamente 50x40x160 cm (lxpxa), medidas podem variar em +/-5cm. Com 4 pés com ponta emborrachada para evitar riscos no chão, conforme orientação do Ministério da Saúde. Produto obedecendo as normas da ABNT. | UNID         | 400          | 919,99               | 367.996,00        |
| 2    | 917358 - ASPIRADOR CIRURGICO Portátil, aspira líquidos e secreções, fácil limpeza e higienização; silencioso, econômico e de fácil manuseio. Sem necessidade de manutenção e lubrificantes. Uso clínico, odontológico e cirúrgico. Voltagem: 127/220 V. Frequência: 60 Hz. Potência: 160 VA. Ruído: 61,5 DbA, Vácuo Máx: 600 mHg, Vazão mínima: 20 litros/min (fluxo livre). Capacidade do Recipiente mínimo: 1.330 ml. Comprimento do Cabo de alimentação mínimo: 1,2 m.  | UNID         | 100          | 449,00               | 44.900,00         |

|    |   |         |     |           |            |
|----|---|---------|-----|-----------|------------|
| 3  | 2912 - AUTOCLAVE 54 LITROS COM BOMBA VACUO - Conforme o descritivo completo do item constante no Anexo X - Termo de Referência.   | Unidade | 50  | 18.984,00 | 949.200,00 |
| 4  | 917360 - AUTOCLAVE TIPO HORIZONTAL 21 LITROS - Conforme o descritivo completo do item constante no Anexo X - Termo de Referência.   | UNID    | 150 | 4.092,06  | 613.809,00 |
| 5  | 2913 - BACIA REDONDA Confeccionado em aço inox brilhoso, medidas aproximadas diâmetro de 32x6,5 cm de altura com capacidade mínima de 3000 ml. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. Com gravação eletroquímica em cada peça constando inscrição.  | Unidade | 300 | 91,99     | 27.597,00  |
| 6  | 921100 - BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL PARA OBESOS Balança eletrônica digital para obesos, com régua antropométrica. Estrutura em chapa de aço-carbono, medindo aproximadamente 120x40x60 cm (axcxp), medidas podem variar em +/-5cm. Plataforma de pesagem, em chapa de aço, com tapete de borracha antiderrapante, na cor preta, pés reguláveis em borracha sintética, na cor preta. Antropômetro manual, em aço inox polido, acoplado à coluna da balança, graduada em 0,5 cm, numeradas a cada centímetro, iniciando a numeração em 1,00 m e terminando em 2,00 m. Capacidade de pesagem até 300 kg, resolução da balança em divisões de 50 à 100 gramas. Display digital com 06 dígitos, de alta visibilidade, sendo maior/igual a 2 cm, visor em LCD ou LED, ter comandos de liga, desliga, e tecla TARA. Fonte de alimentação externa de 90 à 240 VAC com chaveamento automático, ou sistema bivolt automático de tensão, saída serial para computador, saída para impressora. Frequência de alimentação 60 Hz. Tipo de cabo de rede deve seguir a NBR 14136. Acompanha cabos, conectores e acessórios, indispensáveis ao bom funcionamento do aparelho, além de manual. A balança deverá ser entregue testada e calibrada. O produto deverá possuir tratamento antiferruginoso e anticorrosivo, pintura em epóxi pó na cor branca. No equipamento deverá conter de forma legível e permanente, a marca do fabricante. Embalagem individual, com dados de identificação do produto e procedência. | UNID    | 205 | 1.238,90  | 253.974,50 |
| 7  | 917220 - BALANCA ELETRONICA DIGITAL ADULTO Com régua antropométrica. Estrutura em chapa de aço-carbono, medindo 120 x 40 x 60 cm (axcxp), medidas podem variar em +/-5cm. Plataforma de pesagem, em chapa de aço, com tapete de borracha antiderrapante, na cor preta, pés reguláveis em borracha sintética, na cor preta. Antropômetro manual, em aço inox polido, acoplado à coluna da balança, graduada em 0,5 cm, numeradas a cada centímetro, iniciando a numeração em 1,00 m e terminando em 2,00 m. Capacidade de pesagem até 200 kg, resolução da balança em divisões de 50 gramas. Display digital com 06 dígitos, de alta visibilidade, sendo maior/igual a 2 cm, visor em LCD ou LED, ter comandos de liga, desliga, e tecla TARA. Fonte de alimentação externa de 90 à 240 VAC com chaveamento automático, ou sistema bivolt automático de tensão, saída serial para computador, saída para impressora. Frequência de alimentação 60 Hz. Tipo de cabo de rede deve seguir a NBR 14136. Acompanha cabos, conectores e acessórios, indispensáveis ao bom funcionamento do aparelho, além de manual. A balança deverá ser entregue testada e calibrada. O produto deverá possuir tratamento antiferruginoso e anticorrosivo, pintura em epóxi pó na cor branca. No equipamento deverá conter de forma legível e permanente, a marca do fabricante.   | UNID    | 70  | 948,06    | 66.364,20  |
| 8  | 917223 - BALANCA ELETRONICA DIGITAL INFANTIL Estrutura em plástico moldado a vácuo, pés reguláveis em borracha sintética. Concha anatômica de pesagem, medidas podem variar em +/-5cm 55x30 cm (cxp), injetada em polipropileno, antigermes. Capacidade de pesagem até 15 kg, resolução da balança em divisões de 5 gramas. Display digital com 05 dígitos, de alta visibilidade, sendo maior/igual a 13 mm, visor em LCD ou LED, teclado de alta resistência, ter comandos de liga, desliga, e tecla TARA. Chave seletora de tensão de 110/220v. Tipo de cabo de rede deve seguir a norma NBR 14136. Acompanha cabos, conectores e acessórios, indispensáveis ao bom funcionamento do aparelho, além de manual. A balança deverá ser entregue testada e calibrada. No equipamento deverá conter de forma legível e permanente, a marca do fabricante.  | UNID    | 50  | 792,88    | 39.644,00  |
| 9  | 921101 - BALANCA PORTATIL Características mínimas: Capacidade de até 130 kg; base antiderrapante, com visor que possua lente de aumento; divisão de kg em kg; com regulador que garanta uma melhor precisão; base em metal resistente e durável - Dimensões aproximadas do produto: 30x7x30 cm (lxaxp), medidas podem variar em +/-5cm.   | UNID    | 90  | 94,41     | 8.496,90   |
| 10 | 917850 - BALDE DE 15 LITROS COM ALÇA EM INOX Redondo sem tampa. Confeccionado totalmente em chapa de aço inox 430 com capacidade de 15 Lts, com alça para transporte.   | UNID    | 100 | 450,00    | 45.000,00  |
| 11 | 918658 - BANDEJA RETANGULAR EM INOX Bandeja confeccionada em aço inox, medindo aproximadamente 22x12x1,5 cm (cxlxa), medidas podem variar em +/-5cm. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. Com gravação eletroquímica em cada peça constando inscrição.  | UNID    | 500 | 39,61     | 19.805,00  |
| 12 | 21832 - BANQUETA GIRATORIA, TIPO MOCHO Confeccionada em tubos de aço inox com 2,5 cm de diâmetro, acabamento polido, base reforçada através de um aro de aço inox de 2,5 cm de diâmetro, usado para descanso dos pés, apoio em 5 rodízios de 2" de diâmetro, assento em chapa de  | UN      | 50  | 272,70    | 13.635,00  |

|    |   |         |     |          |           |
|----|---|---------|-----|----------|-----------|
|    | ço inox de 35cm de diâmetro medida pode variar +/- 5cm, regulagem de altura através de fuso roscado.  |         |     |          |           |
| 13 | 2914 - BIOMBO DUPLO COM RODIZIOS Biombo com rodízios. Medindo aberto 190x120 cm, medidas podem variar em +/-5cm, construído em tubos de aço Ø 19,05 x 1,20 mm, com pintura epóxi pó na cor branca. Articulado em 2 partes, dobrável para ambos os lados. Acompanha painel em napa, na cor branca, sendo de fácil remoção para limpeza. Todos os pontos de solda, deverão passar por tratamento anticorrosivo.   | Unidade | 120 | 316,88   | 38.025,60 |
| 14 | 917042 - BRACADEIRA PARA INJECAO Braçadeira para Injeção, regulável por mandril, altura mínima de 80 cm e máxima de 120 cm, medidas podem variar em +/-5cm, coluna receptora em tubos 7/8", haste telescópica em tubos 5/8", base de tripé de ferro, tubos com pintura em epóxi pó cor branca e tratamento anticorrosivo, ponteiros plásticos de cor preta. Apoio de braço tipo concha em aço inox, estofada em courvim na cor preta. Todos os pontos de solda, deverão passar por tratamento anticorrosivo e antiferruginoso.  | UNID    | 150 | 178,96   | 26.844,00 |
| 15 | 11856 - Cadeira de banho Cadeira de banho e uso sanitário, estrutura tubular em aço inoxidável aisi 304 polido, apoios de braços removíveis ou escamoteável em aço inoxidável AISI 304, encosto em aço inoxidável com revestimento em courvim, apoio para os pés; assento sanitário confeccionado em fiberglass acabamento em gel coat isoftálico; 04 rodízios giratórios de 4", sendo 02 rodízios com sistema de travamento. Capacidade mínima de carga de 120 kg. Dimensões aproximadas largura: 520 mm x comprimento: 750 mm x altura: 980 mm. Comprimento do assento aproximadamente 450 mm.  | Unidade | 50  | 318,86   | 15.943,00 |
| 16 | 13737 - CADEIRA DE BANHO - 46 CM CADEIRA DE RODAS PARA BANHO COM ASSENTO SANITÁRIO, CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI, APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL OU ESCAMOTEÁVEL, APOIO DE PÉS MÓVEL (ESCAMOTEÁVEL OU REBATÍVEL OU REMOVÍVEL OU RETRÁTIL), FREIO BILATERAL, RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS DE 6" COM PNEUS MACIÇOS, ENCOSTO COM CAPA IMPERMEÁVEL, LARGURA DO ASSENTO 46 CM, CAPACIDADE DE PESO MÍNIMA DE 90 KG E MÁXIMA DE 100 KG. Produto registrado na ANVISA.  | Unidade | 50  | 1.100,00 | 55.000,00 |
| 17 | 16654 - CADEIRA DE BANHO 55 CM CADEIRA DE RODAS PARA BANHO COM ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL, ESTRUTURA MONOBLOCO FIXA, CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI, APOIO PARA BRAÇOS REMOVÍVEL OU ESCAMOTEÁVEL, APOIO PARA OS PÉS MÓVEL (ESCAMOTEÁVEL OU REBATÍVEL OU REMOVÍVEL OU RETRÁTIL), FREIOS BILATERAIS, RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS DE 6" COM PNEUS MACIÇOS, ENCOSTO COM CAPA IMPERMEÁVEL.<br><br>LARGURA DO ASSENTO: 55<br>CM<br><br>CAPACIDADE DE PESO PARA 120 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.   | Unidade | 50  | 287,30   | 14.365,00 |
| 18 | 917280 - CADEIRA DE RODAS Cadeira de rodas, com duas rodas traseiras grandes, com Pneus Maciços, aro 24, e duas rodas dianteiras pequenas maciças aro 6" com apoio para os pés independentes escamoteáveis, dobrável e com fechamento em "X" com apoio para os braços laterais fixos e trava para as rodas traseiras. Construída em aço com pintura epóxi, indicada para usuários até 100 Kg, assento e encosto em nylon. Dimensões, medidas podem variar em +/-5cm: 82x40 cm.  | UNID    | 60  | 798,17   | 47.890,20 |
| 19 | 2915 - CADEIRA DE RODAS PARA PESSOA OBESA Com duas rodas traseiras grandes, com Pneus Maciços, aro 24, e duas rodas dianteiras pequenas maciças aro 6" Estrutura em Aço com pintura epoxy; Dobrável em duplo X; Apoio para braços escamoteável; Apoio para pés removível; Assento reforçado com tiras tensoras especiais; Almofada em espuma injetada; Argolão em aço pintado (em aço pintado na cor prata); Largura do assento e encosto, medidas podem variar em +/-5cm: 65 cm; Profundidade do assento, medidas podem variar em +/-5cm: 48 cm; Indicada para usuários até 160 kg.  | Unidade | 30  | 2.808,00 | 84.240,00 |
| 20 | 2916 - CADEIRA DE RODAS PEDIATRICA Cadeira de rodas adulto/infantil, indicada para transporte e locomoção de usuário com peso de até 100 kg; com barra extra de sustentação, dobrável em duplo "X". Confeccionada em aço tubular, acabamento com pintura epóxi-pó, na cor cinza, após prévio tratamento anti ferruginoso. Rodas traseiras grandes aro 24, com propulsor, com pneus maciços, rodas dianteiras giratórias aro 8, com pneus maciços, ambas providas de rolamentos blindados nos eixos, freios bilaterais, trava para as rodas traseiras. Apoio dos braços laterais removível. Apoio de pés independentes com altura regulável e removível, revestido com borracha antiderrapante e apoio para panturrilha. Assento e encosto em nylon impermeável ou em espuma injetável revestida por courvin, na azul royal; Indicada para usuários com até 100kg. Medidas: Largura do assento: de 44 a 60 cm - Largura Total pode variar em +/-5cm: 80cm. Produto obedecendo às normas da ABNT. | Unidade | 20  | 999,99   | 19.999,80 |

|    |   |         |     |          |            |
|----|---|---------|-----|----------|------------|
| 21 | 917297 - CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE Construído em tubos 7/8" quadrado pintados, com tratamento anti-ferruginoso, pintura eletrostática à pó, na cor branca. Assento medidas podem variar em +/-5cm: 40x46 cm (lpx); encosto medidas podem variar em +/-5cm: 32x45cm (lxa); e apoio de braço frontal articulável estofada com espuma e altura regulável, revestidos em corino na cor azul royal; distancia interna entre braços aproximada de 62cm, altura da plataforma de apoio aproximada de 74 a 90 cm em relação ao solo; capacidade de carga aproximada 90 kg. Pés com ponteiras plásticas ou emborrachados.  | UNID    | 30  | 559,30   | 16.779,00  |
| 22 | 2917 - CAIXA TERMICA COM ALÇA Com isolamento em poliuretano lavável, construída com matéria prima ecologicamente correta, para transporte de material para exame laboratorial. Tampa articulável com trava. Alça de suporte. Fácil manuseio, com travamento automático da tampa Extremamente leve. Material atóxico. Volume pode variar para +/- 5 litros: 24 Litros. Cor azul.   | Unidade | 140 | 159,90   | 22.386,00  |
| 23 | 9611 - CAMA HOSPITALAR CAMA HOSPITALAR ADULTO COM LEITO, CONSTRUÍDA EM CHAPA DE AÇO PERFURADO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS, CONSTRUÍDA EM POLIURETANO INJETADO, POLIPROPILNO OU FIBERGLASS, COM 4 RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE NO MÍNIMO 3" POLEGADAS, SENDO DUAS COM FREIOS DISPOSTAS DIAGONALMENTE. COM EXECUÇÃO DE MOVIMENTOS EXECUTADOS POR 3 MANIVELAS POSSIBILITANDO AS SEGUINTE POSIÇÕES NO MÍNIMO: FOWLER, TRENDELEMBURG OU ELEVAÇÃO DO LEITO E ELEVAÇÃO DE CABECEIRA. COM GRADES LATERAIS DE ABAIXAR, EM TUBO DE AÇO, COM MECANISMO DE TRAVA RÁPIDA. CAPACIDADE MÍNIMA 150 KG. MEDIDAS MÍNIMAS: 1,90 X 0,78 X 0,60 M.   | Unidade | 150 | 2.280,00 | 342.000,00 |
| 24 | 2918 - CARRO DE CURATIVOS Carro de curativo, com balde e bacia, totalmente em inox com tubos de 3/4" a 1", tampo e prateleira em chapa de aço inox com varanda em toda volta, rodízios de 2". Acompanha 1 balde e 1 bacia em inox. Dimensões podem variar em +/-5cm: 60x45x80 cm (cxlxa).   | Unidade | 150 | 1.068,00 | 160.200,00 |
| 25 | 920846 - CARRO MACA SIMPLES Carro maca com altura fixa, dotado de leito removível, com cabeceira regulável, confeccionado em aço inoxidável, com pontos de solda com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso, deve possuir proteção contra choques laterais e frontais; deve possuir grades laterais e suporte para soro, confeccionados em aço inoxidável, rodízios 5" com sistema de freios nas diagonais. Deverá possuir colchonete de espuma de no mínimo 5 cm de espessura, recoberto em courvim de cor preta.  | UNID    | 80  | 1.526,00 | 122.080,00 |
| 26 | 21833 - CARRO PARA COPA EM INOX Carrinho com 3 prateleiras, medindo 60x40x90cm, medidas podem variar +/-5 cm. Estrutura em inox com proteção nas laterais do tampo para evitar queda de equipamentos ou produtos, com alças de movimentação tipo guidom, com 04 rodízios em silicone/gel incolor, anti riscos. Todos os pontos de solda, deverão passar por tratamento anticorrosivo e antiferruginoso.   | UN      | 6   | 900,00   | 5.400,00   |
| 27 | 920039 - CARRO PARA GUARDA DE MEDICAMENTOS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO ESTRUTURADA DE ALTO REFORÇO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, NESTE CASO A COR É BEGE; OU MATERIAL INJETADO OU FIBRA DE VIDRO TAMBÉM NA COR BEGE. DEVERÁ SER DOTADO DE 4 RODÍZIOS GIRATÓRIOS, COM NO MÁXIMO 100 MM E NO MÍNIMO 90 MM DE DIÂMETRO, EM BORRACHA OU POLIURETANO, COM TRAVAS DE FÁCIL ACIONAMENTO EM DUAS RODAS NA DIAGONAL. DEVE CONTER 30 CAIXAS PARA MEDICAMENTOS, TIPO BINS, EM NYLON INJETADO COM AS SEGUINTE DIMENSÕES : ALTURA : MÁXIMO DE 130 MM E MÍNIMA DE 115 MM, LARGURA MÁXIMA DE 130 MM E MÍNIMA DE 115 MM, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 430 MM E MÍNIMA DE 400 MM. DIMENSÕES DO CARRO : ALTURA MÁXIMA 700 MM E MÍNIMA DE 650 MM, LARGURA MÁXIMA DE 900 MM E MÍNIMA DE 700 MM E PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 600 MM E MÍNIMA DE 500 MM.     | UNID    | 20  | 4.600,00 | 92.000,00  |
| 28 | 921102 - DERMATOSCOPIO Características gerais mínimas: Dermatoscópio utilizado como um método auxiliar de verificação da existência de lesões pigmentadas na pele. Todo construído em metal. Cabo de força: Metal recartilhado; alimentação através de duas pilhas de tamanho médio (C) no interior do cabo (punho); Iluminação: Halógeno/Xenon; do campo de exame Tensão: 2,5V; com controle de intensidade de Luz: Reostato. Proteção ocular macio; Alta Resolução sistema de lentes acromáticas com ampliação mínima de 8 X. Ocular com foco ajustável para uma escala larga de correção. Placas de contato com a pele amigavelmente e esterilizável: Com escala de 0 – 10 mm para medição exata das lesões pigmentadas da pele; Sem escala; Deve acompanhar: 01 lente com escala normal; 01 lente com escala; 01 estojo para armazenamento. | UNID    | 100 | 1.284,83 | 128.483,00 |
| 29 | 918141 - DESTILADOR DE AGUA Destilador de água capacidade 5 l/h: Capacidade de produção de 5 litros por hora; Caldeira em latão com banho de estanho virgem para a não contaminação da água. Coletor de vapores e partes que tem contato com a água já destilada, confeccionados em aço inox 304 e materiais inertes; nível constante de alimentação de caldeira; cúpula de vidro resistente e inerte; resistência tubular blindada, contator para segurança, sistema automático de proteção que  | UNID    | 40  | 1.392,00 | 55.680,00  |

|    |   |         |     |        |           |
|----|---|---------|-----|--------|-----------|
|    | desliga o aparelho quando o sensor detecta falta de água; Dimensões podem variar em +/-5cm: 55x11x28cm (axlpx); consumo: 3.500 Watts; Alimentação 220 Volts.  |         |     |        |           |
| 30 | 918142 - DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL. Equipamento não invasivo, projetado para dar grande facilidade a ausculta contínua da frequência cardíaca fetal (FCF), e fluxo sanguíneo do cordão umbilical, além auxiliar na localização da placenta a partir da 10ª semana de gestação, utilizando um transdutor de no mínimo 2 Mhz, com alto nível de sensibilidade, display numérico com escala de 50 a 220 BPM - Ajuste de volume e sensibilidade - Alimentação 220v, Frequência da rede de alimentação = 50/60 Hz - Frequência do Ultrassom = 2,25 MHz ± 10% - Faixa de medida do BCF = 50 – 210 batimentos por minuto Tipo de corrente = AC (alternada), deve acompanhar Gel, Manual . Produto obedecendo às normas da ABNT.   | UNID    | 20  | 934,40 | 18.688,00 |
| 31 | 917227 - DETECTOR FETAL PORTÁTIL Para ausculta fetal a partir da 10ª semana de gravidez com possibilidade de detectar morte fetal. Modelo portátil, com suporte para encaixar transdutor. Alto-falante embutido no corpo do aparelho. Botão liga/desliga, ajuste de volume e tonalidade, indicador de bradicardia e taquicardia, LED indicador de bateria fraca. Entrada para transdutor e fone de ouvido. Faixa mínima para detecção cardíaca fetal de 30 a 240 BPM. Frequência 2,2 Mhz. Alimentação por bateria ou pilhas de 9 volts. Acompanha o produto, fone de ouvido para ausculta individual, transdutor, cabo do transdutor, gel e manual. Acondicionamento individual em bolsa confeccionada em material resistente com fecho e zíper, com dados de identificação do produto e procedência. | UNID    | 80  | 739,17 | 59.133,60 |
| 32 | 920512 - ESCADA CLINICA Com 2 degraus. Dimensões podem variar em +/-5cm: 40x50x40cm (lpxpx), estrutura em tubo aproximada de Ø 7/8"x1,50 mm, com formato de S; piso em chapa de ferro nº18 (1,20 mm), com pintura em epóxi pó na cor branca. Pés com sapatas emborrachadas na cor preta. Degraus revestimentos em material sintético antiderrapante na cor preta. Altura do segundo degrau 40 cm. Todos os pontos de solda, deverão passar por tratamento anticorrosivo.  | UNID    | 300 | 94,50  | 28.350,00 |
| 33 | 917051 - ESFIGMOMANOMETRO ADULTO Esfigmomanômetro aneróide, livre de mercúrio, composto por manômetro montado em adequada estrutura plástica resistente a quedas, conforme certificação e livre de desregulagens frequentes. Manômetro com rotação 360°. Todos os acessórios do produto devem ser isentos de látex, antialérgicos. fecho em metal. Laudo técnico do IPEM (INMETRO) com certificação de aferição individual. Deve acompanhar 1 braçadeira adulto completo, 1 válvula e 1 pera.   | UNID    | 400 | 97,23  | 38.892,00 |
| 34 | 2919 - ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL Esfigmomanômetro aneróide, livre de mercúrio, composto por manômetro montado em adequada estrutura plástica resistente a quedas, conforme certificação e livre de desregulagens frequentes. Manômetro com rotação 360°. Todos os acessórios do produto devem ser isentos de látex, antialérgicos. fecho em metal. Laudo técnico do IPEM (INMETRO) com certificação de aferição individual. Deve acompanhar 1 braçadeira infantil completo, 1 válvula e 1 pera.   | Unidade | 100 | 98,00  | 9.800,00  |
| 35 | 917049 - ESFIGMOMANOMETRO OBESO Esfigmomanômetro aneróide, livre de mercúrio, composto por manômetro montado em adequada estrutura plástica resistente a quedas, fecho em velcro, conforme certificação e livre de desregulagens frequentes. Manômetro com rotação 360°. Todos os acessórios do produto devem ser isentos de látex, antialérgicos. Laudo técnico do IPEM (INMETRO) com certificação de aferição individual. Deve acompanhar 1 braçadeira Obeso completo, 1 válvula e 1 pera.  | UNID    | 170 | 128,49 | 21.843,30 |
| 36 | 917054 - ESTETOSCOPIO ADULTO Estetoscópio cardiológico para pacientes adulto e pediátrico. Campânula dupla em aço inoxidável com revestimento da borda anti-frio para maior conforto do paciente com oliva emborrachada. Mola do ângulo flexível e interna ao tubo de PVC. Tubo duplo de PVC mínima de 63 cm. Todas as partes do produto devem ser isentos de látex. O equipamento deverá acompanhar um identificador de propriedade para encaixe no "Y" do tubo. Deverá vir sobressalente, dois pares de olivas emborrachadas, campânula pediátrica e uma membrana para a campânula.   | UNID    | 600 | 81,65  | 48.990,00 |
| 37 | 917055 - ESTETOSCOPIO INFANTIL Estetoscópio infantil. Campânula dupla em aço inoxidável com revestimento da borda anti-frio para maior conforto do paciente, com oliva emborrachada. Mola do ângulo flexível e interna ao tubo de PVC. Tubo de PVC com metragem mínima de 71 cm. Todas as partes do produto devem ser isentos de látex. O equipamento deverá acompanhar um identificador de propriedade para encaixe no Y do tubo. Deverá vir sobressalente, dois pares de olivas emborrachadas e uma membrana para a campânula.  | UNID    | 200 | 83,58  | 16.716,00 |
| 38 | 2920 - LAMPADA AUXILIAR Foco clínico ginecológico (lâmpada auxiliar ginecológica). Especificações Técnicas: Lâmpada halogena de 50watts (luz branca); Haste flexível cromada; Base sobre rodízios; Cabo de energia com 2 metros, pode variar em +/-20cm. Voltagem: 220 V. Todos os pontos de solda, deverão passar por tratamento anticorrosivo.  | Unidade | 200 | 333,36 | 66.672,00 |

|    |  |         |       |          |            |
|----|--|---------|-------|----------|------------|
| 39 | 920589 - LARINGOSCOPIO Totalmente em aço inox - Conjunto de laringoscópio com 2 cabos em aço inoxidável, compatível com pilhas tamanho C e pilha AA. Lâmpada de xênon halógena 2,5V, que proporcione maior luminosidade. Lâminas em aço inoxidável com transmissão de luz por convencional. Deverá acompanhar seis lâminas sendo curvas - Mac 0, Mac 1, Mac 2, Mac 3, Mac 4 e Mac 5 e seis laminas retas - Miller 0, Miller 00, Miller 1, Miller 2, Miller 3 e Miller 4. Todas as lâminas deverão ser isentas de pontos de soldas e autoclaváveis. Deve acompanhar um estojo para acondicionar o conjunto.   | CJTO    | 230   | 1.447,39 | 332.899,70 |
| 40 | 918483 - LARINGOSCOPIO INFANTIL Laringoscópio Infantil. Dispositivo composto por 1 (um) cabo e 3 (três) lâminas retas – Miller 00, Miller 0, Miller 1 – sendo fabricado em aço inoxidável, onde as lâminas são encaixadas no cabo de suporte; fonte de energia: pilhas inseridas no cabo; tampa rosqueável que impossibilite a entrada de líquidos no interior do cabo. Iluminação através de Lâmpada de xênon 2,5 v ou halógena 2,5 V que proporcione maior luminosidade. Acompanha o equipamento bolso com zíper ou estojo, manual de operação e de serviço em língua portuguesa.  | UNID    | 100   | 663,59   | 66.359,00  |
| 41 | 21834 - LIXEIRA COM PEDAL Lixeira com tampa, material aço inoxidável, com haste e pedal com apoio de borracha, com balde interno removível, capacidade 20 litros, abertura com acionamento por pedal, nas dimensões: 34 cm diâmetro x 50 cm de altura, medidas podendo variar +/- 8 cm; espessura 6 mm, formato cilíndrico.  | UN      | 1.200 | 136,11   | 163.332,00 |
| 42 | 18201 - LIXEIRA COM PEDAL COM TAMPA, MATERIAL INOXIDÁVEL, COM HASTE E PEDAL COM APOIO DE BORRACHA, CAPACIDADE 50 LITROS, ABERTURA COM ACIONAMENTO POR PEDAL.   | Unidade | 800   | 531,87   | 425.496,00 |
| 43 | 18200 - LIXEIRA COM PEDAL COM TAMPA, MATERIAL INOXIDÁVEL, COM HASTE E PEDAL COM APOIO DE BORRACHA, CAPACIDADE 100 LITROS, ABERTURA COM ACIONAMENTO POR PEDAL.  | Unidade | 300   | 935,54   | 280.662,00 |
| 44 | 2921 - MESA AUXILIAR COM PRATELEIRA Com prateleira. Medidas podem variar em +/-5cm, 60x40x80 cm (cxlxa), estrutura em tubo aproximada de Ø 3/4"x1,20 mm, em inox 20. Sem rodízio, com ponteiros de borracha na cor preta.  | Unidade | 310   | 350,00   | 108.500,00 |
| 45 | 2922 - MESA AUXILIAR COM PRATELEIRA E COM RODIZIOS Com prateleira. Medidas podem variar em +/-5cm 60x40x80 cm (cxlxa), estrutura em tubo aproximada de Ø 3/4"x1,20 mm, em inox 20, com proteção nas laterais do tampo para evitar queda de equipamentos ou produtos (com varanda), com 04 rodízios duplos em silicone/gel incolor, anti riscos. Todos os pontos de solda, deverão passar por tratamento anticorrosivo e antiferruginoso.   | Unidade | 400   | 734,50   | 293.800,00 |
| 46 | 920513 - MESA CLINICA ADULTO Para exames clínicos, sem rodízios com dimensões podem variar em +/-5cm: 190x60x90 cm (cxlxa) com cabeceira dobrável estrutura em tubos redondo com dimensões aproximadas de: 1.1/4 X 1,20 mm, leito em espuma de alta densidade 23 revestido em courvim preto, pés com ponteiros de borracha, com ponteiros de borracha, procedência nacional.   | UNID    | 330   | 632,15   | 208.609,50 |
| 47 | 917290 - MESA CLINICA INFANTIL Para exames clínicos, em criança, sem rodízios com dimensões podem variar em +/-5cm: 150x60x90 cm (CxLxA) com cabeceira dobrável estrutura em tubos redondo com dimensões aproximadas de: 1.1/4 X 1,20 mm, leito em espuma de alta densidade 23 revestido em courvin preto, pés com ponteiros de borracha, com ponteiros de borracha, procedência nacional.   | UNID    | 100   | 435,50   | 43.550,00  |
| 48 | 21835 - MESA DE CABECEIRA COM MESA DE REFEICOES Mesa de cabeceira com mesa de refeições, acoplada giratória e retrátil. Estrutura, porta e gavetas e tampo de refeição confeccionadas em mdf revestida com fórmica, com acabamento arredondado. estrutura do tampo de refeição construída em tubo de aço inoxidável, com altura regulável em cinco posições, através de pino ou trava. puxadores tipo alça e porta toalha lateral em aço inoxidável. deve possuir 4 rodízios de 2 polegadas; cor do revestimento de fórmica: azul claro. Dimensões podem variar +/- 5 cm: armário: 60x44x88 cm (cxpxa); tampo de refeição podem variar +/- 5 cm: 57x36 cm (cxl). | UN      | 250   | 655,00   | 163.750,00 |
| 49 | 918721 - MESA DE MAYO Totalmente construída em aço inoxidável brilhante e polido, base em tubos de 1"1/4x1.20mm, pés com rodízios giratórios duplos em silicone/gel incolor, anti riscos , altura regulável através de manipulo. Bandeja também em aço inoxidável, removível e medidas podem variar em +/-5cm: 48x32 cm.   | UNID    | 300   | 298,99   | 89.697,00  |
| 50 | 917291 - MESA GINECOLOGICA Com gabinete e leito, medidas podem variar em +/-5cm 190x60x85 cm (cxlxa), com estrutura em tubo de aço 11/4"x1,25 mm, pintura eletrostática a pó (epóxi) na cor branca, não deve apresentar cantos vivos ou rebarbas. Leito em chapa de aço, pintura eletrostática a pó (epóxi) na cor branca, estofado em espuma de poliuretano, densidade mínima de 28 kg/m³, revestido em courvin na cor preta, dividido em 3 seções, assento fixo, parte posterior e anterior reguláveis por cremalheiras, podendo ser descida até atingir 90° com a mesa. Acompanha   | UNID    | 100   | 1.198,33 | 119.833,00 |

|    |   |         |     |        |            |
|----|---|---------|-----|--------|------------|
|    | par de perneiras (porta-coxas) estofada, acoplado a mesa, com altura regulável, com haste cromada, revestido em courvin na cor preta. Gaveta para escoamento de líquido com puxador. Pés com ponteiros de borracha na cor preta.  |         |     |        |            |
| 51 | 917293 - MOCHO GINECOLOGICO Giratório a gás. Com encosto e assento anatômicos, estofados em espuma de poliuretano injetada, revestida com PVC expandido sem costuras, lavável, na cor verde-claro, densidade 33, acabamento liso com cantos arredondados. Encosto com regulagem de altura, assento com medidas que podem variar em +/-5cm 40 cm de diâmetro, com regulagem da altura do encosto permitindo fixar o encosto na posição desejável. Estrutura da base com pintura epóxi pó na cor cinza e tratamento antiferrugem, possuir 5 rodízios duplos, com aro de sustentação das hastes. Suportar no mínimo 100 kg.  | UNID    | 50  | 480,00 | 24.000,00  |
| 52 | 917230 - NEBULIZADOR PORTATIL Nebulizador: Inalador ultrassônico / Nebulizador portátil indicado para tratamento de problemas respiratórios, gripes, resfriados e rinites, descongestiona as vias respiratórias, Voltagem: bivolt automático. Frequência: 50/60 Hz. Motor: 1/40Hp – devem acompanhar o produto máscara elástico macias, anatômicas e atóxicas (máscara infantil e máscara adulta) – contendo tubo atóxico e copo dosador. Deve acompanhar bolsa para transporte, manual de Instruções em português.   | UNID    | 100 | 180,00 | 18.000,00  |
| 53 | 917229 - NEGATOSCOPIO DE 1 CORPO Para verificação de chapas de RX, construído com chapa de aço tratado e pintado, dimensões podem variar em +/-5cm: 49x10x38 cm (axlxc). Visor frontal, em acrílico translúcido, branco leitoso, com fixador de radiografia. Iluminação homogênea, através de lâmpada fluorescentes circular de 32w com reator eletrônico, luminância aproximada de 15W. Acendimento através de interruptor, funcionamento instantâneo. Alimentação 220v. Deverá possibilitar ser fixado a parede ou colocado sobre a mesa. Peso máximo: 5kg. Todos os pontos de solda, deverão passar também por tratamento anticorrosivo e antiferruginoso.   | UNID    | 250 | 343,20 | 85.800,00  |
| 54 | 919676 - OFTALMOSCOPIO Oftalmoscópio direto com lâmpada de Xenon halogena de 2,5V. Possuir seleção mínima de 5 aberturas. Sistema óptico vedado. Deverá possuir Ótica esférica de precisão com apoio orbital macio. Disco com abertura pequena, abertura grande, fixação, semi-circulo e filtro para eliminação de vermelho. Carcaça resistente à poeira. Possuir no mínimo 19 lentes de -20 a +20 dioptrias com marcador de dioptrias iluminado. Possuir clipe de bolso e interruptor liga/desliga, borracha de proteção com cabeça em ABS resistente à impactos. Garantia da óptica por toda a vida. Cabo em metal para 2 pilhas alcalinas "AA".  | UNID    | 102 | 800,00 | 81.600,00  |
| 55 | 917232 - OTOSCOPIO Características gerais mínimas: com lâmpada halogena 2,5V; cabo em metal recartilhado para uso com 02 pilhas tamanho C e regulagem de intensidade de luz, controle liga/desliga, conexão para otoscopia pneumática, com cabeçote em metal cromado, com lupa, lente giratória com aumento de 4 vezes; com 05 espéculos de diferentes medidas. Acompanha o equipamento, 01 lâmpada sobressalente, 05 espéculos de diferentes medidas para encaixe no equipamento e estojo para acondicionamento individual.  | UNID    | 550 | 470,00 | 258.500,00 |
| 56 | 13508 - OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL APARELHO PORTÁTIL PARA VERIFICAÇÃO NÃO-INVASIVA CONTÍNUA DA SATURAÇÃO PERIFÉRICA DE OXIGÊNIO (SpO2) NO SANGUE, ATRAVÉS DE SENSOR INFRAVERMELHO DE DEDO, BEM COMO A MENSURAÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA, APRESENTAÇÃO DA CURVA PLETISMOGRÁFICA, COM VARIAÇÃO DO BEEP SONORO, COM DISPLAY EM LED OU CRISTAL LÍQUIDO, COM AMOSTRAGEM SIMULTÂNEA DOS VALORES DE SpO2, FREQUÊNCIA CARDÍACA. COM ÁREA DE VISUALIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 1,2 POLEGADAS, COM FAIXA DE MEDIDA DA SATURAÇÃO INCLUINDO AO MENOS DE 40 A 100%, COM ACURÁCIA DE 3% OU MELHOR, COM FAIXA DE MEDIDA DA FREQUÊNCIA DE PULSO INCLUINDO AO MENOS DE 30 A 220 BPM, COM ALTERAÇÃO AUTOMÁTICA DO TOM SONORO DO BEEP EM FUNÇÃO DA VARIAÇÃO DO SpO2, COM TECLA LIGA/ DESLIGA PARA ACIONAMENTO; DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE ALARME AUDIOVISUAL PARA ALTA E BAIXA SpO2; ALTA E BAIXA FC; PARA SENSOR DESCONECTADO, COM POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE ALARMES; COM TECLADO PARA CONFIGURAÇÕES DOS PARÂMETROS FUNCIONAIS A SEREM MONITORADOS E AJUSTES DO DISPLAY; HISTÓRICO QUE PERMITA O ACOMPANHAMENTO DA EVOLUÇÃO DO PACIENTE DE FORMA NUMÉRICA E/ OU GRÁFICA. FUNCIONAMENTO COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, COM CARREGADOR INTERNO OU EXTERNO AO EQUIPAMENTO, TIPO DE ALIMENTAÇÃO: 110 V OU 220 V (DEPENDENDO DO LOCAL A SER INSTALADO O EQUIPAMENTO) OU BIVOLT, QUE ABRANJA A FAIXA DE 100 V A 240 V, COM COMUTAÇÃO MANUAL OU AUTOMÁTICA. FREQUÊNCIA 60 Hz. COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 4 HORAS, PESO: MÍNIMO 50 GRAMAS. DEVERÁ ACOMPANHAR CADA EQUIPAMENTO: 2 (DOIS) SENSORES TIPO CLIP DE DEDO ORIGINAL, NÃO DESCARTÁVEL, PARA ADULTO, E 2 (DOIS) SENSORES EM "Y" UNIVERSAL, NÃO DESCARTÁVEL. | Unidade | 300 | 500,00 | 150.000,00 |
| 57 | 21836 - POLTRONA RECLINAVEL Com estrutura em aço tubular de alta resistência, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso, com acabamento em pintura eletrostática a pó. proporciona as posições trendelemburg, semi-sentado, através de sistema de acionamento automático   | UN      | 200 | 981,50 | 196.300,00 |

|                    |  |         |     |        |                     |
|--------------------|--|---------|-----|--------|---------------------|
|                    | com leve esforço do dorso. Braços articuláveis estofados, apoio para os pés, estofada em espuma de poliuretano anatômico, cor azul. Posição sentada: largura mínima 62 cm; 110x90cm (axc).   |         |     |        |                     |
| 58                 | 2923 - REANIMADOR MANUAL ADULTO DE SILICONE Características Mínimas: Máscara facial em silicone, válvula unidirecional com mecanismo interno em silicone, balão de ventilação em silicone com volume interno aproximado de 1500ml, válvula do balão reservatório de O2 removível em material de vinil com volume de 2500ml com conexão para fonte de O2 suplementar. Todos os componentes deverão ser desmontáveis, permitindo a limpeza e reprocessamento por esterilização em autoclave, com exceção do balão reservatório de O2.  | Unidade | 200 | 200,00 | 40.000,00           |
| 59                 | 2924 - REANIMADOR MANUAL PEDIATRICO DE SILICONE Características Mínimas: máscara facial em silicone, válvula unidirecional com mecanismo interno em silicone, balão de ventilação em silicone com volume interno aproximado de 1500ml, válvula do balão reservatório de O2 removível em material de vinil com volume de 2500ml com conexão para fonte de O2 suplementar. Todos os componentes deverão ser desmontáveis, permitindo a limpeza e reprocessamento por esterilização em autoclave, com exceção do balão reservatório de O2. O equipamento deverá ser acompanhado por manuais de operação em língua portuguesa.                   | Unidade | 100 | 200,00 | 20.000,00           |
| 60                 | 917065 - REGUA ANTROPOMETRICA Utilizado para mensurar a altura da criança, Construída em madeira padrão marfim, Comprimento de 100 cm, cursor removível em madeira, escala em centímetro, marcação em mm.  | UNID    | 250 | 93,00  | 23.250,00           |
| 61                 | 917295 - SUPORTE DE SORO Base construída de alumínio fundido com diâmetro de 53 cm mais ajustes variando de 142 a 224 cm mais gancheiras com 23,5 cm e acabamento anodizado com rodízio, pintada em esmalte sintético, coluna receptora de haste, com anel para evitar ressecamento e desgaste da haste, com fixador anatômico e acabamento polido, haste em tubo de aço inoxidável redondo, com acabamento polido com ganchos em aço inoxidável. Base em "X" próximos do chão em ferro fundido com pintura eletrostática para proteção antiferruginosa, com rodízios resistente. Haste regulável em tubos com 04 ganchos em aço inoxidável. | PC      | 400 | 173,53 | 69.412,00           |
| 62                 | 2925 - SUPORTE PARA COLETOR DE ROUPAS (HAMPER) Estrutura tubular com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó, com resina epóxi-poliéster polimerizado em estufa. Sistema de levantamento da tampa através de pedal. Saco em tecido resistente tipo lonita e tampa em poliestireno moldado. Montado sobre 03 rodízios duplos em silicone/gel incolor, anti riscos de 2". Dimensões podem variar em +/-5cm: 50x80 cm (diâmetroxaltura). Equipamento de fabricação nacional. Todos os pontos de solda, deverão passar por tratamento anticorrosivo.   | Unidade | 250 | 245,60 | 61.400,00           |
| <b>Total Geral</b> |  |         |     |        | <b>7.331.572,30</b> |

**Observação:** As descrições do objeto devem ser observadas em conjunto com as descrições técnicas estabelecidas no Anexo X - Termo de Referência.

## ANEXO II

### Modelo de Proposta de Preços

Ao

Fundo Municipal de Saúde de Joinville

| Item | Material | Marca/Modelo | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|----------|--------------|------------|---------|----------------|-------------|
|      |          |              |            |         |                |             |

Preço total em R\$ por extenso:

Validade da Proposta:

Garantia (se for o caso):

Dados do proponente:

Razão Social:

Endereço:

Município:

Estado:

CEP:

CNPJ:

Fone:

E-mail:

Banco:

Agência bancária:

Conta:

Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato/Ata de Registro de Preços:

Nome:

CPF:

Cargo/Função:

Declaramos que temos amplo conhecimento e aceitamos todas as condições estabelecidas no edital do Pregão Eletrônico e seus anexos.

Local e Data:

Nome, cargo e assinatura

**ANEXO III****Modelo - Declaração de que os documentos apresentados pelo proponente conferem com o original****DECLARAÇÃO**

A empresa ....., inscrita no CNPJ nº ....., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ....., CPF nº ....., **DECLARA**, que os documentos apresentados de origem não eletrônica, conferem com seus respectivos originais, nos termos do que dispõe o art. 3º, § 2º da Lei Federal nº 13.726/2018.

Local e Data:

Nome, cargo e assinatura

**ANEXO IV****MODELO SUGERIDO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA  
(TIMBRE DA EMPRESA QUE ESTÁ FORNECENDO O ATESTADO)****ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins, que a empresa ....., inscrita no CNPJ nº ....., estabelecida na Rua ..... nº ..... Bairro ....., na cidade de ....., forneceu a esta empresa ....., inscrita no CNPJ nº ....., estabelecida na Rua ..... nº ..... Bairro ....., na cidade de ....., os itens conforme segue:

Descrição do material:

Quantidade fornecida:

Atestamos outrossim, que a mesma sempre atendeu a todos os requisitos, tantos na qualidade quanto na pontualidade dos produtos, nada havendo que possa desaboná-la.

Local e Data:

Nome, Assinatura do Responsável legal da empresa

Cargo/Função

**ANEXO V****Minuta da Ata de Registro de Preços****VALIDADE: 12 (doze) MESES**

O Município de Joinville, por intermédio do **Fundo Municipal de Saúde de Joinville**, doravante denominado **ÓRGÃO PROMOTOR**, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e do Decreto Municipal nº 14.040, de 18 de dezembro de 2007, e das demais normas legais aplicáveis neste ato representado pelo Sr. Jean Rodrigues da Silva, Secretário Municipal da Saúde, e pelo Sr. Fabricio da Rosa, Diretor Executivo, em face das propostas apresentadas e do resultado do julgamento do **Pregão Eletrônico nº 063/2020**, resolve REGISTRAR OS PREÇOS da empresa abaixo qualificada, para futura e eventual **Aquisição de bens móveis e equipamentos médicos hospitalares e de enfermagem, a serem utilizados no Hospital Municipal São José de Joinville e na Secretaria Municipal da Saúde**, nas quantidades, termos e condições descritos no Edital e seus anexos, que passam a fazer parte desta, e em conformidade com as disposições a seguir:

Nome da empresa: xxxxxxxxx

CNPJ: xx.xxx.xxx.xxxxx/xx

Endereço: xxxxxxxxx

Cidade: xxxxxxxxx Estado: xx

CEP: xx.xxx-xxx

Telefone: (xx) xxxxxx

Email: xxxxxx

Representante Legal: xxxxxx CPF: xxx.xxx.xxx-xx

### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.3 - A presente ata tem por objeto o registro de preços para fornecimento, quando requerido, dos seguintes itens:

### CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá validade de **12 (doze) meses**, a partir da sua publicação.

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o **Município de Joinville não será obrigado a adquirir o objeto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços**, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada a preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições, ou, cancelar a Ata na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

### CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS E DA FORMA DE ENTREGA DO OBJETO

3.1 - A vigência do futuro contrato estará adstrita ao tempo necessário à entrega, ao pagamento do objeto licitado e à vigência do crédito orçamentário, que será estabelecida expressamente no termo contratual.

3.2 - O objeto deverá ser entregue de forma parcelada, em até 30 (trinta) dias consecutivos, após cada solicitação.

3.2.1 - No caso de expedição de Autorização de Fornecimento (AF), a forma de entrega será única e em até 30 (trinta) dias consecutivos, a partir da data da solicitação.

3.3 - O local para entrega será:

a) Para os itens do **Hospital Municipal São José**: na Coordenação de Administração de Materiais e Equipamentos - CAME, setor de Patrimônio, sito à Travessa São José, nº 540, próxima à Associação Catarinense de Ensino - ACE, Centro, Joinville/SC, telefone 3441-6633/6611. A entrega deverá acontecer de segundas as sextas-feiras, exceto feriados e pontos facultativos das 08h às 16h. Para horários diferenciados o setor deverá ser previamente consultado da disponibilidade.

b) Para os itens da **Secretaria Municipal da Saúde**: na Coordenação de Administração de Materiais e Equipamentos - CAME, no setor de Patrimônio, sito à Rua Presidente Gaspar Dutra, nº 298, Bairro Itaum, Joinville/SC, telefone 3466-2690. A entrega deverá acontecer de segundas as sextas-feiras, exceto feriados e pontos facultativos das 08h às 16h. Para horários diferenciados o setor deverá ser previamente consultado da disponibilidade.

3.4 - Para fins de contagem dos prazos previstos será considerado como data de assinatura do contrato a data da última assinatura (dia/mês/ano) dos signatários referenciados no preâmbulo do referido instrumento.

### CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES PARA CONTRATATAÇÃO

4.1 - A contratação do(s) proponente(s) vencedor(es) do presente Pregão será representada pela expedição do Termo de Contrato/Autorização de Fornecimento (AF), da qual constará, no mínimo, identificação da licitação, especificações resumidas do produto licitado, quantitativo, preço unitário e total, fornecedor, local e prazo para entrega dos produtos conforme solicitação do Município.

4.2 - **Convocação para assinatura do Contrato e/ou retirada da Autorização de Fornecimento (AF):**

4.2.1 - Homologado o resultado da licitação, os vencedores serão convocados para assinatura eletrônica do contrato, que deverá ocorrer **no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI)**.

4.2.2 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) vencedor(s) receberá(ão) um e-mail no endereço cadastrado informando a disponibilização do documento para assinatura eletrônica, o qual indicará o *link* para acesso.

4.2.3 - É de responsabilidade exclusiva do usuário a consulta acerca da disponibilização do documento para assinatura no seu ambiente virtual.

4.3 - Se o vencedor não apresentar situação de habilitação regular ou, dentro do prazo de validade de sua proposta, se recusar a assinar o Contrato, poderá ser convocado outro proponente. Neste caso, será observada a ordem de classificação, averiguada a aceitabilidade de sua oferta, procedendo à sua habilitação e, sucessivamente, até a apuração de um que atenda ao Edital que será declarado o vencedor do certame, podendo o Pregoeiro negociar diretamente com o proponente para que seja obtido melhor preço.

4.3.1 - Se o vencedor se recusar a assinar o Contrato no prazo estabelecido, apresentar justificativa por escrito não aceita pela Administração ou deixar de fazê-lo, além de decair do direito, sujeitar-se-á das sanções previstas neste instrumento.

4.4 - Ao assinar a Ata de Registro de Preços, e eventualmente o termo contratual e/ou Autorização de Fornecimento (AF), o proponente vencedor obriga-se a fornecer os bens registrados, conforme especificações e condições contidas na Ata de Registro de Preços, no Edital e seus anexos, e também na proposta apresentada.

4.5 - Para assinatura eletrônica do Contrato o vencedor deverá:

4.5.1 - Apresentar certidões atualizadas de regularidade fiscal junto aos seguintes órgãos: **Fazenda Federal (conjunta com a contribuição previdenciária), Fazenda Estadual, Fazenda Municipal**, do domicílio ou sede do proponente e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – **FGTS**, em atendimento ao art. 55, inciso XIII, da Lei nº 8.666/93 e a **Certidão de Negativas Débitos Trabalhistas**, conforme Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011.

4.5.2 - Caso a assinatura do termo contratual seja realizada por um procurador designado pelo proponente, deverá ser apresentada a procuração pública ou particular, com poderes específicos para representar o interessado.

#### CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

5.1 - O pagamento será efetivado de acordo com a(s) proposta(s) de preços apresentada(s) pelo(s) vencedor(s) da licitação, observado o que consta neste Edital e seus Anexos, inclusive quanto à forma e condições de pagamento.

5.1.1 - O Município responsabilizar-se-á pelo pagamento resultantes de modificações contratuais sempre que devidamente autorizados pela Secretaria Gestora do Contrato, observados os limites do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

5.2 - O pagamento será efetivado mediante apresentação da nota fiscal/fatura que deverá ser emitida em nome do Município, da qual deverá constar o número desta licitação, empenho e das negativas fiscais regularizadas (Federal (conjunta com a contribuição previdenciária), Estadual, Municipal, FGTS e a Certidão de Negativa de Débitos Trabalhistas), conforme Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011.

5.3 - As retenções tributárias serão aplicadas de acordo com as legislações federais, estaduais e municipais vigentes.

5.4 - O pagamento da Nota Fiscal será efetuado em até 30 (trinta) dias após o aceite da medição/produto, de acordo com o Processo SEI de Gestão-Certificação de Documento Fiscal.

5.5 - Em caso de atraso dos pagamentos por culpa exclusiva da Administração, será aplicado como índice de atualização monetária o IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo.

#### CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

6.1 - A entrega do objeto só estará caracterizada mediante emissão de Autorização de Fornecimento/AF e Termo de Contrato dos itens contratados.

6.2 - O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

6.3 - Os produtos deverão ser entregues acompanhados da Nota Fiscal/Fatura correspondente.

#### CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES

7.1 - As sanções e penalidades que poderão ser aplicadas ao **PROPONENTE/CONTRATADO** são as previstas na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei Municipal nº 4.832, de 22 de setembro de 2003 e alterações posteriores, neste Pregão e no Contrato.

7.2 - Penalidades que poderão ser cominadas ao **PROPONENTE/CONTRATADO**, garantida a prévia defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis:

I - **Multa**, que será deduzida dos respectivos créditos, ou cobrados administrativamente ou judicialmente, nos casos:

a) Nos casos de desistência de proposta ou deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, não celebrar contrato, correspondente ao valor total da proposta de:

a.1) **15% (quinze por cento) para os itens com valores de até R\$ 10.000,00;**

a.2) **10% (dez por cento) para os itens com valores de R\$ 10.000,01 a 50.000,00;**

a.3) **5% (cinco por cento) para os itens com valores acima de R\$ 50.000,01.**

b) 0,2% (zero vírgula dois por cento) do valor da proposta por dia que exceder ao prazo para entrega do objeto, até o limite de 15% (quinze por cento);

c) Nos casos de inexecução contratual total, por parte do proponente vencedor, sem prejuízo da apuração e reparação do dano que a exceder, correspondente ao valor total da proposta de:

c.1) **15% (quinze por cento) para os itens com valores de até R\$ 10.000,00;**

c.2) **10% (dez por cento) para os itens com valores de R\$ 10.000,01 a 50.000,00;**

c.3) **5% (cinco por cento) para os itens com valores acima de R\$ 50.000,01.**

d) De até 10% (dez por cento) em caso de inexecução parcial sobre o valor total do contrato, sem prejuízo da apuração e reparação do dano que a exceder.

II - **Impedimento de licitar e contratar** com o Município de Joinville, Administração Direta e Indireta, nas hipóteses abaixo e o **descredenciamento** do Cadastro de Fornecedor do Município de Joinville e do SICAF **pelo prazo de até 05 (cinco) anos**, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, de acordo com o art. 7º, da Lei Federal nº 10.520/2002, e art. 49, do Decreto Federal nº 10.024/2019:

a) recusar-se a retirar a Autorização de Fornecimento (AF) ou assinar o contrato ou assinar ata de registro de preços, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

b) deixar de apresentar os documentos discriminados no Edital, tendo declarado que cumpria os requisitos de habilitação;

c) apresentar documentação falsa para participar no certame, conforme registrado em ata, ou demonstrado em procedimento administrativo, mesmo que posterior ao encerramento do certame;

- d) retardar a execução do certame por conduta reprovável do proponente, registrada em ata;
- e) causar o atraso na execução do objeto;
- f) não manter a proposta;
- g) desistir de lance realizado na fase de competição;
- h) comportar-se de modo inidôneo durante a realização do certame, registrado em ata;
- i) cometer fraude fiscal demonstrada durante ou após a realização do certame;
- j) fraudar a execução do contrato;
- k) falhar na execução do contrato;
- l) declarar informações falsas;
- m) descumprir as obrigações decorrentes do contrato.

**7.3** - As multas deverão ser pagas junto à Tesouraria da Secretaria de Fazenda do Município até o dia de pagamento que o **PROPONENTE/CONTRATADO** tiver direito ou poderão ser cobradas judicialmente após 30 (trinta) dias da notificação.

**7.4** - Nas penalidades previstas neste edital, a Administração considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do **PROPONENTE/CONTRATADO**, graduando-as e podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as justificativas do **PROPONENTE/CONTRATADO**, nos termos do que dispõe o art. 7º da Lei nº 10.520/2002.

**7.5** - As penalidades aplicadas serão registradas no cadastro do **PROPONENTE/CONTRATADO**.

**7.6** - Nenhum pagamento será realizado ao **PROPONENTE/CONTRATADO** enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

#### **CLÁUSULA OITAVA - DA ALTERAÇÃO DA ATA**

**8.1** - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bem registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.

**8.2** - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o Órgão Gerenciador deverá:

- a) convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
- b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;
- c) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

**8.3** - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador poderá:

- a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;
- b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

**8.4** - A alteração da Ata de Registro de Preços dependerá em qualquer caso da comprovação das condições de habilitação atualizadas do fornecedor convocado.

**8.5** - Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

#### **CLÁUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**9.1** - O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

- a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
- b) não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- d) presentes razões de interesse público.

**9.2** - O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.

**9.3** - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

**9.4** - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta cláusula, será feita mediante publicação em imprensa oficial do Município.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE COMPRA**

**10.1** - As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo Órgão Gerenciador/Unidade de Compras, Contratos e Convênios.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**11.1** - As questões decorrentes da utilização da presente ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da Cidade de Joinville - SC, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso I, alínea "d", da Constituição Federal.

**ANEXO VI**  
**MINUTA DO CONTRATO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**  
**TERMO DE CONTRATO Nº XXX/2020**

Termo de Contrato que entre si celebram o **Município de Joinville**, por intermédio do **Fundo Municipal de Saúde de Joinville**, inscrito no CNPJ sob o nº 08.184.821/0001-37, ora em diante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Secretário Municipal da Saúde, o Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa xxxxxx, inscrita no C.N.P.J. nº. XX.XXX.XXX/XXXX-XX, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. xxxxxx, CPF nº xxx.xxx.xxx-xx, firmam o presente contrato, oriundo da licitação na modalidade **Pregão Eletrônico nº 063/2020**, pelo qual se obriga a fornecer o objeto deste Contrato, na forma e condições estabelecidas no edital de licitação e nas cláusulas seguintes, a ser regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, a Lei Municipal nº 4.832, de 22 de setembro de 2003, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Decreto Municipal nº 28.024, de 09 de dezembro de 2016, Decreto Municipal nº 27.082, de 28 de junho de 2016, com aplicação subsidiária da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores e demais normas legais federais, estaduais e municipais vigentes.

**CLÁUSULA PRIMEIRA - Objeto do Contrato**

**1.1** - Este contrato tem por objeto a **Aquisição de bens móveis e equipamentos médicos hospitalares e de enfermagem, a serem utilizados no Hospital Municipal São José de Joinville e na Secretaria Municipal da Saúde**, conforme descrição abaixo:

**CLÁUSULA SEGUNDA - Forma de Fornecimento**

**2.1** - O fornecimento do objeto do presente contrato será de **forma parcelada**, de acordo com a cláusula quinta deste instrumento.

**2.2** - Fica vinculado este termo contratual as condições do Edital e seus anexos do processo licitatório **Pregão Eletrônico nº 063/2020** e à proposta da **CONTRATADA**.

**CLÁUSULA TERCEIRA - Preço**

**3.1** - O valor deste Contrato para efeitos financeiros, fiscais e orçamentários é de R\$ xx,00 (valor por extenso), sendo o mesmo fixo e irrevogável.

**CLÁUSULA QUARTA - Condições de Pagamento**

**4.1** - O pagamento será efetivado de acordo com a(s) proposta(s) de preços apresentada(s) pelo(s) vencedor(s) da licitação, observado o que consta neste Edital e seus Anexos, inclusive quanto à forma e condições de pagamento.

**4.1.1** - O **CONTRATANTE** responsabilizar-se-á pelo pagamento resultantes de modificações contratuais sempre que devidamente autorizados pela Secretaria Gestora do Contrato, observados os limites do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

**4.2** - O pagamento será efetivado mediante apresentação da nota fiscal/fatura que deverá ser emitida em nome do **CONTRATANTE**, da qual deverá constar o número desta licitação, empenho e das negativas fiscais regularizadas (Federal (conjunta com a contribuição previdenciária), Estadual, Municipal, FGTS e a Certidão de Negativa de Débitos Trabalhistas), conforme Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011.

**4.3** - As retenções tributárias serão aplicadas de acordo com as legislações federais, estaduais e municipais vigentes.

**4.4** - O pagamento da Nota Fiscal será efetuado em até 30 (trinta) dias após o aceite da medição/produto, de acordo com o Processo SEI de Gestão-Certificação de Documento Fiscal.

**4.5** - Em caso de atraso dos pagamentos por culpa exclusiva da Administração, será aplicado como índice de atualização monetária o IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo.

**CLÁUSULA QUINTA - Prazo e Local de Entrega do Objeto**

**5.1** - A vigência do contrato será até 31 de dezembro do ano correspondente, contados a partir da assinatura do contrato.

**5.2** - O objeto deverá ser entregue de forma parcelada, em até 30 (trinta) dias consecutivos, após cada solicitação.

**5.3** - O local para entrega será na Coordenação de Administração de Materiais e Equipamentos - CAME, no setor de Patrimônio, sito à Rua Presidente Gaspar Dutra, nº 298, Bairro Itaum, Joinville/SC, telefone 3466-2690. A entrega deverá acontecer de segundas a sextas-feiras, exceto feriados e pontos facultativos das 08h às 16h. Para horários diferenciados o setor deverá ser previamente consultado da disponibilidade.

**5.4** - Para fins de contagem dos prazos previstos será considerado como data de assinatura do contrato a data da última assinatura (dia/mês/ano) dos signatários referenciados no preâmbulo do referido instrumento.

**CLÁUSULA SEXTA - Recursos para Atender as Despesas**

**6.1** - As despesas provenientes do objeto deste contrato correrão pela seguinte dotação orçamentária:

729 - 2 . 46001 . 10 . 302 . 14 . 1.2082 . 0 . 449000 - Fonte de Recurso 238

521 - 2 . 46001 . 10 . 305 . 6 . 2.2295 . 0 . 449000 - Fonte de Recurso 238

733 - 2 . 46001 . 10 . 304 . 14 . 1.2083 . 0 . 449000 - Fonte de Recurso 238

723 - 2 . 46001 . 10 . 301 . 14 . 1.2081 . 0 . 449000 - Fonte de Recurso 238

**CLÁUSULA SÉTIMA - Gestão do Contrato**

7.1 - A gestão do contrato será realizada pela **Secretaria Municipal da Saúde** – gestora do Fundo Municipal de Saúde de Joinville, sendo a mesma responsável pelo recebimento e fiscalização do objeto licitado, devendo ser observado o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93.

#### **CLÁUSULA OITAVA - Direito de Fiscalização**

8.1 - O **CONTRATANTE** exercerá ampla fiscalização do objeto contratado, o que em nenhuma hipótese eximirá a **CONTRATADA** das responsabilidades fixadas pelo Código Civil e pelo Código de Defesa do Consumidor.

8.2 - A fiscalização do **CONTRATANTE** transmitirá por escrito as instruções, ordens e reclamações, competindo-lhe a decisão nos casos de dúvidas que surgirem no decorrer da vigência contratual.

#### **CLÁUSULA NONA - Responsabilidades do CONTRATANTE**

9.1 - Cumprir e fazer cumprir as disposições deste contrato.

9.2 - Determinar, quando cabível, as modificações consideradas necessárias à perfeita execução do contrato e a tutelar o interesse público.

9.3 - Intervir no fornecimento do objeto licitado nos casos previstos em lei e na forma deste contrato visando proteger o interesse público.

9.4 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela **CONTRATADA**.

9.5 - Efetuar o pagamento à **CONTRATADA**, de acordo com a forma e prazo estabelecidos neste contrato.

9.6 - Conferir, fiscalizar, vistoriar e aprovar o objeto entregue, conforme especificações técnicas contidas nos Anexos I e X do Edital.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA - Responsabilidades da CONTRATADA**

10.1 - A **CONTRATADA** obriga-se a aceitar acréscimos ou supressões que o **CONTRATANTE** realizar, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato.

10.2 - Assumir integral responsabilidade pelo fornecimento do objeto contratual que vir a efetuar, estando sempre de acordo com o estabelecido nas normas deste contrato e do **Edital de Pregão Eletrônico nº 063/2020** e seus anexos.

10.3 - Assumir integral responsabilidade pelos danos decorrentes deste fornecimento, inclusive perante terceiros.

10.4 - Deverá proceder as correções que se tornarem necessárias à perfeita entrega do objeto contratado, fornecendo-o em perfeitas condições e de acordo com a fiscalização do **CONTRATANTE** e especificações técnicas, qualidade e quantidades, constantes nos **Anexos I e X** do Edital.

10.5 - Todas as despesas decorrentes do transporte, entrega e em caso de envio e retorno do objeto para substituição correrão por conta da **CONTRATADA**.

10.6 - Identificar seus funcionários, ou terceiros, responsáveis pela entrega do objeto contratado.

10.7 - Comunicar ao **CONTRATANTE** toda e qualquer irregularidade encontrada para o cumprimento do contrato.

10.8 - Não ceder ou transferir, total ou parcialmente, parte alguma do contrato.

10.9 - Manter, até o cumprimento final de sua obrigação, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar imediatamente ao **CONTRATANTE** qualquer alteração.

10.10 - Cumprir todas as obrigações, especificações técnicas e condições de garantia dispostas no **Anexo X - Termo de Referência** do Edital.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Das Sanções**

11.1 - As sanções e penalidades que poderão ser aplicadas à **CONTRATADA** são as previstas na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei Municipal nº 4.832, de 22 de setembro de 2003 e alterações posteriores, neste Pregão e no Contrato.

11.2 - Penalidades que poderão ser cominadas à **CONTRATADA**, garantida a prévia defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis:

I - **Multa**, que será deduzida dos respectivos créditos, ou cobrados administrativamente ou judicialmente, nos casos:

a) Nos casos de desistência de proposta ou deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, não celebrar contrato, correspondente ao valor total da proposta de:

a.1) **15% (quinze por cento) para os itens com valores de até R\$ 10.000,00;**

a.2) **10% (dez por cento) para os itens com valores de R\$ 10.000,01 a 50.000,00;**

a.3) **5% (cinco por cento) para os itens com valores acima de R\$ 50.000,01.**

b) 0,2% (zero vírgula dois por cento) do valor da proposta por dia que exceder ao prazo para entrega do objeto, até o limite de 15% (quinze por cento);

c) Nos casos de inexecução contratual total, por parte do proponente vencedor, sem prejuízo da apuração e reparação do dano que a exceder, correspondente ao valor total da proposta de:

c.1) **15% (quinze por cento) para os itens com valores de até R\$ 10.000,00;**

c.2) **10% (dez por cento) para os itens com valores de R\$ 10.000,01 a 50.000,00;**

c.3) **5% (cinco por cento) para os itens com valores acima de R\$ 50.000,01.**

d) De até 10% (dez por cento) em caso de inexecução parcial sobre o valor total do contrato, sem prejuízo da apuração e reparação do dano que a exceder.

II - **Impedimento de licitar e contratar** com o Município de Joinville, Administração Direta e Indireta, nas hipóteses abaixo e o **descredenciamento** do Cadastro de Fornecedor do Município de Joinville e do SICAF **pelo prazo de até 05 (cinco) anos**, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, de acordo com o art. 7º, da Lei Federal nº 10.520/2002, e art. 49, do Decreto Federal nº 10.024/2019:

a) recusar-se a retirar a Autorização de Fornecimento (AF) ou assinar o contrato ou assinar ata de registro de preços, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

b) deixar de apresentar os documentos discriminados no Edital, tendo declarado que cumpria os requisitos de habilitação;

- c) apresentar documentação falsa para participar no certame, conforme registrado em ata, ou demonstrado em procedimento administrativo, mesmo que posterior ao encerramento do certame;
- d) retardar a execução do certame por conduta reprovável do proponente, registrada em ata;
- e) causar o atraso na execução do objeto;
- f) não manter a proposta;
- g) desistir de lance realizado na fase de competição;
- h) comportar-se de modo inidôneo durante a realização do certame, registrado em ata;
- i) cometer fraude fiscal demonstrada durante ou após a realização do certame;
- j) fraudar a execução do contrato;
- k) falhar na execução do contrato;
- l) declarar informações falsas;
- m) descumprir as obrigações decorrentes do contrato.

**11.3** - As multas deverão ser pagas junto à Tesouraria da Secretaria de Fazenda do Município até o dia de pagamento que a **CONTRATADA** tiver direito ou poderão ser cobradas judicialmente após 30 (trinta) dias da notificação.

**11.4** - Nas penalidades previstas neste edital, a Administração considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da **CONTRATADA**, graduando-as e podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as justificativas da **CONTRATADA**, nos termos do que dispõe o art. 7º da Lei nº 10.520/2002.

**11.5** - As penalidades aplicadas serão registradas no cadastro da **CONTRATADA**.

**11.6** - Nenhum pagamento será realizado à **CONTRATADA** enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Rescisão**

**12.1** - A rescisão do presente poderá ser:

- a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores;
- b) a inexecução total ou parcial do presente enseja sua rescisão pela Administração, com as consequências previstas na cláusula décima-primeira;
- c) amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração;
- d) constituem motivos para rescisão do presente os previstos no artigo 78 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores;
- e) em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do artigo 78 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, sem que haja culpa da **CONTRATADA**, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados, quando os houver sofrido;
- f) a rescisão do presente de que trata o inciso I do artigo 78 acarretará as consequências previstas no artigo 80, incisos I a IV, ambos da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores;
- g) ficam resguardados os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, na forma estabelecida no inciso IX do art. 55 da Lei nº 8.666/93 e previsto no art. 77 da Lei nº 8.666/93.

**12.2** - Sem prejuízo de quaisquer sanções aplicáveis, a critério do **CONTRATANTE**, a rescisão importará em impedimento de licitar e contratar com o Município, na forma do inciso II, do subitem 11.2.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Legislação Aplicável**

**13.1** - Nos termos do previsto no artigo 55, inciso XII, da Lei nº 8.666/93, aplica-se ao presente contrato a presente legislação:

- a) Lei nº 10.520/02;
- b) Lei nº 8.666/93;
- c) Lei Complementar nº 123/06;
- d) Decreto nº 10.024/19;
- e) Código de Defesa do Consumidor;
- f) Código Civil;
- g) Código Penal;
- h) Código Processo Civil;
- i) Código Processo Penal;
- j) Legislação trabalhista e previdenciária;
- k) Estatuto da Criança e do Adolescente; e
- l) Demais normas aplicáveis.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Foro**

**14.1** - Para dirimir questões decorrentes deste Contrato fica eleito o Foro da Comarca de Joinville, com renúncia expressa a qualquer outro.

**14.2** - E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente instrumento, em meio eletrônico, através do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) do **CONTRATANTE**.

**ANEXO VII**  
**MINUTA DO CONTRATO**  
**HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ**  
**TERMO DE CONTRATO Nº XXX/2020**

Termo de Contrato que entre si celebram o **Hospital Municipal São José**, com sede na Avenida Getúlio Vargas nº 238, CEP 89.202-000, Bairro Anita Garibaldi, Joinville/SC, inscrito no CNPJ sob o nº 84.703.248/0001-09, ora em diante denominado **CONTRATANTE**, representado neste ato pelo Diretor Presidente, o Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa xxxxxx, inscrita no C.N.P.J. nº. XX.XXX.XXX/XXXX-XX, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. xxxxxx, CPF nº xxx.xxx.xxx-xx, firmam o presente contrato, oriundo da licitação na modalidade **Pregão Eletrônico nº 063/2020**, pelo qual se obriga a fornecer o objeto deste Contrato, na forma e condições estabelecidas no edital de licitação e nas cláusulas seguintes, a ser regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, a Lei Municipal nº 4.832, de 22 de setembro de 2003, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Decreto Municipal nº 28.024, de 09 de dezembro de 2016, Decreto Municipal nº 27.082, de 28 de junho de 2016, com aplicação subsidiária da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores e demais normas legais federais, estaduais e municipais vigentes.

**CLÁUSULA PRIMEIRA - Objeto do Contrato**

**1.1** - Este contrato tem por objeto a **Aquisição de bens móveis e equipamentos médicos hospitalares e de enfermagem, a serem utilizados no Hospital Municipal São José de Joinville e na Secretaria Municipal da Saúde**, conforme descrição abaixo:

**CLÁUSULA SEGUNDA - Forma de Fornecimento**

**2.1** - O fornecimento do objeto do presente contrato será de **forma parcelada**, de acordo com a cláusula quinta deste instrumento.

**2.2** - Fica vinculado este termo contratual as condições do Edital e seus anexos do processo licitatório **Pregão Eletrônico nº 063/2020** e à proposta da **CONTRATADA**.

**CLÁUSULA TERCEIRA - Preço**

**3.1** - O valor deste Contrato para efeitos financeiros, fiscais e orçamentários é de R\$ xx,00 (valor por extenso), sendo o mesmo fixo e irrevogável.

**CLÁUSULA QUARTA - Condições de Pagamento**

**4.1** - O pagamento será efetivado de acordo com a(s) proposta(s) de preços apresentada(s) pelo(s) vencedor(s) da licitação, observado o que consta neste Edital e seus Anexos, inclusive quanto à forma e condições de pagamento.

**4.1.1** - O **CONTRATANTE** responsabilizar-se-á pelo pagamento resultantes de modificações contratuais sempre que devidamente autorizados pela Secretaria Gestora do Contrato, observados os limites do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

**4.2** - O pagamento será efetivado mediante apresentação da nota fiscal/fatura que deverá ser emitida em nome do **CONTRATANTE**, da qual deverá constar o número desta licitação, empenho e das negativas fiscais regularizadas (Federal (conjunta com a contribuição previdenciária), Estadual, Municipal, FGTS e a Certidão de Negativa de Débitos Trabalhistas), conforme Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011.

**4.3** - As retenções tributárias serão aplicadas de acordo com as legislações federais, estaduais e municipais vigentes.

**4.4** - O pagamento da Nota Fiscal será efetuado em até 30 (trinta) dias após o aceite da medição/produto, de acordo com o Processo SEI de Gestão-Certificação de Documento Fiscal.

**4.5** - Em caso de atraso dos pagamentos por culpa exclusiva da Administração, será aplicado como índice de atualização monetária o IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo.

**CLÁUSULA QUINTA - Prazo e Local de Entrega do Objeto**

**5.1** - A vigência do contrato será até 31 de dezembro do ano correspondente, contados a partir da assinatura do contrato.

**5.2** - O objeto deverá ser entregue de forma parcelada, em até 30 (trinta) dias consecutivos, após cada solicitação.

**5.3** - O local para entrega será na Coordenação de Administração de Materiais e Equipamentos - CAME, setor de Patrimônio, sito à Travessa São José, nº 540, próxima à Associação Catarinense de Ensino - ACE, Centro, Joinville/SC, telefone 3441-6633/6611. A entrega deverá acontecer de segundas as sextas-feiras, exceto feriados e pontos facultativos das 08h às 16h. Para horários diferenciados o setor deverá ser previamente consultado da disponibilidade.

**5.4** - Para fins de contagem dos prazos previstos será considerado como data de assinatura do contrato a data da última assinatura (dia/mês/ano) dos signatários referenciados no preâmbulo do referido instrumento.

**CLÁUSULA SEXTA - Recursos para Atender as Despesas**

**6.1** - As despesas provenientes do objeto deste contrato correrão pela seguinte dotação orçamentária:

544 - 3 . 47001 . 10 . 302 . 6 . 2.2304 . 0 . 449000 - Fonte de Recurso 238

**CLÁUSULA SÉTIMA - Gestão do Contrato**

**7.1** - A gestão do contrato será realizada pelo **Hospital Municipal São José**, sendo o mesmo responsável pelo recebimento e fiscalização do objeto licitado, devendo ser observado o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93.

**CLÁUSULA OITAVA - Direito de Fiscalização**

**8.1** - O **CONTRATANTE** exercerá ampla fiscalização do objeto contratado, o que em nenhuma hipótese eximirá a **CONTRATADA** das responsabilidades fixadas pelo Código Civil e pelo Código de Defesa do Consumidor.

**8.2** - A fiscalização do **CONTRATANTE** transmitirá por escrito as instruções, ordens e reclamações, competindo-lhe a decisão nos casos de dúvidas que surgirem no decorrer da vigência contratual.

**CLÁUSULA NONA - Responsabilidades do CONTRATANTE**

**9.1** - Cumprir e fazer cumprir as disposições deste contrato.

**9.2** - Determinar, quando cabível, as modificações consideradas necessárias à perfeita execução do contrato e a tutelar o interesse público.

**9.3** - Intervir no fornecimento do objeto licitado nos casos previstos em lei e na forma deste contrato visando proteger o interesse público.

**9.4** - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela **CONTRATADA**.

**9.5** - Efetuar o pagamento à **CONTRATADA**, de acordo com a forma e prazo estabelecidos neste contrato.

**9.6** - Conferir, fiscalizar, vistoriar e aprovar o objeto entregue, conforme especificações técnicas contidas nos Anexos **I** e **X** do Edital.

**CLÁUSULA DÉCIMA - Responsabilidades da CONTRATADA**

**10.1** - A **CONTRATADA** obriga-se a aceitar acréscimos ou supressões que o **CONTRATANTE** realizar, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato.

**10.2** - Assumir integral responsabilidade pelo fornecimento do objeto contratual que vir a efetuar, estando sempre de acordo com o estabelecido nas normas deste contrato e do **Edital de Pregão Eletrônico nº 063/2020** e seus anexos.

**10.3** - Assumir integral responsabilidade pelos danos decorrentes deste fornecimento, inclusive perante terceiros.

**10.4** - Deverá proceder as correções que se tornarem necessárias à perfeita entrega do objeto contratado, fornecendo-o em perfeitas condições e de acordo com a fiscalização do **CONTRATANTE** e especificações técnicas, qualidade e quantidades, constantes nos **Anexos I e X** do Edital.

**10.5** - Todas as despesas decorrentes do transporte, entrega e em caso de envio e retorno do objeto para substituição correrão por conta da **CONTRATADA**.

**10.6** - Identificar seus funcionários, ou terceiros, responsáveis pela entrega do objeto contratado.

**10.7** - Comunicar ao **CONTRATANTE** toda e qualquer irregularidade encontrada para o cumprimento do contrato.

**10.8** - Não ceder ou transferir, total ou parcialmente, parte alguma do contrato.

**10.9** - Manter, até o cumprimento final de sua obrigação, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar imediatamente ao **CONTRATANTE** qualquer alteração.

**10.10** - Cumprir todas as obrigações, especificações técnicas e condições de garantia dispostas no **Anexo X - Termo de Referência** do Edital.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Das Sanções**

**11.1** - As sanções e penalidades que poderão ser aplicadas à **CONTRATADA** são as previstas na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei Municipal nº 4.832, de 22 de setembro de 2003 e alterações posteriores, neste Pregão e no Contrato.

**11.2** - Penalidades que poderão ser cominadas à **CONTRATADA**, garantida a prévia defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis:

I - **Multa**, que será deduzida dos respectivos créditos, ou cobrados administrativamente ou judicialmente, nos casos:

a) Nos casos de desistência de proposta ou deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, não celebrar contrato, correspondente ao valor total da proposta de:

**a.1) 15% (quinze por cento) para os itens com valores de até R\$ 10.000,00;**

**a.2) 10% (dez por cento) para os itens com valores de R\$ 10.000,01 a 50.000,00;**

**a.3) 5% (cinco por cento) para os itens com valores acima de R\$ 50.000,01.**

b) 0,2% (zero vírgula dois por cento) do valor da proposta por dia que exceder ao prazo para entrega do objeto, até o limite de 15% (quinze por cento); [verificar se a multa será por dia ou hora, dependendo do objeto licitado]

c) Nos casos de inexecução contratual total, por parte do proponente vencedor, sem prejuízo da apuração e reparação do dano que a exceder, correspondente ao valor total da proposta de:

**c.1) 15% (quinze por cento) para os itens com valores de até R\$ 10.000,00;**

**c.2) 10% (dez por cento) para os itens com valores de R\$ 10.000,01 a 50.000,00;**

**c.3) 5% (cinco por cento) para os itens com valores acima de R\$ 50.000,01.**

d) De até 10% (dez por cento) em caso de inexecução parcial sobre o valor total do contrato, sem prejuízo da apuração e reparação do dano que a exceder.

II - **Impedimento de licitar e contratar** com o Município de Joinville, Administração Direta e Indireta, nas hipóteses abaixo e o **descredenciamento** do Cadastro de Fornecedor do Município de Joinville e do SICAF **pelo prazo de até 05 (cinco) anos**, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, de acordo com o art. 7º, da Lei Federal nº 10.520/2002, e art. 49, do Decreto Federal nº 10.024/2019:

a) recusar-se a retirar a Autorização de Fornecimento (AF) ou assinar o contrato ou assinar ata de registro de preços, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

b) deixar de apresentar os documentos discriminados no Edital, tendo declarado que cumpria os requisitos de habilitação;

c) apresentar documentação falsa para participar no certame, conforme registrado em ata, ou demonstrado em procedimento administrativo, mesmo que posterior ao encerramento do certame;

d) retardar a execução do certame por conduta reprovável do proponente, registrada em ata;

- e) causar o atraso na execução do objeto;
- f) não manter a proposta;
- g) desistir de lance realizado na fase de competição;
- h) comportar-se de modo inidôneo durante a realização do certame, registrado em ata;
- i) cometer fraude fiscal demonstrada durante ou após a realização do certame;
- j) fraudar a execução do contrato;
- k) falhar na execução do contrato;
- l) declarar informações falsas;
- m) descumprir as obrigações decorrentes do contrato.

**11.3** - As multas deverão ser pagas junto à Tesouraria da Secretaria de Fazenda do Município até o dia de pagamento que a **CONTRATADA** tiver direito ou poderão ser cobradas judicialmente após 30 (trinta) dias da notificação.

**11.4** - Nas penalidades previstas neste edital, a Administração considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da **CONTRATADA**, graduando-as e podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as justificativas da **CONTRATADA**, nos termos do que dispõe o art. 7º da Lei nº 10.520/2002.

**11.5** - As penalidades aplicadas serão registradas no cadastro da **CONTRATADA**.

**11.6** - Nenhum pagamento será realizado à **CONTRATADA** enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

## **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Rescisão**

**12.1** - A rescisão do presente poderá ser:

- a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores;
- b) a inexecução total ou parcial do presente enseja sua rescisão pela Administração, com as consequências previstas na cláusula décima-primeira;
- c) amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração;
- d) constituem motivos para rescisão do presente os previstos no artigo 78 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores;
- e) em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do artigo 78 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, sem que haja culpa da **CONTRATADA**, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados, quando os houver sofrido;
- f) a rescisão do presente de que trata o inciso I do artigo 78 acarretará as consequências previstas no artigo 80, incisos I a IV, ambos da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores;
- g) ficam resguardados os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, na forma estabelecida no inciso IX do art. 55 da Lei nº 8.666/93 e previsto no art. 77 da Lei nº 8.666/93.

**12.2** - Sem prejuízo de quaisquer sanções aplicáveis, a critério do **CONTRATANTE**, a rescisão importará em impedimento de licitar e contratar com o Município, na forma do inciso II, do subitem 11.2.

## **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Legislação Aplicável**

**13.1** - Nos termos do previsto no artigo 55, inciso XII, da Lei nº 8.666/93, aplica-se ao presente contrato a presente legislação:

- a) Lei nº 10.520/02;
- b) Lei nº 8.666/93;
- c) Lei Complementar nº 123/06;
- d) Decreto nº 10.024/19;
- e) Código de Defesa do Consumidor;
- f) Código Civil;
- g) Código Penal;
- h) Código Processo Civil;
- i) Código Processo Penal;
- j) Legislação trabalhista e previdenciária;
- k) Estatuto da Criança e do Adolescente; e
- l) Demais normas aplicáveis.

## **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Foro**

**14.1** - Para dirimir questões decorrentes deste Contrato fica eleito o Foro da Comarca de Joinville, com renúncia expressa a qualquer outro.

**14.2** - E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente instrumento, em meio eletrônico, através do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) do **CONTRATANTE**.

## **ANEXO VIII**

**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE  
MINUTA DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO (AF)**

Número:

Emissão:

Objeto:

**Complemento:** OBSERVAÇÕES: 1) Emitir nota fiscal em nome de: **MUNICÍPIO DE JOINVILLE – Fundo Municipal de Saúde de Joinville, inscrito no CNPJ sob nº 08.184.821/0001-37.** 2) Advertimos que o não cumprimento das obrigações assumidas na fase licitatória estarão sujeitas as sanções previstas no edital. 3) São partes integrantes desta Autorização de Fornecimento (AF), como se transcritos estivessem, o edital de licitação **Pregão Eletrônico nº 063/2020**, seus anexos, a Ata de Registro de Preços, e quaisquer complementos, os documentos, propostas e informações apresentadas pelos proponentes vencedores e que deram suporte ao julgamento da licitação.

Órgão Orçam.:

Ação:

Un. Orçam.:

Despesa:

Função:

Elemento:

Subfunção:

Detalhamento:

Programa:

Fonte de recurso:

Licitação:

Modalidade:

Finalidade:

Ata de reg. de preço:

Pré-empenho:

Empenho:

Fornecedor:

CPF/CNPJ:

Endereço:

CEP:

Fone:

Cidade:

E-mail:

Banco:

Agência:

C/C:

Tipo de entrega:

Prazo de entrega:

Local de entrega:

Pagamento:

**Programação financeira**

| Parcela | Vencimento | Valor(R\$) | Parcela | Vencimento | Valor(R\$) |
|---------|------------|------------|---------|------------|------------|
|---------|------------|------------|---------|------------|------------|

Fica autorizado o fornecimento dos itens abaixo discriminados:

| Item | Quantidade | Unidade de medida | Material/Serviço | Valor unitário(R\$) | Valor total(R\$) |
|------|------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|
|------|------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|

**Valor desta autorização:**

Nota: Advertimos que o não cumprimento das obrigações assumidas na fase licitatória estarão sujeitas as sanções previstas no edital da presente licitação desta Autorização de Fornecimento (AF), como se transcritos estivessem, o edital de licitação, seus anexos, a Ata de Registro de Preços, e quaisquer complementos, os documentos, propostas e informações apresentadas pelo proponente vencedor e que deram suporte ao julgamento da licitação.

**ANEXO IX**

**HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ  
MINUTA DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO (AF)**

Número:

Emissão:

Objeto:

**Complemento:** OBSERVAÇÕES: 1) Emitir nota fiscal em nome de: **HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ, inscrito no CNPJ sob nº 84.703.248/0001-09.** 2) Advertimos que o não cumprimento das obrigações assumidas na fase licitatória estarão sujeitas as sanções previstas no edital. 3) São partes integrantes desta Autorização de Fornecimento (AF), como se transcritos estivessem, o edital de licitação **Pregão Eletrônico nº 063/2020**, seus anexos, a Ata de Registro de Preços, e quaisquer complementos, os documentos, propostas e informações apresentadas pelos proponentes vencedores e que deram suporte ao julgamento da licitação.

**Órgão Orçam.:** **Ação:**  
**Un. Orçam.:** **Despesa:**  
**Função:** **Elemento:**  
**Subfunção:** **Detalhamento:**  
**Programa:** **Fonte de recurso:**

**Licitação:** **Modalidade:** **Finalidade:**  
**Ata de reg. de preço:**  
**Pré-empenho:** **Empenho:**

**Fornecedor:** **CPF/CNPJ:**  
**Endereço:** **CEP:**  
**Fone:** **Cidade:**  
**E-mail:**  
**Banco:** **Agência:** **C/C:**

**Tipo de entrega:**  
**Prazo de entrega:**  
**Local de entrega:**  
**Pagamento:**

**Programação financeira**

| Parcela | Vencimento | Valor(R\$) | Parcela | Vencimento | Valor(R\$) |
|---------|------------|------------|---------|------------|------------|
|---------|------------|------------|---------|------------|------------|

**Fica autorizado o fornecimento dos itens abaixo discriminados:**

| Item | Quantidade | Unidade de medida | Material/Serviço | Valor unitário(R\$) | Valor total(R\$) |
|------|------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|
|------|------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|

**Valor desta autorização:**

Nota: Advertimos que o não cumprimento das obrigações assumidas na fase licitatória estarão sujeitas as sanções previstas no edital da presente licitação desta Autorização de Fornecimento (AF), como se transcritos estivessem, o edital de licitação, seus anexos, a Ata de Registro de Preços, e quaisquer complementos, os documentos, propostas e informações apresentadas pelo proponente vencedor e que deram suporte ao julgamento da licitação.

**ANEXO X**

**TERMO DE REFERÊNCIA - AQUISIÇÃO SEI Nº 5851064/2020 - SES.UCC.ACP**

**1-Objeto para a contratação:**

Aquisição de bens móveis e equipamentos médicos hospitalares e de enfermagem, a serem utilizados no Hospital Municipal São José de Joinville e na Secretaria Municipal da Saúde, através de Sistema de Registro de Preço

**2-Especificações técnicas:**

| Item | Quantidade HMSJ | Quantidade SMS | Unidade de medida | Material/Serviço   |
|------|-----------------|----------------|-------------------|--|
| 1    | -               | 400            | UNIDADE           | 917234 - ARMÁRIO DE VIDRO TIPO VITRINE COM 1 PORTA   |
|      |                 |                |                   | Porta com fechadura cilíndrica e 02 chaves, 03 prateleiras internas de vidro incolor com 4 mm de espessura, com 01 porta e 02 laterais em vidro incolor de 3 mm de espessura, com fundo, tampo superior e inferior em chapa de aço esmaltado na cor branca, sendo o corpo do armário |

|   |   |     |         |  |
|---|---|-----|---------|--|
|   |   |     |         | medindo aproximadamente 50x40x160 cm (lxpxa), medidas podem variar em +/-5cm. Com 4 pés com ponta emborrachada para evitar riscos no chão, conforme orientação do Ministério da Saúde. Produto obedecendo as normas da ABNT.   |
| 2 | - | 100 | UNIDADE | <p>917358 - ASPIRADOR CIRURGICO</p> <p>Portátil, aspira líquidos e secreções, fácil limpeza e higienização; silencioso, econômico e de fácil manuseio. Sem necessidade de manutenção e lubrificantes. Uso clínico, odontológico e cirúrgico. Voltagem: 127/220 V. Frequência: 60 Hz. Potência: 160 VA. Ruído: 61,5 DbA, Vácuo Máx: 600 mHg, Vazão mínima: 20 litros/min (fluxo livre). Capacidade do Recipiente mínimo: 1.330 ml. Comprimento do Cabo de alimentação mínimo: 1,2 m</p>   |
| 3 | - | 050 | UNIDADE | <p>2912 - AUTOCLAVE 54 LITROS COM BOMBA VACUO</p> <p>Indicação: Esteriliza através de vapor saturado sob pressão com secagem, para diversos instrumentais, roupa cirúrgica, luvas, vidrarias, e outras que a suportem; Funcionamento: Com despressurização, desaeração e ciclos totalmente automáticos, pelo comando eletrônico microprocessado, com possibilidade de seleção a escolha do operador ou usuário pré-configurada de mínimo 09 ciclos de esterilização com temperaturas de 134°C, pelo menos 05 (cinco) ciclos com secagem devem ser incluídos nos ciclos de esterilização e escolha de 01 (um) único ciclo extra somente de secagem; Porta: Construída em aço inoxidável (conforme Norma Brasileira NBR-11.816:2003 - Esterilização - Esterilizadores a vapor com vácuo, para produtos de saúde - Sub-Item 4.3.2), com volante central de material termo-isolante não metálico que evita a condutividade de temperatura elevada em contato com operador no manuseio; O conjunto de fechamento deverá ter um revestimento próprio em aço inox, permitindo uma proteção ao usuário pelo fechamento interno do equipamento por alavancas; Câmara: Câmara construída em aço inoxidável AISI 316L ou AISI 304 (conforme Norma Brasileira NBR-11.816:2003 - Esterilização - Esterilizadores a vapor com vácuo, para produtos de saúde - Sub-Item 4.3.2); Isolamento da Câmara: Com isolamento térmico por mantas de fibra mineral de lã de rocha, garantindo a não propagação do calor no ambiente de trabalho; Vedação da Câmara: Com vedação de material em silicone resistente a temperatura de trabalho dos ciclos e durabilidade; Gabinete: revestido em aço com tratamento anti-corrosivo /anti-oxidante e pintado em epóxi; Painel: Possui IHM-Interface Homem Máquina com visor de cristal líquido (LCD) alfanumérico com iluminação interna, o teclado deve ser protegido por membrana (para seleção, partida dos ciclos e funções especiais) monitoração e indicação da temperatura de 134°C, controle preciso da pressão da câmara de esterilização, Tempo de exposição ao ciclo de esterilização; Tempo de esterilização; Valores de vácuo na secagem; fases e processos do ciclo ou falhas/alarmes entre outros; Comando: Possui controlador eletrônico microprocessado gerencial de todo o ciclo e os parâmetros, tais como: tempo; pressão e temperatura. Compostos por intermédio dos seguintes componentes: transdutor de pressão eletrônico para controle preciso no sistema da pressão; Controle de temperatura da manutenção da temperatura na câmara interna controlada pelo comando, com medidas através de sensor de termoresistência de platina tipo PT-100 classe "A"; Alarmes audiovisuais em caso de desvios dos parâmetros durante o ciclo ou falhas e outros; Geração de Vapor: Com geração de vapor próprio por meio aquecimento elétrico por resistência com potência não superior a 4400 Watts localizada no interior da câmara interna, visando melhor economia de energia com consumo médio de 3 KW/h, com sistema de segurança que desliga automaticamente quando atingida a temperatura do ciclo selecionado; Sistema de Segurança: Válvula de segurança calibrada e lacrada p/ sob controle de pressão e leitura digital da pressão da câmara interna; válvula segurança termostática para sobre temperatura; termostato de segurança; fusíveis; sistema de alarme controlado por micro-switch em caso de porta aberta; sensores de segurança e informações do processo por PT-100 classe A; no mínimo 11 (onze) tipos de alarmes; na existência e identificação de falhas pelo controle tendo disponibilidade de despressurização manual e descarga de água; entre outros; Com pés reguláveis construídos de borracha para segurança e nivelamento do equipamento; Reservatório: Reservatório para água destilada ou bidestilada construído em aço inoxidável ou ABS com capacidade mínima de 11 (onze) litros de água, o reservatório deverá abastecer automaticamente para a câmara de esterilização, e drenagem automática; Tubulações: construídos em aço inox, cobre ou latão para evitar corrosão ou partículas contaminantes; Sistema de Secagem: Realizado com auxílio da bomba de vácuo para remoção da umidade, remoção do ar residual da câmara interna, agindo na penetração do vapor nos materiais, no final terá eficácia na secagem com diminuição do tempo e do processo dos diversos materiais (ex. material metálico, têxtil, vidraria vazia em geral, etc) que são destinados a suportarem o processo; Dimensões da câmara retangular interna com no mínimo: 30x30x60 cm (axlpx), perfazendo no mínimo 54 litros; Dimensões externas máximas do gabinete: 47x65x100 cm(axlpx); Acompanha: 01(um) suporte com 02 bandejas (prateleiras) para acomodação de materiais, ambos construídos em aço inoxidável; Projeto e Fabricação: A autoclave projetada e fabricada baseada na Norma Técnica Brasileira pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT NBR 11.816 /2003, NBR 11.817/2001, ASME entre outras. Voltagem: 220 volts bifásico 60Hz.</p> |
| 4 | - | 150 | UNIDADE | <p>917360 - AUTOCLAVE TIPO HORIZONTAL 21 LITROS</p> <p>Horizontal de Mesa projetada e fabricada baseada na Norma Técnica Brasileira pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT NBR 11.816/2003, NBR 11.817/2001, ASME entre outras. Indicação: Esteriliza através de vapor saturado sob pressão com secagem, para</p>  |

|   |     |     |         |  |
|---|-----|-----|---------|--|
|   |     |     |         | <p>diversos instrumentais, roupa cirúrgica, luvas, vidrarias, e outras que a suportem. Funcionamento: Totalmente automática, com comando eletrônico microprocessado, ciclos de esterilização; ciclos com secagem; níveis de alarmes; bandejas removíveis em aço inoxidável; Porta: Construída em aço inoxidável (conforme Norma Brasileira NBR-11.816:2003; Esterilização: Esterilizadores a vapor com vácuo, para produtos de saúde Sub-Item 4.3.2), com manipulo termo isolante de duplo estágio de travamento/fechamento. A porta tem um revestimento próprio em termoplástico e vedação de material em silicone, permitindo uma proteção ao usuário quando do fechamento e temperatura, a qual oferecerá maior segurança ao operador, bem como dispositivos eletrônicos que somente habilita o funcionamento do equipamento se a porta estiver corretamente fechada. Câmara: Câmara construída em aço inoxidável AISI 316L (conforme Norma Brasileira NBR 11.816:2003) Esterilização: Esterilizadores a vapor com vácuo, para produtos de saúde (Sub-Item 4.3.2). Isolamento da Câmara: Isolamento térmico por mantas de fibra mineral de lã de rocha, garantindo a não propagação do calor no ambiente de trabalho. Gabinete: Revestido em aço com tratamento anticorrosivo/ antioxidante e pintura em epóxi, ou material superior. Painel/Comando: Visor de cristal líquido (LCD) e transdutor de pressão digital (para precisão no sistema da pressão), teclado de membrana para seleção dos ciclos de acordo com cada tipo de material, bem como proporciona as seguintes informações e controles: Ciclo selecionado de acordo com o material; Pressão positiva da câmara interna; Tempo de exposição ao ciclo de esterilização; Tempo de esterilização; Temperatura; Valores de vácuo na secagem; Alarmes em caso de desvios dos parâmetros durante o ciclo ou falhas; Aquecimento elétrico: Geração de vapor próprio por meio de resistência com potência não superior a 1700 para autoclave de 21 litros, e não superior à 2300 Watts para autoclave, visando uma melhor economia de energia, bem como desliga automaticamente quando atingida a temperatura programada, sendo que a mesma é instalada no interior da câmara interna. Sistema de Segurança: Válvula de segurança calibrada e lacrada p/ sob controle de pressão e leitura digital da pressão positiva da câmara interna, válvula segurança p/ sobre temperatura, termostato de segurança, controle de nível para proteção das resistências, fusíveis, impossibilidade de início do equipamento com a porta destravada, sensores de segurança e informações do processo, tais como: microswith, PT-100 etc. Pés reguláveis construídos de borracha para segurança e nivelamento do equipamento. Tubulações: construídos em aço ou cobre. Dimensões internas aproximadas: Diâmetro 29,8x29,8 cm (diâmetro x profundidade), com 21 litros; Dimensões externas máximas do gabinete aproximadas: 47x55x60 cm (axlpx), para gabinetes de capacidade com 21 litros; Sistema de Secagem: Exclusivo ciclo com secagem com porta fechada para garantir o processo evitando a contaminação. Acompanha ao equipamento: acompanha 01 (um) suporte com 03 bandejas para acomodação de materiais, ambos construídos em aço inoxidável AISI 304; Manual de operação/manutenção; fio terra; mangueira.</p> |
| 5 | 200 | 100 | UNIDADE | <p>2913 - BACIA REDONDA</p> <p>Confeccionado em aço inox brilhoso, medidas aproximadas diâmetro de 32x6,5 cm de altura com capacidade mínima de 3000 ml. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. Com gravação eletroquímica em cada peça constando inscrição.</p>   |
| 6 | 005 | 200 | UNIDADE | <p>921100 - BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL PARA OBESOS</p> <p>Balança eletrônica digital para obesos, com régua antropométrica. Estrutura em chapa de aço-carbono, medindo aproximadamente 120x40x60 cm (axcxp), medidas podem variar em +/-5cm. Plataforma de pesagem, em chapa de aço, com tapete de borracha antiderrapante, na cor preta, pés reguláveis em borracha sintética, na cor preta. Antropômetro manual, em aço inox polido, acoplado à coluna da balança, graduada em 0,5 cm, numeradas a cada centímetro, iniciando a numeração em 1,00 m e terminando em 2,00 m. Capacidade de pesagem até 300 kg, resolução da balança em divisões de 50 à 100 gramas. Display digital com 06 dígitos, de alta visibilidade, sendo maior/igual a 2 cm, visor em LCD ou LED, ter comandos de liga, desliga, e tecla TARA. Fonte de alimentação externa de 90 à 240 VAC com chaveamento automático, ou sistema bivolt automático de tensão, saída serial para computador, saída para impressora. Frequência de alimentação 60 Hz. Tipo de cabo de rede deve seguir a NBR 14136. Acompanha cabos, conectores e acessórios, indispensáveis ao bom funcionamento do aparelho, além de manual. A balança deverá ser entregue testada e calibrada. O produto deverá possuir tratamento antiferruginoso e anticorrosivo, pintura em epóxi pó na cor branca. No equipamento deverá conter de forma legível e permanente, a marca do fabricante. Embalagem individual, com dados de identificação do produto e procedência.</p>  |
| 7 | 020 | 050 | UNIDADE | <p>917220 - BALANCA ELETRONICA DIGITAL ADULTO</p> <p>Com régua antropométrica. Estrutura em chapa de aço-carbono, medindo 120 x 40 x 60 cm (axcxp), medidas podem variar em +/-5cm. Plataforma de pesagem, em chapa de aço, com tapete de borracha antiderrapante, na cor preta, pés reguláveis em borracha sintética, na cor preta. Antropômetro manual, em aço inox polido, acoplado à coluna da balança, graduada em 0,5 cm, numeradas a cada centímetro, iniciando a numeração em 1,00 m e terminando em 2,00 m. Capacidade de pesagem até 200 kg, resolução da balança em divisões de 50 gramas. Display digital com 06 dígitos, de alta visibilidade, sendo maior/igual a 2 cm, visor em LCD ou LED, ter comandos de liga, desliga, e tecla TARA. Fonte de alimentação externa de 90 à 240 VAC com chaveamento automático, ou sistema bivolt automático de tensão, saída serial para computador, saída para impressora. Frequência de alimentação 60 Hz. Tipo de cabo de rede deve seguir a NBR 14136. Acompanha cabos,</p>  |

|    |     |     |         |  |
|----|-----|-----|---------|--|
|    |     |     |         | conectores e acessórios, indispensáveis ao bom funcionamento do aparelho, além de manual. A balança deverá ser entregue testada e calibrada. O produto deverá possuir tratamento antiferruginoso e anticorrosivo, pintura em epóxi pó na cor branca. No equipamento deverá conter de forma legível e permanente, a marca do fabricante.  |
| 8  | -   | 050 | UNIDADE | <p>917223 - BALANCA ELETRONICA DIGITAL INFANTIL</p> <p>Estrutura em plástico moldado a vácuo, pés reguláveis em borracha sintética. Concha anatômica de pesagem, medidas podem variar em +/-5cm 55x30 cm (cxp), injetada em polipropileno, antigermes. Capacidade de pesagem até 15 kg, resolução da balança em divisões de 5 gramas. Display digital com 05 dígitos, de alta visibilidade, sendo maior/igual a 13 mm, visor em LCD ou LED, teclado de alta resistência, ter comandos de liga, desliga, e tecla TARA. Chave seletora de tensão de 110/220v. Tipo de cabo de rede deve seguir a norma NBR 14136. Acompanha cabos, conectores e acessórios, indispensáveis ao bom funcionamento do aparelho, além de manual. A balança deverá ser entregue testada e calibrada. No equipamento deverá conter de forma legível e permanente, a marca do fabricante.</p> |
| 9  | 010 | 080 | UNIDADE | <p>921101 - BALANCA PORTATIL</p> <p>Características mínimas: Capacidade de até 130 kg; base antiderrapante, com visor que possua lente de aumento; divisão de kg em kg; com regulador que garanta uma melhor precisão; base em metal resistente e durável - Dimensões aproximadas do produto: 30x7x30 cm (lxaxp), medidas podem variar em +/-5cm.</p>  |
| 10 | 050 | 050 | UNIDADE | <p>917850 - BALDE DE 15 LITROS COM ALCA EM INOX</p> <p>Redondo sem tampa. Confeccionado totalmente em chapa de aço inox 430 com capacidade de 15 Lts, com alça para transporte.</p>  |
| 11 | 200 | 300 | UNIDADE | <p>918658 - BANDEJA RETANGULAR EM INOX</p> <p>Bandeja confeccionada em aço inox, medindo aproximadamente 22x12x1,5 cm (cxlxa), medidas podem variar em +/-5cm. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. Com gravação eletroquímica em cada peça constando inscrição</p>  |
| 12 | 050 | -   | UNIDADE | <p>21832 - BANQUETA GIRATORIA, TIPO MOCHO</p> <p>Confeccionada em tubos de aço inox com 2,5 cm de diâmetro, acabamento polido, base reforçada através de um aro de aço inox de 2,5 cm de diâmetro, usado para descanso dos pés, apoio em 5 rodízios de 2" de diâmetro, assento em chapa de aço inox de 35cm de diâmetro medida pode variar +/- 5cm, regulagem de altura através de fuso roscado.</p>   |
| 13 | 030 | 090 | UNIDADE | <p>2914 - BIOMBO DUPLO COM RODIZIOS</p> <p>Biombo com rodízios. Medindo aberto 190x120 cm, medidas podem variar em +/-5cm, construído em tubos de aço Ø 19,05 x 1,20 mm, com pintura epóxi pó na cor branca. Articulado em 2 partes, dobrável para ambos os lados. Acompanha painel em napa, na cor branca, sendo de fácil remoção para limpeza. Todos os pontos de solda, deverão passar por tratamento anticorrosivo.</p>  |
| 14 | 050 | 100 | UNIDADE | <p>917042 - BRACADEIRA PARA INJECÃO</p> <p>Braçadeira para Injeção, regulável por mandril, altura mínima de 80 cm e máxima de 120 cm, medidas podem variar em +/-5cm, coluna receptora em tubos 7/8", haste telescópica em tubos 5/8", base de tripé de ferro, tubos com pintura em epóxi pó cor branca e tratamento anticorrosivo, ponteiros plásticos de cor preta. Apoio de braço tipo concha em aço inox, estofada em courvim na cor preta. Todos os pontos de solda, deverão passar por tratamento anticorrosivo e antiferruginoso.</p>   |
| 15 | 050 | -   | UNIDADE | <p>11856 - Cadeira de banho</p> <p>Cadeira de banho e uso sanitário, estrutura tubular em aço inoxidável aisi 304 polido, apoios de braços removíveis ou escamoteável em aço inoxidável AISI 304, encosto em aço inoxidável com revestimento em courvim, apoio para os pés; assento sanitário confeccionado em fibreglass</p>  |

|    |     |     |         |  |
|----|-----|-----|---------|--|
|    |     |     |         | acabamento em gel coat isoftálico; 04 rodízios giratórios de 4", sendo 02 rodízios com sistema de travamento. Capacidade mínima de carga de 120 kg. Dimensões aproximadas. 520x750x980 mm (lxcxa). Comprimento do assento: 450 mm.   |
| 16 | -   | 050 | UNIDADE | 13737 - CADEIRA DE BANHO - 46 CM<br>Cadeira de rodas para banho com assento sanitário, construída em aço carbono, pintura eletrostática epóxi, apoio de braço removível ou escamoteável, apoio de pés móvel (escamoteável ou rebatível ou removível ou retrátil), freio bilateral, rodas dianteiras e traseiras de 6" com pneus maciços, encosto com capa impermeável, largura do assento 46 cm, capacidade de peso mínima de 90 KG e máxima de 100 KG. Produto registrado na ANVISA.  |
| 17 | -   | 050 | UNIDADE | 16654 - CADEIRA DE BANHO 55 CM<br>Cadeira de rodas para banho com assento sanitário com abertura frontal, estrutura monobloco fixa, construída em aço carbono, pintura eletrostática epóxi, apoio para braços removível ou escamoteável, apoio para os pés móvel (escamoteável ou rebatível ou removível ou retrátil), freios bilaterais, rodas dianteiras e traseiras de 6" com pneus maciços, encosto com capa impermeável. Largura do assento: 55 cm. Capacidade de peso para 120 KG. Produto registrado na ANVISA.   |
| 18 | 020 | 040 | UNIDADE | 917280 - CADEIRA DE RODAS<br>Cadeira de rodas, com duas rodas traseiras grandes, com Pneus Maciços, aro 24, e duas rodas dianteiras pequenas maciças aro 6" com apoio para os pés independentes escamoteáveis, dobrável e com fechamento em "X" com apoio para os braços laterais fixos e trava para as rodas traseiras. Construída em aço com pintura epóxi, indicada para usuários até 100 Kg, assento e encosto em nylon. Dimensões, medidas podem variar em +/-5cm: 82x40 cm.  |
| 19 | 005 | 025 | UNIDADE | 2915 - CADEIRA DE RODAS PARA PESSOA OBESA<br>Com duas rodas traseiras grandes, com Pneus Maciços, aro 24, e duas rodas dianteiras pequenas maciças aro 6" Estrutura em Aço com pintura epoxy; Dobrável em duplo X; Apoio para braços escamoteável; Apoio para pés removível; Assento reforçado com tiras tensoras especiais; Almofada em espuma injetada; Argolão em aço pintado (em aço pintado na cor prata); Largura do assento e encosto, medidas podem variar em +/-5cm: 65 cm; Profundidade do assento, medidas podem variar em +/-5cm: 48 cm; Indicada para usuários até 160 kg.  |
| 20 | -   | 020 | UNIDADE | 2916 - CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA<br>Cadeira de rodas adulto/infantil, indicada para transporte e locomoção de usuário com peso de até 100 kg; com barra extra de sustentação, dobrável em duplo "X". Confeccionada em aço tubular, acabamento com pintura epóxi-pó, na cor cinza, após prévio tratamento anti ferruginoso. Rodas traseiras grandes aro 24, com propulsor, com pneus maciços, rodas dianteiras giratórias aro 8, com pneus maciços, ambas providas de rolamentos blindados nos eixos, freios bilaterais, trava para as rodas traseiras. Apoio dos braços laterais removível. Apoio de pés independentes com altura regulável e removível, revestido com borracha antiderrapante e apoio para panturrilha. Assento e encosto em nylon impermeável ou em espuma injetável revestida por courvin, na azul royal; Indicada para usuários com até 100kg. Medidas: Largura do assento: de 44 a 60 cm - Largura Total pode variar em +/-5cm: 80cm. Produto obedecendo às normas da ABNT. |
| 21 | 005 | 025 | UNIDADE | 917297 - CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE<br>Construído em tubos 7/8" quadrado pintados, com tratamento anti-ferruginoso, pintura eletrostática à pó, na cor branca. Assento medidas podem variar em +/-5cm: 40x46 cm (lxp); encosto medidas podem variar em +/-5cm: 32x45cm (lxa); e apoio de braço frontal articulável estofada com espuma e altura regulável, revestidos em corino na cor azul royal; distancia interna entre braços aproximada de 62cm, altura da plataforma de apoio aproximada de 74 a 90 cm em relação ao solo; capacidade de carga aproximada 90 kg. Pés com ponteiros plásticos ou emborrachados.  |
| 22 | 020 | 120 | UNIDADE | 2917 - CAIXA TERMICA COM ALÇA<br>Com isolamento em poliuretano lavável, construída com matéria prima ecologicamente correta, para transporte de material para exame laboratorial. Tampa articulável com trava. Alça de suporte. Fácil  |

|    |     |     |         |   |
|----|-----|-----|---------|---|
|    |     |     |         | manuseio, com travamento automático da tampa Extremamente leve. Material atóxico. Volume pode variar para +/- 5 litros: 24 Litros. Cor azul.  |
| 23 | 150 | -   | UNIDADE | 9611 - CAMA HOSPITALAR  |
|    |     |     |         | CAMA HOSPITALAR ADULTO COM LEITO, CONSTRUÍDA EM CHAPA DE AÇO PERFURADO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS, CONSTRUÍDA EM POLIURETANO INJETADO, POLIPROPILNO OU FIBERGLASS, COM 4 RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE NO MÍNIMO 3" POLEGADAS, SENDO DUAS COM FREIOS DISPOSTAS DIAGONALMENTE. COM EXECUÇÃO DE MOVIMENTOS EXECUTADOS POR 3 MANIVELAS POSSIBILITANDO AS SEGUINTE POSIÇÕES NO MÍNIMO: FOWLER, TRENDELEMBURG OU ELEVÇÃO DO LEITO E ELEVÇÃO DE CABECEIRA. COM GRADES LATERAIS DE ABAIXAR, EM TUBO DE AÇO, COM MECANISMO DE TRAVA RÁPIDA. CAPACIDADE MÍNIMA 150 KG. MEDIDAS MÍNIMAS: 1,90 X 0,78 X 0,60 M.  |
| 24 | 050 | 100 | UNIDADE | 2918 - CARRO DE CURATIVOS   |
|    |     |     |         | Carro de curativo, com balde e bacia, totalmente em inox com tubos de ¾" a 1", tampo e prateleira em chapa de aço inox com varanda em toda volta, rodízios de 2". Acompanha 1 balde e 1 bacia em inox. Dimensões podem variar em +/-5cm: 60x45x80 cm (cxlxa).   |
| 25 | -   | 080 | UNIDADE | 920846 - CARRO MACA SIMPLES   |
|    |     |     |         | Carro maca com altura fixa, dotado de leito removível, com cabeceira regulável, confeccionado em aço inoxidável, com pontos de solda com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso, deve possuir proteção contra choques laterais e frontais; deve possuir grades laterais e suporte para soró, confeccionados em aço inoxidável, rodízios 5" com sistema de freios nas diagonais. Deverá possuir colchonete de espuma de no mínimo 5 cm de espessura, recoberto em courvim de cor preta.  |
| 26 | 006 | -   | UNIDADE | 21833 - CARRO PARA COPA EM INOX   |
|    |     |     |         | Carrinho com 3 prateleiras, medindo 60x40x90cm, medidas podem variar +/-5 cm. Estrutura em inox com proteção nas laterais do tampo para evitar queda de equipamentos ou produtos, com alças de movimentação tipo guidom, com 04 rodízios em silicone/gel incolor, anti riscos. Todos os pontos de solda, deverão passar por tratamento anticorrosivo e antiferruginoso.   |
| 27 | 020 | -   | UNIDADE | 920039 - CARRO PARA GUARDA DE MEDICAMENTOS  |
|    |     |     |         | CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO ESTRUTURADA DE ALTO REFORÇO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, NESTE CASO A COR É BEGE; OU MATERIAL INJETADO OU FIBRA DE VIDRO TAMBÉM NA COR BEGE. DEVERÁ SER DOTADO DE 4 RODÍZIOS GIRATÓRIOS, COM NO MÁXIMO 100 MM E NO MÍNIMO 90 MM DE DIÂMETRO, EM BORRACHA OU POLIURETANO, COM TRAVAS DE FÁCIL ACIONAMENTO EM DUAS RODAS NA DIAGONAL. DEVE CONTER 30 CAIXAS PARA MEDICAMENTOS, TIPO BINS, EM NYLON INJETADO COM AS SEGUINTE DIMENSÕES : ALTURA : MÁXIMO DE 130 MM E MÍNIMA DE 115 MM, LARGURA MÁXIMA DE 130 MM E MÍNIMA DE 115 MM, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 430 MM E MÍNIMA DE 400 MM. DIMENSÕES DO CARRO : ALTURA MÁXIMA 700 MM E MÍNIMA DE 650 MM, LARGURA MÁXIMA DE 900 MM E MÍNIMA DE 700 MM E PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 600 MM E MÍNIMA DE 500 MM.                          |
| 28 | -   | 100 | UNIDADE | 921102 - DERMATOSCOPIO  |
|    |     |     |         | Características gerais mínimas: Dermatoscópico utilizado como um método auxiliar de verificação da existência de lesões pigmentadas na pele. Todo construído em metal. Cabo de força: Metal recartilhado; alimentação através de duas pilhas de tamanho médio (C) no interior do cabo (punho); Iluminação: Halógeno/Xenon; do campo de exame Tensão: 2,5V; com controle de intensidade de Luz: Reostato. Proteção ocular macio; Alta Resolução sistema de lentes acromáticas com ampliação mínima de 8 X. Ocular com foco ajustável para uma escala larga de correção. Placas de contato com a pele amigavelmente e esterilizável: Com escala de 0 – 10 mm para medição exata das lesões pigmentadas da pele; Sem escala; Deve acompanhar: 01 lente com escala normal; 01 lente com escala; 01 estojo para armazenamento. |
| 29 | -   | 040 | UNIDADE | 918141 - DESTILADOR DE AGUA   |

|    |     |     |         |   |
|----|-----|-----|---------|---|
|    |     |     |         | Destilador de água capacidade 5 l/h. Capacidade de produção de 5 litros por hora; Caldeira em latão com banho de estanho virgem para a não contaminação da água. Coletor de vapores e partes que tem contato com a água já destilada, confeccionados em aço inox 304 e materiais inertes; nível constante de alimentação de caldeira; cúpula de vidro resistente e inerte; resistência tubular blindada, contator para segurança, sistema automático de proteção que desliga o aparelho quando o sensor detecta falta de água; Dimensões podem variar em +/-5cm: 55x11x28cm (axlpx); consumo: 3.500 Watts; Alimentação 220 Volts.   |
| 30 | -   | 020 | UNIDADE | <p>918142 - DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL</p> <p>Equipamento não invasivo, projetado para dar grande facilidade a ausculta contínua da frequência cardíaca fetal (FCF), e fluxo sanguíneo do cordão umbilical, além auxiliar na localização da placenta a partir da 10ª semana de gestação, utilizando um transdutor de no mínimo 2 Mhz, com alto nível de sensibilidade, display numérico com escala de 50 a 220 BPM - Ajuste de volume e sensibilidade - Alimentação 220v, Frequência da rede de alimentação = 50/60 Hz - Frequência do Ultrassom = 2,25 MHz ± 10% - Faixa de medida do BCF = 50 – 210 batimentos por minuto Tipo de corrente = AC (alternada), deve acompanhar Gel, Manual . Produto obedecendo às normas da ABNT.</p>  |
| 31 | -   | 080 | UNIDADE | <p>917227 - DETECTOR FETAL PORTÁTIL</p> <p>Para ausculta fetal a partir da 10ª semana de gravidez com possibilidade de detectar morte fetal. Modelo portátil, com suporte para encaixar transdutor. Alto-falante embutido no corpo do aparelho. Botão liga/desliga, ajuste de volume e tonalidade, indicador de bradicardia e taquicardia, LED indicador de bateria fraca. Entrada para transdutor e fone de ouvido. Faixa mínima para detecção cardíaca fetal de 30 a 240 BPM. Frequência 2,2 Mhz. Alimentação por bateria ou pilhas de 9 volts. Acompanha o produto, fone de ouvido para ausculta individual, transdutor, cabo do transdutor, gel e manual. Acondicionamento individual em bolsa confeccionada em material resistente com fecho e zíper, com dados de identificação do produto e procedência.</p> |
| 32 | 100 | 200 | UNIDADE | <p>920512 - ESCADA CLINICA</p> <p>Com 2 degraus. Dimensões podem variar em +/-5cm: 40x50x40cm (lxpxa), estrutura em tubo aproximada de Ø 7/8"x1,50 mm, com formato de S; piso em chapa de ferro nº18 (1,20 mm), com pintura em epóxi pó na cor branca. Pés com sapatas emborrachadas na cor preta. Degraus revestimentos em material sintético antiderrapante na cor preta. Altura do segundo degrau 40 cm. Todos os pontos de solda, deverão passar por tratamento anticorrosivo.</p>  |
| 33 | 100 | 300 | UNIDADE | <p>917051 - ESFIGMOMANOMETRO ADULTO</p> <p>Esfigmomanômetro aneróide, livre de mercúrio, composto por manômetro montado em adequada estrutura plástica resistente a quedas, conforme certificação e livre de desregulagens frequentes. Manômetro com rotação 360°. Todos os acessórios do produto devem ser isentos de látex, antialérgicos. fecho em metal. Laudo técnico do IPEM (INMETRO) com certificação de aferição individual. Deve acompanhar 1 braçadeira adulto completo, 1 válvula e 1 pera.</p>   |
| 34 | -   | 100 | UNIDADE | <p>2919 - ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL</p> <p>Esfigmomanômetro aneróide, livre de mercúrio, composto por manômetro montado em adequada estrutura plástica resistente a quedas, conforme certificação e livre de desregulagens frequentes. Manômetro com rotação 360°. Todos os acessórios do produto devem ser isentos de látex, antialérgicos. fecho em metal. Laudo técnico do IPEM (INMETRO) com certificação de aferição individual. Deve acompanhar 1 braçadeira infantil completo, 1 válvula e 1 pera.</p>   |
| 35 | 050 | 120 | UNIDADE | <p>917049 - ESFIGMOMANOMETRO OBESO</p> <p>Esfigmomanômetro aneróide, livre de mercúrio, composto por manômetro montado em adequada estrutura plástica resistente a quedas, fecho em velcro, conforme certificação e livre de desregulagens frequentes. Manômetro com rotação 360°. Todos os acessórios do produto devem ser isentos de látex, antialérgicos. Laudo técnico do IPEM (INMETRO) com certificação de aferição individual. Deve acompanhar 1 braçadeira Obeso completo, 1 válvula e 1 pera.</p>  |
| 36 | 100 | 500 | UNIDADE | <p>917054 - ESTETOSCOPIO ADULTO</p> <p>Estetoscópio cardiológico para pacientes adulto e pediátrico. Campânula dupla em aço inoxidável</p>  |

|    |     |      |          |  |
|----|-----|------|----------|--|
|    |     |      |          | com revestimento da borda anti-frio para maior conforto do paciente com oliva emborrachada. Mola do ângulo flexível e interna ao tubo de PVC. Tubo duplo de PVC mínima de 63 cm. Todas as partes do produto devem ser isentos de látex. O equipamento deverá acompanhar um identificador de propriedade para encaixe no "Y" do tubo. Deverá vir sobressalente, dois pares de olivas emborrachadas, campânula pediátrica e uma membrana para a campânula.   |
| 37 | -   | 200  | UNIDADE  | <p>917055 - ESTETOSCÓPIO INFANTIL</p> <p>Estetoscópio infantil. Campânula dupla em aço inoxidável com revestimento da borda anti-frio para maior conforto do paciente, com oliva emborrachada. Mola do ângulo flexível e interna ao tubo de PVC. Tubo de PVC com metragem mínima de 71 cm. Todas as partes do produto devem ser isentos de látex. O equipamento deverá acompanhar um identificador de propriedade para encaixe no Y do tubo. Deverá vir sobressalente, dois pares de olivas emborrachadas e uma membrana para a campânula.</p>   |
| 38 | -   | 200  | UNIDADE  | <p>2920 - LÂMPADA AUXILIAR</p> <p>Foco clínico ginecológico (lâmpada auxiliar ginecológica). Especificações Técnicas: Lâmpada halógena de 50watts (luz branca); Haste flexível cromada; Base sobre rodízios; Cabo de energia com 2 metros, pode variar em +/-20cm. Voltagem: 220 V. Todos os pontos de solda, deverão passar por tratamento anticorrosivo.</p>   |
| 39 | 100 | 130  | CONJUNTO | <p>920589 - LARINGOSCOPIO</p> <p>Totalmente em aço inox - Conjunto de laringoscópio com 2 cabos em aço inoxidável, compatível com pilhas tamanho C e pilha AA. Lâmpada de xênon halógena 2,5V, que proporcione maior luminosidade. Lâminas em aço inoxidável com transmissão de luz por convencional. Deverá acompanhar seis lâminas sendo curvas - Mac 0, Mac 1, Mac 2, Mac 3, Mac 4 e Mac 5 e seis lâminas retas - Miller 0, Miller 00, Miller 1, Miller 2, Miller 3 e Miller 4. Todas as lâminas deverão ser isentas de pontos de soldas e autoclaváveis. Deve acompanhar um estojo para acondicionar o conjunto.</p> |
| 40 | -   | 100  | UNIDADE  | <p>918483 - LARINGOSCÓPIO INFANTIL</p> <p>Laringoscópio Infantil. Dispositivo composto por 1 (um) cabo e 3 (três) lâminas retas – Miller 00, Miller 0, Miller 1 – sendo fabricado em aço inoxidável, onde as lâminas são encaixadas no cabo de suporte; fonte de energia: pilhas inseridas no cabo; tampa rosqueável que impossibilite a entrada de líquidos no interior do cabo. Iluminação através de Lâmpada de xênon 2,5 v ou halógena 2,5 V que proporcione maior luminosidade. Acompanha o equipamento bolso com zíper ou estojo, manual de operação e de serviço em língua portuguesa.</p>                        |
| 41 | -   | 1200 | UNIDADE  | <p>21834 - LIXEIRA COM PEDAL</p> <p>Lixeira com tampa, material aço inoxidável, com haste e pedal com apoio de borracha, com balde interno removível, capacidade 20 litros, abertura com acionamento por pedal, nas dimensões: 34 cm diâmetro x 50 cm de altura, medidas podendo variar +/- 8 cm; espessura 6 mm, formato cilíndrico.</p>  |
| 42 | -   | 800  | UNIDADE  | <p>18201 - LIXEIRA COM PEDAL</p> <p>COM TAMPA, MATERIAL INOXIDÁVEL, COM HASTE E PEDAL COM APOIO DE BORRACHA, CAPACIDADE 50 LITROS, ABERTURA COM ACIONAMENTO POR PEDAL.</p>   |
| 43 | -   | 300  | UNIDADE  | <p>18200 - LIXEIRA COM PEDAL</p> <p>COM TAMPA, MATERIAL INOXIDÁVEL, COM HASTE E PEDAL COM APOIO DE BORRACHA, CAPACIDADE 100 LITROS, ABERTURA COM ACIONAMENTO POR PEDAL.</p>  |
| 44 | 010 | 300  | UNIDADE  | <p>2921 - MESA AUXILIAR COM PRATELEIRA</p> <p>Com prateleira. Medidas podem variar em +/-5cm, 60x40x80 cm (cxlxa), estrutura em tubo aproximada de Ø 3/4"x1,20 mm, em inox 20. Sem rodízio, com ponteiros de borracha na cor preta.</p>  |

|    |     |     |         |  |
|----|-----|-----|---------|--|
| 45 | 100 | 300 | UNIDADE | 2922 - MESA AUXILIAR COM PRATELEIRA E COM RODIZIOS   |
|    |     |     |         | Com prateleira. Medidas podem variar em +/-5cm 60x40x80 cm (cxlxa), estrutura em tubo aproximada de Ø 3/4"x1,20 mm, em inox 20, com proteção nas laterais do tampo para evitar queda de equipamentos ou produtos (com varanda), com 04 rodízios duplos em silicone/gel incolor, anti riscos. Todos os pontos de solda, deverão passar por tratamento anticorrosivo e antiferruginoso.  |
| 46 | 030 | 300 | UNIDADE | 920513 - MESA CLINICA ADULTO   |
|    |     |     |         | Para exames clínicos, sem rodízios com dimensões podem variar em +/-5cm: 190x60x90 cm (cxlxa) com cabeceira dobrável estrutura em tubos redondo com dimensões aproximadas de: 1.1/4 X 1,20 mm, leito em espuma de alta densidade 23 revestido em courvim preto, pés com ponteiros de borracha, com ponteiros de borracha, procedência nacional.  |
| 47 | -   | 100 | UNIDADE | 917290 - MESA CLINICA INFANTIL   |
|    |     |     |         | Para exames clínicos, em criança, sem rodízios com dimensões podem variar em +/-5cm: 150x60x90 cm (CxLxA) com cabeceira dobrável estrutura em tubos redondo com dimensões aproximadas de: 1.1/4 X 1,20 mm, leito em espuma de alta densidade 23 revestido em courvin preto, pés com ponteiros de borracha, com ponteiros de borracha, procedência nacional.  |
| 48 | 250 | -   | UNIDADE | 21835 - MESA DE CABECEIRA COM MESA DE REFEICOES  |
|    |     |     |         | Mesa de cabeceira com mesa de refeições, acoplada giratória e retrátil. Estrutura, porta e gavetas e tampo de refeição confeccionadas em mdf revestida com fórmica, com acabamento arredondado. estrutura do tampo de refeição construída em tubo de aço inoxidável, com altura regulável em cinco posições, através de pino ou trava. puxadores tipo alça e porta toalha lateral em aço inoxidável. deve possuir 4 rodízios de 2 polegadas; cor do revestimento de fórmica: azul claro. Dimensões podem variar +/- 5 cm: armário: 60x44x88 cm (cxpxa); tampo de refeição podem variar +/- 5 cm: 57x36 cm (cxl).   |
| 49 | 100 | 200 | UNIDADE | 918721 - MESA DE MAYO  |
|    |     |     |         | Totalmente construída em aço inoxidável brilhante e polido, base em tubos de 1"1/4x1.20mm, pés com rodízios giratórios duplos em silicone/gel incolor, anti riscos, altura regulável através de manipulador. Bandeja também em aço inoxidável, removível e medidas podem variar em +/-5cm: 48x32 cm.   |
| 50 | -   | 100 | UNIDADE | 917291 - MESA GINECOLÓGICA   |
|    |     |     |         | Com gabinete e leito, medidas podem variar em +/-5cm 190x60x85 cm (cxlxa), com estrutura em tubo de aço 1 1/4"x1,25 mm, pintura eletrostática a pó (epóxi) na cor branca, não deve apresentar cantos vivos ou rebarbas. Leito em chapa de aço, pintura eletrostática a pó (epóxi) na cor branca, estofado em espuma de poliuretano, densidade mínima de 28 kg/m <sup>3</sup> , revestido em courvin na cor preta, dividido em 3 seções, assento fixo, parte posterior e anterior reguláveis por cremalheiras, podendo ser descida até atingir 90° com a mesa. Acompanha par de perneiras (porta-coxas) estofada, acoplado a mesa, com altura regulável, com haste cromada, revestido em courvin na cor preta. Gaveta para escoamento de líquido com puxador. Pés com ponteiros de borracha na cor preta. |
| 51 | -   | 050 | UNIDADE | 917293 - MOCHO GINECOLÓGICO  |
|    |     |     |         | Giratório a gás. Com encosto e assento anatômicos, estofados em espuma de poliuretano injetada, revestida com PVC expandido sem costuras, lavável, na cor verde-claro, densidade 33, acabamento liso com cantos arredondados. Encosto com regulagem de altura, assento com medidas que podem variar em +/-5cm 40 cm de diâmetro, com regulagem da altura do encosto permitindo fixar o encosto na posição desejável. Estrutura da base com pintura epóxi pó na cor cinza e tratamento antiferrugem, possuir 5 rodízios duplos, com aro de sustentação das hastes. Suportar no mínimo 100 kg.   |
| 52 | -   | 100 | UNIDADE | 917230 - NEBULIZADOR PORTÁTIL  |
|    |     |     |         | Nebulizador: Inalador ultrassônico / Nebulizador portátil indicado para tratamento de problemas respiratórios, gripes, resfriados e rinites, descongestiona as vias respiratórias, Voltagem: bivolt  |

|    |     |     |         |  |
|----|-----|-----|---------|--|
|    |     |     |         | automático. Frequência: 50/60 Hz. Motor: 1/40Hp – devem acompanhar o produto máscara elástico macias, anatômicas e atóxicas (máscara infantil e máscara adulta) – contendo tubo atóxico e copo dosador. Deve acompanhar bolsa para transporte, manual de Instruções em português.  |
| 53 | 050 | 200 | UNIDADE | <p>917229 - NEGATOSCOPIO DE 1 CORPO</p> <p>Para verificação de chapas de RX, construído com chapa de aço tratado e pintado, dimensões podem variar em +/-5cm: 49x10x38 cm (axlxc). Visor frontal, em acrílico translúcido, branco leitoso, com fixador de radiografia. Iluminação homogênea, através de lâmpada fluorescentes circular de 32w com reator eletrônico, luminância aproximada de 15W. Acendimento através de interruptor, funcionamento instantâneo. Alimentação 220v. Deverá possibilitar ser fixado a parede ou colocado sobre a mesa. Peso máximo: 5kg. Todos os pontos de solda, deverão passar também por tratamento anticorrosivo e antiferruginoso.</p>  |
| 54 | 002 | 100 | UNIDADE | <p>919676 - OFTALMOSCOPIO</p> <p>Oftalmoscópio direto com lâmpada de Xenon halogena de 2,5V. Possuir seleção mínima de 5 aberturas. Sistema óptico vedado. Deverá possuir Ótica esférica de precisão com apoio orbital macio. Disco com abertura pequena, abertura grande, fixação, semi-circulo e filtro para eliminação de vermelho. Carcaça resistente á poeira. Possuir no mínimo 19 lentes de -20 a +20 dioptrias com marcador de dioptrias iluminado. Possuir clipe de bolso e interruptor liga/desliga, borracha de proteção com cabeça em ABS resistente à impactos. Garantia da óptica por toda a vida. Cabo em metal para 2 pilhas alcalinas "AA".</p>   |
| 55 | 050 | 500 | UNIDADE | <p>917232 - OTOSCOPIO</p> <p>Características gerais mínimas: com lâmpada halogena 2,5V; cabo em metal recartilhado para uso com 02 pilhas tamanho C e regulagem de intensidade de luz, controle liga/desliga, conexão para otoscopia pneumática, com cabeçote em metal cromado, com lupa, lente giratória com aumento de 4 vezes; com 05 espêculos de diferentes medidas. Acompanha o equipamento, 01 lâmpada sobressalente, 05 espêculos de diferentes medidas para encaixe no equipamento e estojo para acondicionamento individual.</p>   |
| 56 | 100 | 200 | UNIDADE | <p>13508 - OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL</p> <p>APARELHO PORTÁTIL PARA VERIFICAÇÃO NÃO-INVASIVA CONTÍNUA DA SATURAÇÃO PERIFÉRICA DE OXIGÊNIO (SpO2) NO SANGUE, ATRAVÉS DE SENSOR INFRAVERMELHO DE DEDO, BEM COMO A MENSURAÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA, APRESENTAÇÃO DA CURVA PLETISMOGRÁFICA, COM VARIAÇÃO DO BEEP SONORO, COM DISPLAY EM LED OU CRISTAL LÍQUIDO, COM AMOSTRAGEM SIMULTÂNEA DOS VALORES DE SpO2, FREQUÊNCIA CARDÍACA. COM ÁREA DE VISUALIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 1,2 POLEGADAS, COM FAIXA DE MEDIDA DA SATURAÇÃO INCLUINDO AO MENOS DE 40 A 100%, COM ACURÁCIA DE 3% OU MELHOR, COM FAIXA DE MEDIDA DA FREQUÊNCIA DE PULSO INCLUINDO AO MENOS DE 30 A 220 BPM, COM ALTERAÇÃO AUTOMÁTICA DO TOM SONORO DO BEEP EM FUNÇÃO DA VARIAÇÃO DO SpO2, COM TECLA LIGA/ DESLIGA PARA ACIONAMENTO; DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE ALARME AUDIOVISUAL PARA ALTA E BAIXA SpO2; ALTA E BAIXA FC; PARA SENSOR DESCONNECTADO, COM POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE ALARMES; COM TECLADO PARA CONFIGURAÇÕES DOS PARÂMETROS FUNCIONAIS A SEREM MONITORADOS E AJUSTES DO DISPLAY; HISTÓRICO QUE PERMITA O ACOMPANHAMENTO DA EVOLUÇÃO DO PACIENTE DE FORMA NUMÉRICA E/ OU GRÁFICA. FUNCIONAMENTO COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, COM CARREGADOR INTERNO OU EXTERNO AO EQUIPAMENTO, TIPO DE ALIMENTAÇÃO: 110 V OU 220 V (DEPENDENDO DO LOCAL A SER INSTALADO O EQUIPAMENTO) OU BIVOLT, QUE ABRANJA A FAIXA DE 100 V A 240 V, COM COMUTAÇÃO MANUAL OU AUTOMÁTICA. FREQUÊNCIA 60 Hz. COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 4 HORAS, PESO: MÍNIMO 50 GRAMAS. DEVERÁ ACOMPANHAR CADA EQUIPAMENTO: 2 (DOIS) SENSORES TIPO CLIP DE DEDO ORIGINAL, NÃO DESCARTÁVEL, PARA ADULTO, E 2 (DOIS) SENSORES EM "Y" UNIVERSAL, NÃO DESCARTÁVEL.</p> |
| 57 | 200 | -   | UNIDADE | <p>21836 - POLTRONA RECLINAVEL</p> <p>Com estrutura em aço tubular de alta resistência, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso, com acabamento em pintura eletrostática a pó. proporciona as posições trendelemburg, semi-sentado, através de sistema de acionamento automático com leve esforço do dorso. Braços articuláveis estofados, apoio para os pés, estofada em espuma de poliuretano anatômico, cor azul. Posição sentada: largura mínima 62 cm; 110x90cm (axc).</p>   |

|    |     |     |         |   |
|----|-----|-----|---------|---|
|    |     |     |         | 2923 - REANIMADOR MANUAL ADULTO DE SILICONE   |
| 58 | 100 | 100 | UNIDADE | Características Mínimas: Máscara facial em silicone, válvula unidirecional com mecanismo interno em silicone, balão de ventilação em silicone com volume interno aproximado de 1500ml, válvula do balão reservatório de O2 removível em material de vinil com volume de 2500ml com conexão para fonte de O2 suplementar. Todos os componentes deverão ser desmontáveis, permitindo a limpeza e reprocessamento por esterilização em autoclave, com exceção do balão reservatório de O2.   |
|    |     |     |         | 2924 - REANIMADOR MANUAL PEDIÁTRICO DE SILICONE   |
| 59 | -   | 100 | UNIDADE | Características Mínimas: máscara facial em silicone, válvula unidirecional com mecanismo interno em silicone, balão de ventilação em silicone com volume interno aproximado de 1500ml, válvula do balão reservatório de O2 removível em material de vinil com volume de 2500ml com conexão para fonte de O2 suplementar. Todos os componentes deverão ser desmontáveis, permitindo a limpeza e reprocessamento por esterilização em autoclave, com exceção do balão reservatório de O2. O equipamento deverá ser acompanhado por manuais de operação em língua portuguesa.  |
|    |     |     |         | 917065 - RÉGUA ANTROPOMÉTRICA   |
| 60 | -   | 250 | UNIDADE | Utilizado para mensurar a altura da criança, Construída em madeira padrão marfim, Comprimento de 100 cm, cursor removível em madeira, escala em centímetro, marcação em mm  |
|    |     |     |         | 917295 - SUPORTE DE SORO  |
| 61 | 200 | 200 | PC      | Base construída de alumínio fundido com diâmetro de 53 cm mais ajustes variando de 142 a 224 cm mais gancheiras com 23,5 cm e acabamento anodizado com rodízio, pintada em esmalte sintético, coluna receptora de haste, com anel para evitar ressecamento e desgaste da haste, com fixador anatômico e acabamento polido, haste em tubo de aço inoxidável redondo, com acabamento polido com ganchos em aço inoxidável. Base em "X" próximos do chão em ferro fundido com pintura eletrostática para proteção antiferruginosa, com rodízios resistente. Haste regulável em tubos com 04 ganchos em aço inoxidável. |
|    |     |     |         | 2925 - SUPORTE PARA COLETOR DE ROUPAS (HAMPER)  |
| 62 | 050 | 200 | UNIDADE | Estrutura tubular com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó, com resina epóxi-poliéster polimerizado em estufa. Sistema de levantamento da tampa através de pedal. Saco em tecido resistente tipo lonita e tampa em poliestireno moldado. Montado sobre 03 rodízios duplos em silicone/gel incolor, anti riscos de 2". Dimensões podem variar em +/-5cm: 50x80 cm (diâmetroxaltura). Equipamento de fabricação nacional. Todos os pontos de solda, deverão passar por tratamento anticorrosivo.   |

### 3-Condições de garantia:

Os produtos deverão ter garantia legal - nos moldes do Código de Defesa do Consumidor, entretanto, caso o fabricante dos produtos conceda garantia contratual esta deve ser somada ao prazo da garantia legal.

### 4-Prazo de entrega e forma de entrega:

A entrega ocorrerá de forma parcelada em até 30 (trinta) dias consecutivos após a solicitação.

Os itens serão recebidos a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes no termo de referência, edital, contrato, nota de empenho, ordem de fornecimento e documentos afins da seguinte forma:

1. **Provisoriamente**, a fim de verificar o atendimento às especificações, quantidades e o acondicionamento do produto no momento da entrega. O recebimento provisório não implica em aceitação, apenas transfere a responsabilidade pela guarda do item, do fornecedor ao órgão receptor;
2. **Definitivamente**, após vistoria que comprove a adequação das especificações, quantidades e o acondicionamento do produto, para os itens autoclave será avaliada também a instalação. Itens com embalagens violadas, danificadas e/ou materiais manchados, sujos, danificados ou com aparência duvidosa, farão com que os mesmos não sejam aceitos. A avaliação do item, para recebimento definitivo ou recusa se dará em até 15 (quinze) dias consecutivos do recebimento provisório;
3. A CONTRATANTE rejeitará, em parte ou todo, o bem em desacordo com a solicitação;
4. A retirada do item em caso de não aceitação do produto, e a reposição do mesmo, deverá acontecer no prazo máximo de 15 (quinze) dias consecutivos, a contar da data de solicitação pela CONTRATANTE, sendo que o transporte e outras despesas serão por conta da CONTRATADA.

### 5-Local de entrega e horário de entrega:

Para os itens do Hospital Municipal São José a entrega deverá acontecer de segundas as sextas-feiras, exceto feriados e pontos facultativos das 08h às 16h na Coordenação de Administração de Materiais e Equipamentos setor de Patrimônio - Travessa São José, nº 540, próxima à ACE,

Centro -, telefone 3441-6633/6611. Para horários diferenciados o setor deverá ser previamente consultado da disponibilidade.

Para os itens da Secretaria da Saúde a entrega deverá acontecer de segundas as sextas-feiras, exceto feriados e pontos facultativos das 08h às 16h na Coordenação de Administração de Materiais e Equipamentos no setor de Patrimônio - Rua Presidente Gaspar Dutra, nº 298, Bairro Itaum -, telefone 3466-2690. Para horários diferenciados o setor deverá ser previamente consultado da disponibilidade.

#### **6-Amostras/Prospectos (quando for o caso):**

Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

#### **6.1-Critérios de Análise (quando for o caso):**

Os prospectos dos itens cotados pelos proponentes neste instrumento, deverão conter todas as informações das características técnicas. As especificações técnicas definidas neste Termo de Referência deverão ser igualadas, como poderão ser superadas - como a potência, espessura da estrutura dos móveis e capacidade de armazenamento, indicados no item 2-Especificações técnicas - desde que sejam mantidas as exigências conceituais de padrão, desempenho e funcionalidades da solução. Para tal, a licitante deverá, obrigatoriamente, sob pena de desclassificação, registrar este fato em sua proposta. A licitante deverá encaminhar toda a documentação técnica e explicações que permitam a manifestação fundada e conclusiva sobre a equivalência ou superioridade da solução divergente.

Os produtos cotados deverão preencher todas as especificações técnicas previstas no item II do Termo de Referência.

#### **6.2-Função Técnica:**

Enfermeiros da Atenção Primária e Pronto Atendimentos.

#### **7-Gestor do contrato:**

A gestão do contrato será realizada pela Secretaria Municipal da Saúde - gestora do Fundo Municipal de Saúde de Joinville - e Hospital Municipal São José, sendo os mesmos responsáveis pelo recebimento e fiscalização do objeto licitado, devendo ser observado o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93.

#### **8-Obrigações da Contratada específicas do objeto:**

1. Efetuar a entrega dos bens de acordo com as especificações constantes no presente Termo de referência, inclusive em relação ao registro na ANVISA, selo do INMETRO e inscrições, descritos no item X- Condições Gerais;
2. Comunicar a Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação, assim como a data prevista para a efetivação da entrega;
3. Caso o Fabricante ou produto venha a ser interditado, ou a fabricação do item esteja descontinuada, a empresa fornecedora deverá substituir o produto por outro com as mesmas características, com desempenho e qualidade igual ou superior ao objeto licitado, devendo previamente obter a homologação da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José para o produto proposto para substituição, sem custo para o município.
4. Fazer frente a todas as despesas necessárias ao fornecimento dos materiais/ equipamentos (frete CIF);
5. Zelar pela integridade dos bens da CONTRATANTE entregues à sua guarda, em caso de extravio, roubo ou acidente, emitir e entregar documento próprio à Coordenação do Patrimônio, apresentado o ocorrido. Repor o item danificado ou perdido, por outro novo, com as mesmas características técnicas, ou superior, no prazo máximo de 15 (quinze) dias consecutivos a partir da data do ocorrido. Sendo que a CONTRATADA terá prazo de 15 (quinze) dias consecutivos, para aceitação ou recusa do novo item;
6. Quanto aos itens autoclave, a CONTRATADA deverá fornecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento da solicitação de entrega, o detalhamento técnico quanto às necessidades de pré-instalação dos equipamentos, instruindo quanto às instalações de rede elétrica, aterramento, temperatura, dimensões do local, partículas, poluentes, proteção ambiental, riscos de acidentes e todas as demais condições físicas pertinentes à instalação e ao funcionamento, e/ou utilização do equipamento e proteção ao meio-ambiente.
7. No(s) serviço(s) de instalação(ões) da(s) autoclave(s), inclui-se peças, acessórios e materiais necessários, tais como tubulações, fios elétricos, parafusos, roscas, grelhas, válvulas, conexões, ou seja, todas as peças e materiais que se fizerem necessários. A instalação compreende também, a montagem do equipamento, a conferência de partes e peças, a realização de testes finais e ajustes que coloquem o equipamento em completo funcionamento,
8. Quanto a(s) instalação(ões) da(s) autoclave(s), os técnicos deverão trabalhar uniformizados, com crachá de identificação da empresa, contendo nome completo do funcionário e função, além de equipamentos de proteção individual. Fornecer Equipamentos de Proteção Individual - EPI's - para seus funcionários, e quando necessário Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC's -, apropriados para o exercício das atividades profissionais. Se necessário os locais sob intervenção e os bens móveis, deverão ser protegidos com lona plástica ou outros dispositivos, além de ter sinalização de segurança através de placas, fitas zebreadas, e/ou outros. Observar e adotar todas as normas de segurança e prevenção de acidentes para o desempenho das funções específicas. Manter conduta compatível com os princípios de decência e boa educação para com os funcionários e usuários nos locais da prestação dos serviços, obedecendo rigorosamente às determinações da CONTRATANTE.
9. Efetuar treinamento operacional com os servidores, referente aos procedimentos de uso dos equipamentos Autoclave. A CONTRATADA deverá realizar treinamento técnico na unidade atendida pela aquisição, para aproximadamente 5 servidores/unidade, com carga horária mínima de 01 hora. O treinamento deverá ser realizado por profissional técnico designado pela CONTRATADA, conforme horário pré agendado com a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização.
10. Caso haja necessidade da retirada do item das dependências da CONTRATANTE, para manutenção corretiva, ficará a cargo da CONTRATADA o transporte dos equipamentos para a oficina e a sua devolução as dependências de origem, e para o item autoclave sua instalação.

#### **9-Obrigações da Contratante específicas do objeto:**

1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;.
2. Verificar no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;
3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização do contrato, por servidor especialmente designado, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

**10-Condições Gerais (se houver):****Os itens abaixo deverão possuir registro na ANVISA.**

- Item 02 - ASPIRADOR CIRURGICO;
- Item 03 - AUTOCLAVE 54 LITROS COM BOMBA VACUO;
- Item 04 - AUTOCLAVE TIPO HORIZONTAL 21 LITROS;
- Item 06 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL PARA OBESOS;
- Item 07 - BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL ADULTO;
- Item 08 - BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL INFANTIL;
- Item 15 - CADEIRA DE BANHO;
- Item 16 - CADEIRA DE BANHO 46 CM;
- Item 17 - CADEIRA DE BANHO 55 CM;
- Item 18 - CADEIRA DE RODAS;
- Item 19 - CADEIRA DE RODAS PARA PESSOA OBESA;
- Item 20 - CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA;
- Item 21 - CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE;
- Item 23 - CAMA HOSPITALAR;
- Item 25 - CARRO MACA SIMPLES;
- Item 28 - DERMATOSCÓPIO;
- Item 30 - DETECTOR FETAL DE MESA;
- Item 31 - DETECTOR FETAL PORTÁTIL;
- Item 33 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO;
- Item 34 - ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL;
- Item 35 - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO;
- Item 36 - ESTETOSCÓPIO ADULTO;
- Item 37 - ESTETOSCÓPIO INFANTIL;
- Item 39 - LARINGOSCÓPIO;
- Item 40 - LARINGOSCÓPIO INFANTIL;
- Item 54 - OFTALMOSCÓPIO;
- Item 55 - OTOSCÓPIO;
- Item 56 - OXÍMETRO DE PULSO;
- Item 58 - REANIMADOR MANUAL ADULTO DE SILICONE;
- Item 59 - REANIMADOR MANUAL PEDIÁTRICO DE SILICONE.

**Os itens abaixo deverão possuir selo do INMETRO no momento da entrega:**

- Item 06 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL PARA OBESOS;
- Item 07 - BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL ADULTO;
- Item 08 - BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL INFANTIL;
- Item 30 - DETECTOR FETAL DE MESA;
- Item 31 - DETECTOR FETAL PORTÁTIL;
- Item 33 - ESFIGMOMANOMETRO ADULTO;
- Item 34 - ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL;
- Item 35 - ESFIGMOMANOMETRO OBESO;
- Item 36 - ESTETOSCÓPIO ADULTO;
- Item 37 - ESTETOSCÓPIO INFANTIL.

**INSCRIÇÃO**

- Para os itens **5 e 11**, deverão constar nos produtos as respectivas inscrições **FMS-SS** (para os itens da Secretaria Municipal da Saúde de Joinville) e **HMSJ** (para os itens do Hospital Municipal São José de Joinville).

**Justificativa para exigência de índices financeiros**

O Fundo Municipal de Saúde de Joinville vem, pela presente, justificar a exigência dos índices financeiros previstos no Edital de **Pregão nº 063/2020**.

Item 10 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, subitem 10.7 alínea “i” - Demonstrativos dos Índices, serão habilitadas apenas as proponentes que apresentarem índices que atendam as condições abaixo:

Liquidez Geral > 1,00

Solvência Geral > 1,00

Liquidez Corrente > 1,00

Verifica-se que o Edital da Licitação em pauta atende plenamente a prescrição legal, pois a comprovação da boa situação financeira da empresa está sendo feita de forma objetiva, através do cálculo de índices contábeis previstos no subitem 10.7 “i” do Edital, apresentando a fórmula na qual deverá ser calculado cada um dos índices e o limite aceitável de cada um para fins de julgamento.

O **índice de Liquidez Geral** indica quanto a empresa possui em disponibilidade, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações, com vencimento neste mesmo período.

O **índice de Solvência Geral** indica o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. Envolve além dos recursos líquidos, também os permanentes.

O **índice de Liquidez Corrente** identifica a capacidade de pagamento da empresa a curto prazo, considerando tudo que o que se converterá em dinheiro (a curto prazo), relacionando com tudo o que a empresa já assumiu como dívida (a curto prazo).

Para os três índices exigidos no Edital em referência (LG, SG e LC), o resultado > 1,00 é indispensável à comprovação da boa situação financeira da proponente.

Desse modo, os índices estabelecidos para a Licitação em pauta não ferem o disposto no art. 31, da Lei 8.666/93 e em conformidade com a Instrução Normativa SEGES/MP nº 3, de 26 de abril de 2018, bem como foram estabelecidos no seu patamar mínimo aceitável para avaliar a saúde financeira do proponente.



Documento assinado eletronicamente por **Fabricio da Rosa, Diretor (a) Executivo (a)**, em 12/03/2020, às 14:27, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Jean Rodrigues da Silva, Secretário (a)**, em 12/03/2020, às 14:28, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **5868028** e o código CRC **D4C097E0**.

Rua Coelho Neto, 255 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-015 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

19.0.157738-1

5868028v18