

MEMORANDO SEI Nº 0023617027/2024 - SES.UAD.ACM

Joinville, 21 de novembro de 2024.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico **453/2024**.**Objeto:** Aquisição de Materiais de Enfermagem (Insumos para punção, infusão e monitoração).

Em atenção ao Memorando SAP.LCT (SEI nº 0023616720), segue a análise técnica solicitada:

Item	Material/Serviço	Fornecedor	9.6 m- Alvará Sanitário	9.6 n- AFE	Parecer
4	25771 - AGULHA DESC. PARA QUIMIOTERAPIA 20 G X 25 MM COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	CRUZEL COMERCIAL LTDA	Válido até 18/10/2025- De acordo	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da Anvisa	Documentação técnica aprovada, haverá a necessidade de apresentar amostra.
62	44207 - EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL	WISDOM FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Válido até 08/03/2025- De acordo	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da Anvisa	Documentação técnica aprovada, haverá a necessidade de apresentar amostra.
68	909130 - EXTENSOR PARA INFUSAO DE 1 VIA COM 60CM	METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Válido até 22/04/2025- De acordo	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da Anvisa	Documentação técnica aprovada.
70	917215 - SERINGA DESCARTAVEL DE	BRAMED COMERCIO	Válido até 20/05/2026-	AFE ativa para produtos para saúde (correlatos)	Documentação

17	INSULINA 1CC COM AGULHA	HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	29/03/2020- De acordo	(correlatos), confirmado no Portal ANVISA.	técnica aprovada.
83	913322 - SERINGA DESCARTAVEL COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA ARTICULADO SEM AGULHA 3ML	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Válido até 27/06/2025- De acordo	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da Anvisa	Documentação técnica aprovada.
90	913324 - SERINGA DESCARTAVEL COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA ARTICULADO SEM AGULHA 10ML	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Válido até 27/06/2025- De acordo	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da Anvisa	Documentação técnica aprovada.
95	913584 - SERINGA PARA COLETA DE GASOMETRIA	SETMED INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA	Válido até 28/11/2024- De acordo	AFE ativa para produtos para saúde (correlatos), confirmado no Portal ANVISA.	Documentação técnica aprovada.
97	13182 - TAMPA PROTETORA DE DISPOSITIVO DE INFUSÃO	SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Válido até 10/04/2025- De acordo	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da Anvisa	Documentação técnica aprovada.

Em complemento, encaminhamos as informações acerca da análise da amostra apresentada para o item 3:

Item	Material/Serviço	Fornecedor	Informação
3	25771 - AGULHA DESC. PARA QUIMIOTERAPIA 20 G X 25 MM COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Amostra aprovada conforme SEI nº 0023617015.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno**, **Coordenador(a)**, em 21/11/2024, às 12:39, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0023617027** e o código CRC **D5D7F91C**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

24.0.187346-0

0023617027v9

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 453/2024.

ITEM: 3

25771 - AGULHA DESC. PARA QUIMIOTERAPIA 20 G X 25 MM COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONFORME NR 32; COM TUBO EXTENSOR. CANULA EM ACO SILICONIZADO, BISEL TIPO HUBER DE FACIL PENETRAÇÃO. TUBO EXTENSOR TRANSPARENTE COM INJETOR LATERAL, PINÇA CORTA FLUXO, CONECTOR LUER-LOCK E TAMPA PROTETORA. ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE REGISTRO ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO. Cota Principal

FORNECEDOR: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Marca: MEDIKA/ Modelo 95003

LOTE: 20231110

REGISTRO (ANVISA): 10289689032-

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 04 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: _____

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: _____

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: _____

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: ☒ SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA: _____

DATA: 21 / 11 / 2024

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

Enf. Aline R. Lopes
COREN-SP 197881
Cadastrada em 03/08/2011