



## Prefeitura de Joinville

### MEMORANDO SEI Nº 0017718841/2023 - SES.UAF.ACM

Joinville, 19 de julho de 2023.

À SAP.LCT

Encaminhamos parcial de análises técnicas das propostas:

ITEM	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	UNID DE MEDIDA	EMPRESA	Marca	8.4 Proposta de acordo com o edital?	8.10.1- Registro Anvisa	11 - Amostra	9.6 m- Alvará Sanitário	9.6 n- AFE	Parecer
18	40588	AGULHA HIPODERMICA 13 X 0,45 MM COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UNIDADE	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA	MEDIX	De acordo	80495519017- Registro vigente, referente a agulha com dispositivo de segurança, confirmado no portal da Anvisa	Não se aplica	Válido até 19/09/2024	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da Anvisa	Proposta aprovada
23	40590	AGULHA HIPODERMICA 40 X 1,2 MM COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UNIDADE	BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	LABOR IMPORT	De acordo	10369460204- Registro vigente e referente a agulhas com dispositivo de segurança, confirmado no portal da Anvisa	Não se aplica	Válido até 21/09/2023	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da Anvisa	Proposta aprovada
71	910210	EXTENSOR PARA INFUSAO DE 1 VIA COM 120CM COM OS CONECTORES LUER LOCK	PC	ROTA SUL HOSPITALAR LTDA	MP HOSPITALAR	De acordo	80305560041- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Não se aplica	Válido até 29/02/2024	AFE de correlatos, confirmado no portal da Anvisa	Proposta aprovada
80	909701	SERINGA DESCARTAVEL 20ML	PC	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA	MEDIX	De acordo	80495519061- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Não se aplica	Válido até 19/09/2024	AFE de correlatos ativa, confirmado no prtal da Anvisa	Proposta aprovada
83	917215	SERINGA DESCARTAVEL DE INSULINA 1CC COM AGULHA	PC	BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	SALDANHA RODRIGUES	De acordo	80026180015- registro vigente, conformado no portal da Anvisa	Não se aplica	Válido até 21/09/2023	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da Anvisa	Proposta aprovada
87	913322	SERINGA DESCARTAVEL COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA	PC	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDIX	De acordo	10033430573- Registro vigente e referente a seringas com dispositivo de	Não se aplica	Válido até 29/02/2024	AFE de correlatos, confirmado no portal da Anvisa.	Proposta aprovada

		ARTICULADO SEM AGULHA 3ML				segurança, confirmado no portal da Anvisa				
--	--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

As análises das propostas para os demais itens serão encaminhadas posteriormente.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 19/07/2023, às 13:16, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0017718841** e o código CRC **0ADBA346**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

23.0.077252-8

0017718841v3