



---

**MEMORANDO SEI Nº 26101645/2025 - SES.UFL.LAB**

Joinville, 14 de julho de 2025.

À

**SAP.LCT** - Luciana Klitzke**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico 220/2025.**Objeto:** Aquisição de agulhas, corantes, materiais e reagentes para exames de grande demanda para o Laboratório Municipal e Laboratório do Hospital Municipal São José de

Joinville

Prezada Senhora,

Em atenção aos MEMORANDO SEI Nº 26085463 - SAP.LCT, temos o que segue:

**a) Quanto a diligência realizada para o item 18:**

Na análise preliminar foi questionado:

- 1) O adaptador é fixo no escalpe ou separado?
- 2) E caso de adaptador separado, ele possui mecanismo de descarte automático?
- 3) Em caso de adaptador separado, qual o Registro no Ministério da Saúde do adaptador?
- 4) Qual o comprimento (dimensões) do escalpe ofertado?
- 5) Quantos unidades de escalpes vem em cada caixa?
- 6) Enviar imagem do escalpe e do adaptador.

No retorno, a empresa manifestou-se:

***Participante:*** Bom dia, solicitamos desclassificação do item 18, pois não temos o documento solicitado. pedimos desculpa pelo transtorno.***Pregoeira:*** Os senhores não conseguem comprovar os questionamentos solicitados?

**Participante:** *Infelizmente não pois o produto que ofertamos não é da marca específica para o solicitado em edital.*

**Parecer:** Considerando a manifestação da empresa, a proposta está reprovada por ofertar produto que não atende as exigências do edital

b) análise das Propostas Comerciais apresentadas pelas empresas arrematantes do Pregão Eletrônico 220/2025, conforme tabela abaixo:

Item	Material/Serviço	Fornecedor	Marca	Descritivo (a)	Registro ANVISA 8.10.1	Prospecto/Ficha técnica/Imagem do site 8.10.2	Parecer	Amostras
12	24425 - SANGUE OCULTO - TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA PESQUISA. TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA PESQUISA DE SANGUE OCULTO, EM CASSETE OU TIRA. TESTE PARA DETECÇÃO RÁPIDA DE HEMOGLOBINA HUMANA NAS FEZES SEM A NECESSIDADE DE DIETA. SENSIBILIDADE ANALÍTICA (cut-off) de 50 ng/ml ou inferior. SENSIBILIDADE: maior ou igual a 93%; ESPECIFICIDADE: maior ou igual a 99%. KIT COMPLETO PARA EXECUÇÃO DO TESTE. ARMAZENAMENTO EM TEMPERATURA AMBIENTE (+2°C a +30°C). RESULTADO DO TESTE EM NO MÁXIMO 15 MINUTOS. APRESENTAÇÃO: KIT COM 20 A 50 TESTES.	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VIDA	Atende	80785070186- Registro vigente, confirmado no Portal da Anvisa	Apresentou.	Aprovado	EXIGE. 50 (cinquenta) unidades, em embalagem original e lacrada.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Carolina Simone de Souza de Oliveira, Servidor(a) Público(a)**, em 14/07/2025, às 12:14, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **26101645** e o código CRC **C511C564**.

---

Rua Itajaí, 268 - Bairro Centro - CEP 89201-090 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

---

25.0.070446-1

26101645v9