



## JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO SEI Nº 2184126/2018 - SES.UCC.ASU

Joinville, 31 de julho de 2018.

### ATA DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO

**FEITO:** Impugnação Administrativa

**REFERÊNCIA:** Edital Pregão Eletrônico SRP Nº 252/2018

**OBJETO:** Aquisição de órteses, próteses e materiais especiais para neurocirurgia

**IMPUGNANTE:** Endocirúrgica – Comércio de Produtos Médicos Ltda.

#### **I – Das Preliminares:**

Trata-se de Impugnação Administrativa interposta pela empresa **Endocirúrgica – Comércio de Produtos Médicos Ltda.** inscrita no CNPJ sob o nº **01.056.388/0001-28**, aos 31 dias de julho de 2018, contra os termos do edital do Pregão Eletrônico SRP Nº 252/2018.

#### **II – Da Tempestividade**

Verifica-se a tempestividade e a regularidade da presente impugnação, atendendo ao previsto no art. 41, §2º, da Lei de Licitações e no item 13.1 do Edital.

### III – Das Alegações da Impugnante

Inicialmente, alega a impugnante, que no Item 05 apresenta descrição que restringe a participação de produtos que apresentam plenas condições de atendimento aos procedimentos neurocirúrgicos ao englobar em sua solicitação características peculiares a um único fabricante, conforme detalhado abaixo:

Gravação Fresada:

A gravação fresada representa uma tecnologia abandonada pelos fabricantes mundiais entre os anos 70 e 80, sendo substituída com sucesso por tecnologia de elevada eficiência e amplamente utilizada por fabricantes de cliques em todo o mundo - a gravação piramidal.

Blisters com Abertura em Pétalas

Ao especificar características tão detalhadas da opção particular da embalagem de um determinado fabricante novamente temos a exclusão de marcas conceituadas.

Direcionamento de Medidas

Nota –se que a utilização de referências a tamanhos fornecidos por um único fabricante, sem elementos que possibilitem a apresentação de produtos similares, destinados exatamente às mesmas funções, mas com variações de catálogo, especialmente no que diz respeito ao dimensionamento das peças.

Assim, defende a Impugnante que, as referidas exigências acaba por frustrar a sua participação no certame, compromete participação de outras empresas. Por fim, requer que seja removido do item 05 todos os aspectos que impeçam a cotação de outras empresas de qualidade reconhecida para o atendimento desses itens, ampliando a disputa.

### V – Da Análise e Julgamento:

De início, acerca da exigência impugnada, necessário trazer à baila as informações prestadas por meio do Parecer Técnico (SEI nº 2169851) emitido pela **Servidor(a) Público(a) Sr.ª. Aline Rosana Lopes**:

“[...]Informamos que, após análise do material proposta pela empresa e com objetivo de aumentar a competitividade mantendo a qualidade e os padrões do material a ser adquirido, o descritivo foi revisado e modificado”

Após análise do material proposta pela empresa e com objetivo de aumentar a competitividade mantendo a qualidade e os padrões do material a ser adquirido, o descritivo foi revisado e modificado. Segue descritivo que deverá ser utilizado no certame.

## 19031 - CLIP DE TITÂNIO PARA NEUROCIRURGIA

Clip intracraniano para aneurisma cerebral em titânio com frisos do tipo serrilhado paralelos ou gravação piramidal, que se encaixem transversalmente oferecendo ótima aderência e ocupando totalmente a área envolvida, com movimento crocodilo para os modelos mini e standard e movimento cerceamento para os modelos fenestrados. Fabricados em liga conformada, testada e aprovada para implantes cirúrgicos pela Anvisa, embalagem estéril contendo etiqueta com dados de identificação, tipo de esterilização, data de fabricação, validade, número de lote e registro no Ms. Fornecidos com aplicadores (fórceps) dos tipos padrão e mini. Nos seguintes modelos e tamanhos:

Mini clip permanente: reto de 3mm; meio curvo de 5mm; reto de 5mm; reto de 7mm; meio curvo de 7mm e curvo de 7mm. Os tamanhos podem variar até no máximo 1mm

Mini clip temporário: reto de 5mm; reto de 7mm; meio curvo de 7mm. Os tamanhos podem variar até no máximo 1mm.

Clip standard permanente: reto de 5mm; meio curvo de 5mm; curvo de 5mm; ângulo 90° de 5mm; reto de 7mm; meio curvo de 7mm; curvo de 7mm; acotovelado de 7mm; reto de 9mm; meio curvo de 9mm; curvo de 9mm; ângulo 45° de 9mm; baioneta de 9mm; ângulo 90° de 9mm; reto de 11mm; meio curvo de 11mm; reto de 15mm; meio curvo de 15mm. Os tamanhos podem variar até no máximo 1mm.

Clip standard temporário: reto 9mm; meio curvo de 9mm. Os tamanhos podem variar até no máximo 1mm

Clip fenestrado permanente: reto 5x9mm; ângulo 45° de 5x10mm; ângulo 90° de 5x7mm; ângulo 90° de 5x10mm. Os tamanhos podem variar até no máximo 1mm. COD SUS = 0702010235

### VI – Da Conclusão:

Nesse sentido, entendemos serem fundadas as razões da Impugnante, visto que estamos promovendo alterações na continuidade do presente procedimento licitatório.

### VII – Da Decisão:

Ante o exposto, pelo respeito eminente aos princípios da legalidade, da competitividade e da eficiência, decide-se **CONHECER DA IMPUGNAÇÃO INTERPOSTA** pela empresa **Endocirúrgica – Comércio de Produtos Médicos Ltda.**, para no mérito, **DAR PROVIMENTO**, alterando o Edital, pois merece modificações.

**Pregoeiro:** Saul de Villa Luciano



Documento assinado eletronicamente por **Saul de Villa Luciano, Servidor(a) Público(a)**, em 31/07/2018, às 11:39, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Ana Carolina Volles, Servidor(a) Público(a)**, em 31/07/2018, às 11:44, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Telma Rosane Kreff, Servidor(a) Público(a)**, em 31/07/2018, às 11:48, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **2184126** e o código CRC **8D748D1B**.