



**RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SAP.GAB/SAP.DCO/SAP.LCT
PREGÃO ELETRÔNICO nº 437/2024**

Objeto: Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Material de Hemodinâmica para atender a demanda do Hospital Municipal São José.

Considerando o pedido de esclarecimento abaixo, informo que foi solicitado análise técnica do pedido por intermédio do Ofício SEI nº 0022645566/2024 - SAP.LCT. Assim, em resposta ao mesmo, recebemos o Ofício SEI nº 0022662448/2024 - HMSJ.SUP.OPME.

ESCLARECIMENTOS:

1º Questionamento: *"A (...) vem respeitosamente através deste solicitar esclarecimento referente as medidas que serão solicitadas no item 27. Esse item apresenta o descritivo "STENT CORONARIANO FARMACOLÓGICO STENT DE LIGA CROMOCOBALTO, REVESTIDO DE FÁRMACO, NOS TAMANHOS DE 2,25 A 4,0 MM DE DIÂMETRO E DE 8,0 A 38 MM DE COMPRIMENTO, MONTADO EM BALÃO, COMPRIMENTO DO SISTEMA DE ENTREGA DE NO MÍNIMO 140 CM, COMPATÍVEL COM CATÉTER GUIA DE DIÂMETRO 6 FR, COM MARCAS RADIOPACAS DISTAL E PROXIMAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL." Atualmente nossa empresa dispõe das seguintes medidas de comprimento: 10, 15, 20, 25, 30 e 35. Sendo o último não disponível no diâmetro de 2,25mm, mas em todos os outros sim. Dessa forma, as medidas que nossa empresa dispõe serão aceitas pela administração?"*

Recebido em 02 de setembro de 2024 às 12h15min (documento SEI nº 0022645479).

Resposta: Conforme manifestação da Área de Órteses, Próteses e Materiais Especiais do Hospital Municipal São José, unidade requisitante do processo, através do Ofício SEI nº 0022662448/2024 - HMSJ.SUP.OPME: *"informamos primeiramente que não realizamos análise prévia de proposta/documentos. Quando aos tamanhos descritos no item 27, informamos que a proposta **não poderá ser divergente do descritivo**, estando os tamanhos propostos dentro do diâmetro e comprimento especificados."*

Neste sentido, os interessados deverão ofertar materiais que atendam ao descritivo exigido do item em todos os quesitos (revestimento, diâmetro, comprimento, compatibilidade, etc), constante no Anexo I e no Termo de Referências do Edital.

Atenciosamente,

Marcio Haverroth
Pregoeiro(a) - Portaria nº 181/2024 - SEI nº 0021976547



Documento assinado eletronicamente por **Marcio Haverroth, Servidor(a) Público(a)**, em 03/09/2024, às 11:07, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0022663407** e o código CRC **2014B868**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguacu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

24.0.178124-7

0022663407v3