



## Prefeitura de Joinville

MEMORANDO SEI Nº 0013971903/2022 - SES.UAF.ACM

Joinville, 18 de agosto de 2022.

À SAP.LCT

Encaminhamos a análise técnica das amostras apresentadas para os itens 3, 4, 5, 7 e 29:

Item	Material/Serviço	Marca	Unid. medida	EMPRESA	8.9.1- REGISTRO ANVISA OU COMP. DE DISPENSA	PARECER
3	909666 - ATADURA ALGODAO ORTOPEDICO 10 CM X 180 CM ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 10 CM X 180 CM - CONFECCIONADA EM FIBRA DE ALGODÃO, COR NATURAL, COM GOMA APLICADA EM UMA DAS FACES, COM RELATIVA IMPERMEABILIDADE, ENROLADAS EM MANTAS UNIFORMES E CONTINUAS. IDENTIFICAÇÃO: NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO.	MEDIHOUSE	PC	CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	10181829002	Conforme indicado no parecer técnico 0013972512 o produto apresenta perda de material causando maior gasto a unidade, além de liberar partículas que podem causar irritabilidade e lesão na pele. <u>Amostra reprovada.</u>
4	909667 - ATADURA ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM X 180 CM ATADURA ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM X 180 CM - CONFECCIONADA EM FIBRA DE ALGODAO, COR NATURAL, COM GOMA APLICADA EM UMA DAS FACES, COM	MEDIHOUSE	PC	CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	10181829002	Conforme indicado no parecer técnico 0013972583 o produto apresenta perda de material causando maior gasto a unidade, além de liberar partículas que podem causar

	RELATIVA IMPERMEABILIDADE, ENROLADAS EM MANTAS UNIFORMES E CONTINUAS. IDENTIFICACAO: NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA E RESPONSAVEL TECNICO.				irritabilidade e lesão na pele. <u>Amostra reprovada.</u>	
5	909668 - ATADURA ALGODAO ORTOPEDICO 20 CM X 180 CM ATADURA ALGODAO ORTOPEDICO 20 CM X 180 CM - CONFECCIONADA EM FIBRA DE ALGODAO, COR NATURAL, COM GOMA APLICADA EM UMA DAS FACES, COM RELATIVA IMPERMEABILIDADE, ENROLADAS EM MANTAS UNIFORMES E CONTINUAS. IDENTIFICACAO: NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA E RESPONSAVEL TECNICO.	MEDIHOUSE	PC	CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	10181829002	Conforme indicado no parecer técnico 0013972530 as amostras apresentadas apresentam pontas soltas, com sobras, o papel que enrola o algodão apresenta-se amassado, o algodão fica aparentemente solto. O produto ofertado solta muito material. <u>Amostra reprovada.</u>
7	909671 - ATADURA DE CREPE 8CM X 180CM ATADURA DE CREPE 8CM X 180CM EM REPOUSO - COMPOSTA DE ALGODAO CRU DE ALTA TORCAO OU COMPONENTES SINTETICOS, 13 FIOS/CM2, COM BORDAS DELIMITADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE EM FORMA CILINDRICA, ISENTA DE DEFEITOS, NAO DESFIAR OU DEFORMAR AO MANUSEIO, BOA CAPACIDADE DE ABSORCAO, NAO SER	MEDIPLUS	PC	CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	10181829001	Conforme indicado no parecer técnico 0013972656 as amostras ao serem manuseadas começam a desfiar, até mesmo sem manuseio a mesma apresenta estar desfiando nos cantos do rolo. <u>Amostra reprovada.</u>

	ABRASIVA, HIPOALERGENICA E AUTOCLAVAVEL. IDENTIFICACAO: Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO DA ANVISA E RESPONSAVEL TECNICO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE.				
29	29857 - CAMPO ESTERIL PARA PREPARO DE QUIMIOTERÁPICOS CAMPO ESTÉRIL, PARA PROTEÇÃO NO PREPARO DE DE QUIMIOTERÁPICOS EM CAPELA DE FLUXO LAMINAR APRESENTANDO MEDIDAS MÍNIMAS DE 60CMX40CM (PADRÃO DA CAPELA DE FLUXO DESTA INSTITUIÇÃO), IMPERMEÁVEL NUMA FACE E ABSORVÍVEL EM OUTRA, CONFECCIONADO EM SMS, GRAMATURA MÍNIMA 50G/M2. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTÉRIO DA SAUDE (ANVISA).	CLEANTECH	PEÇAS	MEDCLEAN	80053550019 Amostra aprovada conforme SEI 0013972713

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador (a)**, em 18/08/2022, às 09:44, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0013971903** e o código CRC **6BF91979**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -  
www.joinville.sc.gov.br

## FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 324/2022

ITEM: 3

909666 - ATADURA ALGODAO ORTOPEDICO 10 CM X 180 CM ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 10 CM X 180 CM - CONFECCIONADA EM FIBRA DE ALGODÃO, COR NATURAL, COM GOMA APLICADA EM UMA DAS FACES, COM RELATIVA IMPERMEABILIDADE, ENROLADAS EM MANTAS UNIFORMES E CONTINUAS. IDENTIFICAÇÃO: NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO.

FORNECEDOR: CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI

MARCA: MEDI HOUSE

LOTE: 282

REGISTRO (ANVISA): 10181829002

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 12 unidades

### AVALIAÇÃO TÉCNICA

#### EMBALAGEM

Apontamentos:

*Fácil abertura*

Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

#### ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos:

*Atende ao descritivo acima citado porém com perda de material.*

( ) Adequada  Inadequada ( ) Não se aplica

#### FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos:

*Apresenta perda de material ao desenvolver o produto.*

( ) Adequada  Inadequada ( ) Não se aplica

#### CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: ( ) SIM  NÃO

JUSTIFICATIVA:

*O produto apresenta perda de material causando maior gasto de unidade, além de liberar partículas que podem causar irritabilidade e dor na pele.*

DATA: *17/08/2022*

*Diego Nuno Soares. COREN/SC 533331*  
ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

Daniel F. S. Tomasel  
Enfermeiro  
COREN/SC 213797

## FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 324/2022

ITEM: 4

909667 - ATADURA ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM X 180 CM ATADURA ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM X 180 CM - CONFECCIONADA EM FIBRA DE ALGODAO, COR NATURAL, COM GOMA APLICADA EM UMA DAS FACES, COM RELATIVA IMPERMEABILIDADE, ENROLADAS EM MANTAS UNIFORMES E CONTINUAS. IDENTIFICACAO: NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA E RESPONSAVEL TECNICO.

FORNECEDOR: CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI

MARCA: MEDI HOUSE

LOTE: 276

REGISTRO (ANVISA): 10181829002

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 12 unidades

### AVALIAÇÃO TÉCNICA

#### EMBALAGEM

Apontamentos: *Fácil abertura*

Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

#### ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: *(Fácil abertura) Atadura atende ao descrito acima, porém com perda de material podendo causar irritabilidade na pele.*

( ) Adequada  Inadequada ( ) Não se aplica

#### FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: *Perda de material ao desender o produto.*

( ) Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

#### CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: ( ) SIM  NÃO

JUSTIFICATIVA: *O produto apresenta perda de material durante sua aplicação podendo causar irritabilidade de cutânea ou infecção.*

DATA: *17/08/2022*

*Diego Muniz Soares* COREN/SC. 533331  
ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

Daniel R. S. Fomasei  
Enfermeiro  
COREN/SC 213797

## FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 324/2022

ITEM: 5

909668 - ATADURA ALGODAO ORTOPEDICO 20 CM X 180 CM ATADURA ALGODAO ORTOPEDICO 20 CM X 180 CM - CONFECCIONADA EM FIBRA DE ALGODAO, COR NATURAL, COM GOMA APLICADA EM UMA DAS FACES, COM RELATIVA IMPERMEABILIDADE, ENROLADAS EM MANTAS UNIFORMES E CONTINUAS. IDENTIFICACAO: NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA E RESPONSAVEL TECNICO.

FORNECEDOR: CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI

MARCA: MEDIHOUSE

LOTE: 282

REGISTRO (ANVISA): 10181829002

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 12 unidades

### AVALIAÇÃO TÉCNICA

#### EMBALAGEM

Apontamentos: textura, bem assim e papel que envolve e algodão apresenta-se todo amassado, algodão fica apertadamente rolado.

( ) Adequada (  ) Inadequada ( ) Não se aplica

#### ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: Não são emoldos contínuas, pois algumas apresenta pontas soltas, com solas e mais do que na outra ponta

( ) Adequada (  ) Inadequada ( ) Não se aplica

#### FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: Algodão não é prática para desmoldar, apresenta material na fibra do algodão parecido com pedacinhos de madeira.

( ) Adequada (  ) Inadequada ( ) Não se aplica

#### CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: ( ) SIM (  ) NÃO

JUSTIFICATIVA: Produto solta muito material, difícil de desmoldar,

DATA: 17/08/2022

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

Daniel F. S. Tomasel  
Enfermeiro  
COREN/SC 213797

## FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 324/2022

ITEM: 7

909671 - ATADURA DE CREPE 8CM X 180CM ATADURA DE CREPE 8CM X 180CM EM REPOUSO - COMPOSTA DE ALGODAO CRU DE ALTA TORCAO OU COMPONENTES SINTETICOS, 13 FIOS/CM2, COM BORDAS DELIMITADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE EM FORMA CILINDRICA, ISENTA DE DEFEITOS, NAO DESFIAR OU DEFORMAR AO MANUSEIO, BOA CAPACIDADE DE ABSORCAO, NAO SER ABRASIVA, HIPOALERGENICA E AUTOCLAVAVEL. IDENTIFICACAO: N° DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO DA ANVISA E RESPONSAVEL TECNICO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE.

FORNECEDOR: CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI

MARCA: MEDIPLUS

LOTE: 141308

REGISTRO (ANVISA): 10181829001

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 12 unidades

### AVALIAÇÃO TÉCNICA

#### EMBALAGEM

Apontamentos: *facil de abrir*

Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

#### ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: *Citadunca, sem manuseada, começa desfiar, até mesmo sem manuseio a mama apresenta um defeito no centro da rede.*

( ) Adequada  Inadequada ( ) Não se aplica

#### FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: *facil de desmanchar mas muito frágil na costura dos fios sem exporção de mais e desfiar com facilidade*

Adequada  Inadequada ( ) Não se aplica

#### CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: ( ) SIM  NÃO

JUSTIFICATIVA: *que se manuseada a mama começa a ficar desfiada,*

DATA: *17/08/2022* *Diego M. Melo Soares, COREN/SC 533331*

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

Daniel F. S. Tomasel  
Enfermeiro  
COREN/SC 213797

## FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 324/2022

ITEM: 29

29857 - CAMPO ESTERIL PARA PREPARO DE QUIMIOTERÁPICOS CAMPO ESTÉRIL, PARA PROTEÇÃO NO PREPARO DE DE QUIMIOTERÁPICOS EM CAPELA DE FLUXO LAMINAR APRESENTANDO MEDIDAS MÍNIMAS DE 60CMX40CM (PADRÃO DA CAPELA DE FLUXO DESTA INSTITUIÇÃO), IMPERMEÁVEL NUMA FACE E ABSORVÍVEL EM OUTRA, CONFECCIONADO EM SMS, GRAMATURA MÍNIMA 50G/M2. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTÉRIO DA SAUDE (ANVISA)

FORNECEDOR: MEDCLEAN COMERCIAL LTDA

MARCA: CLEANTECH

LOTE: P20717J

REGISTRO (ANVISA): 8005355

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 02 UNIDADES

### AVALIAÇÃO TÉCNICA

#### EMBALAGEM

Apontamentos: OK /

Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

#### ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: OK: impede também a contaminação com antineoplásicos na área de preparo sendo absorvidos pela barreira garantindo segurança no processo de manipulação.

Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

#### FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: OK /

Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica


#### CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO:  SIM ( ) NÃO

JUSTIFICATIVA: OK /

DATA: 16/08/2022

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

OK /  
  
Daniel Fleury Baum  
Farmacêutico - Biocímico  
CRF/SC 3640