

MEMORANDO SEI Nº 25257451/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 23 de abril de 2025.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 453/2024.**Objeto:** Aquisição de Materiais de Enfermagem (Insumos para punção, infusão e monitoração).

Encaminhamos as informações das amostras já analisadas, referentes ao presente processo:

Item	Material/Serviço	EMPRESA ATUAL	Parecer
100	909155 - TORNEIRINHA PVC 3 VIAS	METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Conforme Análise SEI nº 25237817, a amostra é incompatível com medicamentos viscosos ou que contenham lipídios, não sendo funcional para a área hospitalar, principalmente UTI, que utiliza essas medicações com frequência. Descrito na embalagem a incompatibilidade. As medicações utilizadas no hospital como propofol ressecam o material provocando rachaduras, inviabilizando o uso. Amostra reprovada.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 24/04/2025, às 07:55, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **25257451** e o código CRC **79D261A2**.Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.187346-0

25257451v6

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 453/2024

ITEM: 100

909155 - TORNEIRINHA PVC 3 VIAS DESCARTAVEL TORNEIRINHA 3 VIAS - TORNEIRINHA COMPOSTA DE MANIPULO, BASE OU CORPO E TAMPAS PROTETORAS, BICO LUER-LOCK PARA CONEXOES EM CATETERES E EQUIPO, BICO LUER-LOCK, COM CONEXAO ROTATIVA ALTA RESISTENCIA A PRESSOES. MANIPULO GIRATORIO, COM INDICACAO DE FLUXO. CORPO TRANSLUCIDO. EMBALAGEM INDIVIDUAL.PAPEL GRAU-CIRURGICO CONTENDO LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA E METODO DE ESTERILIZACAO.

FORNECEDOR: METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

MARCA: Descarpack

LOTE: SCTPAB012J

REGISTRO (ANVISA): 10330660036

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 02 unidades

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: _____

Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: _____

Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: *Produtos incompatíveis com medicamentos utilizados em*

que contêm lipídios / não sendo funcional para o uso
hospitalar, principalmente IV, que utiliza essas medicações com frequência.
() Adequada Inadequada () Não se aplica *Devido na embalagem a incompatibilidade.*

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: () SIM NÃO

JUSTIFICATIVA: *Incompatível com os medicamentos utilizados no hospital.*
Medicamentos como Plonoxil e NTP possuem o material parafinado
rodado, inviabilizando o uso.

DATA: 09/04/25

Jessica Maestrelli
ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO *Jessica R. dos S. Maestrelli*
Enfermeira
COREN-SC 699.849