

MEMORANDO SEI Nº 0024664838/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 26 de fevereiro de 2025.

À
SAP.LCT**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico 071/2025.**Objeto:** Aquisição de insumos de enfermagem da linha têxtil.

Em atenção ao documento SEI nº 0024645901 segue análise das diligências realizadas:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com o edital?	8.10 - Registro ANVISA	8.10 b) Para os itens 38, 39/40, 41 - Apresentar Laudos BFE (eficiência de filtração bacteriana) de acordo com a NBR 16064:2016 e suas atualizações; os laudos devem ser emitidos por Laboratório Analítico que realiza ensaios de controle de qualidade - ECQ.	8.10 c) Prospeto, Ficha Técnica/ Print de Tela	11 - Amostra	Parecer
29	29855 - AVENTAL CIRURGICO IMPERMEÁVEL PARA USO LABORATORIAL E EM NECRÓPSIA (ACEITA-SE ESTÉRIL OU NÃO ESTÉRIL); DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM SMS 100% POLIPROPILENO, COR BRANCO OU AZUL, IMPERMEÁVEL (COM FILME IMPERMEÁVEL), GRAMATURA IGUAL OU SUPERIOR A 40G/M², ACABAMENTO COM COSTURA REFORÇADA NOS DECOTES, TIRAS E BORDAS, MANGAS COMPRIDAS, PUNHO COM ELÁSTICO OU MALHA SANFONADA, DOBRA CIRÚRGICA, ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO. MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA 110 CM X LARGURA 150 CM. EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 10 PEÇAS CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, TAMANHO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MS/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA EMISSAO DE NF DE ENTREGA. - Cota Reservada até 25%	Unidade	MEDICAL & SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	EASY SUPRI	De acordo	Registro 80860750011 vigente, confirmado no portal da Anvisa	-----	Apresentou	EXIGE	<p>Na análise preliminar foi indicado que a ficha técnica apresentada não trás informação acerca da altura e também não menciona a presença de filme impermeável.</p> <p>Após diligência realizada, a empresa se manifestou no chat do sistema Comprasnet e afirmou "possui filme impermeável, sim, largura 1,50 até 1.60 conforme tamanho universal informado [...] Senhor pregoeiro, ambas as informações ja constam na proposta anexada anteriormente aos autos, tanto possui filme impermeavel, quanto possuir 1,50 largura"</p> <p>Proposta de acordo com o edital, classificada.</p> <p>Haverá a necessidade de apresentar amostra.</p>

30	29855 - AVENTAL CIRURGICO IMPERMEÁVEL PARA USO LABORATORIAL E EM NECRÓPSIA (ACEITA-SE ESTÉRIL OU NÃO ESTÉRIL); DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM SMS 100% POLIPROPILENO, COR BRANCO OU AZUL, IMPERMEÁVEL (COM FILME IMPERMEÁVEL), GRAMATURA IGUAL OU SUPERIOR A 40G/M², ACABAMENTO COM COSTURA REFORÇADA NOS DECOTES, TIRAS E BORDAS, MANGAS COMPRIDAS, PUNHO COM ELÁSTICO OU MALHA SANFONADA, DOBRA CIRÚRGICA, ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO. MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA 110 CM X LARGURA 150 CM. EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 10 PEÇAS CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, TAMANHO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MS/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA EMISSAO DE NF DE ENTREGA. - Cota Principal	Unidade	NEO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MAPLE	De acordo	Apresentou o registro 82060340016, de acordo	-----	Apresentou, porém, não trás informações acerca das medidas e da existência de filme impermeável.	EXIGE	Na análise preliminar foi indicado que a ficha técnica apresentada indica que as medidas podem ser personalizadas, mas não trás das variações possíveis; o mesmo se aplica a gramatura. Também não menciona a presença de filme impermeável. Após diligência realizada, a empresa se manifestou no chat do sistema Comprasnet e afirmou: "em reunião com nossa equipe técnica foi comprovado que o produto atente ao edital inclusive gostaríamos de enviar uma amostra para tal comprovação com relação ao tamanho será feito de acordo com o solicitado no edital altura 110 x 150 cm largura e gramatura de 40 gramas". Restou pendente a manifestação da empresa em relação a filme impermeável. Aprovação condicionada a empresa confirmar que o produto ofertado possui filme impermeável. Haverá a necessidade de apresentar amostra.
38	275 - CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL DESCARTÁVEL GRAMATURA IGUAL OU MAIOR DE 40G/M², TAMANHO MÍNIMO 50 X 50 CM, NA COR AZUL OU BRANCO, ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM SMS 100% POLIPROPILENO TRILAMINADO, IMPERMEÁVEL, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, NÃO INFLAMÁVEL, RESISTENTE A RASGO E TRAÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM PROTEÇÃO DÚPLA, SENDO QUE UMA DEVERÁ SER EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, TAMANHO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE ENTREGA.	Unidade	COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	POLAR FIX	Apresentou descrição resumida do item.	8003400026, Registro ativo, confirmado no portal ANVISA.	Apresentou	Apresentou, porém, não trás todas as informações do edital	EXIGE	Para continuidade na análise, solicitamos que a empresa confirme que o item ofertado atende as seguintes exigências do edital (responder ponto a ponto): 1- Gramatura mínima de 40 g/m²; 2- Tamanho mínimo 50 X 50 cm; 3- Impermeável; Haverá a necessidade de apresentar amostra.
40	274 - CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO ESTÉRIL DESCARTÁVEL, COM FENESTRA DE 10 CM DE DIÂMETRO, GRAMATURA IGUAL OU MAIOR DE 40G/M², TAMANHO MÍNIMO 50 X 50 CM, NA COR AZUL OU BRANCO, ESTERIL,	Unidade	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE	POLAR FIX	De acordo	Apresentou o registro 8003400026, de acordo.	Apresentou.	Apresentou.	EXIGE	Após diligência realizada, a empresa

<p>CONFECCIONADO EM SMS 100% POLIPROPILENO TRILAMINADO, IMPERMEÁVEL, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, NÃO INFLAMÁVEL, RESISTENTE A RASGO E TRAÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM PROTEÇÃO DUPLA, SENDO QUE UMA DEVERÁ SER EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE ENTREGA. - Cota Principal</p>	<p>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</p>		<p>se manifestou no chat do sistema Comprasnet e afirmou: "<i>sim o item ofertado é impermeável</i>".</p> <p>Proposta de acordo com o edital, classificada.</p> <p>Haverá a necessidade de apresentar amostra.</p>
--	-----------------------------------	--	--

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 26/02/2025, às 16:27, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0024664838** e o código CRC **AD09F7D4**.

Rua Doutor João Colín, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.254207-6

0024664838v2