



MEMORANDO SEI Nº 31353893/2026 - SES.UCO.ACM

Joinville, 22 de outubro de 2026.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 460/2026.

Objeto: Aquisição de Insumos para uso na Central de Materiais e Esterilização.

Prezado(a) Senhor(a),

Em atenção do documento SEI nº 31223128 seguem as demais análises solicitadas.

As análises referentes aos itens 1, 21, 23, 34 e 36 serão enviadas posteriormente.

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com o edital?	8.10.1 - Registro ANVISA	8.10.2 - Prospecto, Ficha Técnica, Imagem de site (print de tela)	11 - Amostra/comodato	Análise prévia e diligência realizada	Parecer final
26	916871 - MATERIAL PARA ESTERILIZACAO 30 X 30 CM EMBALAGEM EM PAPEL CREPADO, CONSTITUÍDO POR CELULOSE 100% , BIODEGRADÁVEL, TAMANHO 30 CM LARG. X 30 CM COMPRIMENTO, GRAMATURA MÍNIMA DE 60 G/M², HIDROREPELENTE,	Fl	SISPACK MEDICAL LTDA	SISPACK CRP3030 Apresentação: Caixa 50 FOLHAS	Apresentou descrição resumida do item.	Isento	Apresentou	-----	Para continuidade da análise é necessário que a empresa apresente a seguinte exigência do edital: 1. Laudos técnicos emitidos por laboratório oficial credenciado pela ANVISA, original ou autenticado, em português - laudos BFE	A empresa apresentou "Laudo de Qualidade", não comprovando a eficiência de filtração bacteriológica e viral (laudos BFE e VFE). Proposta desclassificada.

	<p>ATÓXICO, NÃO IRRITANTE, RESISTENTE A TRAÇÃO E A RASGO, AJUSTÁVEL E MALEÁVEL AO MANUSEIO E DOBRAS, USO ÚNICO, PERMEÁVEL AO AGENTE ESTERILIZANTE.</p> <p>CONTER BARREIRA MICROBIANA COMPROVADA ATRAVÉS DE LAUDOS BFE (EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA) E VFE (EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO VIRAL) DE ACORDO COM A NORMA ABNT/NBR 14990/2010.</p> <p>EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 500 FOLHAS SEGURA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MÍNIMA 20 MESES APOS EMISSÃO DA N.F. DE ENTREGA. APRESENTAR JUNTO DA PROPOSTA LAUDOS TÉCNICOS EMITIDOS POR LABORATÓRIO OFICIAL CREDENCIADO PELA ANVISA, ORIGINAL OU AUTENTICADO, EM PORTUGUÊS, PARA GARANTIR A LEITURA E A VERACIDADE DO DOCUMENTO PARA EQUIPE TÉCNICA DE AVALIAÇÃO.</p>								<p>(eficiência de filtração bacteriana) e VFE (eficiência de filtração viral) de acordo com a norma ABNT/NBR 14990/2010).</p> <p>Resposta da Diligência: a empresa Sispack Medical Ltda encaminhou o arquivo disponível no documento SEI nº 31222608</p>	
27	916872 - MATERIAL PARA ESTERELIZACAO 60 X 60 CM EMBALAGEM EM	FI	SISPACK MEDICAL LTDA	SISPACK Modelo: CRP6060	Apresentou descrição resumida do item.	Isento	Apresentou	-----	Para continuidade da análise é necessário que a empresa	A empresa apresentou "Laudo de Qualidade", não comprovado a

	<p>PAPEL CREPADO, CONSTITUÍDO POR CELULOSE 100% , BIODEGRADÁVEL, TAMANHO 60 CM LARG. X 60 CM COMPRIMENTO, GRAMATURA MÍNIMA DE 60 G/M², HIDROREPELENTE, ATÓXICO, NÃO IRRITANTE, RESISTENTE A TRAÇÃO E A RASGO, AJUSTÁVEL E MALEÁVEL AO MANUSEIO E DOBRAS, USO ÚNICO, PERMEÁVEL AO AGENTE ESTERILIZANTE.</p> <p>CONTER BARREIRA MICROBIANA COMPROVADA ATRAVÉS DE LAUDOS BFE (EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA) E VFE (EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO VIRAL) DE ACORDO COM A NORMA ABNT/NBR 14990/2010.</p> <p>EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 500 FOLHAS SEGURA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MÍNIMA 20 MESES APOS EMISSÃO DA N.F. DE ENTREGA. APRESENTAR JUNTO DA PROPOSTA LAUDOS TÉCNICOS EMITIDOS POR LABORATÓRIO OFICIAL CREDENCIADO PELA ANVISA, ORIGINAL OU AUTENTICADO, EM</p>			<p>Apresentação: Caixa 50 FOLHAS</p>				<p>apresente a seguinte exigência do edital:</p> <p>1. Laudos técnicos emitidos por laboratório oficial credenciado pela ANVISA, original ou autenticado, em português - laudos BFE (eficiência de filtração bacteriana) e VFE (eficiência de filtração viral) de acordo com a norma ABNT/NBR 14990/2010).</p> <p>Resposta da Diligência: a empresa Sispack Medical Ltda encaminhou o arquivo disponível no documento SEI nº 31222608</p>	<p>eficiência de filtração bacteriológica e viral (laudos BFE e VFE).</p> <p>Proposta desclassificada.</p>
--	---	--	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--

	PORTUGUÊS, PARA GARANTIR A LEITURA E A VERACIDADE DO DOCUMENTO PARA EQUIPE TÉCNICA DE AVALIAÇÃO.									
40	47674 - EMBALAGEM SMS PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS CME - 120 X 120 CM EMBALAGEM DE USO ÚNICO PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES À VAPOR SATURADO. PRODUZIDO 100% EM SPUNBOND/MELTBLOW/S UPUNBOND 3 CAMADAS (SMS); BARREIRA BACTERIANA DOTADA DE POROSIDADE CONTROLADA, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA E NÃO INFLAMÁVEL; DEVE SER HIDRORREPELENTE, MALEÁVEL, RESISTENTE A RASGO E ESTOURO E INCINERÁVEL, GRAMATURA ENTRE 50/M²(PESADO) a 70/M² (SUPER PESADO). POSSUIR LAUDOS DE: COMPOSIÇÃO E GRAMATURA DO TECIDO, EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA E VIRAL, NÃO EMISSÃO DE PARTÍCULAS, BARREIRA MICROBIANA. MEDIDAS: 120 X 120 CM.	Unidad e	AMCOR FLEXIBL ES BRASIL LTDA	AMCOR Medida: 1200 x 1200	De acordo	Isento	Apresentou	-----	<p>Para continuidade da análise é necessário que a empresa apresente a seguinte exigência do edital:</p> <p>1. Laudos de: composição e gramatura do tecido, eficiência de filtração bacteriana e viral, não emissão de partículas, barreira microbiana.</p> <p>Resposta da Diligência: a empresa encaminhou o arquivo disponível no documento SEI nº 31221207</p>	<p>A empresa não apresentou os seguintes laudos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Não emissão de partículas. - Barreira microbiana. <p>Proposta desclassificada.</p>
41	47675 - EMBALAGEM SMS PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS CME - 100 X 100 CM EMBALAGEM DE USO ÚNICO PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES À VAPOR	Unidad e	AMCOR FLEXIBL ES BRASIL LTDA	AMCOR Medida: 1000 x 1000	De acordo	Isento	Apresentou	-----	<p>Para continuidade da análise é necessário que a empresa apresente a seguinte exigência do edital:</p> <p>1. Laudos de: composição e</p>	<p>A empresa não apresentou os seguintes laudos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Não emissão de partículas. - Barreira microbiana.

	SATURADO. PRODUZIDO 100% EM SPUNBOND/MELTBLOW/S UPUNBOND 3 CAMADAS (SMS); BARREIRA BACTERIANA DOTADA DE POROSIDADE CONTROLADA, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA E NÃO INFLAMÁVEL; DEVE SER HIDRORREPELENTE, MALEÁVEL, RESISTENTE A RASGO E ESTOURO E INCINERÁVEL, GRAMATURA ENTRE 50/M²(PESADO) a 70/M² (SUPER PESADO). POSSUIR LAUDOS DE: COMPOSIÇÃO E GRAMATURA DO TECIDO, EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA E VIRAL, NÃO EMISSÃO DE PARTÍCULAS, BARREIRA MICROBIANA. MEDIDAS: 100 X 100 CM								gramatura do tecido, eficiência de filtração bacteriana e viral, não emissão de partículas, barreira microbiana. Resposta da Diligência: a empresa encaminhou o arquivo disponível no documento SEI nº 31221207	Proposta desclassificada.
42	47623 - EMBALAGEM SMS PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS CME - 80 a 90 X 80 a 90 CM EMBALAGEM DE USO ÚNICO PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES À VAPOR SATURADO. PRODUZIDO 100% EM SPUNBOND/MELTBLOW/S UPUNBOND 3 CAMADAS (SMS); BARREIRA BACTERIANA DOTADA DE POROSIDADE CONTROLADA, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA E NÃO INFLAMÁVEL; DEVE SER HIDRORREPELENTE, MALEÁVEL, RESISTENTE A RASGO E ESTOURO E	Unidade	AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA	AMCOR Medida: 900 x 900	De acordo	Isento	Apresentou	-----	Para continuidade da análise é necessário que a empresa apresente a seguinte exigência do edital: 1. Laudos de: composição e gramatura do tecido, eficiência de filtração bacteriana e viral, não emissão de partículas, barreira microbiana. Resposta da Diligência: a empresa encaminhou o arquivo disponível no documento SEI nº 31221207	A empresa não apresentou os seguintes laudos: - Não emissão de partículas. - Barreira microbiana. Proposta desclassificada.

	INCINERÁVEL, GRAMATURA ENTRE 50/M²(PESADO) a 70/M² (SUPER PESADO). POSSUIR LAUDOS DE: COMPOSIÇÃO E GRAMATURA DO TECIDO, EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA E VIRAL, NÃO EMISSÃO DE PARTÍCULAS, BARREIRA MICROBIANA. MEDIDAS: 80 a 90 X 80 a 90 CM									
43	47624 - EMBALAGEM SMS PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS CME - 50 a 60 X 50 a 60 CM EMBALAGEM DE USO ÚNICO PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES À VAPOR SATURADO. PRODUZIDO 100% EM SPUNBOND/MELTBLOW/S UPUNBOND 3 CAMADAS (SMS); BARREIRA BACTERIANA DOTADA DE POROSIDADE CONTROLADA, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA E NÃO INFLAMÁVEL; DEVE SER HIDRORREPELENTE, MALEÁVEL, RESISTENTE A RASGO E ESTOURO E INCINERÁVEL, GRAMATURA ENTRE 50/M²(PESADO) a 70/M² (SUPER PESADO). POSSUIR LAUDOS DE: COMPOSIÇÃO E GRAMATURA DO TECIDO, EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA E VIRAL, NÃO EMISSÃO DE PARTÍCULAS, BARREIRA	Unidad e	AMCOR FLEXIBL ES BRASIL LTDA	AMCOR Medida: 500 x 500	De acordo	Isento	Apresentou	-----	Para continuidade da análise é necessário que a empresa apresente a seguinte exigência do edital: 1. Laudos de: composição e gramatura do tecido, eficiência de filtração bacteriana e viral, não emissão de partículas, barreira microbiana. Resposta da Diligência: a empresa encaminhou o arquivo disponível no documento SEI nº 31221207	A empresa não apresentou os seguintes laudos: - Não emissão de partículas. - Barreira microbiana. Proposta desclassificada.

	MICROBIANA. MEDIDAS: 50 a 60 X 50 a 60 CM								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Janice de Souza de Borba, Servidor(a) Público(a)**, em 23/10/2026, às 06:17, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **31353893** e o código CRC **5EBE93ED**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br