

MEMORANDO SEI Nº 25452374/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 14 de maio de 2025.

À
SAP.LCT**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico **141/2025**.**Objeto:** Aquisição de Materiais Hospitalares (Insumos para Suporte Ventilatório, Acessórios para equipamentos e Materiais para Radioterapia).

Em atenção ao documento SEI nº 25250095 segue análise técnica solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo da proposta de acordo com o edital?	8.10 a- Registro ANVISA	8.10.1- Prospe cto/ Ficha Técnica / Print de tela	Amostr a	Parecer
57	13079 - FILTRO BACTERIANO E VIRAL COM UMIDIFICADOR FILTRO ESTÉRIL, BACTERIANO E VIRAL COM UMIDIFICADOR COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: PESO: MÁXIMO DE 30 GRAMAS, CONEXÃO: 15 MM FÊMEA/22 MACHO, CONEXÃO PARA LINHA DE AMOSTRA DE GASES: LUER LOCK, EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO: BACTERIANA: (%)1=99,9999, VIRAL (%)1=99,99. RETENÇÃO DE PARTÍCULAS DE ATÉ 0,04 MICRA, VOLUME CORRENTE ENTRE 150 A 1500ML, DEVERÁ ACOMPANHAR TRAQUÊIA DE 15CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, REGISTRO NA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO.	Peças	DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA	HAIBREATH 880530.10	Apresentou descrição resumida do item.	81045420001, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	EXIGE	O edital exige filtro com peso máximo de 30 gramas, porém, o produto ofertado possui peso de 41 gramas, conforme disposto na ficha técnica constante na página 12 da proposta da empresa. Proposta reprovada.
	24952 - FILTRO HEPA PARA VENTILADOR PULMONAR PARA USO EM CIRCUITOS RESPIRATÓRIOS DE APARELHOS DE VENTILAÇÃO MECÂNICA E ANESTESIA; CARCAÇA								

58	CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO; CONECTORES: ENTRADA 22 M / 15 F E SAÍDA: 22 F; MEMBRANA FILTRANTE CONSTITUÍDA DE PAPEL DE FIBRA DE VIDRO HIDROFÓBICO E AGLUTINANTE ORGÂNICO, CAPAZ DE REMOVER PARTÍCULAS ENTRE 1 E 0,1 MICRÔMETRO; EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA: 99,99999%; EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO VIRAL: 99,9999%; PESO MÁXIMO: 70 G; PERMANÊNCIA EM USO: NO MÍNIMO 24 HORAS; EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, REGISTRO NA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO.	Unidade	DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA	HAIBREATH 880529.H.10	Apresentou descrição resumida do item.	81045420001, registro ativo, confirmação no Portal ANVISA.	Apresentou	EXIGE	Proposta de acordo com o edital, classificada . Não há necessidade e de apresentar amostras, item já utilizado e aprovado anteriormente conforme SEI 0020424660.
----	---	---------	---	-----------------------	--	--	------------	-------	--

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 14/05/2025, às 08:52, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **25452374** e o código CRC **DF9EEFB0**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.018249-0

25452374v3