

MEMORANDO SEI Nº 26260123/2025 - SES.UFL.LAB

Joinville, 28 de julho de 2025.

À

SAP.LCT - Luciana Klitzke

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 220/2025.

Objeto: Aquisição de agulhas, corantes, materiais e reagentes para exames de grande demanda para o Laboratório Municipal e Laboratório do Hospital Municipal São José de Joinville

Prezada Senhora,

Em atenção ao MEMORANDO SEI Nº 26255850 - SAP.LCT, temos o que segue:

a) análise das Propostas Comerciais apresentadas pelas empresas arrematantes do Pregão Eletrônico 220/2025, conforme tabela abaixo:

Item	Material/Serviço	Fornecedor	Marc a	Descritivo (a)	Registro ANVISA 8.10.1	Prosp ecto/F icha técnic a/Ima gem do site 8.10.2	Parecer	Amostra
12	24425 - SANGUE OCULTO - TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA PESQUISA. TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA PESQUISA DE SANGUE OCULTO, EM CASSETE OU TIRA. TESTE PARA DETECÇÃO RÁPIDA DE HEMOGLOBINA HUMANA NAS FEZES SEM A NECESSIDADE DE DIETA. SENSIBILIDADE ANALÍTICA (cut-off) de 50 ng/ml ou inferior. SENSIBILIDADE: maior ou igual a 93%; ESPECIFICIDADE: maior ou igual a 99%. KIT COMPLETO PARA EXECUÇÃO DO TESTE. ARMAZENAMENTO EM TEMPERATURA	MATLAB PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA	ADVAGEN	Não atende. O edital exige: " <i>ESPECIFICIDADE: maior ou igual a 99%</i> ", no entanto, verifica-se na proposta comercial 262 55843, pág. 6, que o item ofertado possui especificidade inferior ao preconizado no Edital, a saber:	81472060008 - Registro vigente, confirmado no Portal da Anvisa	Apresentou	Proposta reprovada por não atender ao descritivo do edital.	----- --

	AMBIENTE (+2°C a +30°C). RESULTADO DO TESTE EM NO MÁXIMO 15 MINUTOS. APRESENTAÇÃO: KIT COM 20 A 50 TESTES.			"Especificidad e Clínica: 98,8%".				
18	5157 - ESCALPE DE SEGURANÇA COM TRAVA DE PROTEÇÃO (23G) ESCALPE DE SEGURANÇA COM TRAVA DE PROTEÇÃO QUE RECOBRE A AGULHA APÓS A PUNÇÃO, ESPECIAL PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, COM ADAPTADOR FIXO NA AGULHA OU SEPARADO (CASO SEPARADO ENVIAR NO MÍNIMO 1 ADAPTADOR PARA CADA 100 AGULHAS, O ADAPTADOR DEVE POSSUIR MECANISMO AUTOMÁTICO DE DESCARTE DA AGULHA), PARA COLETAS MÚLTIPLAS. TUBO EM VINIL FLEXÍVEL, COM 17 A 19 CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 23G, ASAS FLEXÍVEIS, ESTÉRIL. APRESENTAÇÃO: CAIXAS COM 50 A 100 UNIDADES CADA.	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	BD Vacutainer/Becton Dickinson and Company	Atende	10033430281 (escalpe) 10033430513 (adaptador) - Registros vigentes, confirmado no Portal da Anvisa	Apresentou	Proposta aprovada	Não necessário , produto já validado, conforme Pareceres técnicos 26 274785 e 2 6274800.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenador(a)**, em 29/07/2025, às 15:43, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **26260123** e o código CRC **A7D964C8**.

Rua Itajaí, 268 - Bairro Centro - CEP 89201-090 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.070446-1

26260123v17



Parecer Técnico Nº 39/14

Material: Safety Lok - escalpe para coleta de sangue a vácuo 23G

Marca: BD

Lote: 2A1771

Validade: 01/2015

Número de registro na ANVISA: 10033430281

Setor Avaliador: Coleta

1. A apresentação da embalagem mantém a integridade do material? ☒ (X) SIM
☐ () NÃO
2. As características físicas (tamanho da agulha, estrutura do lacre) estão adequadas?
☒ (X) SIM ☐ () NÃO
3. O procedimento da coleta é rápido e eficiente com o uso deste material?
☒ (X) SIM ☐ () NÃO
4. São de fácil manuseio? ☒ (X) SIM ☐ () NÃO
5. A agulha fica exposta após a punção? ☐ () SIM ☒ (X) NÃO
6. Apresentam irregularidades? ☐ () SIM ☒ (X) NÃO
7. A utilização desse produto submete o coletador a que proporção de risco de acidente com perfurocortante? ☐ () Sem risco ☒ (X) Baixo ☐ () Médio ☐ () Alto
8. A agulha penetra facilmente na pele/veia ? ☒ (X) SIM ☐ () NÃO
9. O material é facilmente descartado? ☒ (X) SIM ☐ () NÃO
10. O conforto do paciente é mantido? ☒ (X) SIM ☐ () NÃO

Resultado da Avaliação : ☒ (X) **Aprovado**

☐ () **Reprovado**

Elisângela Rumor Paul
Técnica em Análises Clínicas

Elaine Gropp
Coordenação do Laboratório Municipal de Joinville

Secretaria Municipal de Saúde de Joinville
Sistema Único de Saúde
Gerência da Unidade de Vigilância em Saúde
Coordenação do Laboratório Municipal

Joinville, 13/ 10/2014

Joinville, 07 de junho de 2018

Parecer Técnico

Declaramos, para os devidos fins, que os materiais para realização de coleta de sangue e descarte da marca Vacutainer, empresa BD (Becton Dickinson) abaixo listados, foram previamente validados, sendo aprovados para utilização, atendendo os pré-requisitos solicitados.

MATERIAIS:

- Escalpe (agulha 23G) de segurança com trava de proteção que recobre a agulha após a punção;
- Agulhas para coleta múltipla de sangue a vácuo 22 G, com dispositivo de segurança;
- Agulhas para coleta múltipla de sangue a vácuo 21 G, com dispositivo de segurança;
- Tubo c/ Fluoreto de Sódio + EDTA p/ coleta de sangue a vácuo;
- Tubo c/ gel separador e ativador de coágulo 5 e 8,5 ml para coleta de sangue à vácuo;
- Tubo c/ EDTA K2 ou K3 (2 e 4 ml) p/ coleta de sangue a vácuo;
- Descartador de material perfuro cortante 13 litros (Plástico Rígido).

Servidoras do setor de coleta:

Márcia Cristina dos Santos Pereira - (matrícula 37.064)

Márcia Cristina dos S. Pereira

Atuado

Noeli Teresinha Machado - (matrícula 18.145)


Priscilla Karla Ferreira
Coordenação Técnica


Elisângela Rumor Paul
Coordenação Laboratório Municipal

Laboratório Municipal
Rua Itajaí, 268 – Centro – 89201-090
Contato: (47) 3481-7050 / 3481-7060 / 3481-7070
www.joinville.sc.gov.br