

MEMORANDO SEI Nº 0024731023/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 06 de março de 2025.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 071/2025.**Objeto:** Aquisição de insumos de enfermagem da linha têxtil.

Em atenção ao documento SEI nº 0024691764, segue análise solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com o edital?	8.10 - Registro ANVISA	8.10 b) Laudos BFE- Para os itens 38, 39/40, 41	8.10 c) Prospeto, Ficha Técnica/ Print de Tela	11 - Amostra	Parecer
38	275 - CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL DESCARTÁVEL GRAMATURA IGUAL OU MAIOR DE 40G/M², TAMANHO MINIMO 50 X 50 CM, NA COR AZUL OU BRANCO, ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM SMS 100% POLIPROPILENO TRILAMINADO, IMPERMEÁVEL, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, NÃO INFLAMÁVEL, RESISTENTE A RASGO E TRAÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM PROTEÇÃO DUPLA, SENDO QUE UMA DEVERÁ SER EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, TAMANHO, LOTE, ISENÇÃO/ REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. VALIDADE	Unidade	COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	POLAR FIX	Apresentou descrição resumida do item.	8003400026, Registro ativo, confirmado no portal ANVISA	Apresentou	Apresentou, porém, não trás todas as informações do edital	EXIGE	Na análise preliminar foi solicitado que a empresa confirmasse que o item ofertado atende as seguintes exigências do edital (responder ponto a ponto): 1- Gramatura mínima de 40 g/m²; 2- Tamanho mínimo 50 X 50 cm; 3- Impermeável; No retorno, a empresa informou "1- Gramatura mínima de 40 g/m²; atendemos a gramatura 2- Tamanho mínimo 50 X 50 cm; atendemos ao tamanho 3- Impermeável;" E atendemos quanto a Impermeabilidade (LIA - LAMINADO IMPERMEÁVEL E ABSORVENTE)" Proposta aprovada, haverá a necessidade de apresentar amostra.

	MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE ENTREGA.									
39	274 - CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO ESTÉRIL DESCARTÁVEL, COM FENESTRA DE 10 CM DE DIÂMETRO, GRAMATURA IGUAL OU MAIOR DE 40G/M², TAMANHO MÍNIMO 50 X 50 CM, NA COR AZUL OU BRANCO, ESTERIL, CONFECCIONADO EM SMS 100% POLIPROPILENO TRILAMINADO, IMPERMEÁVEL, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, NÃO INFLAMÁVEL, RESISTENTE A RASGO E TRAÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM PROTEÇÃO DUPLA, SENDO QUE UMA DEVERÁ SER EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE ENTREGA. - Cota Reservada até 25%	Unidade	COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	POLAR FIX (F08204)	Apresentou descrição resumida do item.	8003400026- Registro ativo, confirmado no portal ANVISA.	Apresentou.	Apresentou, porém, não trás todas as informações do edital	EXIGE	Na análise preliminar foi solicitado que a empresa confirmasse que o item ofertado atende as seguintes exigências do edital (responder ponto a ponto): 1- Gramatura mínima de 40 g/m²; 2- Tamanho mínimo 50 X 50 cm; 3- Impermeável; No retorno, a empresa informou "1- Gramatura mínima de 40 g/m²; atendemos a gramatura 2- Tamanho mínimo 50 X 50 cm; atendemos ao tamanho 3- Impermeável;" E atendemos quanto a Impermeabilidade (LIA - LAMINADO IMPERMEÁVEL E ABSORVENTE)". Proposta aprovada, haverá a necessidade de apresentar amostra.
41	910838 - CAMPO OFTÁLMICO MÍNIMO 80 X 80 CM ESTÉRIL CAMPO CIRÚRGICO OFTÁLMICO TAMANHO MÍNIMO 80X80CM, GRAMATURA DE 45 G/M2, COM BOLSA PLÁSTICA COLETORA DE FLUÍDOS E PELÍCULA INCISIONAL, ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM SMS 100% POLIPROPILENO TRILAMINADO, IMPERMEÁVEL. ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, NÃO	Unidade	ODONTOMED CANAA LTDA	Protdesc	De acordo	Registro 80404440018 vigente, confirmado no portal da Anvisa.	EXIGE.	Apresentou	EXIGE	Na análise preliminar foi solicitado que a empresa confirmasse que o item ofertado atende as seguintes exigências do edital (responder ponto a ponto): 1 - Quais as medidas do campo ofertado? 2 - Qual a gramatura do campo ofertado? 3 - O campo ofertado é impermeável? No retorno, a empresa apresentou documentação indicando medidas mínimas 80 cm X 80

INFLAMÁVEL, RESISTENTE A RASGO E TRAÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, LOTE, ISENÇÃO/ REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE ENTREGA.								cm; não consta informação acerca da gramatura; em relação a impermeabilidade, consta a informação "alta repelência a líquidos e fluídos", o edital exige impermeável. Proposta reprovada.
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 06/03/2025, às 13:47, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0024731023** e o código CRC **637F8351**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.254207-6

0024731023v10