



Prefeitura de Joinville

RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SAP.GAB/SAP.DCO/SAP.LCT

PREGÃO ELETRÔNICO nº 039/2023

Objeto: Aquisição de Materiais Odontológicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Hospital Municipal São José.

Considerando o pedido de esclarecimento abaixo, informo que foi solicitado análise técnica do pedido por intermédio do Memorando SEI nº 0015731275. Assim, em resposta ao mesmo, recebemos o Memorando SEI nº 0015734565.

ESCLARECIMENTOS:

Recebido em 31 de janeiro de 2022 às 11h33min (documento SEI nº 0015731232).

1º Questionamento: *"Na descrição do edital está: ESCOVA DENTAL INFANTIL (1-5 ANOS) ESCOVA DENTAL INFANTIL COM CAPA PROTETORA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, OPACO, PROTETOR DE CERDAS, CABOANATÔMICO E RETO, TAMANHO 120 A 150 MM, CABEÇA PEQUENA, CABO CURTO, ACABAMENTOS ARREDONDADOS, SEM REBARBAS, CERDAS EM MULTINIVELAMENTO SENDO MAIS ALTAS NA EXTREMIDADE, MONOFILAMENTO SINTÉTICO (NYLON), 3 A 4 FILEIRAS, EXTRA-MACIA, AGRUPADAS COM APROXIMADAMENTE 20/23 TUFOS JUNTAPOSTOS COM 20 A 25 TUFOS, PONTA ARREDONDADA ELISA. ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE. Cota 25% 1 -Pela descrição a escova é embalada com capa protetora e as cerdas com outra capa protetora. Algumas escovas são embeladas em flow pack com a capa protetora de cerdas. 2 - Quantos tufos tem que haver na escova entre 23/23 ou 20/25, ou só pode ser com aproximadamente 25 tufos, pois algumas fabricantes de escova infantil tem 28 tufos, conforme autorização do órgão regulamentador - que é a ANVISA".*

Resposta: Conforme manifestação da Gerência Técnica de Odontologia da Secretaria da Saúde, unidade requisitante do processo, através do Memorando SEI nº 0015734565/2023 - SES.GTO: *"Os itens 85 e 86 deverão apresentar capa protetora de cerdas e embalagem individual. No descritivo, onde se lê "capa protetora confeccionada em polipropileno, opaco, protetor de cerdas", refere-se ao mesmo item. As escovas dentais poderão apresentar até 28 tufos."*

Atenciosamente,

Pregoeiro,
Portaria nº 022/2023 - SEI nº 0015635656



Documento assinado eletronicamente por **Marcio Haverroth, Servidor(a) Público(a)**, em 31/01/2023, às 15:36, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0015736414** e o código CRC **7171CDDC**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguacu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

22.0.404278-6

0015736414v4