

## MEMORANDO SEI Nº 0020958351/2024 - SES.GTO

Joinville, 17 de abril de 2024.

À  
SES.UAD.ACM  
SES.GTO

**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico nº 001/2024.

**Objeto:** Aquisição de Periféricos e Instrumentais de Odontologia para a Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.

Prezado(a) Senhor(a),

Venho por meio deste, apresentar nossa análise quanto:

**a)** ao descritivo das propostas de preços, se estão de acordo com os Anexos I e VI do Edital (SEI nº 0020137450) para as empresas arrematantes, ou seja, comparando-se o descritivo da proposta com o respectivo item dos Anexos I e VI do Edital, bem como, de possíveis prospectos (ou assemelhados) apresentados, conforme:

**8.10** - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:

**8.10.1** - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde.

**8.10.1.1**- Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.

**8.10.2** - Para todos os itens a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica:

**a)** Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

**b)** Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;

**c)** Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.

**b)** informar a necessidade de solicitação de amostras, conforme estabelecido no item 11 do Edital, conforme:

#### 11 - DAS AMOSTRAS

**11.1** - Será convocado pelo Pregoeiro, o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente 02 (duas) amostras para os itens 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação.

**11.2** - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.

**11.3** - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.

**11.4** - As amostras deverão ser entregues no Setor de Patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville, localizado na Rua Guanabara, 548, fundos, Bairro Guanabara, Joinville, SC. CEP: 89207-300, de segunda à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 8:00 (oito) horas às 17:00 (dezesete) horas.

**11.5** - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).

**11.5.1** - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.

**11.6** - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.

**11.7** - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item/lote/processo o qual se destina.

**11.7.1** - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.

**11.8** - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro.

**11.9** - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.

**c)** segue a lista de item por empresa, constituída com o descritivo do Anexo I do Edital:

Item	Material/Serviço	Fornecedor	Marca	Modelo	Prospecto, ficha técnica ou imagem de site.	Necessidade de apresentar amostra?	Registro ANVISA	Parecer
1	17611 - AMALGAMADOR APARELHO AMALGAMADOR - SISTEMA UNIVERSAL PERMITINDO TODOS OS MODELOS DE CÁPSULAS; TAMPA PROTETORA EM ACRÍLICO DE ALTO-IMPACTO TRANSPARENTE; DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM MICRO-CHAVE / SWITCH	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	IMPLA	IMPLAMIX	Em desacordo com o edital	Não	Isento	<b>Item reprovado</b> , pois o manual do produto apresentado na proposta indica que: "Para efeito de prestação de serviço em garantia, deverá ser apresentado juntamente com o produto, o

	INTERRMPENDO O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO COM A ABERTURA DA TAMPA; HASTE BATEDORA COM 4200 OSCILAÇÃO POR MINUTO, GRANDE AMPLITUDE E MOVIMENTOS HELICOIDAIS EM, OFERECENDO A HOMOGENEIZAÇÃO IDEAL; SISTEMAS DE AMORTECEDORES QUE ANULAM AS VIBRAÇÕES TRANSMITIDAS PELA FREQUÊNCIA DA HASTE; EXTREMAMENTE SILÊNCIOSO. CHAVE GERAL LUMINOSA NO PAINEL. PROGRAMAÇÃO DE TEMPO COM MEMÓRIA AUTOMÉTICA AO FINAL DE CADA OPERAÇÃO, GARANTINDO REPETIBILIDADE DO TEMPO SOLICITADO.							Certificado de Garantia preenchido e a cópia da Nota Fiscal. O produto deverá ser devidamente embalado e enviado com as despesas de remessa pagas pelo proprietário do produto"  Nestas condições haverá prejuízo para o serviço público de saúde, devido aos custos e tempo necessário para envio e retorno do equipamento para reparo e continuidade do atendimento odontológico no município.
2	17612 - APARELHO DE ULTRASSOM COM JATO DE BICARBONATO TRANSDUTOR ULTRASSOM SISTEMA PIEZOELÉTRICO ATIVADO ATRAVÉS DE PASTILHAS CERÂMICAS EM FREQUÊNCIA DE 30.000 HZ;BOMBA PERISTÁLTICA: COM REGULAGEM DO FLUXO DE ÁGUA;RESERVATÓRIO DE ÁGUA REMOVÍVEL TRANSLÚCIDO COM ILUMINAÇÃO A LED: LISO, COM CANTOS ARREDONDADOS; PEÇA DE MÃO DO JATO DE BICARBONATO: REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL; DIFUSOR CONCÊNTRICO QUE EFETUA A MISTURA DE AR + ÁGUA + BICARBONATO A UMA PEQUENA DISTÂNCIA DA PONTA, EVITANDO ENTUPIMENTO DA MESMA; TAMPA DO RESERVATÓRIO DE BICARBONATO DE FÁCIL ACESSO E LIMPEZA;PAINEL COMANDOS PRÓXIMOS COM SELETORES DIGITAIS E REGULADORES MAIS SUAVES: SELETOR DIGITAL DE OPERAÇÃO (JATO DE BICARBONATO/ULTRASSOM); SELETOR DIGITAL DE FUNÇÃO. OPÇÃO DE 3 FUNÇÕES PROGRAMÁVEIS: PERIO, ENDO E SCALLING; AJUSTE FINO DO AR COM REGISTRO EXCLUSIVO PARA REGULAGEM FINA DO FLUXO DE AR DO JATO DE BICARBONATO; AJUSTE FINO DA ÁGUA NOS PROCEDIMENTOS COM REFRIGERAÇÃO, OFERECE IRRIGAÇÃO CONSTANTE COM CONTROLE DE FLUXO. COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	BETANIAMED COMERCIAL LTDA	DENTEMED	PRIME PUMP	Em desacordo com o edital	Não	Registro 80349600008 vigente, conforme consulta site ANVISA.	<b>Item reprovado</b> pois o termo de garantia do produto, apresentado na proposta indica que: "Correrão por conta do comprador os encargos de viagens do técnico enviado pela DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS. Para atender ao chamado de assistência técnica, bem como os encargos decorrentes de transporte de peças, componentes ou do próprio equipamento".  Nestas condições haverá prejuízo para o serviço público de saúde, devido aos custos e tempo necessário para envio e retorno do equipamento para reparo e continuidade do atendimento odontológico no município.
3	19126 - MICRO MOTOR COM SPRAY ENCAIXE BORDEN 2 FUROIS; SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE 135°. COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	M.M. CAPELLARO INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTD	Microdent/Microdent	MICRO MOTOR INTRA	De acordo com edital	Sim	Registro ANVISA 10309310004 vigente.	Apto a apresentar amostras.
4	41417 - BOMBA DE VÁCUO - USO ODONTOLÓGICO COM NO MÍNIMO 1 HP DE POTÊNCIA E CAPACIDADE PARA ATENDER NO MÍNIMO 4 CONSULTÓRIOS. ODONTOLÓGICOS. TENSÃO 127V/220V 60HZ – AUTOMÁTICA.	BGF COMERCIAL LTDA	GG	GG / MD600.	De acordo com edital	Não	Isento	Aprovação condicionada a confirmação pela empresa de que o item ofertado é com motor de 1hp, visto que na proposta existem 2 possibilidades, sendo 0,5hp e 1hp
5	41362 - COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO POTÊNCIA 2 HP, COM CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE 40 ATÉ 60L. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE ÓLEO, TANQUE COM PINTURA INTERNA ANTICORROSIVA, VOLTAGEM 220V. COMPONENTE ADICIONAL: VÁLVULA DE SEGURANÇA, MANÔMETRO, DRENO PARA ÁGUA. COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	BGF COMERCIAL LTDA	COMPBRASIL	COMPBRASIL / 1100*50 LT -220V	De acordo com o Edital. Apresentou certificado de conformidade para o produto, valido até 22/novembro de 2024	Não	Isento	Aprovado

6	17711 - FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS APARELHO COM BATERIA, PAINEL DE CONTROLE E PONTEIRA DE LUZ LED. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: INTERVALO DE COMPRIMENTO DE ONDA DE 440 A 480 NM; INTERVALO DO PICO DE COMPRIMENTO DE ONDA 460NM; RAMP PARA A INTENSIDADE TOTAL DE 5 SEGUNDOS; INTENSIDADE DE LUZ MÍNIMA DE 1.100 MW/CM2; TEMPO DE USO CONTÍNUO COM CARGA TOTAL DE 2 HORAS; TEMPO PARA CARREGAR A BATERIA DE ATÉ 180 MIN; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE 10°C – 40°C; SEM NECESSIDADE DE VENTILAÇÃO; RADIÔMETRO INCLUSO; BATERIA REMOVÍVEL, GARANTIA DE 2 ANOS DE FÁBRICA EM PEÇAS E BATERIA. MANUAL TÉCNICO E DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS. O PRODUTO DEVERÁ SER DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTO DE QUAISQUER DEFEITOS OU IMPERFEIÇÕES.	BETANIAMED COMERCIAL LTDA	DENTEMED	PRIME LED	Em desacordo com o Edital	Não	80349609004 Vigente conforme consulta ao portal Anvisa	<b>Item reprovado</b> PROPOSTA INFORMA TEMPO DE GARANTIA DE 12 MESES. EDITAL PEDE 24 MESES
8	17765 - MOCHO ODONTOLÓGICO MOCHO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL, FORMATO ERGONÔMICO, CONTENDO ENCOSTO E ASSENTO AJUSTÁVEIS POR ALAVANCAS DE REGULAÇÃO DE ALTURA E INCLINAÇÃO COM SISTEMA A GÁS, REVESTIMENTO DO ESTOFAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM PVC NA COR VERDE CLARO, PASSÍVEL DE ASSEPSIA; ASSENTO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 45 CM; ARO DE APOIO PARA OS PÉS, BASE COM 5 (CINCO) RODÍZIOS QUE DESLIZEM SEM TRAVAR DURANTE O USO, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA: 110 KG.	STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	METALIC MEDICAL	MT110NA	Em desacordo com o Edital	Sim	Isento	<b>Item reprovado</b> NÃO POSSUI ARO DE APOIO PARA OS PÉS. NÃO ESPECIFICA O DIÂMETRO DO ASSENTO
9	17638 - CONTRA-ÂNGULO ENCAIXE UNIVERSAL; CABEÇA FIXA; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE ATÉ 135°C. COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	M.M. CAPELLARO INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTD	Microdent/Microdent	CONTRA ÂNGULO INTRA	De acordo com o Edital	Sim	10309310007 Vigente conforme consulta ao portal Anvisa	Apto a apresentar amostras
13	17788 - PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COMPATÍVEL COM MARCA SCHUSTER PONTAS PARA CANETA DO ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO ODONTOLÓGICO, CONFECCIONADAS EM MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO PONTA LISA, COM REFRIGERAÇÃO, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE 135°C. COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA	MICRODONT GD1	MICRODONT GD1	De acordo com o edital. Prospecto disponivel na proposta SEI 0020432451	Sim	80676920030 Vigente conforme consulta ao portal Anvisa	Apto a apresentar amostras
14	17770 - PINÇA CLINICA ODONTOLOGICA CONFECCIONADA EM AÇO INOX. TAMANHO DE 16 A 18 CM. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE A 135°. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	COOPERFLEX	MODELO NÃO ESPECIFICADO	Em desacordo com o Edital	Sim	80756530004 Vigente conforme consulta ao portal Anvisa	<b>Reprovado</b>
15	17801 - SINDESMÓTOMO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, AUTOCLAVÁVEL. COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	Golgran	SINDESMOTOMO N° 1 (147-1)	De acordo com o Edital	Sim	10401310087 Vigente conforme consulta ao portal Anvisa	Apto a apresentar amostras
16	17796 - PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE ADULTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, COM ACABAMENTO E POLIMENTO. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE. EMBALAGEM INDIVIDUAL.	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	IMPLA	IPOM TOFF AD	De acordo com o Edital	Sim	81986630003 Vigente conforme consulta ao portal Anvisa	Apto a apresentar amostras
17	17797 - PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO,	IMPLA	IPOM TOFF INF	De acordo com o Edital	Sim	81986630003	Apto a apresentar amostras

	INFANTIL CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, COM ACABAMENTO E POLIMENTO. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE. EMBALAGEM INDIVIDUAL.	EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA					Vigente conforme consulta ao portal Anvisa	
18	17659 - ESPÁTULA DUPLA Nº 1 CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	Golgran	6335 Nº 1 (96-1)	De acordo com o Edital		10401310070 Vigente conforme consulta ao portal Anvisa	Apto a apresentar amostras
19	17668 - ESPÁTULAS PARA INSERÇÃO DE RESINA COM BRUNIDOR COMBINAÇÃO DE ESPÁTULA COM BRUNIDOR, UTILIZADO PARA CONDENSÇÃO E ESCULTURA DE COMPOSITO. MATERIAL EM AÇO INOX. POSSUI PONTA ATIVA BANHADA EM NITRETO DE TITÂNIO. COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	Cassiflex	BRUNIDOR DUPLO Nº 1	Z Em desacordo com o edital	Sim	81454660003 Vigente conforme consulta ao portal Anvisa	<b>Item Reprovado</b> Produto ofertado é diferente do produto licitado
20	17803 - SONDA EXPLORADORA Nº 5 COM CABO OITAVADO, CONFECCIONADO EM AÇO INOX. ESTERILIZÁVEL EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	Golgran	EXPLORADORA NUMERO 5 142-3	De acordo com o Edital	Sim	10401319007 Vigente conforme consulta ao portal Anvisa	Apto a apresentar amostras
23	17672 - FÓRCEPS ADULTO Nº 150 CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, DE ACORDO COM NBR 71531 E SUAS ATUALIZAÇÕES. PESO MÁXIMO DO FÓRCEPS DEVE SER DE 210 GRAMAS; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE A 135°C. CONTENDO EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	IMPLA	IFOR 150AD	De acordo com o Edital	Sim	81986630003 Vigente conforme consulta ao portal Anvisa	Apto a apresentar amostras
24	17673 - FÓRCEPS ADULTO Nº 151 CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, DE ACORDO COM NBR 71531 E SUAS ATUALIZAÇÕES. PESO MÁXIMO DO FÓRCEPS DEVE SER DE 210 GRAMAS; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE A 135°C. CONTENDO EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	IMPLA	IFOR 151AD	De acordo com o Edital	Sim	81986630003 Vigente conforme consulta ao portal Anvisa	Apto a apresentar amostras
25	17677 - FÓRCEPS ADULTO Nº 18R CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, DE ACORDO COM NBR 71531 E SUAS ATUALIZAÇÕES. PESO MÁXIMO DO FÓRCEPS DEVE SER DE 210 GRAMAS; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE A 135°C. CONTENDO EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	IMPLA	IFOR 18RAD	De acordo com o Edital	Sim	81986630003 Vigente conforme consulta ao portal Anvisa	Apto a apresentar amostras
26	17676 - FÓRCEPS ADULTO Nº 18L CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, DE ACORDO COM NBR 71531 E SUAS ATUALIZAÇÕES. PESO MÁXIMO DO FÓRCEPS DEVE SER DE 210 GRAMAS; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE A 135°C. CONTENDO EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	IMPLA	IFOR 18LAD	De acordo com o Edital	Sim	81986630003 Vigente conforme consulta ao portal Anvisa	Apto a apresentar amostras

27	41711 - FÓRCEPS ADULTO Nº 101 CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, DE ACORDO COM NBR 71531 E SUAS ATUALIZAÇÕES. PESO MÁXIMO DO FÓRCEPS DEVE SER DE 210 GRAMAS; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE A 135°C. CONTENDO EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	IMPLA	IFOR 101AD	De acordo com o Edital	Sim	81986630003 Vigente conforme consulta ao portal Anvisa	Apto a apresentar amostras
28	17674 - FÓRCEPS ADULTO Nº 16 CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, DE ACORDO COM NBR 71531 E SUAS ATUALIZAÇÕES. PESO MÁXIMO DO FÓRCEPS DEVE SER DE 210 GRAMAS; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE A 135°C. CONTENDO EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	IMPLA	IFOR 16AD	De acordo com o Edital	Sim	81986630003 Vigente conforme consulta ao portal Anvisa	Apto a apresentar amostras
29	17675 - FÓRCEPS ADULTO Nº 17 CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, DE ACORDO COM NBR 71531 E SUAS ATUALIZAÇÕES. PESO MÁXIMO DO FÓRCEPS DEVE SER DE 210 GRAMAS; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE A 135°C. CONTENDO EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	IMPLA	IFOR 17AD	De acordo com o Edital	Sim	81986630003 Vigente conforme consulta ao portal Anvisa	Apto a apresentar amostras
30	17681 - FÓRCEPS ADULTO Nº 65 CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, DE ACORDO COM NBR 71531 E SUAS ATUALIZAÇÕES. PESO MÁXIMO DO FÓRCEPS DEVE SER DE 210 GRAMAS; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE A 135°C. CONTENDO EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	IMPLA	IFOR 65AD	De acordo com o Edital	Sim	81986630003 Vigente conforme consulta ao portal Anvisa	Apto a apresentar amostras
31	17682 - FÓRCEPS ADULTO Nº 68 CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, DE ACORDO COM NBR 71531 E SUAS ATUALIZAÇÕES. PESO MÁXIMO DO FÓRCEPS DEVE SER DE 210 GRAMAS; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE A 135°C. CONTENDO EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	IMPLA	IFOR 68AD	De acordo com o Edital	Sim	81986630003 Vigente conforme consulta ao portal Anvisa	Apto a apresentar amostras
32	17683 - FÓRCEPS ADULTO Nº 69 CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, DE ACORDO COM NBR 71531 E SUAS ATUALIZAÇÕES. PESO MÁXIMO DO FÓRCEPS DEVE SER DE 210 GRAMAS; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE A 135°C. CONTENDO EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	IMPLA	IFOR 69AD	De acordo com o Edital	Sim	81986630003 Vigente conforme consulta ao portal Anvisa	Apto a apresentar amostras
33	17701 - FÓRCEPS INFANTIL Nº 01 CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, DE ACORDO COM NBR 71531 E SUAS ATUALIZAÇÕES. PESO MÁXIMO DO FÓRCEPS DEVE SER DE 210 GRAMAS; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE A 135°C. CONTENDO EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO.	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	IMPLA	IFOR 01INF	De acordo com o Edital	Sim	81986630003 Vigente conforme consulta ao portal Anvisa	Apto a apresentar amostras

	APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.							
34	41712 - FÓRCEPS INFANTIL Nº 150 CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, DE ACORDO COM NBR 71531 E SUAS ATUALIZAÇÕES. PESO MÁXIMO DO FÓRCEPS DEVE SER DE 210 GRAMAS; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE A 135°C. CONTENDO EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	IMPLA	IFOR 150INF	De acordo com o Edital	Sim	81986630003 Vigente conforme consulta ao portal Anvisa	Apto a apresentar amostras
35	41713 - FÓRCEPS INFANTIL Nº 151 CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, DE ACORDO COM NBR 71531 E SUAS ATUALIZAÇÕES. PESO MÁXIMO DO FÓRCEPS DEVE SER DE 210 GRAMAS; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE A 135°C. CONTENDO EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	IMPLA	IFOR 151INF	De acordo com o Edital	Sim	81986630003 Vigente conforme consulta ao portal Anvisa	Apto a apresentar amostras
36	17704 - FÓRCEPS INFANTIL Nº 44 CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, DE ACORDO COM NBR 71531 E SUAS ATUALIZAÇÕES. PESO MÁXIMO DO FÓRCEPS DEVE SER DE 210 GRAMAS; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE A 135°C. CONTENDO EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	IMPLA	IFOR 44INF	De acordo com o Edital	Sim	81986630003 Vigente conforme consulta ao portal Anvisa	Apto a apresentar amostras
37	17706 - FÓRCEPS INFANTIL Nº 69 CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, DE ACORDO COM NBR 71531 E SUAS ATUALIZAÇÕES. PESO MÁXIMO DO FÓRCEPS DEVE SER DE 210 GRAMAS; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE A 135°C. CONTENDO EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	IMPLA	IFOR 69INF	De acordo com o Edital	Sim	81986630003 Vigente conforme consulta ao portal Anvisa	Apto a apresentar amostras
38	17601 - ALAVANCA SELDIN N.2 CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 COM CABO DE CHAPA. AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	IMPLA	ALA SEL 2 AD	De acordo com o Edital	Sim	81986630002 Vigente conforme consulta ao portal Anvisa	Apto a apresentar amostras
39	17599 - ALAVANCA SELDIN N. 1R DIREITA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	IMPLA	IALA SEL 1R AD	De acordo com o Edital	Sim	81986630002 Vigente conforme consulta ao portal Anvisa	Apto a apresentar amostra
40	17598 - ALAVANCA SELDIN N. 1 L ESQUERDA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 E AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	IMPLA	IALA SEL IL AD	De acordo com o Edital	Sim	81986630002 Vigente conforme consulta ao portal Anvisa	Apto a apresentar amostras
41	41714 - ALAVANCA SELDIN 1L ESQUERDA INFANTIL UTILIZADA PARA EXTRAÇÃO DE DENTES. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, AUTOCLAVÁVEL. CONTENDO EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	IMPLA	IALA SEL 1L INF	De acordo com o Edital	Sim	81986630002 Vigente conforme consulta ao portal Anvisa	Apto a apresentar amostras

42	18379 - APLICADOR PARA IONÔMERO DE VIDRO EM CÁPSULA AUTOCLAVÁVEL, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420, ISENTO DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA	SDI	Riva Aplicator	De acordo com o Edital	Sim	82375620005 Vigente conforme consulta ao portal Anvisa	Apto a apresentar amostras
----	--	---	-----	----------------	------------------------	-----	---	----------------------------

Sem mais, a Secretaria da Saúde, através da Gerencia Técnica de Odontologia, encontra-se à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Sergio Augusto Ruiz Bombonato  
SES.GTO - Apoio Técnico



Documento assinado eletronicamente por **Sergio Augusto Ruiz Bombonato, Servidor(a) Público(a)**, em 18/04/2024, às 12:18, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0020958351** e o código CRC **B33F13EB**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

24.0.001358-0

0020958351v31