



MEMORANDO SEI Nº 0019969010/2024 - SES.UAD.ACM

Joinville, 31 de janeiro de 2024.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 581/2023.**Objeto:** Aquisição de Materiais Hospitalares (Insumos para Suporte Ventilatório, Acessórios para equipamentos e Materiais para Radioterapia).

Em atendimento ao Memorando SAP.LCT (SEI nº 0019939281), segue a análise técnica solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca/ Modelo	Amostras?	Descritivo de acordo com o edital?	8.10.1- Registro ANVISA	8.10.2 - Prospecto	PARECER
113	41884 - MÁSCARA DE VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA NASAL ADULTO TAM P COM ALMOFADA CONFECCIONADA EM SILICONE, SUBSTITUÍVEL; COM APOIO DE TESTA; POSSUIR CLIPES DE ATALHO; FIXADOR DA CABEÇA: PARA PACIENTE ADULTO TAMANHO P, AJUSTÁVEL ATRAVÉS DAS TIRAS DE VELCRO E PRESILHAS QUE CONECTAM AS TIRAS INFERIORES DO FIXADOR COM A ARMAÇÃO DA MÁSCARA. RESISTENTE AO PROCESSO DE DESINFECÇÃO DE ALTO NÍVEL. COM ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	Unidade	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	BMC/ N5 TAMANHO P	EXIGE	De acordo	80117580216- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	Conforme informações constantes na documentação complementar apresentada pela empresa, a proposta está classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra
114	41885 - MÁSCARA DE VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA NASAL ADULTO TAM M COM ALMOFADA	Unidade	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	BMC/ N5 TAMANHO M	-----	De acordo	80117580216- Registro vigente, confirmado no portal da	Apresentou	Conforme informações constantes na documentação complementar

	CONFECCIONADA EM SILICONE, SUBSTITUÍVEL; COM APOIO DE TESTA; POSSUIR CLIPES DE ATALHO; FIXADOR DA CABEÇA: PARA PACIENTE ADULTO TAMANHO M, AJUSTÁVEL ATRAVÉS DAS TIRAS DE VELCRO E PRESILHAS QUE CONECTAM AS TIRAS INFERIORES DO FIXADOR COM A ARMAÇÃO DA MÁSCARA. RESISTENTE AO PROCESSO DE DESINFECÇÃO DE ALTO NÍVEL. COM ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.		LTDA				Anvisa	apresentada pela empresa, a proposta está classificada
115	41886 - MÁSCARA DE VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA NASAL ADULTO TAM G COM ALMOFADA CONFECCIONADA EM SILICONE, SUBSTITUÍVEL; COM APOIO DE TESTA; POSSUIR CLIPES DE ATALHO; FIXADOR DA CABEÇA: PARA PACIENTE ADULTO TAMANHO G, AJUSTÁVEL ATRAVÉS DAS TIRAS DE VELCRO E PRESILHAS QUE CONECTAM AS TIRAS INFERIORES DO FIXADOR COM A ARMAÇÃO DA MÁSCARA. RESISTENTE AO PROCESSO DE DESINFECÇÃO DE ALTO NÍVEL. COM ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	Unidade	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	BMC/ N5 TAMANHO G	-----	De acordo	80117580216- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou Conforme informações constantes na documentação complementar apresentada pela empresa, a proposta está classificada
116	41887 - MÁSCARA FACIAL PARA CPAP TAMANHO ADULTO – P REUTILIZÁVEL, ESPECÍFICA PARA VNI COM CONTORNO EM SILICONE, COM ESPAÇADOR PARA FIXAÇÃO DA CABEÇA AJUSTÁVEL E ADAPTÁVEL A TESTA, ALMOFADA EM SILICONE AUTO MOLDÁVEL PARA POSICIONAMENTO; QUE PERMITA	Unidade	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	BMC/ FACIAL F2 P	EXIGE	De acordo	80117580216- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou Conforme informações constantes na documentação complementar apresentada pela empresa, a proposta está classificada. Haverá a necessidade de apresentar

	REPOSIÇÃO DE PEÇAS, FIXADOR EM VELCRO, CONFECCIONADO EM MATERIAL LAVÁVEL COM QUATRO PONTOS, SENDO DOIS NA TESTA E DOIS NA PARTE INFERIOR DA MÁSCARA, CAMADA DUPLA E ESPAÇADOR EM GEL. COTOVELO REMOVÍVEL, COM VÁLVULA ANTI-ASFIXIA. SAÍDA PARA APORTE DE OXIGÊNIO PARA TAMANHOS VARIADOS DA CONEXÃO. RESISTENTE AO PROCESSO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE ALTO NÍVEL. COM ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.							amostra	
117	41888 - MÁSCARA FACIAL PARA CPAP TAMANHO ADULTO – M REUTILIZÁVEL, ESPECÍFICA PARA VNI COM CONTORNO EM SILICONE, COM ESPAÇADOR PARA FIXAÇÃO DA CABEÇA AJUSTÁVEL E ADAPTÁVEL A TESTA, ALMOFADA EM SILICONE AUTO MOLDÁVEL PARA POSICIONAMENTO; QUE PERMITA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, FIXADOR EM VELCRO, CONFECCIONADO EM MATERIAL LAVÁVEL COM QUATRO PONTOS, SENDO DOIS NA TESTA E DOIS NA PARTE INFERIOR DA MÁSCARA, CAMADA DUPLA E ESPAÇADOR EM GEL. COTOVELO REMOVÍVEL, COM VÁLVULA ANTI-ASFIXIA. SAÍDA PARA APORTE DE OXIGÊNIO PARA TAMANHOS VARIADOS DA CONEXÃO. RESISTENTE AO PROCESSO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE ALTO NÍVEL. COM ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	Unidade	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	BMC/ FACIAL F2 M	-----	De acordo	80117580216- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	Conforme informações constantes na documentação complementar apresentada pela empresa, a proposta está classificada

<p>118 41889 - MÁSCARA FACIAL PARA CPAP TAMANHO ADULTO – G REUTILIZÁVEL, ESPECÍFICA PARA VNI COM CONTOURO EM SILICONE, COM ESPAÇADOR PARA FIXAÇÃO DA CABEÇA AJUSTÁVEL E ADAPTÁVEL A TESTA, ALMOFADA EM SILICONE AUTO MOLDÁVEL PARA POSICIONAMENTO; QUE PERMITA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, FIXADOR EM VELCRO, CONFECCIONADO EM MATERIAL LAVÁVEL COM QUATRO PONTOS, SENDO DOIS NA TESTA E DOIS NA PARTE INFERIOR DA MÁSCARA, CAMADA DUPLA E ESPAÇADOR EM GEL. COTOVELO REMOVÍVEL, COM VÁLVULA ANTI-ASFIXIA. SAÍDA PARA APORTE DE OXIGÊNIO PARA TAMANHOS VARIADOS DA CONEXÃO. RESISTENTE AO PROCESSO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE ALTO NÍVEL. COM ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.</p>	Unidade	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	BMC/ FACIAL F2 G	-----	De acordo	80117580216- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	Conforme informações constantes na documentação complementar apresentada pela empresa, a proposta está classificada
--	---------	---	------------------	-------	-----------	---	------------	---

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 31/01/2024, às 16:24, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0019969010** e o código CRC **49C19508**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

23.0.280614-4

0019969010v6