

MEMORANDO SEI Nº 0020539051/2024 - SES.UAD.ACM

Joinville, 14 de março de 2024.

À
SAP.LCT**Assunto:** Amostras - Pregão Eletrônico **581/2023****Objeto:** Aquisição de Materiais Hospitalares (Insumos para Suporte Ventilatório, Acessórios para equipamentos e Materiais para Radioterapia).

Encaminhamos as informações acerca das análises das amostras apresentadas para os itens 55, 56 e 57:

Empresa	Item	Data da convocação	Situação da amostra
RS Med Ltda	55- Espaçador infantil	15/02/2024	Amostra aprovada conforme Análise de amostra item 55 (SEI nº 0020539034).
Angular Produtos para Saúde Ltda	56- Filtro bacteriano e viral	23/02/2024	Amostra aprovada conforme Análise de amostra Item 56 (SEI nº 0020455911).
DBV Comércio Importação e Exportação do Brasil Ltda	57- Filtro Hepa para ventilador pulmonar	23/02/2024	Amostra aprovada conforme Análise de amostra Item 57 (SEI nº 0020424660).

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 14/03/2024, às 10:54, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0020539051** e o código CRC **92CEA4F5**.Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

23.0.280614-4

0020539051v4

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 581/2023
ITEM: 55

917520 - ESPACADOR INFANTIL PARA USO EM TRATAMENTO RESPIRATORIOS, VALVULA DE SILICONE, BOCAL, ENCAIXE UNIVERSAL, ACOMPANHA MASCARA INFANTIL EM PVC ATOXICA E MACIA, EMBALAGEM INDIVIDUAL E SEGURA PARA ARMAZENAMENTO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, REG. M/SAUDE E INSTRUCOES DE USO.

FORNECEDOR: RS MED LTDA

MARCA: MAXX CHAMBER / RS MED LTDA

LOTE: 005/23-CI

REGISTRO (ANVISA): 80470750002

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 04 unidades

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: _____

Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: Espaçador de fácil utilização e
material confortável no resto.

Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: na máscara tem a borda voltada
para dentro, o que impede que o jato da medi-
ção vá nos olhos do paciente, tornando a aplicação mais
confortável

Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA: _____

DATA: 12/03/2024

Glauce Saraiva 36966
ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 581/2023

ITEM: 56

13079 - FILTRO BACTERIANO E VIRAL COM UMIDIFICADOR FILTRO ESTÉRIL, BACTERIANO E VIRAL COM UMIDIFICADOR COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: PESO: MÁXIMO DE 30 GRAMAS, CONEXÃO: 15 MM FÊMEA/22 MACHO, CONEXÃO PARA LINHA DE AMOSTRA DE GASES: LUER LOCK, EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO: BACTERIANA: (%)1=99,9999, VIRAL (%)1=99,99. RETENÇÃO DE PARTÍCULAS DE ATÉ 0,04 MICRA, VOLUME CORRENTE ENTRE 150 A 1500ML, DEVERÁ ACOMPANHAR TRAQUÉIA DE 15CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, REGISTRO NA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO.

FORNECEDOR: ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

MARCA: BECARE Filtro HMEF III BeCare

LOTE: 230721

REGISTRO (ANVISA): 80808489008

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 02 unidades

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: VEM EM EMBALAGEM ESTÉRIL

Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: RETENÇÃO DE PARTÍCULAS DE ATÉ 0,04 MICRA NÃO POSSÍVEL VERIFICAR. DEMAIS ADEQUADO.

Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: CONEXÕES ADEQUADAS. AMOSTRA DE GASES OK.

Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA: APROVA COM A RESERVA DO TESTE MICROBIOLÓGICO (0,04 MICRA).

DATA: 07/03/2024

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

Dr. Dalton Pitol Bresciani
Médico Anestesiologista
CRM 10406

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 581/2023

ITEM: 57

24952 - FILTRO HEPA PARA VENTILADOR PULMONAR PARA USO EM CIRCUITOS RESPIRATÓRIOS DE APARELHOS DE VENTILAÇÃO MECÂNICA E ANESTESIA; CARCAÇA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO; CONECTORES: ENTRADA 22 M / 15 F E SAÍDA: 22 F; MEMBRANA FILTRANTE CONSTITUÍDA DE PAPEL DE FIBRA DE VIDRO HIDROFÓBICO E AGLUTINANTE ORGÂNICO, CAPAZ DE REMOVER PARTÍCULAS ENTRE 1 E 0,1 MICRÔMETRO; EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA: 99,99999%; EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO VIRAL: 99,9999%; PESO MÁXIMO: 70 G; PERMANÊNCIA EM USO: NO MÍNIMO 24 HORAS; EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, REGISTRO NA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO.

FORNECEDOR: DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA

MARCA: HAIBREATH

LOTE: 2201178

REGISTRO (ANVISA): 81045420001

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 02 unidades

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: sem apontamentos

Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: Atende, sem apontamentos

Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: boa funcionalidade

Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA: sem apontamentos que prejudicam

Maiara R. A. Q. Lemos
Epidemióloga
Coren SC 220110

DATA: 00/03/24

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO