

**MEMORANDO SEI N° 0022906793/2024 - HMSJ.SUP.OPME**

Joinville, 23 de setembro de 2024.

À  
SAP.LCT

Assunto: Parecer Técnico Amostras

Pregão Eletrônico 437/2024 - Aquisição de Material de Hemodinâmica para atender a demanda do Hospital Municipal São José.

BALT BRASIL PRODUTOS MÉDICOS LTDA.

Item 13 ( 0022840071 ) - REPROVADO

Transcrição da justificativa médica:

" Péssima funcionalidade devido a ponta de 90° graus que inviabiliza a navegação em leitos arteriais intradurais."

"Não compatível com a finalidade proposta oferecendo risco aumentado para o tratamento de doenças cerebro-vasculares."

Dr Pedro Magalhães - CRM 12588

Protocolo de amostra:

BALT BRASIL PRODUTOS MÉDICOS LTDA. - ( 0022840024 )

Atenciosamente



Documento assinado eletronicamente por **Claudio Alberto Gaspar, Servidor(a) Público(a)**, em 23/09/2024, às 12:01, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/>



informando o código verificador **0022906793** e o código CRC **B1C806AA**.

---

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro Bucarein - CEP 89202-000 - Joinville - SC -  
[www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

---

24.0.178124-7

0022906793v4

## FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME – Ramal: 6632.

ITEM	MATERIAL
13	30079 - CATETER BALÃO DE OCLUSÃO INTRACRANIANO HIPERCOMPLACENTE DUPLO LÚMEN CATETER BALÃO DE OCLUSÃO INTRACRANIANO HIPERCOMPLACENTE DUPLO LÚMEN - BALÃO DE REMODELAMENTO INTRACRANIANO HIPERCOMPLACENTE DE BAIXO PERFIL COM DUPLO LÚMEN COM MARCAS RADIOPACAS DISTAIS, PONTA DISTAL FLEXÍVEL DE 2MM A 7MM DE COMPRIMENTO. DIÂMETRO DO BALÃO DEVERÁ SER DE 4MM E COMPRIMENTO DO BALÃO DE 7 A 12 MM. COMPATÍVEL COM MICRO GUIA DE ATÉ 0.014". COMPATÍVEL COM DMSO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.

### AVALIAÇÃO TÉCNICA

PREGÃO ELETRÔNICO: P.E. 437/2024

SETOR TESTE: HEMODINÂMICA/OPME

MARCA: ECLIPSE 2L

FORNECEDOR: BALT BRASIL PRODUTOS MÉDICOS

Nº MS/ REGISTRO ANVISA: 81936210018

LOTE: 00566795 / 00569844

FABRICANTE: BALT EXTRUSION SAS

QUANTIDADE AVALIADA: 02

EMBALAGEM:  Adequada    ( ) Inadequada    ( ) Não se aplica

FUNCIONALIDADE:

*Péssima funcionalidade devido a ponta de 90º graus que inviabiliza a navegação em vasos arteriais intracraniais*

### CONCLUSÃO

APROVA O MATERIAL? ( ) SIM

NÃO MOTIVO:

*NÃO COMPATÍVEL COM A FINALIDADE PROPOSTA, OPORTUNIZANDO RISCO AUMENTADO PARA O TRATAMENTO DE DOENÇAS CEREBRO-VASCULARES*

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO

DATA: 23/09/2024

**MEMORANDO SEI N° 0022906964/2024 - HMSJ.SUP.OPME**

Joinville, 23 de setembro de 2024.

À  
SAP.LCT

Assunto: Parecer Técnico das amostras

Pregão Eletrônico 437/2024 - Aquisição de Material de Hemodinâmica para atender a demanda do Hospital Municipal São José.

<b>EMPRESA</b>	<b>DOCUMENTO SEI N°</b>	<b>MEMORANDO DA REPROVAÇÃO</b>
BALT BRASIL - item 13	0022840071 - REPROVADO	0022906793
BALT BRASIL - item 18	0022840092 - APROVADO	****
LAIBO MEDICAL - item 21	0022840815 - APROVADO	****
LAIBO MEDICAL - item 23	0022840838 - APROVADO	****
LAIBO MEDICAL - item 24	0022840861 - APROVADO	****
LAIBO MEDICAL - item 25	0022840882 - APROVADO	****

Protocolo de amostras BALT BRASIL - 0022840024

Protocolo de amostras LAIBO MEDICAL - 0022840793

Atenciosamente



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/>  
informando o código verificador **0022906964** e o código CRC **164C3D12**.

---

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro Bucarein - CEP 89202-000 - Joinville - SC -  
[www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

---

24.0.178124-7

0022906964v3

## FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME – Ramal: 6632.

ITEM	MATERIAL
18	30099 - MICRO CATETER 0,010" UTILIZADO PARA ACESSO A VASCULATURA PERIFÉRICA E NEUROVASCULAR SOBRE O FIO GUIA COM CAPACIDADE DE DIRECIONAMENTO, NO TRATAMENTO DE EMBOLIZAÇÕES. COMPRIMENTO DE 149 À 160 CM, DIÂMETRO EXTERNO DISTAL: 1,77 E INTERNO DISTAL DE 0,017", CONTENDO MARCAS RADIOPACAS EM SUAS EXTREMIDADES E REVESTIMENTO HIDROFÍLICO. DEVE PERMITIR A INFUSÃO DE CONTRASTES, AGENTES FARMACOLÓGICOS, AGENTES EMBOLIZANTES LÍQUIDOS (DMSO COMPATÍVEL) E ENTREGA DE MICRO MOLAS DESTACÁVEIS. PONTA MOLDÁVEL NOS FORMATOS RETO, 45° E 90°. COMPATÍVEL COM MICRO GUIA 0,010". PRODUTO DE USO ÚNICO, DESCARTÁVEL, DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO (CÓD. SUS 0702050350).
<p><b>AVALIAÇÃO TÉCNICA</b></p> <p>PREGÃO ELETRÔNICO: P.E. 437/2024            SETOR TESTE: HEMODINÂMICA/OPME            MARCA: VASCO 10+            FORNECEDOR: BALT BRASIL PRODUTOS MÉDICOS            Nº MS/ REGISTRO ANVISA: 81936210002            LOTE: 00572914 / 00572919            FABRICANTE: BALT EXTRUSION SAS</p> <p>QUANTIDADE AVALIADA: 02            EMBALAGEM: <input checked="" type="checkbox"/> Adequada    <input type="checkbox"/> Inadequada    <input type="checkbox"/> Não se aplica            FUNCIONALIDADE: <u>Microcateterismo de antenas de Jumo</u>  <u>Calibre</u></p>	
<p><b>CONCLUSÃO</b></p> <p>APROVA O MATERIAL? <input checked="" type="checkbox"/> SIM  <input type="checkbox"/> NÃO    MOTIVO: _____</p>	
<p><b>PAULO WILLE MD, PhD</b>            CRM/SC 8396            Neurorradiologia Intervencionista            RQE 11914  <a href="http://www.neurovie.org">www.neurovie.org</a></p>	

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO  
 DATA: 17/08/2024