



MEMORANDO SEI Nº 25640071/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 30 de maio de 2025.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 182/2025.

Objeto: Aquisição de Materiais de Enfermagem para Exames e Monitorização.

Em atenção ao documento SEI nº 25638929 segue análise solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com o edital?	8.10.1 - Registro ANVISA	8.11 - Prospecto, Ficha Técnica, Imagem de site	Parecer
1	ESPATULA DE AYRE (PACOTE COM 100 PECAS) EM MADEIRA DE COR NATURAL, LISAS, SUPERFICIES E BORDAS PERFEITAMENTE ACABADAS, ESPESSURA E LARGURA UNIFORMES EM SUA EXTENSAO, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA,	PC T	ALTER MED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Estilo	De acordo	81453130001, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou.	Proposta de acordo como edital, classificada.

	VALIDADE, LOTE, RESPONSÁVEL TÉCNICO, ISENÇÃO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MÍNIMA 20 MESES APÓS EMISSÃO DA NF DE ENTREGA.							
2	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO DE TESTA, FAIXA DE MEDIÇÃO DE TEMPERATURA: 34,0°C A 42,2°C; PRECISÃO: ±0,3°C (DENTRO DA FAIXA DE MEDIÇÃO); UTILIZA BATERIA/PILHA DE LÍTIO, REGISTRO NA ANVISA	UNID	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Cofee Kf-hw 001	De acordo	81013649006, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou. Prospecto não deixa claro a exigência do edital: 1. Precisão: ±0,3°C (dentro da faixa de medição).	Aprovação condicionada a empresa confirmar que item atende na íntegra as exigências do edital: 1. Precisão: ±0,3°C (dentro da faixa de medição).

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Janice de Souza de Borba, Servidor(a) Público(a)**, em 30/05/2025, às 11:49, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **25640071** e o código CRC **DCA14C89**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

25.0.044108-8

25640071v8