Prefeitura de Joinville

MEMORANDO SEI Nº 31087458/2026 - SES.UCO.ACM

Joinville, 30 de setembro de 2026.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 579/2026
Objeto: Aquisição de materiais para terapia ocupacional e materiais de imobilização de uso pré-hospitalar

Prezado(a) Senhor(a),

Em atenção ao documento SEI nº 31080165 segue a análise técnica solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca (Proposta)	Descritivo de acordo com o edital?	8.10.1 - Registro ANVISA	8.10.2 - Prospecto, Ficha Técnica, Imagem de site (print de tela)	Parecer
1	25580 - BANDAGEM ELÁSTICA FUNCIONAL PARA KINESIOTAPING CONFECCIONADA EM ALGODÃO E ELASTANO, HIPOALERGÊNICA, LIVRE DE LÁTEX, SEM MEDICAMENTO, TRANSPIRANTE, RESISTENTE A ÁGUA; COM ADESIVO ACRÍLICO TERMOPLÁSTICO ONDULADO EM UM DOS LADOS, NÃO-PREJUDICIAL À PELE; ELASTICIDADE DE 30 A 40 %; FORNECIDO EM ROLO COM A SEGUINTES MEDIDAS EM REPOUSO: COMPRIMENTO 500 CM X LARGURA 5 CM. APRESENTAR ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA.	Unidade	LUPMED COMERCIAL DISTRIBUICAO & IMPORTACAO LTDA	Evo Tape 4ALL / Wuxi Wemade Healthcare Products Co., Ltd	DE ACORDO	80718470039, Registro Ativo Vigente confirmado no Portal Anvisa em 30/09/2026	Apresentou. Porem o prospecto não deixa claro as seguintes exigências do edital. ***1- Não prejudicial à pele;*** ***2-Elasticidade de 30 a 40%.***	Apresentou. Porem o prospecto não deixa claro as seguintes exigências do edital. 1- Não prejudicial à pele; 2-Elasticidade de 30 a 40%. Para continuidade da análise solicitamos que a empresa confirme as seguintes exigências do edital: ***1- Não prejudicial à pele;*** ***2-Elasticidade de 30 a 40%.***
5	26527 - FECHO DE CONTATO (VELCRO) FÊMEA E MACHO SEM ADESIVO 50 MM	Rolo	MN IMPORTACAO	Velfix	DE ACORDO	ISENTO	Apresentou	De acordo com o edital. Classificada.

	FECHO DE CONTATO SEM ADESIVO, TIPO VELCRO COM O LADO FÊMEA E LADO MACHO;; COMPOSIÇÃO: 70% POLIÉSTER E 30% POLIAMIDA.COR PRETA; COMPOSIÇÃO: 70% POLIÉSTER E 30% POLIAMIDA.MEDIDAS: ESPESSURA 50 MM; COMPRIMENTO: 25 METROS		EXPORTACAO E COMERCIO DE SUPRIMENTOS TERAPEUTICOS E DE REABILITACA					
6	25984 - VELCRO TIPO JAPÃO PARA ÓRTESE DE MMSS ADULTO (2,5 MM) TECIDO COM ALTO PODER DE ADERÊNCIA (LADO FÊMEA DE FECHO DE CONTATO); COR PRETA; COMPOSIÇÃO 30% CLOROPRENO (CR) + 70% SBR REVESTIDO COM TECIDO 100% POLIAMIDA EM UMA DAS FACES; TECIDO VELCRO JAPÃO 95% POLIESTER + 5% ELASTANO EM OUTRA FACE. MEDIDAS: 2,5 MM (ESPESSURA) X 1,30 METRO (LARGURA) X 3,30 METRO (COMPRIMENTO); ACEITA-SE VARIAÇÃO DE +/-5%.	Unidade	MN IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE SUPRIMENTOS TERAPEUTICOS E DE REABILITACA	Neoprene	DE ACORDO	ISENTO	Apresentou	De acordo com o edital. Classificada.
7	25985 - VELCRO TIPO JAPÃO PARA ÓRTESE DE MMSS INFANTIL (1,5 MM) TECIDO COM ALTO PODER DE ADERÊNCIA (LADO FÊMEA DE FECHO DE CONTATO); COR PRETA; COMPOSIÇÃO 30% CLOROPRENO (CR) + 70% SBR REVESTIDO COM TECIDO 100% POLIAMIDA EM UMA DAS FACES; TECIDO VELCRO JAPÃO 95% POLIESTER + 5% ELASTANO EM OUTRA FACE. MEDIDAS: 1,5 MM (ESPESSURA) X 1,30 METRO (LARGURA) X 3,30 METRO (COMPRIMENTO); ACEITA-SE VARIAÇÃO DE +/-5%.	Unidade	MN IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE SUPRIMENTOS TERAPEUTICOS E DE REABILITACA	Neoprene	DE ACORDO	ISENTO	Apresentou	De acordo com o edital. Classificada.
8	25986 - TERMOPLÁSTICO DE BAIXA TEMPERATURA 2,4 MM MOLDÁVEL ENTRE 70ºC E 75ºC. RESISTÊNCIA MODERADA A MÁXIMA, RESISTENTE A IMPRESSÃO DIGITAL. 100% MEMÓRIA (PARA PERMITIR SERIAÇÃO), BOA ADAPTAÇÃO. MEDIDAS: 2,4 MM (ESPESSURA) X 45 A 46 CM X 60 A 61 CM; NÃO PERFURADA. APRESENTAR ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA.	Unidade	MN IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE SUPRIMENTOS TERAPEUTICOS E DE REABILITACA	Danmic Global	DE ACORDO	10352830007, Registro Ativo Vigente confirmado no Portal Anvisa em 30/09/2026	Apresentou	De acordo com o edital. Classificada.
9	25581 - TERMOPLÁSTICO DE BAIXA TEMPERATURA 3,2 MM MOLDÁVEL ENTRE 70ºC E 75ºC. RESISTÊNCIA MODERADA A MÁXIMA, RESISTENTE A IMPRESSÃO DIGITAL. 100% MEMÓRIA (PARA PERMITIR SERIAÇÃO), BOA ADAPTAÇÃO. MEDIDAS: 3,2 MM (ESPESSURA)X 45 A 46 CM X 60 A 61 CM; NÃO PERFURADA. APRESENTAR ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA.	Unidade	MN IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE SUPRIMENTOS TERAPEUTICOS E DE REABILITACA	North Coast Medical	DE ACORDO	10352830008, Registro Ativo Vigente confirmado no Portal Anvisa em 30/09/2026	Apresentou	De acordo com o edital. Classificada.
10	25028 - COLAR CERVICAL PHILADELPHIA COM ORIFÍCIO TAMANHO M CONFECCIONADO COM ESPUMA DE POLIFÓRMIO, COMPOSIÇÃO: 90% VINIL E 10% POLIAMIDA. PROPORCIONA CONTROLE DE FLEXÃO/EXTENSÃO E	Unidade	TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	RESGATE SP	DE ACORDO	81094800010, Registro Ativo Vigente confirmado no Portal Anvisa em 30/09/2026	Apresentou. Porém o item ofertado não tende as seguintes exigências do edital:	No prospecto o item ofertado não tende as seguintes exigências do edital:

	ROTAÇÃO, PERFURADO PARA MELHOR VENTILAÇÃO, FECHO EM VELCRO, USO ADULTO, COM ORIFÍCIO NA PARTE ANTERIOR PARA PACIENTES COM TRAQUEOSTOMIA. MEDIDAS: ALTURA DO PESCOÇO NO LÓBULO DA ORELHA: 09 A 10 CM. CIRCUNFERÊNCIA DO PESCOÇO: 35 A 39 CM. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.						***1- Altura do pescoço ao lóbulo da orelha é de 120nn;*** ***2-Circunferência do pescoço de 40 a 56cm;*** ***3- Confeccionado em "Espuma Softform".*** O edital exige: **1- Altura do pescoço ao lóbulo da orelha é de 09 a 10cm;** **2-Circunferência do pescoço de 35 a 39cm;** **3- Confeccionado em "Espuma Polifórmio".**	***1- Altura do pescoço ao lóbulo da orelha é de 120nn;*** ***2-Circunferência do pescoço de 40 a 56cm;*** ***3- Confeccionado em "Espuma Softform".*** O edital exige: **1- Altura do pescoço ao lóbulo da orelha é de 09 a 10cm;** **2-Circunferência do pescoço de 35 a 39cm;** **3- Confeccionado em "Espuma Polifórmio".** **Proposta reprovada por ofertar item que não atende as exigências do edital.**
11	25029 - COLAR CERVICAL PHILADELPHIA COM ORIFÍCIO TAMANHO G CONFECCIONADO COM ESPUMA DE POLIFÓRMIO, COMPOSIÇÃO: 90% VINIL E 10% POLIAMIDA. PROPORCIONA CONTROLE DE FLEXÃO/EXTENSÃO E ROTAÇÃO, PERFURADO PARA MELHOR VENTILAÇÃO, FECHO EM VELCRO, USO ADULTO, COM ORIFÍCIO NA PARTE ANTERIOR PARA PACIENTES COM TRAQUEOSTOMIA. MEDIDAS: ALTURA DO PESCOÇO NO LÓBULO DA ORELHA: 11 A 13 CM. CIRCUNFERÊNCIA DO PESCOÇO: 40 A 44 CM. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.	Unidade	TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	RESGATE SP	DE ACORDO	81094800010, Registro Ativo Vigente confirmado no Portal Anvisa em 30/09/2026	Apresentou. Porém o item ofertado não tende as seguintes exigências do edital: ***1- Altura do pescoço ao lóbulo da orelha é de 135mm;*** ***2- Confeccionado em "Espuma Softform".*** O edital exige: **1- Altura do pescoço ao lóbulo da orelha é de 11 a 13cm;** **2- Confeccionado em "Espuma Polifórmio".**	No prospecto o item ofertado não tende as seguintes exigências do edital: ***1- Altura do pescoço ao lóbulo da orelha é de 135mm;*** ***2- Confeccionado em "Espuma Softform".*** O edital exige: **1- Altura do pescoço ao lóbulo da orelha é de 11 a 13cm;** **2- Confeccionado em "Espuma Polifórmio".** **Proposta reprovada por ofertar item que não atende as exigências do edital.**
17	42356 - APOIO ANTI-EQUINO DISPOSITIVO PARA AUXILIAR NA LOCOMOÇÃO EM USUÁRIOS COM SEQUELA DE AVC, PARALISIA DE NERVOS PERIFÉRICOS E PARALISIA CEREBRAL QUE POSSUEM PÉ(S)	Unidade	VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	procorpus	DE ACORDO	80228410050, Registro Ativo Vigente confirmado no	Apresentou. Porém o prospecto não deixa claro a seguintes exigências do edital:	Para dar continuidade na análise, é necessário que a empresa confirme se atende

	"EQUINO(S)", AJUSTANDO O PÉ DO PACIENTE À POSIÇÃO ANATÔMICA. CONFECCIONADO EM ELÁSTICO COM SUPORTE DE LÁTEX, PASSANTES EM METAL E FECHOS ADERENTES. TAMANHOS P/ M/ G, CONFORME MEDIDAS PADRÃO DO FABRICANTE. O TAMANHO SERÁ INFORMADO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO.					Portal Anvisa em 30/09/2026	***1-Confeccionado em elástico com suporte de látex;*** ***2-Passantes em metal e fechos aderentes;*** ***3-Tamanhos P/ M/ G.***	as seguintes exigências do edital. ***1-Confeccionado em elástico com suporte de látex;*** ***2-Passantes em metal e fechos aderentes;*** ***3-Tamanhos P/ M/ G.***
18	25035 - PRANCHA PARA TRANSFERÊNCIA CONSTRUÍDA EM MADEIRA MACIÇA ENVERNIZADA; SUPERFÍCIE LISA E EXTREMIDADES COM REDUÇÃO DA ESPESSURA PARA FACILITAR O DESLIZAMENTO DO PACIENTE; COM UM OU DOIS ORIFÍCIOS; MEDIDAS – COMPRIMENTO: DE 60 CM A 75 CM; LARGURA: DE 20 CM A 28 CM; ALTURA: DE 1,5 CM A 3 CM; CAPACIDADE DE PESO MÍNIMA: 120 KG.	Unidade	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MARCA PRÓPRIA	DE ACORDO	Isento	Apresentou	De acordo com o edital. Classificada.
19	11563 - COLAR CERVICAL CONJUNTO DE COLAR CERVICAL COM OS TAMANHOS PP, P, M, G E GG. CONFECCIONADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO EM EVA, VELCRO PARA ABERTURA, TOTALMENTE RADIOTRANSPARENTE, ABERTURA FRONTAL QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO À TRAQUÉIA. PADRÃO DE CORES UNIVERSAL.	Conjunto	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ORTOFEX/RESGATE SP	DE ACORDO	81094800010, Registro Ativo Vigente confirmado no Portal Anvisa em 30/09/2026.	Apresentou	De acordo com o edital. Classificada.
20	49846 - IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA (COXIM) ADULTO IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA (COXIM) ADULTO - IMPERMEÁVEL, COR AMARELO, CONFECCIONADO EM NYLON IMPERMEÁVEL, COMPOSTO POR (02) DUAS ALMOFADAS COM ORIFÍCIOS PARA VERIFICAÇÃO DO OUVIDO, (01) UMA FRONHA (BASE) COM VELCRO PARA FIXAR AS DUAS ALMOFADAS, (02) DUAS FITAS PARA FIXAR O EQUIPAMENTO NA PARTE SUPERIOR DA MACA E (02) DUAS PARA AJUSTE E FIXAÇÃO DAS ALMOFADAS (TESTA E QUEIXO). EQUIPAMENTO TRANSLÚCIDO AO RAIO-X. DIMENSÕES NOMINAIS DA BASE: 40 CM DE LARGURA E 25 CM DE ALTURA; COMPRIMENTO DAS TIRAS DE TESTA E QUEIXO: 76 CM; DIMENSÕES DO TIJOLO: 26 CM DE COMPRIMENTO E 15 CM DE ALTURA. SERÁ ADMITIDA UMA VARIAÇÃO DE ATÉ 2CM (DOIS CENTÍMETROS PARA MAIS OU PARA MENOS NAS DIMENSÕES ESPECIFICADAS.	Unidade	TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TECH-SUL	DE ACORDO	ISENTO	Apresentou. Porém no prospecto apresentado o item ofertado é : 1- ***Confeccionado em "Espuma de Vinil Emborrachada"***; Não atende a seguinte exigência do edital: 1-***Confeccionado em "Nylon impermeável";*** O descritivo não deixa claro as seguintes exigências do edital: ***1- Translúcido ao RX;*** ***2- Comprimento das tiras de queixo a testa.***	O prospecto apresentado o item ofertado é : 1- ***Confeccionado em "Espuma de Vinil Emborrachada"***; Não atende a seguinte exigência do edital: 1-***Confeccionado em "Nylon impermeável";*** O descritivo não deixa claro as seguintes exigências do edital: ***1- Translúcido ao RX;*** ***2- Comprimento das tiras de queixo a testa.*** **Proposta reprovada por ofertar item que não atende as exigências do edital.**

21	1667 - PRANCHA RÍGIDA DE IMOBILIZAÇÃO CONFECCIONADO EM POLIETILENO, PARA TRASPORTE MANUAL DE VÍTIMAS DE ACIDENTES, COM ABERTURAS PARA UTILIZAÇÃO DE CINTO ARANHA E IMOBILIZADOR DE CABEÇA, CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 180 KG, PARA RESGATE, IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTES, POSSIBILITANDO O RESGATE NA ÁGUA; TRANSLÚCIDA PARA USO EM RX, COMPRIMENTO MÍNIMO 180 CM, LARGURA MÍNIMA 44 CM, PESO MÁXIMO 9 KG	Unidade	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ORTOFEX/RESGATE SP	DE ACORDO	81094800006, Registro Ativo Vigente confirmado no Portal Anvisa em 01/10/2026.	Apresentou	De acordo com o edital. Classificada.
22	15002 - CINTO TIRANTE ARANHA ADULTO CINTO TIRANTE ARANHA ADULTO, DESTINADO À FIXAÇÃO DE VÍTIMA EM PRANCHA RÍGIDA. CONFECCIONADO EM FITA TIPO POLIAMIDA COM 50 MM DE LARGURA. DEVERÁ POSSUIR 1 TIRANTE LONGITUDINAL NA COR PRETA COM ALTURA REGULÁVEL EM 15 CM, CONFORME O TAMANHO DA VÍTIMA. EM SUA PARTE SUPERIOR DEVERÁ HAVER UMA BIFURCAÇÃO COSTURADA NA FITA COM SAÍDA EM V PARA MELHOR COLOCAÇÃO NA PRANCHA E AJUSTE AO TÓRAX DO PACIENTE. OS DEMAIS QUATRO TIRANTES QUE FAZEM PARTE DO SISTEMA ÚNICO, DEVERÃO SER TRANSVERSAIS E REGULÁVEIS EM SUAS ALTURAS PARA FÁCIL ADAPTAÇÃO EM QUALQUER TIPO DE PRANCHA RÍGIDA. DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM CORES VIVAS E DISTINTAS PARA EVITAR ERROS QUANDO DA FIXAÇÃO. TODO O SISTEMA DEVERÁ SER FIXADO COM VELCRO DE 50 MM DE LARGURA TIPO MACHO/ FÊMEA COM MATERIAL DE ALTA QUALIDADE. DIMENSÕES: TIRANTE LONGITUDINAL: 1,98 M DE COMPRIMENTO JÁ COM SISTEMA V- TIRANTES TRANSVERSAIS: 1,60 M DE COMPRIMENTO SUPERIOR E DO MEIO SUPERIOR; 1,10 M O DO MEIO INFERIOR E DE 1,15 M O INFERIOR.	Unidade	TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TECH-SUL	DE ACORDO	ISENTO	Apresentou. Porém o item ofertado descreve: ***1- Tirantes com aproximadamente 48mm de largura;*** ***2- Não cita o tamanho do velcro.*** O edital exige: ***1-Tirantes com 50mm de largura;*** ***2- Velcro tipo macho/fêmea de 50mm.***	Apresentou o prospecto ofertando: ***1- Tirantes com aproximadamente 48mm de largura;*** ***2- Não cita o tamanho do velcro.*** O edital exige: ***1-Tirantes com 50mm de largura;*** ***2- Velcro tipo macho/fêmea de 50mm.*** Para dar continuidade na análise, se faz necessário que a empresa confirme o tamanho exato das medidas do Tirante e do Velcro.
23	49847 - CINTO TIRANTE ARANHA INFANTIL CINTO TIRANTE ARANHA INFANTIL - CONFECCIONADO EM FITA TIPO POLIAMIDA 100%, PRETA E COLORIDA COM 50 MM DE LARGURA; FECHO COM REGULAGEM EM VELCRO E REGULADOR PLÁSTICO PRETO. COM VELCRO DE 50 MM DE LARGURA TIPO MACHO/FÊMEA COM MATERIAL DE ALTA DURABILIDADE E QUALIDADE. DEVERÁ POSSUIR 1 TIRANTE PRINCIPAL NA COR PRETA, COM DIMENSÃO NOMINAL DE 1,15 M DE COMPRIMENTO, COM SISTEMA EM "V" E ALTURA REGULÁVEL DE 10 CM. COMPRIMENTO DAS FITAS COM VELCROS	Unidade	TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TECH-SUL	DE ACORDO	ISENTO	Apresentou. Porém o item ofertado descreve: ***1- Tirantes com aproximadamente 48mm de largura;*** ***2- Não cita o tamanho do velcro.*** O edital exige: ***1-Tirantes com 50mm de largura;***	Apresentou o prospecto ofertando: ***1- Tirantes com aproximadamente 48mm de largura;*** ***2- Não cita o tamanho do velcro.*** O edital exige: ***1-Tirantes com 50mm de largura;***

	ABERTOS: FITA VERDE COM 71,5 CM; FITA AMARELA COM 110,5 CM; FITA VERMELHA COM 111 CM. SERÁ ADMITIDA UMA VARIAÇÃO DE ATÉ 3CM (TRÊS CENTÍMETROS) PARA MAIS OU PARA MENOS NAS MEDIDAS DE COMPRIMENTO ESPECIFICADAS NESTE DESCRITIVO.						***2- Velcro de 50mm.***	***2- Velcro de 50mm.*** Para dar continuidade na análise, se faz necessário que a empresa confirme o tamanho exato das medidas do Tirante e do Velcro.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por **Analise Schmidt Nicacio**, **Servidor(a) Público(a)**, em 01/10/2026, às 10:47, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador **31087458** e o código CRC **3AC45BE7**.