

MEMORANDO SEI N° 0025003533/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 31 de março de 2025.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 071/2025.

Objeto: Aquisição de insumos de enfermagem da linha têxtil.

Em atenção ao Memorando SAP.LCT (SEI n° 0024998379), segue a análise solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com o edital?	8.10 - Registro ANVISA	8.10 b) Laudos BFE para os itens 38, 39/40, 41.	8.10 c) Prospeto, Ficha Técnica/ Print de Tela	11 - Amostra	Parecer
38	275 - CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL DESCARTÁVEL GRAMATURA IGUAL OU MAIOR DE 40G/M², TAMANHO MÍNIMO 50 X 50 CM, NA COR AZUL OU BRANCO, ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM SMS 100% POLIPROPILENO TRILAMINADO, IMPERMEÁVEL, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, NÃO INFLAMÁVEL, RESISTENTE A RASGO E TRAÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM PROTEÇÃO DÚPLA, SENDO QUE UMA DEVERÁ SER EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, TAMANHO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE ENTREGA.	Unidade	VITAL & LS HOSPITALAR LTDA	HEALTH QUALITY	De acordo	80166330053- registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Exige	Apresentou	EXIGE	Na análise preliminar, a aprovação foi condicionada a empresa confirmar que o item ofertado é impermeável. No retorno, a empresa informou "O campo não possui reforço impermeável, ele é constituído somente em SMS." Proposta reprovada por ofertar item que não atende as exigências do edital.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 31/03/2025, às 07:46, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0025003533** e o código CRC **771F5732**.