

**MEMORANDO SEI Nº 0022904800/2024 - HMSJ.SUP.OPME**

Joinville, 23 de setembro de 2024.

**SAP.LCT****Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico 437/2024.**Objeto:** Aquisição de Material de Hemodinâmica para atender a demanda do Hospital Municipal São José.

Processo Licitatório SEI nº 24.0.178124-7, análise conforme Ofício nº 0022895062

Item	Material/Serviço	Fornecedor	Marca	Avaliação Técnica
19	44133 - MICRO CATETER 0,18 UTILIZADO PARA ACESSO A VASCULATURA PERIFÉRICA E NEUROVASCULAR SOBRE O FIO GUIA COM CAPACIDADE DE DIRECIONAMENTO, NO TRATAMENTO DE EMBOLIZAÇÕES. COMPRIMENTO ENTRE 150 E 170 CM, DIÂMETRO EXTERNO DISTAL: 2,0 F A 2,3 F E INTERNO DISTAL DE 0,021", CONTENDO MARCAS RADIOPACAS EM SUAS EXTREMIDADES E REVESTIMENTO HIDROFÍLICO. DEVE PERMITIR A INFUSÃO DE CONTRASTES, AGENTES FARMACOLÓGICOS, AGENTES EMBOLIZANTES LÍQUIDOS (DMSO COMPATÍVEL) E ENTREGA DE MICRO MOLAS DESTACÁVEIS. PONTA MOLDÁVEL NOS FORMATOS RETO, 45° E 90°. COMPATÍVEL COM MICRO GUIA 0,014" A 0,018". PRODUTO DE USO ÚNICO, DESCARTÁVEL, REGISTRO NA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO (CÓD. SUS 0702050350)	BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA	BALT/ BALT	<b><u>DOCUMENTAÇÃO APROVADA</u></b>  A proposta apresentada e a documentação estão de acordo com o solicitado. Para esse item a empresa deverá apresentar as amostras

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Claudio Alberto Gaspar, Servidor(a) Público(a)**, em 23/09/2024, às 10:44, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0022904800** e o código CRC **A916FF22**.

---

---

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro Bucarein - CEP 89202-000 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

24.0.178124-7

0022904800v4