

MEMORANDO SEI Nº 28757888/2026 - HMSJ.SUP.CPA

Joinville, 13 de março de 2026.

A

SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico **066/2026**.

Objeto: Aquisição de Pulseiras de Identificação, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José, com fornecimento de 05 (cinco) impressoras térmicas em regime de comodato.

Prezado(a) Senhor(a),

Venho por meio deste, encaminhar a resposta deste setor, para o Processo Licitatório SEI nº 25.0.289456-0, com a análise na tabela abaixo:

| Item | Material/Serviço | Unid. medida | Qtd licitada | Fornecedor | Marca | Modelo | ANVISA | Prospecto ou Ficha Técnica | Necessidade de Amostra | Parecer |
|------|---|--------------|--------------|---------------------------|----------|--------|---|--|--|--|
| 1 | 22592 - PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTE PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTE, COR BRANCA COM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM BORDAS E FECHO ATRAUMÁTICO E INVIOLÁVEL, PARA USO EM ADULTO, ATÓXICA E HIPOALERGÊNICA, RESISTENTE A ÁGUA, SABÃO, ALCOOL, OUTROS SOLVENTES E MATÉRIAS ABRASIVAS. AS DIMENSÕES DA PULSEIRA DEVERÃO SER ENTRE 1,8 A 2,5 CM DE LARGURA E 23 A 29 CM DE COMPRIMENTO. ÁREA PARA IMPRESSÃO DE 1,5 A 2,0 CM DE LARGURA E 10,0CM A 15,0 CM DE COMPRIMENTO. DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, Nº DO LOTE E PROCEDÊNCIA. | Unidade | 200.000 | MICRORAR OUTSOURCING LTDA | Microrar | | Apresentou, nas páginas 03 a 05, do documento SEI 28754531, isenção de registro por ser produto não regularizado como dispositivo médico. | Quanto a Pulseira: Apresentou, nas página 07, do documento SEI 28754531 Quanto a impressora: Não apresentou prospecto e/ou ficha técnica. | Dispensado, Empresa já nos forneceu o item na ARP 0020191153, PE 0226/2024 | Solicitamos diligência para que a empresa apresente a ficha técnica/prospecto da impressora ofertada em comodato, bem como informe o fornecimento das 05 unidades. |

Atenciosamente,

Giovana Aparecida Farias Pezzi
Matricula 100118 / Coren/SC 85414
Enfermeira do Setor de Padronização



conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **28757888** e o código CRC **A805D444**.

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro Centro - CEP 89202-000 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.289456-0

28757888v12