



Prefeitura de Joinville

MEMORANDO SEI Nº 0017694683/2023 - SES.UAF.ACM

Joinville, 17 de julho de 2023.

À SAPLCT

Encaminhamos parcial de análises técnicas das propostas apresentadas para os itens 58, 59, 72 e a análise da resposta da empresa quanto ao questionamento para o item 76:

ITEM	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	UNID DE MEDIDA	EMPRESA	Marca	8.4 Proposta de acordo com o edital?	8.10.1- Registro Anvisa	11 - Amostra	9.6 m- Alvará Sanitário	9.6 n- AFE	Parecer
58	916950	DISPOSITIVO INTRAVENOSO SCALP Nº 21 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	UNIDADE	MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	MEDIX	De acordo	80495519016- Registro vigente e referente a escalpe com dispositivo de segurança, confirmado no portal da Anvisa	Não se aplica	Válido até 04/01/2024	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da Anvisa	Proposta aprovada
59	916951	DISPOSITIVO INTRAVENOSO SCALP Nº 23 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	UNIDADE	MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	MEDIX	De acordo	80495519016- Registro vigente e referente a escalpe com dispositivo de segurança, confirmado no portal da Anvisa	Não se aplica	Válido até 04/01/2024	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da Anvisa	Proposta aprovada
72	909130	EXTENSOR PARA INFUSAO DE 1 VIA COM 60CM COM OS CONECTORES LUER LOCK	PC	MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	MEDSONDA	De acordo	80163579003- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Não se aplica	Válido até 04/01/2024	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da Anvisa	Proposta aprovada
76	25698	INFUSOR 2 VIAS COM CLAMP COM TAMPAS SOBRESSALENTES	UNIDADE	MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	Vitalgold	De acordo	10296900113- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Exige	Válido até 04/01/2024	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da Anvisa	Na primeira analise foi questionado: 1- Todos os conectores são luer-lock (os distais e o proximal)? 2- O item ofertado possui 4 (quatro tampas)? Em resposta a empresa informou "Conforme folder anexo, todos os conectores são luer-lock (distal e proximal) e

										<p>acompanha 4 tampas no produto + 4 sobressalentes".</p> <p>O descritivo do item exige infusor com 2 vias e com 4 tampas.</p> <p>No folder anexado é demonstrado infusores com 2, 3 e 4 vias e em nenhum ponto da documentação apresentada constam tampas sobressalentes.</p> <p>Para dar celeridade ao processo e não aguardar o envio de amostras que não atendam ao edital questionamos:</p> <p>1- O item possui 2 vias e acompanha 4 tampas?</p> <p>Salientamos que infusores com 4 vias não são aceitos.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

As análises das propostas para os demais itens serão encaminhadas posteriormente.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 17/07/2023, às 21:26, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0017694683** e o código CRC **CB9EEBBC**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

23.0.077252-8

0017694683v3