

**MEMORANDO SEI Nº 25489047/2025 - SES.UAD.ACM**

Joinville, 16 de maio de 2025.

À

**SAP.LCT**

**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico **071/2025**.

**Objeto:** Aquisição de insumos de enfermagem da linha têxtil.

Em atenção aos documentos SEI nº 25468422 e 25478523, seguem as análises solicitadas:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descrição de acordo com o edital?	8.10 - Registro ANVISA	8.10 b) Laudo BFE- Para os itens 38, 39/40, 41	8.10 c) Prospeto, Ficha Técnica/ Print de Tela	11 - Amostragem	Parecer
24	9424 - AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL TAMANHO GRANDE PARA USO EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM SMS 100% POLIPROPILENO, COR BRANCO OU AZUL, HIDRORREPELENTE, GRAMATURA IGUAL OU SUPERIOR A 40G/M², ACABAMENTO COM COSTURA REFORÇADA NOS DECOTES, TIRAS E BORDAS, MANGAS COMPRIDAS, PUNHO COM ELÁSTICO OU MALHA SANFONADA, DOBRA CIRÚRGICA, ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, TAMANHO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE ENTREGA. - Cota Principal	Unidade	FERNANDO UNIFORMES LTDA	SPK AVENTAL	De acordo	8205350001 1- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	---	Apresentou	EXIGE	Aprovação condicionada a empresa confirmar que o modelo ofertado para o item é o Grande (G- 1,00/1,50 x 1.80/1,89m) constante na ficha técnica apresentada.
	9423 - AVENTAL									Na primeira análise, foi solicitado que a empresa apresentasse a ficha técnica referente a avental

<p>CIRÚRGICO ESTÉRIL TAMANHO MÉDIO PARA USO EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM SMS 100% POLIPROPILENO, COR BRANCO OU AZUL, HIDRORREPELENT E, GRAMATURA IGUAL OU SUPERIOR A 40G/M², ACABAMENTO COM COSTURA REFORÇADA NOS DECOTES, TIRAS E BORDAS, MANGAS COMPRIDAS, PUNHO COM ELÁSTICO OU MALHA SANFONADA, DOBRA CIRÚRGICA, ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, TAMANHO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE ENTREGA. - Cota Reservada até 25%</p>	<p>Unidade</p>	<p>MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA</p>	<p>DEJAMARO</p>	<p>De acordo</p>	<p>81605660012- registro vigente, confirmado no portal da Anvisa</p>	<p>---</p>	<p>Não apresentou</p>	<p>EXIGE</p>	<p>cirúrgico estéril 40 g/m2, registro Anvisa 81605660012.</p> <p>No retorno, a empresa apresentou prospecto referente ao item com registro ANVISA 81605660002, porém, na proposta a empresa anexou o registro registro Anvisa 81605660012 para o item 25.</p> <p>Diante da divergência, foi solicitado que a empresa apresentasse a documentação técnica referente ao produto com o registro Anvisa 81605660012.</p> <p>No retorno, a empresa apresentou apenas o Registro Anvisa 81605660012, não apresentando a documentação solicitada.</p> <p><b>Proposta desclassificada por não atender o item 8.10 c do edital.</b></p>
<p>9423 - AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL TAMANHO MÉDIO PARA USO EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM SMS 100% POLIPROPILENO, COR BRANCO OU AZUL, HIDRORREPELENTE, GRAMATURA IGUAL OU SUPERIOR A 40G/M², ACABAMENTO COM COSTURA REFORÇADA NOS DECOTES, TIRAS E BORDAS, MANGAS COMPRIDAS, PUNHO COM ELÁSTICO OU MALHA SANFONADA,</p>	<p>Unidade</p>	<p>FERNANDO UNIFORMES LTDA</p>	<p>SPK AVENTAL</p>	<p>De acordo</p>	<p>82053500011- Registro vigente, confirmado</p>	<p>----</p>	<p>Apresentou</p>	<p>EXIGE</p>	<p>Aprovação condicionada a empresa confirmar que o modelo ofertado para o item é o Médio (M- 1,00/1,40 x 1,60/1,79m) constante</p>

DOBRA CIRÚRGICA, ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO. EM BALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, TAMANHO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE ENTREGA. - Cota Principal							no portal da Anvisa							na ficha técnica apresentada.
--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------------------------

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 16/05/2025, às 13:20, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **25489047** e o código CRC **AC72DB96**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

24.0.254207-6

25489047v2